

# Autoklav

## 1. Tehnički podaci o uređaju

Proizvođač: Inako 1935 Zagreb  
Tip: AV 300 ART  
Godina proizvodnje: 2002.  
Radni medij: vodena para  
Maksimalni radni tlak: 2,5 bar  
Maksimalna radna temperatura: 138°C  
Volumen: 36 dm<sup>3</sup>

## 2. Opis namjene

Uređaj je namijenjen za sterilizaciju laboratorijskog posuđa, mikrobioloških podloga te otopina.

## 3. Stupanj iskoristivosti

10 sati / tjedan

