

## pH / Cond – meter inoLab 720

Instrument tvrtke „WTW“ služi za određivanje pH vrijednosti, električne provodnosti, saliniteta otopine i redoks-potencijala u vodenim otopinama. Instrument ima dvije elektrode i to pH-elektrodu i konduktometrijsko-salinitetnu elektrodu, koje možemo mijenjati istim ili nekim drugim modelom ovisno o karakteristikama medija kojem mjerimo navedene vrijednosti.

Rezolucija mjernog pH područja je  $10^{-2}$  pH jedinice, i po potrebi je možemo smanjivati, a raspon mjerenja električne provodnosti je od 0,0 do 500000  $\mu\text{S}/\text{cm}$ .

