



Uređaj: analitička vaga (Metler Toledo, Švicarska)

Karakteristike uređaja:

- Mogućnost vaganja do 210 g
- Očitavanje od 0,1 mg
- Pouzdanost i robusnost
- Jednostavno korištenje

Lokacija: Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo
 Laboratorij za tehnologiju i analitiku vina
 3. kat, soba 134