



Uređaj: pH 7110 inoLab 7110 basic (WTW, Weilheim, Njemačka)

Karakteristike uređaja:

- Laboratrijski jednokanalni pH metar sa SenTix 81 elektrodom i stativom za elektrodu
- Mjerenje pH u rasponu -2... +20, a mV:  $\pm 2500$ ;  $\pm 1200,0$  mV
- Auto Read funkcija: automatski
- Priključak mjernog/temperaturnog senzora
- Kalibracija u 1-2-3 točaka, TEH, DIN, NIST puferi
- Memorija kalibracije- trenutna
- Tajmer kalibracije
- Univerzalno napajanje

Lokacija:      Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo  
                  Laboratorij za tehnologiju i analitiku vina  
                  3. kat, soba 134