



Uređaj: Nomasense O<sub>2</sub> P6000 (Namacorc, Belgija).

Karakteristike uređaja su sljedeće:

- mogućnost neinvazivnog mjerenja koncentracije kisika u zatvorenoj boci (u 'headspace' prostoru boce te u tekućini-vinu);
- ugrađen softver koji izražava koncentraciju kisika u mg/l;
- prijenosni uređaj namijenjen primjeni u vinarstvu;
- ugrađena automatska korekcija koncentracije kisika obzirom na udio šećera i alkohola;
- mogućnost mjerenja koncentracije kisika u rasponu 0,1-20 mg/l;
- osim mogućnosti neinvazivnog mjerenja kisika u bocama, mogućnost i određivanja kisika u tankovima i 'bag-in-box' ambalaži;
- mjerenje koncentracije kisika ovim uređajem se bazira na principu luminiscencije.

Lokacija:      Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo  
                  Laboratorij za tehnologiju i analitiku vina  
                  3. kat, soba 134