



Uređaj: Sulfyliser (LDS Laboratoires Dujardin-Salleron, Francuska)

Karakteristike uređaja su sljedeće:

- princip rada uređaja se bazira na titraciji uzorka vina otopinom jodid/jodata, pri čemu se jod reducira, a sumporov dioksid oksidira, te potenciometriji uz određivanje krajnje točke pomoću led indikatora;
- pogodan je za određivanje koncentracije slobodnog te ukupnog sumporovog dioksida.

Lokacija: Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju i analitiku vina
3. kat, soba 134