

Procjena rizika broj: P-25-6-150-B10002-1.

PROCJENA RIZIKA

u

**Sveučilište u Zagrebu,
Prehrambeno – biotehnološki fakultet
Zagreb, Pierottijeva 6
OIB: 47824453867**

Zagreb, lipanj 2025.

SADRŽAJ

UVOD	6
PODACI O VRSTI I DATUMU IZRADE PROCJENE RIZIKA	11
PODACI O OVLAŠTENJOJ USTANOVI KOJA JE IZRADILA PROCJENU RIZIKA	12
1. OPĆI PODACI	15
1.1. OPĆI PODACI O POSLODAVCU	15
1.2. PODACI O ČLANOVIMA UPRAVE	16
1.3. PODACI O OBAVLJANJU POSLOVA ZAŠTITE NA RADU	16
1.4. PODACI O OVLAŠTENICIMA POSLODAVCA	16
1.5. PODACI O POVJERENICIMA RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU	21
1.6. PODACI O RADU ODBORA ZA ZAŠTITU NA RADU	21
2. PROCJENJIVANJE RIZIKA	22
2.1. NAZIVI RADNIH MJESTA S BROJEM ZAPOSLENIH RADNIKA	26
2.2. PRIKUPLJANJE PODATAKA NA MJESTU RADA	37
2.3. ANALIZA I PROCJENA PRIKUPLJENIH PODATAKA	56
ZAVOD ZA KEMIJU I BIOKEMIJU	56
Rukovodeći poslovi	57
Administrativni poslovi	60
Poslovi organizacije i kontrole radnika i radnog procesa	63
Poslovi nabave	66
Poslovi organiziranja nastave i praktične nastave	69
Poslovi izvođenja nastave	72
Poslovi izvođenja praktične nastave	75
Pomoćni poslovi u praktičnoj nastavi	79
Poslovi mentoriranja	83
Poslovi laboratorijskih analiza i ispitivanja	87
Poslovi znanstvenih istraživanja	91
Poslovi održavanja laboratorijske opreme	95
Poslovi čišćenja prostora	99
Poslovi pranja laboratorijske opreme i suđa	104
Poslovi dostave i prenošenja kemikalija i ostalih materijala	108
ZAVOD ZA PROCESNO INŽENJERSTVO	112
Rukovodeći poslovi	113
Administrativni poslovi	116
Poslovi organizacije i kontrole radnika i radnog procesa	119
Poslovi nabave	122
Poslovi organiziranja nastave i praktične nastave	125
Poslovi izvođenja nastave	128
Poslovi izvođenja praktične nastave	131
Pomoćni poslovi u praktičnoj nastavi	135
Poslovi mentoriranja	139
Poslovi znanstvenih istraživanja	143
Poslovi laboratorijskih analiza i ispitivanja	147
Poslovi održavanja laboratorijske opreme	151
Poslovi čišćenja prostora	154
Poslovi pranja laboratorijske opreme i suđa	159
Poslovi dostave i prenošenja kemikalija i ostalih materijala	164
ZAVOD ZA POZNAVANJE I KONTROLU SIROVINA I PREHRAMBENIH PROIZVODA	168
Rukovodeći poslovi	169
Administrativni poslovi	172
Poslovi organizacije i kontrole radnika i radnog procesa	175

Poslovi nabave	178
Poslovi organiziranja nastave i praktične nastave	181
Poslovi izvođenja nastave	184
Poslovi izvođenja praktične nastave	187
Pomoćni poslovi u praktičnoj nastavi	191
Poslovi mentoriranja	195
Poslovi laboratorijskih analiza i ispitivanja	199
Poslovi znanstvenih istraživanja	203
Poslovi održavanja laboratorijske opreme	207
Poslovi čišćenja prostora	210
Poslovi pranja laboratorijske opreme i suđa	215
Poslovi dostave i prenošenja kemikalija i ostalih materijala	219
ZAVOD ZA BIOKEMIJSKO INŽENJERSTVO	223
Rukovodeći poslovi	224
Administrativni poslovi	227
Poslovi organizacije i kontrole radnika i radnog procesa	230
Poslovi nabave	233
Poslovi organiziranja nastave i praktične nastave	237
Poslovi izvođenja nastave	240
Poslovi izvođenja praktične nastave	243
Pomoćni poslovi u praktičnoj nastavi	247
Poslovi mentoriranja	251
Poslovi laboratorijskih analiza i ispitivanja	255
Poslovi znanstvenih istraživanja	259
Poslovi održavanja laboratorijske opreme	263
Poslovi čišćenja prostora	267
Poslovi pranja laboratorijske opreme i suđa	272
Poslovi dostave i prenošenja kemikalija i ostalih materijala	276
ZAVOD ZA PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO	280
Rukovodeći poslovi	281
Administrativni poslovi	284
Poslovi organizacije i kontrole radnika i radnog procesa	287
Poslovi nabave	290
Poslovi organiziranja nastave i praktične nastave	293
Poslovi izvođenja nastave	296
Poslovi izvođenja praktične nastave	299
Pomoćni poslovi u praktičnoj nastavi	303
Poslovi mentoriranja	307
Poslovi laboratorijskih analiza i ispitivanja	311
Poslovi znanstvenih istraživanja	315
Poslovi održavanja laboratorijske opreme	319
Poslovi čišćenja prostora	323
Poslovi pranja laboratorijske opreme i suđa	328
Poslovi dostave i prenošenja kemikalija i ostalih materijala	332
ZAVOD ZA OPĆE PROGRAME	336
Rukovodeći poslovi	337
Administrativni poslovi	340
Poslovi organizacije i kontrole radnika i radnog procesa	343
Poslovi nabave	346
Poslovi organiziranja nastave	349
Poslovi izvođenja nastave	352
Poslovi mentoriranja	355
Poslovi laboratorijskih analiza i ispitivanja	358

Poslovi znanstvenih istraživanja	362
Poslovi pranja laboratorijske opreme i suđa	366
Poslovi izvođenja nastave TZK	370
Poslovi dostave i prenošenja kemikalija i ostalih materijala	375
JEDINICE OPĆIH POSLOVA	380
Rukovodeći poslovi	381
Administrativni poslovi	384
Poslovi organizacije i kontrole radnika i radnog procesa	387
Poslovi nabave	390
Poslovi savjetovanja	393
Pravni poslovi	396
Računovodstveno financijski poslovi	400
Knjižničarski poslovi	403
Poslovi lektoriranja	406
Poslovi pripreme časopisa	409
Poslovi zaštite na radu	412
Informatički poslovi	415
Poslovi skladištenja	418
Električarski poslovi	423
Poslovi zavarivanja	427
Poslovi rukovanja kotlovnicom	432
Poslovi montaže, demontaže i popravaka inventara	436
Poslovi održavanja i popravljanja radne opreme	440
Poslovi dostave i prenošenja kemikalija i ostalih materijala	444
Poslovi instalacije vodovodnih i odvodnih instalacija	448
Soboslikarski i ličilački poslovi	453
Podopolagački poslovi	457
Pomoćni poslovi	461
Poslovi održavanja zelenih površina	466
Poslovi čišćenja i održavanja prostora fakulteta	471
Poslovi čišćenja i održavanja prostora radionice	476
Poslovi čišćenja prostora	481
CENTRI	486
Rukovodeći poslovi	487
Administrativni poslovi	490
Poslovi organizacije i kontrole radnika i radnog procesa	493
Poslovi nabave	496
Poslovi kemijskih ispitivanja	499
Poslovi mikrobioloških ispitivanja	503
Poslovi kontrole kvalitete	507
Poslovi laboratorijskih analiza i ispitivanja	511
Poslovi znanstvenih istraživanja	515
Poslovi održavanja laboratorijske opreme	519
Poslovi čišćenja prostora	523
Poslovi čišćenja laboratorija	528
Poslovi pranja laboratorijske opreme i suđa	533
Poslovi dostave i prenošenja kemikalija i ostalih materijala	538
Poslovi uzrokovanja i dostave uzoraka	542
2.4. ANALIZA I PROCJENA POSLOVA KOJI SE OBAVLJAJU S RAČUNALOM	546
2.5. DODATNA PROCJENA RIZIKA NA MJESTIMA OBAVLJANJA POSLOVA	631
2.6. ZAKLJUČAK ANALIZE I PROCJENE PRIKUPLJENIH PODATAKA	634
3. PLAN MJERA ZA UKLANJANJE ODNOSNO SMANJIVANJE RAZINE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA	640

4. DOKUMENTIRANJE PROCJENE RIZIKA	649
4.1. POPIS PODATAKA NA TEMELJU KOJIH JE IZRAĐENA PROCJENA RIZIKA	649
4.2. PRIMJENJENI PROPISI PRI IZRADI PROCJENE RIZIKA	651
5. PRILOZI	654
5.1. SIGURNOSNI PODACI IZVORA FIZIKALNIH ŠTETNOSTI, KEMIKA LIJA, ODNOSNO BIOLOŠKIH AGENSA KOJI SE KORISTE	654
5.2. POPIS RADNE OPREME	668
5.3. POPIS OSOBNE ZAŠTITNE OPREME ZA POSLOVE KOD KOJIH SE MORA UPOTREBLJAVATI	669
5.4. POPIS POTREBNIH ISPITIVANJA	682
5.5. POPIS POSLOVA S POSEBNIM UVJETIMA RADA	688
5.6. METODOLOGIJA OCJENJIVANJA OPTEREĆENJA ZDRAVIH RADNIKA PRI RUČNOM RUKOVANJU TERETOM	694
5.7. METODOLOGIJA ANALIZE I PROCJENE RIZIKA PRI RADU S RAČUNALOM	708

UVOD

Procjena rizika je postupak kojim se utvrđuje razina opasnosti, štetnosti i napora u smislu nastanka ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u svezi s radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika.

Poslodavac je obavezan imati izrađenu procjenu rizika za sve poslove koje za njega obavljaju radnici i osobe na radu. procjena rizika mora odgovarati postojećim opasnostima štetnostima i naporima.

Procjena rizika je osnova za upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu. Ranije razumijevanje mjera sigurnosti i zaštite zdravlja kroz dugi niz godina temeljilo se na načelu pridržavanja zakonskih propisa. Međutim, raznolikost radnih aktivnosti, osobitost svakog radnog mjesta i svi vidovi rada ne mogu se u potpunosti obuhvatiti i tretirati zakonskim odrednicama ma kako ih široko tumačili. Pristup koji se temelji na otkrivanju onoga što je već pošlo po zlu ili što nije u skladu sa zakonskim odrednicama, ne može predvidjeti što se sve može dogoditi niti može spriječiti nastanak štetnog događaja.

Procjena rizika omogućuje prepoznavanje svih opasnosti, štetnosti i napora koje mogu naškoditi radnicima i uzrokovati neželjene posljedice. Ona omogućuje procjenjivanje ozbiljnosti tih posljedica i pronalaženje najprikladnijih rješenja za zaštitu od njih. Prevencija je vodeće načelo procjene rizika.

Procjena rizika je puno više od procedure, to je upravljanje sigurnošću na radu i zaštitom zdravlja radnika. Procjenjivanje rizika je način ponašanja kojim se osigurava sigurnost i zaštita zdravlja radnika.

Prema Zakonu o zaštiti na radu i Pravilnika o izradi Procjene rizika potrebno je zadovoljiti sljedeće zahtjeve.

Procijeniti rizike u pisanom obliku

Poslodavac je dužan, radi poboljšanja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, procijeniti rizike po život i zdravlje radnika i utvrditi mjere za uklanjanje, odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora uz aktivno sudjelovanje radnika koji obavljaju poslove i uvažavanje njihovih stavova. Također je dužan izraditi ili pribaviti procjenu rizika u pisanom ili elektroničkom obliku sukladno Zakonu o zaštiti na radu i Pravilnika o izradi Procjene rizika.

Informirati radnike o rezultatima procjene rizika

Poslodavac je dužan informirati radnike i njihove predstavnike o svim opasnostima, štetnostima i naporima, te rizicima koji mogu utjecati na njihovu sigurnost i zdravlje, a vezano za poslove koje obavljaju. Također je dužan informirati radnike o mjerama zaštite i prevencije koje je prema rezultatima procjene rizika potrebno poduzeti.

Pridržavati se osnovnih načela prevencije i zaštite na radu

Poslodavac mora primjenjivati pravila zaštite na radu koristeći opća načela prevencije:

- izbjegavanja rizika
- procjenjivanja rizika
- sprječavanja rizika na njihovom izvoru
- prilagođavanja rada radnicima u vezi s oblikovanjem mjesta rada, izborom radne opreme te načinom rada i radnim postupcima radi ublažavanja jednoličnog rada, rada s nametnutim ritmom, rada po učinku u određenom vremenu (normirani rad) te ostalih napora s ciljem smanjenja njihovog štetnog učinka na zdravlje
- prilagođavanja tehničkom napretku
- zamjene opasnog neopasnim ili manje opasnim
- razvoja dosljedne sveobuhvatne politike prevencije povezivanjem tehnologije, organizacije rada, uvjeta rada, ljudskih odnosa i utjecaja radnog okoliša
- davanja prednosti skupnim mjerama zaštite pred pojedinačnim
- odgovarajuće osposobljavanje i obavješćivanje radnika

Uvažavati slijedeće odrednice Pravilnika o izradi procjene rizika

- pri procjeni rizika obvezno sudjeluju radnici, odnosno njihovi predstavnici, ovlaštenici i stručnjaci zaštite na radu, a poslodavac po potrebi uključuje i stručnjake iz pojedinih područja.
- procjena rizika mora sadržavati prikupljanje podataka na mjestu rada (poslove koji se obavljaju na mjestu rada, broj radnika koji obavljaju iste poslove, mjesta rada gdje se poslovi obavljaju, uređenje mjesta rada, popis radne opreme, popis izvora fizikalnih, kemijskih i bioloških štetnosti i organizaciju rada i raspored radnog vremena).
- na osnovi prikupljenih podataka na mjestima rada treba utvrditi opasnosti, štetnosti i napore, procijeniti rizika i utvrditi mjere za uklanjanje, odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora na mjestima rada.
- plan mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora mora biti detaljno razrađen i mora sadržavati rokove, odgovorne osobe za provedbu mjera te način kontrole provedive mjera.
- o procjeni rizika kao i izmjenama i dopunama procjene rizika, na svojim sjednicama raspravlja odbor zaštite na radu koji prihvaća procjenu rizika ili predlaže ispravke te daje primjedbe i prijedloge.

Osigurati tražene podatke za dokument procjene rizika

Poslodavac je dužan osiguravati sve podatke potrebne za izradu Procjene rizika. Prema Pravilniku o izradi procjene rizika, procjena rizika obuhvaća:

- opći podaci
- prikupljanje podataka na mjestu rada
- analiza i procjena prikupljenih podataka
- plan mjera za uklanjanje, odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora
- dokumentiranje
- prilozi

Prikupljanje podataka na mjestu rada

Prikupljanje podataka tijekom prepoznavanja rizika, opasnih situacija, načina i trajanja izloženosti i primijenjenih mjera mora se bilježiti. Isto tako, zabilježiti se mora postupak i rezultat ocjene rizika te predložene mjere za smanjivanje utvrđenih rizika.

Pri prikupljanju podataka važno je obratiti pažnju na strukturu zaposlenih radnika (ukupan broj radnika, broj žena, radnika mlađih od 18 godina i osoba s umanjenom radnom sposobnošću), dali je posao s posebnim uvjetima rada (podatak da je radno mjesto već ocijenjeno kao posao kod kojeg postoji povećan rizik od oštećenja zdravlja, odnosno da je prema zakonodavstvu proglašeno poslom s posebnim uvjetima rada, ukazuje da se radi o poslovima opasnim po zdravlje). Ako se radi o poslovima s posebnim uvjetima rada, treba navesti koji su to poslovi (točka/e iz čl. 3. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada).

Također, ako se primjenjuje staž osiguranja s povećanim trajanjem, radi se o posebno opasnim i štetnim poslovima, koji utječu na zdravlje i radnu sposobnost radnika. U slučaju da se radi o stažu s povećanim trajanjem, korisno je navesti broj dodatnih mjeseci osiguranja, npr. 12/15 mjeseci.

Potrebno je obratiti pažnju i na broj ozljeda na radu i profesionalnih bolesti. Osim broja ozljeda na radu i profesionalnih bolesti u posljednjih 5 godina, tijekom procjene treba analizirati izvor, uzrok, način nastanka i težinu ozljeda i bolesti, jer su oni koristan pokazatelj prisutnih rizika na mjestu rada.

Prilikom utvrđivanja vremenskog rasporeda rada potrebno je prikupiti podatke o radnom vremenu, ritmu rada, smjenskom radu i odmorima, jer isti podatci daju uvid u intenzitet opterećenja uzrokovanog organizacijom rada.

Pojedini posao zahtijeva određenu stručnu spremu, znanja i vještine, odobrenja i dodatnu obuku za obavljanje poslova.

Pri određivanju poslova koji se obavljaju na mjestu rada važno je navesti sve poslove koji se obavljaju, jer se analizirajući poslove prepoznaju prisutni rizici. Ne smije se zaboraviti poslove koji se obavljaju samo povremeno i u izvanrednim situacijama. Potrebno je pitati samog radnika o svim poslovima koje obavlja.

Glede mjesta rada potrebno je navesti mjesta rada gdje radnici i osobe na radu moraju biti, ili na koje moraju ići, ili kojemu imaju pristup tijekom rada zbog poslova koje obavljaju za poslodavca, kao i svaki prostor, odnosno prostoriju koju poslodavac koristi za obavljanje poslova i koja je pod njegovim izravnim ili neizravnim nadzorom. Obavljanje rada zahtijeva ergonomski oblikovano mjesto rada i određen slobodan prostor kojim se osigurava nesmetan rad i kretanje zbog potrebe posla. Neophodno je analizirati je li mjesto rada ergonomski oblikovano, odnosno da li je osigurano dovoljno slobodnog prostora za obavljanje radnih operacija. Isto vrijedi i za površine na kojima se obavlja neki rad. Ukoliko radni prostor i radne površine ne zadovoljavaju potrebe radnog procesa, potrebno je utvrditi nedostatke..

Utvrđivanje i procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora sastoji se od pregleda radne okoline, promatranja poslova koji se obavljaju na mjestu rada, promatranja poslova koji se obavljaju izvan mjesta rada, razgovora sa radnicima, razmatranja vanjskih faktora koji mogu imati utjecaj na poslove koji se obavljaju (npr. ispitivanja koja obavljaju ovlaštena tijela, vremenski uvjeti).

Informacije se također mogu pribaviti putem pregleda radne opreme i tehničkih podataka o opremi, materijalima ili tvarima koje se koriste na mjestu rada, tehnološkim postupcima i priručnicima za rad, rezultatima mjerenja opasnih, štetnih ili napornih čimbenika na mjestu rada, podacima o ozljedama na radu i profesionalnim bolestima, specifikacijama o osobinama kemijskih sastojaka, pravnim propisima i tehničkim normama, znanstvenoj i tehničkoj literaturi.

Procjena rizika sastoji se od određivanja tehnološkog procesa na mjestu rada, analize mjesta rada, prikupljanja podataka na radnim mjestima, određivanja poslova koji se obavljaju i mjesta obavljanja poslova, procjene rizika svakog pojedinog posla, dodatne procjene rizika na mjestima rada i zaključka analize i procjene prikupljenih podataka.

Određivanje glavnih tehnoloških procesa sastoji se od prikupljanja podataka od strane poslodavca i to:

- popis radnih mjesta s brojem zaposlenih sukladno ugovoru o radu,
- popis lokacija (mjesta rada) gdje radnici obavljaju poslove,
- kratak opis tehnološkog procesa za svako mjesto rada.

Podaci o mjestima rada obuhvaćaju

- prikupljanje podataka za mjesto rada gdje se poslovi obavljaju,
- analizu mjesta rada.
- broj radnika koji obavljaju poslove na mjestu rada,
- popis poslova koji se obavljaju na mjestu rada,
- organizacija rada i vremenski raspored rada,
- uređenje mjesta rada gdje se poslovi obavljaju.

Analiza i procjena prikupljenih podataka

Analiza i procjena prikupljenih podataka za poslove koji se obavljaju obuhvaća:

- popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova,
- zahtjevi u pogledu stručne osposobljenosti, zdravstvene osposobljenosti, godina, spola,
- izračun ručnog rukovanja teretima pri obavljanju poslova,
- popis izvora fizikalnih, kemijskih i bioloških štetnosti,
- utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora pri obavljanju poslova,
- procjenjivanje opasnosti štetnosti i napora,
- utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora pri obavljanju poslova,
- zaključak analize i procjene prikupljenih podataka za poslove koji se obavljaju.

Poslije ispunjavanja minimalnih zahtjeva kod procjenjivanja rizika, a prema potrebama poslova koji se obavljaju za poslodavca, u procjenjivanje rizika mogu se uključiti i određeni provedbeni propisi iz zaštite na radu (kao što su propisi za osobnu zaštitnu opremu, za ručno prenošenje tereta, za rad sa zaslonima, za radnu opremu, za fizikalna, kemijska i biološka štetna djelovanja) te smjernice iz zaštite na radu (kao što su smjernice o procjeni kemijskih, fizikalnih i bioloških štetnih djelovanja i industrijskih procesa opasnih ili štetnih za sigurnost i zdravlje trudnica, osoba koje su rodile ili doje, procjena poslova na kojima se dugotrajno sjedi). Određeni propisi ili smjernice iz zaštite na radu uključiti će se u procjenu rizika jedino ukoliko je procijenjen srednji ili veliki rizik za pojedinu opasnost, štetnost ili napor, dok se za procijenjeni mali rizik kontrolne liste i analize neće uključivati.

U procjeni rizika za poslove koji se obavljaju potrebno je dati napomene vezano za zahtjeve posebnih propisa i smjernica zaštite na radu koji će u daljnjoj posebnoj analizi biti obrađeni.

U sklopu procjene rizika potrebno je procijeniti i psihosocijalne rizike. Prilikom procjene psihosocijalnih rizika potrebno je uzeti u obzir rizike iz Priloga V. Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu, prilagođene iz *Okvirnog sporazuma koji se odnosi na stres prouzročen na mjestu rada*.

Kada se procjenom rizika utvrdi da je pojedini psihosocijalni rizik procijenjen velikim psihosocijalnim rizikom, u izradi i provođenju mjera prevencije sudjeluju specijalisti medicine rada/medicine rada i sporta, i po potrebi psiholozi kada to odredi specijalist medicine rada/medicine rada i sporta.

Specijalisti medicine rada/medicine rada i sporta i psiholozi sudjeluju u edukaciji radnika o prevenciji psihosocijalnih rizika u skladu s propisima kojima je uređen način provođenja specifične zdravstvene zaštite radnika. Specijalist medicine rada/medicine rada i sporta je obvezan poduzeti odgovarajuće preventivne mjere kada primijeti da radnik pokazuje znakove i simptome bolesti koje mogu biti uzrokovane psihosocijalnim rizicima na mjestu rada.

U procjeni rizika potrebno je utvrditi poslove na kojima je radnik izložen naporu vida i/ili govora.

Ako se pri procjeni rizika utvrdi postojanje napora vida i/ili govora, potrebno je ocijeniti veličinu rizika za sigurnost i zdravlje radnika, a uzimajući u obzir:

- za napor vida:
 - a) predmet ili aparat u ili kroz koji radnik mora gledati radi obavljanja posla (npr. mikroskop, sitni elementi pri montaži)
 - b) zahtjeve posla (npr. brzina rada, norma)

- c) dužinu trajanja posla (u danu, mjesecu)
- d) osvijetljenost prostora u kojem se obavlja posao (prirodna/umjetna, raspored rasvjetnih tijela, bliještanje, odsjaji)

– za napor govora:

- a) značajke prostora u kojem radnik obavlja posao govoreći (zapašen, male vlažnosti)
- b) dužinu trajanja posla (u danu, mjesecu)
- c) jačinu tona kojim se govori odnosno jačina buke u prostoru u kojem radnik obavlja posao govoreći.

Poslodavac je obavezan procjenjivati razinu rizika za sve poslove koji se obavljaju s računalnom i drugom opremom, uzimajući u obzir rizik od narušavanja zdravlja radnika zbog vidnog, statodinamičkog i psihofiziološkog napora u skladu s Pravilnikom o izradi procjene rizika.

Procjena rizika mjesta rada s računalom obavlja se ukoliko osobe pri obavljanju poslova koriste računalo sa zaslonom ukupno četiri ili više sati tijekom radnog dana.

Dodatna procjena na mjestu rada provodi se radi prepoznavanja opasnosti koje ne mogu biti obuhvaćene procjenom rizika pojedinog posla i koje se odnose na zajedničke radne i pomoćne prostorije poslodavca (mjesta rada). Pri tome se ispituju i procjenjuju površine za kretanje (podovi, vanjske površine, stepenice), elektroinstalacije, sustav za zaštitu od munje, cjevovodi (plinovodi, vodovodi, parovodi, cijevi za otpadne vode), uvjeti skladištenja kemikalija, itd. Razina rizika se procjenjuje prema matrici procjene rizika.

Plan mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora

Plan mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora sadrži primjenu osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu, kao i drugih mjera koje se moraju primijeniti odnosno poduzeti sa svrhom otklanjanja razine opasnosti, štetnosti i napora ili smanjivanja iste na najmanju moguću mjeru.

Dokumentiranje procjene rizika

Poslodavac je obavezan dokumentirati pojedine korake izrade procjene rizika.

U ovoj procjeni rizika naveden je popis dokumentacije i zakonskih propisa koja je korištena pri izradi procjene rizika.

Poslodavac nema obvezu dokumentiranja procjene rizika za poslove koje radnik povremeno obavlja na izdvojenom mjestu rada, ako su to administrativni, uredski i slični poslovi za koje je u skladu s odredbama ovoga Pravilnika prethodno procijenjen i dokumentiran mali rizik i koje radnik redovito obavlja u prostoru poslodavca.

Poslodavac je obavezan čuvati procjene rizika za poslove koje obavljaju radnici u pisanom ili elektroničkom obliku

Prilozi uz procjenu rizika

Obvezni prilozi uz procjenu rizika su:

- sigurnosni podaci izvora fizikalnih štetnosti, kemikalija, odnosno bioloških agensa koji se koriste
- popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova,
- popis osobne zaštitne opreme za poslove kod kojih se mora upotrebljavati,
- popis potrebnih ispitivanja,
- popis poslova s posebnim uvjetima rada

PODACI O VRSTI I DATUMU IZRADE PROCJENE RIZIKA☐ **Potpuna procjena rizika**☒ **NADOPUNA – izmjene i dopune Procjene rizika****Razlozi za nadopunu:**☐ Smrtna, skupna ili teža ozljeda☐ Utvrđeni slučaj profesionalne bolesti☐ Poremećaj u procesu rada koji je mogao izazvati
štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika☐ Izmjena u procesu rada koja utječe na sigurnost i zdravlje radnika☐ Izvršno rješenje inspektora rada☐ Odluka poslodavaca/odbora zaštite na radu☒ Novi radni proces/novi poslovi

NADNEVAK ZAVRŠETKA IZRADE PROCJENE RIZIKA: 11.06.2025.

PODACI O OVLAŠTENJOJ USTANOVI KOJA JE IZRADILA PROCJENU RIZIKA

<i>Naziv</i>	ZAŠTITA-ATEST d.o.o.
<i>Sjedište</i>	Zagreb, Bani 75
<i>Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje poslova na izradi procjene rizika</i>	UP/I-115-01/19-01/20 UR BROJ 524-03-03-02/3-19-2
<i>Ime i prezime</i>	Martina Hezler
<i>Stručna sprema i zvanje</i>	mag. ing. sec., član radne skupne
<i>Broj Uvjerenja o položenom ispitu stručnjaka zaštite na radu</i>	Ur. Br. 524-03-01-01/3-17-15, ev.br. 2052/17
<i>Vlastoručni potpis</i>	
<i>Ime i prezime</i>	Nikola Nucak
<i>Stručna sprema i zvanje</i>	mag. ing. strojarstva, član radne skupine
<i>Broj Uvjerenja o položenom ispitu stručnjaka zaštite na radu</i>	Ur.br. 524-03-01-01/3-16-5, ev. br. 1812/16
<i>Vlastoručni potpis</i>	
<i>Ime i prezime</i>	Bruno Volf
<i>Stručna sprema i zvanje</i>	mag. ing. elektrotehnike, član radne skupine
<i>Broj Uvjerenja o položenom ispitu stručnjaka zaštite na radu</i>	Ur.br. 524-03-01-01/3-16-6, ev.br. 1714/16
<i>Vlastoručni potpis</i>	

Ovlaštena osoba:

Dino Fejzić, mag. ing. sec.



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Uprava za rad i zaštitu na radu
Sektor za zaštitu na radu

KLASA: UP/I-115-01/19-01/20
URBROJ: 524-03-03-02/3-19-2
Zagreb, 15. svibnja 2019.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, broj 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18), povodom zahtjeva tvrtke ZAŠTITA-ATEST d.o.o. iz Zagreba, Bani 75, OIB: 72702911449, donosi

RJEŠENJE

I.

ZAŠTITA-ATEST d.o.o. iz Zagreba, Bani 75, OIB: 72702911449, ispunjava uvjete za obavljanje poslova zaštite na radu te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove:

1. obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca,
2. osposobljavanje za zaštitu na radu (osposobljavanja radnika za rad na siguran način te osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu),
3. izrada procjene rizika,
4. ispitivanja radne opreme,
5. ispitivanja u radnom okolišu:
 - a) ispitivanja fizikalnih čimbenika
 - b) ispitivanja kemijskih čimbenika.

O obavljenim poslovima navedena pravna osoba je obvezna izdavati i čuvati isprave te voditi evidenciju.

II.

Ovim Rješenjem ukida se Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu KLASA: UP/I-115-01/15-01/60, URBROJ: 425-02/2-17-8 od 27. travnja 2017. godine.

III.

Poslove iz točke I. ovog Rješenja navedena pravna osoba može obavljati dok ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (Narodne novine, broj 112/14 i 84/15), a o svim promjenama koje se odnose na ispunjavanje propisanih uvjeta, pravna osoba je dužna obavijestiti ovo Ministarstvo odmah po nastanku promjene.

IV.

Ovo Rješenje objavit će se u Narodnim novinama.

Obrazloženje

ZAŠTITA-ATEST d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Chicaga 25, OIB: 72702911449, podnijela je dana 18. lipnja 2015. godine zahtjev za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca, izradu procjene rizika, osposobljavanja za zaštitu na radu (osposobljavanja radnika za rad na siguran način te osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu), ispitivanja radne opreme i ispitivanja fizikalnih čimbenika u radnom okolišu, temeljem kojeg je Zavod za unapređivanje zaštite na radu (dalje: Zavod), uzevši u obzir priloženu dokumentaciju, donio 18. lipnja 2015. godine Rješenje KLASA: UP/I-115-01/15-01/60, URBROJ: 425-01/1-15-2.

Dana 26. travnja 2017. godine podnositelj zahtjeva je u skladu s Pravilnikom o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (Narodne novine, broj 112/14 i 84/15 – dalje: Pravilnik) uputio zahtjev kojim se traži dopuna ovlaštenja. Na osnovu zahtjeva i priložene dokumentacije 27. travnja 2017. godine Zavod je denio Rješenje KLASA: UP/I-115-01/15-01/60, URBROJ: 425-02/2-17-8, za obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca, osposobljavanja za zaštitu na radu (osposobljavanja radnika za rad na siguran način te osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu), izradu procjene rizika, ispitivanja radne opreme te ispitivanja fizikalnih i kemijskih čimbenika u radnom okolišu.

Dana 13. svibnja 2019. godine podnositelj zahtjeva je temeljem točke II. prethodno citiranog Rješenja, a sukladno odredbi članka 9. stavka 2. Pravilnika, pisanim putem obavijestio ovo Ministarstvo o promjeni adrese sjedišta društva te tražio izmjenu ovlaštenja na tu okolnost. Na temelju priložene dokumentacije i uvidom u spis utvrđeno je da stranka ima:

- zaposlen potreban broj stručnjaka zaštite na radu,
- poslovnik o postupcima, uvjetima i metodama obavljanja poslova zaštite na radu,
- odnosno ispunjava uvjete propisane odredbama članka 3. stavka 3. Pravilnika za poslove navedene u izreci Rješenja.

Stoga je riješeno kao u izreci Rješenja.

Upravna pristojba u iznosu od 35,00 kuna prema Tarifi br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 115/16), poništena je na zahtjevu.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudom u Zagrebu u roku od 30 dana od dana dostave ovog Rješenja.



DOSTAVITI:

ZAŠTITA-ATEST d.o.o., Bani 75, 10010 Zagreb

1. OPĆI PODACI

1.1. OPĆI PODACI O POSLODAVCU

<i>Naziv</i>	Sveučilište u Zagrebu
<i>Sjedište</i>	Prehrambeno-biotehnološki fakultet Zagreb, Pierottijeva 6
<i>Djelatnost</i>	- ustrojavanje i izvođenje studija u znanstvenom području biotehničkih znanosti, znanstvenim poljima prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma, putem prijediplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te doktorskih i specijalističkih studija - ustrojavanje i izvođenje programa povremenog i stalnog usavršavanja te cjeloživotnog obrazovanja i obrazovanja odraslih iz područja djelatnosti Fakulteta - znanstveno-istraživački i stručni rad - organiziranje i održavanje znanstvenih i stručnih skupova - obavljanje izdavačkih, knjižničarskih i informatičkih usluga za potrebe procesa obrazovanja, znanstvenog i stručnog rada - procesno-tehnološko projektiranje, inženjering i nadzor u području djelatnosti - razvoj i selekcija/konstrukcija biotehnološki značajnih sojeva mikroorganizama - savjetovanje vezano za proizvodnju biogoriva i biokemikalija iz obnovljivih sirovina, - savjetovanje o genetičkom inženjerstvu i genetički modificiranim organizmima (GMO) - ispitivanje autentičnosti hrane, prehrambenih proizvoda i sirovina molekularno - genetičkim metodama - razvoj novih postupaka u proizvodnji hrane - osiguranje kvalitete odnosno nadzor i ocjena sigurnosti i kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda - ispitivanje zdravstvene ispravnosti poljoprivrednih proizvoda te nadzor i ocjena kvalitete predmeta opće uporabe - primjena bioinformatike, genomike, metabolomike i proteomike u istraživanjima u području djelatnosti - upravljanje i gospodarenje proizvodnjom hrane i biotehnološkim pripravcima - nutricionizam i nutrigenomika - dijetoterapija raznih bolesti i stanja, te savjetovanje o prehrani u zdravlju i bolesti, - razvoj novih procesa i tehnologija u području osnovnih djelatnosti kroz smjernice održivog razvoja 19. provođenje temeljnih i primijenjenih istraživanja i stručni rad u matematici, kemiji i biologiji, te srodnim tehničkim disciplinama - sudska vještačenja i ekspertize - izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija iz područja biotehničkih znanosti, znanstvenih polja prehrambena tehnologija, biotehnologija i nutricionizam i srodnih znanosti - obavljanje poslova vezanih uz zaštitu okoliša, vodnih resursa i mora kroz smjernice održivog razvoja 23. tehničko ispitivanje i analiza - obavljanje i drugih poslova nužnih za provođenje osnovnih djelatnosti Fakulteta.
<i>Ukupan broj radnika</i>	- 263 radnika (od toga 195 žena)

1.2. PODACI O ČLANOVIMA UPRAVE

<i>Prezime i ime</i>	prof. dr. sc. Verica Dragović-Uzelac
<i>Naziv radnog mjesta</i>	Dekanica fakulteta

1.3. PODACI O OBAVLJANJU POSLOVA ZAŠTITE NA RADU

<i>Prezime i ime</i>	Mladen Sluganović, mag. ing. sec.
<i>Naziv radnog mjesta</i>	Stručnjak zaštite na radu II stupnja, Voditelj službe zaštite na radu i zaštite od požara

<i>Prezime i ime</i>	Mladen Galić
<i>Naziv radnog mjesta</i>	Stručnjak zaštite na radu I stupnja i stručni referent za poslove zaštite od požara

1.4. PODACI O OVLAŠTENICIMA POSLODAVCA

<i>Prezime i ime</i>	dr. sc. Jasmina Lapić
<i>Naziv radnog mjesta</i>	Izvanredna profesorica, Pročelnica laboratorija

<i>Prezime i ime</i>	dr. sc. Nives Marušić Radovčić
<i>Naziv radnog mjesta</i>	Izvanredna profesorica, Predstojnica zavoda i pročelnica laboratorija

<i>Prezime i ime</i>	dr. sc. Zoran Herceg
<i>Naziv radnog mjesta</i>	Redoviti profesor, pročelnik laboratorija

<i>Prezime i ime</i>	dr. sc. Katarina Lisak Jakopović
<i>Naziv radnog mjesta</i>	Izvanredna profesorica, pročelnica laboratorija

<i>Prezime i ime</i>	dr. sc. Mirjana Hruškar
<i>Naziv radnog mjesta</i>	Redovita profesorica, pročelnica laboratorija
<i>Prezime i ime</i>	dr. sc. Marina Cvjetko Bubalo
<i>Naziv radnog mjesta</i>	Izvanredna profesorica, pročelnica laboratorija
<i>Prezime i ime</i>	Ana Kovač, prof.
<i>Naziv radnog mjesta</i>	Viši predavač, pročelnica kabineta
<i>Prezime i ime</i>	dr. sc. Maja Dent
<i>Naziv radnog mjesta</i>	Izvanredna profsorica, pročelnica laboratorija
<i>Prezime i ime</i>	dr. sc. Mojca Čakić Semenčić
<i>Naziv radnog mjesta</i>	Izvanredna profesorica, pročelnica laboratorija
<i>Prezime i ime</i>	dr. sc. Tibela Landeka Dragičević
<i>Naziv radnog mjesta</i>	Redovita profesorica, pročelnica laboratorija
<i>Prezime i ime</i>	dr. sc. Bojan Žunar
<i>Naziv radnog mjesta</i>	Izvanredni profesor, pročelnik laboratorija
<i>Prezime i ime</i>	dr. sc. Teuta Murati
<i>Naziv radnog mjesta</i>	Izvanredna profesorica, pročelnica laboratorija
<i>Prezime i ime</i>	dr. sc. Sandra Balbino
<i>Naziv radnog mjesta</i>	Redovita profesorica, pročelnica laboratorija

<i>Prezime i ime</i>	dr. sc. Jasna Mrvčić
<i>Naziv radnog mjesta</i>	Redovita profesorica, pročelnica laboratorija
<i>Prezime i ime</i>	dr. sc. Tamara Jurina
<i>Naziv radnog mjesta</i>	Izvanredna profesorica, pročelnica laboratorija
<i>Prezime i ime</i>	dr. sc. Zvonimir Štalić
<i>Naziv radnog mjesta</i>	Redoviti profesor, pročelnik laboratorija
<i>Prezime i ime</i>	dr. sc. Damir Iveković
<i>Naziv radnog mjesta</i>	Redoviti profesor, pročelnik laboratorija
<i>Prezime i ime</i>	dr. sc. Janko Diminić
<i>Naziv radnog mjesta</i>	Izvanredni profesor, pročelnik laboratorija
<i>Prezime i ime</i>	dr. sc. Ivona Elez Garofulić
<i>Naziv radnog mjesta</i>	Izvanredna profesorica, pročelnica laboratorija
<i>Prezime i ime</i>	dr. sc. Draženka Komes
<i>Naziv radnog mjesta</i>	Redovita profesorica, pročelnica laboratorija
<i>Prezime i ime</i>	dr. sc. Nikolina Čukelj Mustač
<i>Naziv radnog mjesta</i>	Izvanredna profesorica, pročelnica laboratorija
<i>Prezime i ime</i>	dr. sc. Klara Kraljić
<i>Naziv radnog mjesta</i>	Izvanredna profesorica, pročelnica laboratorija

<i>Prezime i ime</i>	dr. sc. Sven Karlović
<i>Naziv radnog mjesta</i>	Izvanredni profesor, Pročelnik Laboratorija
<i>Prezime i ime</i>	dr. sc. Mladen Brnčić
<i>Naziv radnog mjesta</i>	Redoviti profesor, pročelnik laboratorija
<i>Prezime i ime</i>	dr. sc. Natka Ćurko
<i>Naziv radnog mjesta</i>	Izvanredna profesorica, pročelnica laboratorija
<i>Prezime i ime</i>	dr. sc. Mirjana Čurlin
<i>Naziv radnog mjesta</i>	Redovita profesorica, pročelnica laboratorija
<i>Prezime i ime</i>	dr. sc. Josip Ćurko
<i>Naziv radnog mjesta</i>	Izvanredni profesor, pročelnik laboratorija
<i>Prezime i ime</i>	Lidija Podvalej, prof.
<i>Naziv radnog mjesta</i>	Viši predavač, pročelnica kabineta
<i>Prezime i ime</i>	dr. sc. Božidar Šantek
<i>Naziv radnog mjesta</i>	Redoviti profesor, predstojnik zavoda i pročelnik laboratorija
<i>Prezime i ime</i>	dr. sc. Ksenija Markov
<i>Naziv radnog mjesta</i>	Redovita profesorica, pročelnica laboratorija
<i>Prezime i ime</i>	dr. sc. Blaženka Kos
<i>Naziv radnog mjesta</i>	Redovita profesorica, pročelnica laboratorija

<i>Prezime i ime</i>	dr. sc. Ana Bielen
<i>Naziv radnog mjesta</i>	Izvanredna profesora, pročelnica laboratorija
<i>Prezime i ime</i>	dr. sc. Marija Badanjak Sabolović
<i>Naziv radnog mjesta</i>	Izvanredna profesorica, pročelnica laboratorija
<i>Prezime i ime</i>	dr. sc. Ines Panjkota Krbavčić
<i>Naziv radnog mjesta</i>	Redovita profesorica, pročelnica laboratorija
<i>Prezime i ime</i>	dr. sc. Mia Kurek
<i>Naziv radnog mjesta</i>	Izvanredna profesorica, pročelnica laboratorija
<i>Prezime i ime</i>	dr. sc. Anet Režek Jambrak
<i>Naziv radnog mjesta</i>	Redovita profesorica, pročelnica laboratorija
<i>Prezime i ime</i>	dr. sc. Mladen Pavlečić
<i>Naziv radnog mjesta</i>	Izvanredni profesor
<i>Prezime i ime</i>	mr. sc. Marina Ćurko
<i>Naziv radnog mjesta</i>	Predstojnica Centra za kontrolu namirnica
<i>Prezime i ime</i>	dr. sc. Ksenija Durgo
<i>Naziv radnog mjesta</i>	Izvanredna profesorica, pročelnica laboratorija
<i>Prezime i ime</i>	Nataša Krištafor, dipl. ing.
<i>Naziv radnog mjesta</i>	Centar za kontrolu namirnica

<i>Prezime i ime</i>	Niko Radović, mag. iur.
<i>Naziv radnog mjesta</i>	Glavni tajnik fakulteta

<i>Prezime i ime</i>	Stevo Gajdek
<i>Naziv radnog mjesta</i>	Voditelj radionice

1.5. PODACI O POVJERENICIMA RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU

Kod poslodavca nije izabran povjerenik radnika za zaštitu na radu.

<i>Prezime i ime</i>	
<i>Naziv radnog mjesta</i>	

1.6. PODACI O RADU ODBORA ZA ZAŠTITU NA RADU

Način na koji je odbor sudjelovao u izradi Procjene rizika:

Poslodavac je osnovao Odbor za zaštitu na radu kao savjetodavno tijelo poslodavca, jer poslodavac zapošljava više od 50 (pedeset) radnika.

2. PROCJENJIVANJE RIZIKA

Procjenjivanje rizika se provodi u skladu s Matricom procjene rizika prema općim kriterijima razine rizika (vjerojatnost, posljedica)

Rizik se procjenjuje kao:

- 1) mali rizik,
- 2) srednji rizik ili
- 3) veliki rizik.

Procjenjivanje rizika se provodi uz aktivno sudjelovanje radnika koji obavljaju poslove i uvažavanje njihovih stavova.

Pri procjenjivanju rizika se moraju uvažiti provedbeni propisi iz zaštite na radu (kao što su propisi za osobnu zaštitnu opremu, za ručno prenošenje tereta, za rad sa zaslonima, za radnu opremu, za fizikalna, kemijska i biološka štetna djelovanja) te smjernice iz zaštite na radu (kao što su smjernice o procjeni kemijskih, fizikalnih i bioloških štetnih djelovanja i industrijskih procesa opasnih ili štetnih za sigurnost i zdravlje trudnica, osoba koje su rodile ili doje).

Poslovi s malim rizicima u smislu odredbi Pravilnika o izradi procjene rizika su administrativni, uredski poslovi i slični poslovi kao što su pomoćne usluge, umnožavanje snimljenih zapisa, trgovina električnom energijom, trgovina bez skladištenja, trgovina na malo na štandovima i tržnicama, trgovina na malo preko pošte ili interneta, poslovi unajmljivanja, iznajmljivanja, uslužni administrativni poslovi, poslovi projektiranja, planiranja, savjetovanja, obrazovanja, organizacije, marketinga, posredovanja, izdavanja, pripreme, prezentacije, dizajniranja, poslovi brokera i agenata, dražbe, iznajmljivanja prijevoznih sredstava ili opreme bez vozača, rukovatelja ili posade, usluge pripreme za tisak i objavljivanje, umnožavanje snimljenih zapisa, organizacija izvedbe projekata, posredovanje, usluge smještaja, izdavanje računalnih igara i izdavanje ostalog softvera, poslovi prikazivanja filmova, snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa, računalno programiranje, savjetovanje u vezi s računalima, obrada podataka, usluge poslužitelja i poslovi povezani s njima, internetski portali, središnje bankarstvo, ostalo novčarsko posredovanje, poslovi uzajamnih fondova (trustova), poslovi ostalih fondova i slični financijski subjekti, financijski leasing, ostalo kreditno posredovanje, životno osiguranje, ostala osiguranja, reosiguranje, mirovinski fondovi, poslovanje financijskih tržišta, posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima, procjena rizika i štete, poslovi agenata i posrednika osiguranja, poslovi upravljanja fondovima, kupnja i prodaja vlastitih nekretnina, poslovi agencija za poslovanje nekretninama, pravni, računovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi, porezno savjetovanje, upravljački poslovi, savjetovanje u vezi s upravljanjem, odnosi s javnošću i poslovi priopćivanja, savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, tehničko savjetovanje, promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta, oglašavanje preko medija, ispitivanje javnoga mnijenja, prevoditeljski poslovi i usluge tumača, poslovi iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing), poslovi zapošljavanja, poslovi putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora), uredski administrativni i pomoćni poslovi, poslovi pozivnih centara, organizacija sastanaka i poslovnih sajмова, poslovi agencija za prikupljanje i naplatu računa te kreditnih ureda, kreativni, umjetnički i zabavni poslovi, izvođačka umjetnost, umjetničko stvaralaštvo, poslovi knjižnica i arhiva, poslovi muzeja, poslovi kockanja i klađenja, poslovi poslovnih organizacija, organizacija poslodavaca i strukovnih članskih organizacija i sl.

Iznimno pojedini poslovi mogu se zbog određenih izvora opasnosti, štetnosti i napora na mjestu rada procijeniti i drugim razinama rizika.

KLASIFIKACIJA OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORI RADA			
1.OPASNOSTI		1.3.3.	Odmašćivači
1.	MEHANIČKE OPASNOSTI	1.3.4.	Drugi nadražljivci
1.1.	Alati	1.4.	Zagušljivci
1.1.1.	Ručni	1.4.1.	Inertni
1.1.2.	Mehanizirani	1.4.2.	Kemijski
1.2.	Strojevi i oprema	1.5.	Senzibilizatori
1.3.	Sredstva za horizontalni prijenos	1.5.1.	Organske prašine biljnog porijekla
1.3.1.	Prijevozna vozila: automobili, kamioni i dr.	1.5.2.	Organske prašine životinjskog porijekla
1.3.2.	Prijenosna sredstva: viličari	1.5.3.	Kemijski spojevi alergnog potencijala
1.3.3.	Samohodni strojevi: bageri, buldožeri i dr.	1.5.4.	Termofilne aktinomicete
1.4.	Sredstva za vertikalni prijenos	1.5.5.	Ostali senzibilizatori
1.4.1.	Dizalice	1.6.	Fibrogeni
1.4.2.	Transporteri	1.6.1.	Azbest
1.5.	Rukovanje predmetima	1.6.2.	Silicijev dioksid
1.6.	Ostale mehaničke opasnosti	1.6.3.	Ostali fibrogeni
2.	OPASNOSTI OD PADOVA	1.7.	Mutageni
2.1.	Pad radnika i drugih osoba	1.8.	Karcinogeni
2.1.1.	Na istoj razini	1.9.	Teratogeni
2.1.2.	U dubinu	2.	BIOLOŠKE ŠTETNOSTI
2.1.3.	S visine	2.1.	Zarazni materijal
2.1.4.	S visine iznad 3 metra	2.2.	Zaraženi ljudi
2.2.	Pad predmeta	2.3.	Zaražene životinje
3.	ELEKTRIČNA STRUJA	2.4.	Opasne biljke
3.1.	Otvoreni električni krug	2.5.	Opasne životinje
3.2.	Ostale električne opasnosti	3.	FIZIKALNE ŠTETNOSTI
4.	POŽAR I EKSPLOZIJA	3.1.	Buka
4.1.	Eksplodivne tvari	3.1.1.	Kontinuirana buka
4.2.	Zapaljive tvari	3.1.2.	Diskontinuirana buka
5.	TERMIČKE OPASNOSTI	3.2.	Impulsna buka
5.1.	Vruće tvari	3.1.3.	Ometajuća buka
5.2.	Hladne tvari	3.2.	Vibracije
II. ŠTETNOSTI		3.2.3.	Vibracije koje se prenose na ruke
1.	KEMIJSKE ŠTETNOSTI	3.2.2.	Vibracije koje se prenose na cijelo tijelo
1.1.	Otrovi	3.2.3.	Potresanja
1.1.1.	Metali	3.3.	Promijenjeni tlak
1.1.2.	Nemetali	3.3.1.	Povišeni tlak
1.1.3.	Organski spojevi	3.3.2.	Sniženi tlak
1.2.	Korozivi	3.3.3.	Promjene tlaka
1.2.1.	Kiseline	3.4.	Nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti
1.2.2.	Lužine	3.4.1.	Rad na otvorenom
1.2.3.	Drugi korozivi	3.4.2.	Vrući okoliš
1.3.	Nadražljivci	3.4.3.	Visoka vlažnosti
1.3.1.	Lako topljivi u vodi	3.4.4.	Pojačano strujanje zraka
1.3.2.	Slabo topljivi u vodi	3.4.5.	Hladan okoliš

3.4.6.	Česte promjene temperature
3.4.7.	Nepovoljni učinci umjetne ventilacije
3.5.	Ionizirajuće zračenje
3.5.1.	Rendgensko zračenje
3.5.2.	Otvoreni radioaktivni elementi
3.5.3.	Zatvoreni radioaktivni elementi
3.6.	Neionizirajuće zračenje
3.6.1.	UV zračenje (A,B,C)
3.6.2.	Toplinsko zračenje
3.6.3.	Mikrovalno zračenje
3.6.4.	Lasersko zračenje
3.6.5.	Elektromagnetsko polje vrlo niskih frekvencija
3.7.	Osvjetljenost
3.7.1.	Nedovoljna osvjetljenost
3.7.2.	Bliještanje
3.8.	Ostale fizikalne štetnosti
III. NAPORI	
1.	STATODINAMIČKI
1.1.	Statički: prisilan položaj tijela
1.1.1.	Stalno sjedenje
1.1.2.	Stalno stajanje
1.1.3.	Pognut položaj tijela
1.1.4.	Čučanje, klečanje
1.1.5.	Rad u skučenom prostoru
1.1.6.	Ruke iznad glave
1.1.7.	Ostali statički naponi
1.2.	Dinamički: fizički rad
1.2.1.	Ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile
1.2.2.	Brzi rad
1.2.3.	Dizanje i nošenje tereta
1.2.4.	Guranje i vučenje tereta
1.2.5.	Težak fizički rad
1.2.6.	Ostali dinamički naponi
2.	PSIHOFIZIOLOŠKI
2.1.	Nepovoljan ritam rada
2.1.1.	Rad na normu
2.1.2.	Ritam uvjetovan radnim procesom
2.1.3.	Neujednačen ritam

2.2.	Poremećen bioritam
2.2.1.	Noćni rad
2.2.2.	Produljeni rad
2.3.	Remećenje socijalnih potreba
2.3.1.	Terenski rad
2.3.2.	Rad na daljinu
2.4.	Odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra
2.4.1.	Rukovođenje
2.4.2.	Upravljanje prijevoznim sredstvima
2.5.	Visoka vjerojatnost izvanrednih događaja
2.6.	Otežan prijam informacija
2.6.1.	Zvučni signali i znakovi
2.6.2.	Svjetlosni signali i znakovi
2.6.3.	Buka
2.6.4.	Nedovoljna osvjetljenost
2.7.	Radni zahtjevi
2.7.1.	Neodgovarajući kvantitativni zahtjevi (premalo ili previše rada)
2.7.2.	Premali utjecaj na rad
2.7.3.	Zahtjev za visokom kvalitetom rada
2.7.4.	Izolirani rad
2.7.5.	Monotoni rad
2.7.6.	Komunikacija s osobama
2.8.	Maltretiranje
2.8.1.	Mobing
2.8.2.	Bulling
2.9.	Burnout
2.10.	Ostali psihofiziološki naponi
3.	NAPORI VIDA
4.	NAPORI GOVORA

Matrica procjene rizika1. VJEROJATNOST (V)

<i>I</i>	<i>Malo vjerojatno</i>	Ne bi se trebalo dogoditi tijekom cijele profesionalne karijere radnika.
<i>II</i>	<i>Vjerojatno</i>	Može se dogoditi samo nekoliko puta tijekom profesionalne karijere radnika.
<i>III</i>	<i>Vrlo vjerojatno</i>	Može se ponavljati tijekom profesionalne karijere radnika.

2. POSLJEDICE (veličina posljedica – štetnosti) (P)

<i>A</i>	<i>Malo štetno</i>	Ozljeđe i bolesti koje ne uzrokuju produženu bol (kao npr. male ogrebotine, iritacije oka, glavobolje itd.).
<i>B</i>	<i>Srednje štetno</i>	Ozljeđe i bolesti koje uzrokuju umjerenu, ali produženu bol ili bol koja se povremeno ponavlja (kao npr. rane, manji prijelomi, opekotine drugog stupnja na ograničenom dijelu tijela, dermatološke alergije itd.).
<i>C</i>	<i>Izrazito štetno</i>	Ozljeđe i bolesti koje uzrokuju tešku i stalnu bol i/ili smrt (kao npr. amputacije, komplicirani prijelomi, rak, opekotine drugog ili trećeg stupnja na velikom dijelu tijela itd.).

3. MATRICA PROCJENE RIZIKA (R)

<i>Vjerojatnost</i>	<i>Veličina posljedica (štetnosti)</i>		
	<i>Malo štetno</i>	<i>Srednje štetno</i>	<i>Izrazito štetno</i>
<i>Malo vjerojatno</i>	Mali rizik	Mali rizik	Srednji rizik
<i>Vjerojatno</i>	Mali rizik	Srednji rizik	Veliki rizik
<i>Vrlo vjerojatno</i>	Srednji rizik	Veliki rizik	Veliki rizik

<i>1</i>	<i>Mali rizik</i>	Dodatne mjere nisu potrebne. Preporuča se informirati radnike.
<i>2</i>	<i>Srednji rizik</i>	Održavati postojeću situaciju ili je poboljšati. Upozoriti radnike na rizike. Informirati radnike.
<i>3</i>	<i>Veliki rizik</i>	Poduzimati mjere za poboljšanje. Redovno i ciljano pratiti zdravstveno stanje radnika. Upozoriti radnike na rizike. Informirati radnike.

2.1. NAZIVI RADNIH MJESTA S BROJEM ZAPOSLENIH RADNIKA

Redni broj	Naziv radnog mjesta	Ukupno	Muških	Ženskih	Invalida	Mlađih od 18 god.
ZAVOD ZA KEMIJU I BIOKEMIJU						
1. Tajnica zavoda						
1.1.	Tajnica zavoda	1	0	1	0	0
2. Laboratorij za opću i anorgansku kemiju i elektroanalizu						
2.1.	Redoviti profesor (Pročelnik laboratorija)	1	1	0	0	0
2.3.	Asistent	2	1	1	0	0
2.4.	Voditelj ispostave	1	0	1	0	0
2.5.	Tehnički suradnik	1	0	1	0	0
3. Laboratorij za organsku kemiju						
3.1.	Izvanredni profesor (Pročelnik Laboratorija)	1	0	1	0	0
3.2.	Redoviti profesor u trajnom zvanju	1	0	1	0	0
3.3.	Redoviti profesor	1	0	1	0	0
3.4.	Izvanredni profesor	2	0	2	0	0
3.5.	Tehnički suradnik	2	0	2	0	0
4. Laboratorij za analitičku kemiju						
4.1.	Redoviti profesor (Pročelnik laboratorija)	1	0	1	0	0
4.2.	Izvanredni profesor	2	0	2	0	0
4.3.	Asistent	1	0	1	0	0
4.4.	Tehnički suradnik	1	1	0	0	0
5. Laboratorij za fizikalnu kemiju i koroziju						
5.1.	Izvanredni profesor	1	0	1	0	0
5.2.	Docent (Pročelnica laboratorija)	2	1	1	0	0
5.3.	Poslijedoktorand	1	1	0	0	0
5.4.	Tehnički suradnik	1	0	1	0	0

Redni broj	Naziv radnog mjesta	Ukupno	Muških	Ženskih	Invalida	Mlađih od 18 god.
6. Laboratorij za biokemiju						
6.1.	Redoviti profesor (Predstojnik zavoda)	1	0	1	0	0
6.2.	Izvanredni profesor (Pročelnik laboratorija)	1	1	0	0	0
6.3.	Docent	1	1	0	0	0
6.4.	Asistent	3	0	3	0	0
6.5.	Viši tehnički suradnik	1	0	1	0	0
6.6.	Pomoćni laborant	1	0	1	0	0
6.7.	Viši asistent	2	0	2	0	0
7. Laboratorij za toksikologiju						
7.1.	Redoviti profesor (Pročelnik laboratorija)	1	0	1	0	0
7.2.	Izvanredni profesor	1	0	1	0	0
7.3.	Viši asistent	1	0	1	0	0
ZAVOD ZA PROCESNO INŽENJERSTVO						
1. Laboratorij za tehnološke operacije						
1.1.	Asistent	1	0	1	0	0
1.2.	Redoviti profesor	1	1	0	0	0
1.3.	Izvanredni profesor (Pročelnik laboratorija)	1	1	0	0	0
1.4.	Izvanredni profesor	1	1	0	0	0
1.5.	Viši asistent	1	1	0	0	0
1.6.	Viši tehnički suradnik	1	1	0	0	0
1.7.	Tehnički suradnik	1	1	0	0	0
2. Laboratorij za tehničku termodinamiku						
2.1.	Redoviti profesor (Pročelnik laboratorija)	1	1	0	0	0
2.2.	Izvanredni profesor	1	1	0	0	0

Redni broj	Naziv radnog mjesta	Ukupno	Muških	Ženskih	Invalida	Mlađih od 18 god.
3. Laboratorij za mjerenje, regulaciju i automatizaciju						
3.1.	Redoviti profesor	1	0	1	0	0
3.2.	Izvanredni profesor (Pročelnik laboratorija)	1	0	1	0	0
4. Kabinet za osnove inženjerstva						
4.1.	Redoviti profesor (Pročelnik Kabineta)	1	0	1	0	0
4.2.	Izvanredni profesor	1	0	1	0	0
5. Kabinet za matematiku						
5.1.	Redoviti profesor (Pročelnik Kabineta)	1	1	0	0	0
5.2.	Redoviti profesor	1	0	1	0	0
5.3.	Izvanredni profesor	1	1	0	0	0
5.4.	Viši asistent	1	1	0	0	0
ZAVOD ZA POZNAVANJE I KONTROLU SIROVINA I PREHRAMBENIH PROIZVODA						
1. Laboratorij za znanost o prehrani						
1.1.	Redoviti profesor (Pročelnik laboratorija)	1	0	1	0	0
1.2.	Redoviti profesor	1	1	0	0	0
1.3.	Izvanredni profesor	1	0	1	0	0
1.4.	Viši asistent	1	0	1	0	0
2. Laboratorij za kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji						
2.1.	Redoviti profesor (Predstojnik zavoda)	1	0	1	0	0
2.2.	Redoviti profesor (Pročelnik laboratorija)	1	0	1	0	0
2.3.	Redoviti profesor	2	0	2	0	0
2.4.	Viši asistent	1	0	1	0	0
2.5.	Tehnički suradnik	2	1	1	0	0

Redni broj	Naziv radnog mjesta	Ukupno	Muških	Ženskih	Invalida	Mlađih od 18 god.
3. Laboratorij za kemiju i biokemiju hrane						
3.1.	Redoviti profesor (Pročelnik laboratorija)	1	0	1	0	0
3.2.	Redoviti profesor	1	0	1	0	0
3.3.	Izvanredni profesor	2	0	2	0	0
3.4.	Asistent	1	0	1	0	0
ZAVOD ZA BIOKEMIJSKO INŽENJERSTVO						
1. Tajnica zavoda						
1.1.	Tajnica zavoda	1	0	1	0	0
2. Laboratorij za biologiju i genetiku mikroorganizama						
2.1	Redoviti profesor (Pročelnik laboratorija)	1	0	1	0	0
2.2.	Redoviti profesor	3	1	2	0	0
2.3.	Izvanredni profesor	3	1	2	0	0
2.4.	Docent	1	1	0	0	0
2.5.	Viši asistent	2	0	2	0	0
2.6.	Asistent	1	0	1	0	0
2.7.	Viši tehnički suradnik	3	1	2	0	0
3. Laboratorij za biokemijsko inženjerstvo, industrijsku mikrobiologiju i tehnologiju piva i slada						
3.1	Redoviti profesor (Predstojnik zavoda i pročelnik laboratorija)	1	1	0	0	0
3.2.	Redoviti profesor	6	3	3	0	0
3.3.	Izvanredni profesor	3	2	1	0	0
3.4.	Viši asistent	2	1	1	0	0
3.5.	Tehnički suradnik	3	1	2	0	0
3.6.	Stručni suradnik	1	0	1	0	0

Redni broj	Naziv radnog mjesta	Ukupno	Muških	Ženskih	Invalida	Mlađih od 18 god.
4. Laboratorij za tehnologiju i primjenu stanica i biotransformacije						
4.1.	Izvanredni profesor (Pročelnik laboratorija)	1	0	1	0	0
4.2.	Redoviti profesor	3	1	2	0	0
4.3.	Izvanredni profesor	1	0	1	0	0
4.4.	Asistent	3	0	3	0	0
5. Laboratorij za opću mikrobiologiju i mikrobiologiju namirnica						
5.1	Redoviti profesor (Pročelnik laboratorija)	1	0	1	0	0
5.2.	Redoviti profesor	1	0	1	0	0
5.3.	Viši asistent	1	0	1	0	0
5.4.	Tehnički suradnik	2	0	2	0	0
6. Laboratorij za tehnologiju antibiotika, enzima, probiotika i starter kultura						
6.1.	Redoviti profesor (Pročelnik laboratorija)	1	0	1	0	0
6.2.	Redoviti profesor	1	0	1	0	0
6.3.	Izvanredni profesor	1	0	1	0	0
6.4.	Viši asistent	1	0	1	0	0
6.5.	Asistent	2	0	2	0	0
6.6.	Peračica posuđa	1	0	1	0	0
7. Laboratorij za bioinformatiku						
7.1.	Redoviti profesor (Pročelnik Laboratorija)	1	1	0	0	0
7.2.	Redoviti profesor	1	1	0	0	0
7.3.	Izvanredni profesor	1	1	0	0	0

Redni broj	Naziv radnog mjesta	Ukupno	Muških	Ženskih	Invalida	Mlađih od 18 god.
1. Laboratorij za bioinformatiku						
ZAVOD ZA PREHRAMBENO -TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO						
1. Tajnica zavoda						
1.1.	Tajnica zavoda	1	0	1	0	0
2. Laboratorij za procesno-prehrambeno inženjerstvo						
2.1.	Redoviti profesor (Pročelnik laboratorija)	1	1	0	0	0
2.2.	Izvanredni profesor	1	0	1	0	0
2.3.	Viši asistent	1	0	1	0	0
2.4.	Asistent	1	0	1	0	0
2.5.	Tehnički suradnik	1	1	0	0	0
3. Laboratorij za tehnologiju mesa i ribe						
3.1	Izvanredni profesor (Pročelnik laboratorija)	1	0	1	0	0
3.2.	Redovni profesor	2	0	2	0	0
3.3.	Docent	1	1	0	0	0
4. Laboratorij za kemiju i tehnologiju voća i povrća						
4.1.	Redoviti profesor (Pročelnik laboratorija)	1	0	1	0	0
4.2.	Izvanredni profesor	2	0	2	0	0
4.3.	Docent	1	0	1	0	0
4.4.	Asistent	2	0	2	0	0
4.5	Viši tehnički suradnik	1	0	1	0	0
5. Laboratorij za tehnologiju mlijeka i mliječnih proizvoda						
5.1.	Redoviti profesor	1	0	1	0	0
5.2.	Izvanredni profesor (pročelnik laboratorija)	2	0	2	0	0
5.5.	Tehnički suradnik	1	0	1	0	0
6. Laboratorij za tehnologiju ugljikohidrata i konditorskih proizvoda						
6.1.	Redoviti profesor (Pročelnik laboratorija)	1	0	1	0	0
6.2.	Docent	1	0	1	0	0
6.4	Asistent	2	0	2	0	0

Redni broj	Naziv radnog mjesta	Ukupno	Muških	Ženskih	Invalida	Mlađih od 18 god.
7. Laboratorij za kemiju i tehnologiju žitarica						
7.1.	Redoviti profesor (Pročelnik laboratorija)	2	0	2	0	0
7.2.	Izvanredni profesor	1	0	1	0	0
7.3.	Docent	1	0	1	0	0
7.4.	Asistent	2	0	2	0	0
7.5.	Viši tehnički suradnik	1	0	1	0	0
8. Laboratorij za tehnologiju ulja i masti						
8.1.	Redoviti profesor (Pročelnik laboratorija)	1	0	1	0	0
8.2.	Izvanredni profesor	2	1	1	0	0
8.3.	Asistent	1	0	1	0	0
8.4.	Tehnički suradnik	1	0	1	0	0
9. Laboratorij za biološku obradu otpadnih voda						
9.1.	Redoviti profesor (Pročelnik laboratorija)	1	0	1	0	0
9.3.	Docent	1	0	1	0	0
9.5.	Asistent	1	0	1	0	0
10. Laboratorij za tehnologiju vode						
10.1	Redoviti profesor	1	1	0	0	0
10.2.	Izvanredni profesor (pročelnik laboratorija)	1	1	0	0	0
10.3.	Viši asistent	1	1	0	0	0
10.4.	Viši tehnički suradnik	1	0	1	0	0
11. Laboratorij za tehnologiju i analitiku vina						
11.1.	Redoviti profesor	2	0	2	0	0
11.2.	Izvanredni profesor	1	0	1	0	0
11.3.	Docent (pročelnik laboratorija)	1	0	1	0	0
11.4	Viši asistent	1	0	1	0	0
12. Kabinet za tehnološko projektiranje						
12.1.	Redoviti profesor (Pročelnik laboratorija)	1	0	1	0	0

Redni broj	Naziv radnog mjesta	Ukupno	Muških	Ženskih	Invalida	Mlađih od 18 god.
13. Laboratorij za tehnologiju vrenja i kvasca						
13.1.	Redoviti profesor (pročelnik laboratorija)	1	0	1	0	0
13.2.	Redoviti profesor	1	1	0	0	0
13.3.	Viši asistent	1	0	1	0	0
14. Laboratorij za pakiranje hrane						
14.1.	Redoviti profesor (Pročelnik laboratorija)	1	0	1	0	0
14.2.	Izvanredni profesor	2	1	1	0	0
15. Laboratorij za proces sušenja i praćenja stabilnosti biološki aktivnih spojeva						
15.1.	Redoviti profesor (Pročelnik laboratorija)	1	0	1	0	0
15.2.	Izvanredni profesor	1	0	1	0	0
15.3.	Asistent	1	0	1	0	0
16. Kabinet za procese pripreme hrane						
16.1.	Redoviti profesor (Pročelnik laboratorija)	1	0	1	0	0
16.2.	Izvanredni profesor	1	0	1	0	0
16.3.	Asistent	1	1	0	0	0
ZAVOD ZA OPĆE PROGRAME						
1. Tajnica zavoda						
1.1.	Tajnica zavoda	1	0	1	0	0
2. Kabinet za ekonomiju						
2.1.	Viši predavač	1	1	0	0	0
3. Katedra za strane jezike u struci						
3.1	Viši predavač	2	0	2	0	0
4. Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu						
4.1.	Viši predavač	2	1	1	0	0
5. Laboratorij za održivi razvoj						
5.1.	Redoviti profesor	1	0	1	0	0
5.2.	Asistent	2	0	2	0	0

Redni broj	Naziv radnog mjesta	Ukupno	Muških	Ženskih	Invalida	Mlađih od 18 god.
JEDINICE OPĆIH POSLOVA						
1. Ured dekana						
1.1.	Tajnica ureda dekana	1	0	1	0	0
2. Ured prodekana i glavnog tajnika						
2.1.	Glavni tajnik fakulteta	1	1	0	0	0
2.2.	Tajnica ureda prodekana i glavnog tajnika	1	0	1	0	0
3. Ured za studente						
3.1	Voditeljica ureda za preddiplomske i diplomske studije	1	0	1	0	0
3.2	Voditeljica ureda za poslijediplomske studije	1	0	1	0	0
3. Pisarnica						
3.1.	Voditeljica pisarnice	1	0	1	0	0
4. Ured za međunarodnu suradnju i akademsku mobilnost						
4.1.	Voditeljica ureda	1	0	1	0	0
5. Ured za upravljanje kvalitetom						
5.1.	Voditeljica ureda	1	0	1	0	0
6. Služba za ljudske resurse, pravne i opće poslove						
6.1.	Voditeljica pravnih i općih poslova	1	0	1	0	0
6.2.	Voditelj ureda za ljudske resurse	1	1	0	0	0
7. Služba za informatičku potporu						
7.1.	Voditelj službe	1	1	0	0	0
7.2.	Tehnički suradnik	1	0	1	0	0
7.3.	Informatički referent	1	1	0	0	0
8. Ured za javnu nabavu						
8.1.	Voditelj ureda	1	1	0	0	0
9. Ured za projekte						
8.1.	Voditeljica ureda	1	0	1	0	0
8.2.	Stručni referent	1	0	1	0	0

Redni broj	Naziv radnog mjesta	Ukupno	Muških	Ženskih	Invalida	Mlađih od 18 god.
10. Služba nabave i skladištenja						
10.1.	Voditelj ekonomata	1	1	0	0	0
10.2.	Voditelj skladišta	1	1	0	0	0
11. Radiona						
11.1.	Voditelj radionice-domar	1	1	0	0	0
11.2.	Radnik u radionici	2	2	0	0	0
11.3.	Električar	1	1	0	0	0
12. Služba čišćenja						
12.1.	Voditeljica spremačica	1	0	1	0	0
12.2.	Spremačice	10	0	10	0	0
13. Služba za financijske i računovodstvene poslove						
13.1.	Voditeljica službe	1	0	1	0	0
15.2.	Voditeljica odjela u računovodstvu	5	0	5	0	0
14. Služba za zaštite na radu i zaštite od požara						
14.1.	Voditelj službe	1	1	0	0	0
14.2.	Stručni referent	1	1	0	0	0
15. Služba tehničkog održavanja						
15.1.	Upravitelj zgrada-voditelj tehničke službe	0	0	0	0	0
15.2.	Administrator	1	0	1	0	0
16. Biblioteka						
16.1.	Voditeljica knjižnice	1	0	1	0	0
16.2.	Knjižničar	1	0	1	0	0
17. Uredništvo časopisa Food Technology and Biotechnology						
19.1.	Jezična urednica	1	0	1	0	0
19.2.	Urednica	1	0	1	0	0

Redni broj	Naziv radnog mjesta	Ukupno	Muških	Ženskih	Invalida	Mlađih od 18 god.
CENTRI						
1. Centar za kontrolu namirnica						
1.1.	Predstojnica	1	0	1	0	0
1.2.	Voditeljica odjela (Zamjenica predstojnice)	1	0	1	0	0
20.3.	Voditelj kvalitete (Zamjenica voditeljica odjela)	1	0	1	0	0
1.4.	Voditeljica odjela	1	0	1	0	0
1.5.	Analitičar	6	1	5	0	0
1.6.	Tehnički suradnik-uzorkivač	1	1	0	0	0
1.7.	Uzorkivač	1	1	0	0	0
1.8.	Tehnički suradnik	6	1	5	0	0
1.9.	Administrator	2	0	2	0	0
1.10.	Spremačica-laborant	1	0	1	0	0
2. Centar za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju						
2.1.	Predstojnica	1	0	1	0	0
2.2.	Izvanredni profesor	1	0	1	0	0

2.2. PRIKUPLJANJE PODATAKA NA MJESTU RADA

<i>Redni broj</i>	<i>Lokacije namijenjene za rad</i>	
1.	Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet	Zagreb, Pierottijeva 6
2.	Zavod za biokemijsko inženjerstvo	Zagreb, Kršnjavoga 25
3.	Zavod za biokemijsko inženjerstvo	Zagreb, Kačićeva 30
4.	Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo Zavod za opće programe Jedinica za opće poslove	Zagreb, Kačićeva 23
5.	Centar za kontrolu namirnica	Zagreb, Jagićeva 31
6.	Centar za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju	Zagreb, Petra Kasandrića 3

Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet**Prikupljane podataka u prostorima fakulteta na lokaciji Zagreb, Pierottijeva 6 obuhvaća:****1. ZAVOD ZA KEMIJU I BIOKEMIJU**

- 1.1. Tajnica zavoda
- 1.2. Laboratorij za opću i anorgansku kemiju i elektroanalizu
- 1.3. Laboratorij za organsku kemiju
- 1.4. Laboratorij za analitičku kemiju
- 1.5. Laboratorij za fizikalnu kemiju i koroziju
- 1.6. Laboratorij za biokemiju
- 1.7. Laboratorij za toksikologiju

2. ZAVOD ZA PROCESNO INŽENJERSTVO

- 2.1. Tajnica zavoda
- 2.2. Laboratorij za tehnološke operacije
- 2.3. Laboratorij za tehničku termodinamiku
- 2.4. Laboratorij za mjerenje, regulaciju i automatizaciju
- 2.5. Kabinet za osnove inženjerstva
- 2.6. Kabinet za matematiku

3. ZAVOD ZA POZNAVANJE I KONTROLU SIROVINA I PREHRAMBENI PROIZVODA

- 3.1. Tajnica zavoda
- 3.2. Laboratorij za znanost o prehrani
- 3.3. Laboratorij za kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji
- 3.4. Laboratorij za kemiju i biokemiju prehrane

4. ZAVOD ZA BIOKEMIJSKO INŽENJERSTVO

- 4.1. Tajnica zavoda
- 4.2. Laboratorij za opću mikrobiologiju i mikrobiologiju namirnica
- 4.3. Laboratorij za tehnologiju antibiotika, enzima, probiotika i starter kultura
- 4.4. Kabinet Laboratorij za bioinformatiku

5. ZAVOD ZA PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO

- 5.1. Tajnica zavoda
- 5.2. Laboratorij za procesno-prehrambeno inženjerstvo
- 5.3. Laboratorij za tehnologiju mesa i ribe
- 5.4. Laboratorij za kemiju i tehnologiju voća i povrća
- 5.5. Laboratorij za tehnologiju mlijeka i mliječnih proizvoda
- 5.6. Laboratorij za kemiju i tehnologiju žitarica
- 5.7. Laboratorij za tehnologiju ulja i masti
- 5.8. Laboratorij za biološku obradu otpadnih voda
- 5.9. Laboratorij za tehnologiju vode
- 5.10. Laboratorij za tehnologiju i analitiku vina
- 5.11. Kabinet za tehnološko projektiranje
- 5.12. Laboratorij za tehnologiju vrenja i kvasca
- 5.13. Laboratorij za pakiranje hrane
- 5.14. Laboratorij za procese sušenja i praćenje stabilnosti biološki aktivnih spojeva
- 5.15. Kabinet za procese pripreme hrane

6. ZAVOD ZA OPĆE PROGRAME

- 6.1. Katedra za strane jezike u struci
- 6.2. Kabinet za ekonomiju
- 6.3. Laboratorij za održivi razvoj (dio istraživanja se provodi na Institutu za fiziku)

7. JEDINICA ZA OPĆE POSLOVE, Zagreb, Pierottijeva 6

- 7.1. Ured dekana
- 7.2. Ured prodekana i glavnog tajnika
- 7.3. Ured za studente
- 7.4. Služba za ljudske resurse, pravne i opće poslove
- 7.5. Pisarnica
- 7.6. Služba za informatičku potporu
- 7.7. Služba nabave i skladištenja
- 7.8. Služba tehničkog održavanja
 - 7.8.1 Radionica
 - 7.8.2 Spremačice
- 7.9. Ured za međunarodnu suradnju i akademsku mobilnost
- 7.10. Ured za upravljanje kvalitetom
- 7.11. Ured za javnu nabavu

Na navedenoj lokaciji obavljaju se rukovodeći poslovi, administrativni poslovi, poslovi organizacije i kontrole radnika i radnog procesa, poslovi nabave, poslovi organiziranja nastave i praktične nastave, poslovi izvođenja nastave, poslovi izvođenja praktične nastave, pomoćni poslovi u praktičnoj nastavi, poslovi mentoriranja, poslovi laboratorijskih analiza i ispitivanja, poslovi znanstvenih istraživanja, poslovi održavanja laboratorijske opreme, poslovi čišćenja prostora, poslovi pranja laboratorijske opreme i suđa, pravni poslovi, financijsko računovodstveni poslovi, knjižničarski poslovi, poslovi lektoriranja, poslovi pripreme časopisa, poslovi zaštite na radu i zaštite od požara, informatički poslovi, poslovi skladištenja, električarski poslovi, poslovi zavarivanja, poslovi rukovanja kotlovnicom, poslovi montaže, demontaže i popravka inventara, poslovi održavanja i popravka radne opreme, poslovi instalacije vodovodnih i odvodnih instalacija, soboslikarčki i ličilački poslovi, podopolagački poslovi, pomoćni poslovi, poslovi održavanja zelenih površina, poslovi dostave, poslovi čišćenja i održavanja prostora fakulteta, poslovi čišćenja i održavanja radionice.

Pri radu radnici za rad koriste uredski pribor, računalo i računalnu opremu, laboratorijski pribor i posuđe, kružnu pilu, aparat za zavarivanje, bušilicu, brusilicu, trimer, vrtni pribor i alat, ručni alat, sredstva za horizontalni prijevoz, oprema i uređaji za čišćenje prostora.

Poslovi se obavljaju u jednoj smjeni, a prema potrebi i prekovremeno.

Radnici su pri radu izloženi fizikalnim štetnostima (buka, vibracije, nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti, rasvjeta), kemijske štetnosti (prašina, nadražljivci, otrovi, korozivi), biološkim štetnostima (zaraženi materijal).

Prikupljane podataka u prostorima na lokaciji Zagreb, Kršnjavoga 25 obuhvaća:

1. ZAVOD ZA BIOKEMIJSKO INŽENJERSTVO

1.1. Laboratorij za biologiju i genetiku mikroorganizama

Na navedenoj lokaciji obavljaju se rukovodeći poslovi, administrativni poslovi, poslovi organizacije i kontrole radnika i radnog procesa, poslovi nabave, poslovi organiziranja nastave i praktične nastave, poslovi izvođenja nastave, poslovi izvođenja praktične nastave, pomoćni poslovi u praktičnoj nastavi, poslovi mentoriranja, poslovi laboratorijskih analiza i ispitivanja, poslovi znanstvenih istraživanja, poslovi održavanja laboratorijske opreme, poslovi čišćenja prostora, poslovi pranja laboratorijske opreme i suđa.

Pri radu radnici koriste uredski pribor, računalo i računalnu opremu, laboratorijski pribor i posuđe, sredstva za horizontalni prijevoz, oprema i uređaji za čišćenje prostora.

Poslovi se obavljaju u jednoj smjeni, a prema potrebi i prekovremeno.

Radnici su pri radu izloženi fizikalnim štetnostima (buka, vibracije, nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti), kemijske štetnosti (prašina, nadražljivci, otrovi, korozivi), biološkim štetnostima (zaraženi materijal).

Prikupljane podataka u prostorima na lokaciji Zagreb, Kačićeva 30 obuhvaća:

1. ZAVOD ZA BIOKEMIJSKO INŽENJERSTVO

1.1. Laboratorij za biokemijsko inženjerstvo, industrijsku mikrobiologiju i tehnologiju piva i slada

1.2. Laboratorij za tehnologiju i primjenu stanica i biotransformacije

Na navedenoj lokaciji obavljaju se rukovodeći poslovi, administrativni poslovi, poslovi organizacije i kontrole radnika i radnog procesa, poslovi nabave, poslovi organiziranja nastave i praktične nastave, poslovi izvođenja nastave, poslovi izvođenja praktične nastave, pomoćni poslovi u praktičnoj nastavi, poslovi mentoriranja, poslovi laboratorijskih analiza i ispitivanja, poslovi znanstvenih istraživanja, poslovi održavanja laboratorijske opreme, poslovi čišćenja prostora, poslovi pranja laboratorijske opreme i suđa.

Pri radu radnici koriste uredski pribor, računalo i računalnu opremu, laboratorijski pribor i posuđe, sredstva za horizontalni prijevoz, oprema i uređaji za čišćenje prostora.

Poslovi se obavljaju u jednoj smjeni, a prema potrebi i prekovremeno.

Radnici su pri radu izloženi fizikalnim štetnostima (buka, vibracije, nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti), kemijske štetnosti (prašina, nadražljivci, otrovi, korozivi), biološkim štetnostima (zaraženi materijal).

Prikupljane podataka u prostorima na lokaciji Zagreb, Kačićeva 23 obuhvaća:**1. ZAVOD ZA PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO**

1.1. Laboratorij za tehnologiju ugljikohidrata i konditorskih proizvoda

2. ZAVOD ZA OPĆE PROGRAME

2.1. Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu

3. JEDINICA ZA OPĆE POSLOVE

3.1. Knjižnica

3.2. Uredništvo časopisa Food Technology and Biotechnology

3.3. Služba za financijske i računovodstvene poslove

3.4. Služba zaštite na radu i zaštite od požara

3.5. Ured za projekte

Na navedenoj lokaciji obavljaju se rukovodeći poslovi, administrativni poslovi, poslovi organizacije i kontrole radnika i radnog procesa, poslovi nabave, poslovi organiziranja nastave i praktične nastave, poslovi izvođenja nastave, poslovi izvođenja praktične nastave, pomoćni poslovi u praktičnoj nastavi, poslovi mentoriranja, poslovi laboratorijskih analiza i ispitivanja, poslovi znanstvenih istraživanja, poslovi održavanja laboratorijske opreme, poslovi čišćenja prostora, poslovi pranja laboratorijske opreme i suđa, pravni poslovi, financijsko računovodstveni poslovi, knjižničarski poslovi, poslovi lektoriranja, poslovi pripreme časopisa, poslovi zaštite na radu i zaštite od požara, informatički poslovi, poslovi skladištenja, električarski poslovi, poslovi zavarivanja, poslovi rukovanja kotlovnicom, poslovi montaže, demontaže i popravaka inventara, poslovi održavanja i popravka radne opreme, poslovi dostave, poslovi čišćenja i održavanja prostora fakulteta, poslovi čišćenja i održavanja prostora radionice.

Pri radu radnici za rad koriste uredski pribor, računalo i računalnu opremu, laboratorijski pribor i posuđe, kružnu pilu, aparat za zavarivanje, bušilicu, brusilicu, ručni alat, sredstva za horizontalni prijevoz, oprema i uređaji za čišćenje prostora.

Poslovi se obavljaju u jednoj smjeni, a prema potrebi i prekovremeno.

Radnici su pri radu izloženi fizikalnim štetnostima (buka, vibracije, nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti), kemijske štetnosti (prašina, nadražljivci, otrovi, korozivi), biološkim štetnostima (zaraženi materijal).

CENTRI**Prikupljane podataka u prostorima na lokaciji Zagreb, Jagićeva 31 obuhvaća:****1. CENATR ZA KONTROLU NAMIRNICA****Prikupljane podataka u prostorima na lokaciji Zagreb, Petra Kasandrića 3 obuhvaća:****1. CENTAR ZA PREHRAMBENU TEHNOLOGIJU I BIOTEHNOLOGIJU**

Na navedenoj lokaciji obavljaju se rukovodeći poslovi, administrativni poslovi, poslovi organizacije i kontrole radnika i radnog procesa, poslovi nabave, poslovi kemijskih ispitivanja, poslovi mikrobioloških ispitivanja, poslovi kontrole kvalitete, poslovi laboratorijskih analiza i ispitivanja, poslovi znanstvenih istraživanja, poslovi održavanja laboratorijske opreme, poslovi čišćenja prostora, poslovi čišćenja laboratorija, poslovi pranja laboratorijske opreme i suđa.

Pri radu radnici koriste uredski pribor, računalo i računalnu opremu, laboratorijski pribor i posuđe, sredstva za horizontalni prijevoz, oprema i uređaji za čišćenje prostora.

Poslovi se obavljaju u jednoj smjeni, a prema potrebi i prekovremeno.

Radnici su pri radu izloženi fizikalnim štetnostima (buka, vibracije, nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti), kemijske štetnosti (prašina, nadražljivci, otrovi, korozivi), biološkim štetnostima (zaraženi materijal).

Procjena rizika svih poslova koji se obavljaju kod poslodavca nalazi se u prilogu 2.3. ove procjene rizika.

Analiza mjesta rada temeljem Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada

LOKACIJA:	Zagreb, Pierottijeva 6					
BROJ RADNIKA NA LOKACIJI	0	1-9	10-49	50-249	250-499	≥500
	-	-	-	X	-	-
	NALAZ					
	DA	NE	NIJE PRIMJENJIVO			
Jesu li električne instalacije projektirane, izvedene i održavane sukladno posebnim propisima?	X					
Jesu li vodovod i kanalizacija u objektu osigurani?	X					
Je li pristup objektu osiguran, nesmetan i uređen?	X					
Zadovoljava li veličina prostorija ovisno o vrsti posla, broju radnika i dužini trajanja procesa rada?	X					
Jesu li zidovi i stropovi radnih prostorija uredno obrađeni?	X					
Jesu li površine za kretanje ravne i bez rupa?	X					
Jesu li svi kanali i pukotine na pravcima kretanja, koje mogu uzrokovati spoticanje, čvrsto pokrivene?	X					
Jesu li sve površine za kretanje bez stršećih ili uzdignutih elemenata (npr. zavijeni rubovi podnih obloga, kao što su tepisi, stršeći vijci, šine, kvрге, čavli...)?	X					
Jesu li protuklizne trake ugrađene tamo gdje je potrebno (npr. na skliskim kosinama) i jesu li u dobrom stanju (nisu dotrajale ili oštećene)?						X
Jesu li manje promjene u razini poda po kojemu se hoda (npr. kosine, male stepenice, nagle promjene vrste poda), jasno vidljive i propisno označene, odnosno označene bojama upozorenja?		X				
Jesu li podovi u zahodima, kupaonicama ili tuš kabinama neklizavi i kad je voda na njima?	X					
Je li osvjetljenje dovoljno da bi se jasno vidjeli pravci kretanja?	X					
Jesu li pravci kretanja bez jakih kontrasta, odnosno bez zaslepljivanja?	X					

	NALAZ		
	DA	NE	NIJE PRIMJENJIVO
Jesu li mjesta opasnosti od pokliznuća i spoticanja jasno i vidljivo označena?	X		
Jesu li vanjski pravci kretanja slobodni od snijega, leda, lišća, mokre trave, mahovine, blata i sl.?	X		
Postoje li oznake upozorenja, sigurnosti i putova evakuacije?	X		
Jesu li aparati za početno gašenje požara osigurani, propisno postavljeni i označeni, te redovito pregledani?	X		
Zadovoljavaju li vrata i ograde tražene uvjete u pogledu položaja, broja, dimenzija i materijala?	X		
Je li na siguran način omogućeno otvaranje, zatvaranje i podešavanje prozora, svjetlarnika, ventilacijskih i drugih otvora s poda?	X		
Zadovoljavaju li stepeništa propise u pogledu položaja i dimenzija?	X		
Jesu li zaštitne ograde i rukohvati propisno postavljeni?	X		
Zadovoljavaju li vertikalni prilazi propise u pogledu nagiba, promjera, dimenziji prečki i zaštiti od pada?			X
Jesu li osigurane odgovarajuće prometnice za nesmetano kretanje vozila i osoba?	X		
Jesu li osigurani povoljni uvjeti rada u pogledu temperature, vlažnosti i brzini strujanja zraka?	X		
Je li osigurano zagrijavanje radnih prostorija?	X		
Je li osigurano dovoljno svježeg zraka na mjestima rada?	X		
Održava li se redovito sustav prisilnog provjetravanja?			X
Je li osigurano osvjetljenje mjesta rada u skladu sa važećim normama?	X		
Jesu li pomoćne prostorije osigurane i zadovoljavaju li tražene uvjete?	X		
Je li poslodavac izradio plan evakuacije i spašavanja?	X		
Je li ormarić za prvu pomoć osiguran u radnim prostorijama i popunjen prema propisanim zahtjevima?	X		

Analiza mjesta rada temeljem Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada

LOKACIJA:	Zagreb, Kršnjavoga 25					
BROJ RADNIKA NA LOKACIJI	0	1-9	10-49	50-249	250-499	≥500
	-	-	X	-	-	-
				NALAZ		
				DA	NE	NIJE PRIMJENJIVO
Jesu li električne instalacije projektirane, izvedene i održavane sukladno posebnim propisima?				X		
Jesu li vodovod i kanalizacija u objektu osigurani?				X		
Je li pristup objektu osiguran, nesmetan i uređen?				X		
Zadovoljava li veličina prostorija ovisno o vrsti posla, broju radnika i dužini trajanja procesa rada?				X		
Jesu li zidovi i stropovi radnih prostorija uredno obrađeni?				X		
Jesu li površine za kretanje ravne i bez rupa?				X		
Jesu li svi kanali i pukotine na pravcima kretanja, koje mogu uzrokovati spoticanje, čvrsto pokrivene?				X		
Jesu li sve površine za kretanje bez stršećih ili uzdignutih elemenata (npr. zavijeni rubovi podnih obloga, kao što su tepisi, stršeći vijci, šine, kvрге, čavli...)?				X		
Jesu li protuklizne trake ugrađene tamo gdje je potrebno (npr. na skliskim kosinama) i jesu li u dobrom stanju (nisu dotrajale ili oštećene)?						X
Jesu li manje promjene u razini poda po kojemu se hoda (npr. kosine, male stepenice, nagle promjene vrste poda), jasno vidljive i propisno označene, odnosno označene bojama upozorenja?					X	
Jesu li podovi u zahodima, kupaonicama ili tuš kabinama neklizavi i kad je voda na njima?				X		
Je li osvijetljenost dovoljna da bi se jasno vidjeli pravci kretanja?				X		
Jesu li pravci kretanja bez jakih kontrasta, odnosno bez zasljepljivanja?				X		

	NALAZ		
	DA	NE	NIJE PRIMJENJIVO
Jesu li mjesta opasnosti od pokliznuća i spoticanja jasno i vidljivo označena?	X		
Jesu li vanjski pravci kretanja slobodni od snijega, leda, lišća, mokre trave, mahovine, blata i sl.?	X		
Postoje li oznake upozorenja, sigurnosti i putova evakuacije?	X		
Jesu li aparati za početno gašenje požara osigurani, propisno postavljeni i označeni, te redovito pregledani?	X		
Zadovoljavaju li vrata i ograde tražene uvjete u pogledu položaja, broja, dimenzija i materijala?	X		
Je li na siguran način omogućeno otvaranje, zatvaranje i podešavanje prozora, svjetlarnika, ventilacijskih i drugih otvora s poda?	X		
Zadovoljavaju li stepeništa propise u pogledu položaja i dimenzija?	X		
Jesu li zaštitne ograde i rukohvati propisno postavljeni?	X		
Zadovoljavaju li vertikalni prilazi propise u pogledu nagiba, promjera, dimenziji prečki i zaštiti od pada?			X
Jesu li osigurane odgovarajuće prometnice za nesmetano kretanje vozila i osoba?	X		
Jesu li osigurani povoljni uvjeti rada u pogledu temperature, vlažnosti i brzini strujanja zraka?	X		
Je li osigurano zagrijavanje radnih prostorija?	X		
Je li osigurano dovoljno svježeg zraka na mjestima rada?	X		
Održava li se redovito sustav prisilnog provjetravanja?			X
Je li osigurano osvjetljenje mjesta rada u skladu sa važećim normama?	X		
Jesu li pomoćne prostorije osigurane i zadovoljavaju li tražene uvjete?	X		
Je li poslodavac izradio plan evakuacije i spašavanja?	X		
Je li ormarić za prvu pomoć osiguran u radnim prostorijama i popunjen prema propisanim zahtjevima?	X		

Analiza mjesta rada temeljem Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada

LOKACIJA:	Zagreb, Kačićeva 30					
BROJ RADNIKA NA LOKACIJI	0	1-9	10-49	50-249	250-499	≥500
	-	-	X	-	-	-
	NALAZ					
	DA	NE	NIJE PRIMJENJIVO			
Jesu li električne instalacije projektirane, izvedene i održavane sukladno posebnim propisima?	X					
Jesu li vodovod i kanalizacija u objektu osigurani?	X					
Je li pristup objektu osiguran, nesmetan i uređen?	X					
Zadovoljava li veličina prostorija ovisno o vrsti posla, broju radnika i dužini trajanja procesa rada?	X					
Jesu li zidovi i stropovi radnih prostorija uredno obrađeni?	X					
Jesu li površine za kretanje ravne i bez rupa?	X					
Jesu li svi kanali i pukotine na pravcima kretanja, koje mogu uzrokovati spoticanje, čvrsto pokrivene?	X					
Jesu li sve površine za kretanje bez stršećih ili uzdignutih elemenata (npr. zavijeni rubovi podnih obloga, kao što su tepisi, stršeći vijci, šine, kvрге, čavli...)?	X					
Jesu li protuklizne trake ugrađene tamo gdje je potrebno (npr. na skliskim kosinama) i jesu li u dobrom stanju (nisu dotrajale ili oštećene)?						X
Jesu li manje promjene u razini poda po kojemu se hoda (npr. kosine, male stepenice, nagle promjene vrste poda), jasno vidljive i propisno označene, odnosno označene bojama upozorenja?		X				
Jesu li podovi u zahodima, kupaonicama ili tuš kabinama neklizavi i kad je voda na njima?	X					
Je li osvjetljenje dovoljno da bi se jasno vidjeli pravci kretanja?	X					
Jesu li pravci kretanja bez jakih kontrasta, odnosno bez zaslepljivanja?	X					

	NALAZ		
	DA	NE	NIJE PRIMJENJIVO
Jesu li mjesta opasnosti od pokliznuća i spoticanja jasno i vidljivo označena?	X		
Jesu li vanjski pravci kretanja slobodni od snijega, leda, lišća, mokre trave, mahovine, blata i sl.?	X		
Postoje li oznake upozorenja, sigurnosti i putova evakuacije?	X		
Jesu li aparati za početno gašenje požara osigurani, propisno postavljeni i označeni, te redovito pregledani?	X		
Zadovoljavaju li vrata i ograde tražene uvjete u pogledu položaja, broja, dimenzija i materijala?	X		
Je li na siguran način omogućeno otvaranje, zatvaranje i podešavanje prozora, svjetlarnika, ventilacijskih i drugih otvora s poda?	X		
Zadovoljavaju li stepeništa propise u pogledu položaja i dimenzija?	X		
Jesu li zaštitne ograde i rukohvati propisno postavljeni?	X		
Zadovoljavaju li vertikalni prilazi propise u pogledu nagiba, promjera, dimenziji prečki i zaštiti od pada?			X
Jesu li osigurane odgovarajuće prometnice za nesmetano kretanje vozila i osoba?	X		
Jesu li osigurani povoljni uvjeti rada u pogledu temperature, vlažnosti i brzini strujanja zraka?	X		
Je li osigurano zagrijavanje radnih prostorija?	X		
Je li osigurano dovoljno svježeg zraka na mjestima rada?	X		
Održava li se redovito sustav prisilnog provjetravanja?			X
Je li osigurano osvjetljenje mjesta rada u skladu sa važećim normama?	X		
Jesu li pomoćne prostorije osigurane i zadovoljavaju li tražene uvjete?	X		
Je li poslodavac izradio plan evakuacije i spašavanja?	X		
Je li ormarić za prvu pomoć osiguran u radnim prostorijama i popunjen prema propisanim zahtjevima?	X		

Analiza mjesta rada temeljem Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada

LOKACIJA:	Zagreb, Kačićeva 23					
BROJ RADNIKA NA LOKACIJI	0	1-9	10-49	50-249	250-499	≥500
	-	-	X	-	-	-
				NALAZ		
				DA	NE	NIJE PRIMJENJIVO
Jesu li električne instalacije projektirane, izvedene i održavane sukladno posebnim propisima?				X		
Jesu li vodovod i kanalizacija u objektu osigurani?				X		
Je li pristup objektu osiguran, nesmetan i uređen?				X		
Zadovoljava li veličina prostorija ovisno o vrsti posla, broju radnika i dužini trajanja procesa rada?				X		
Jesu li zidovi i stropovi radnih prostorija uredno obrađeni?				X		
Jesu li površine za kretanje ravne i bez rupa?				X		
Jesu li svi kanali i pukotine na pravcima kretanja, koje mogu uzrokovati spoticanje, čvrsto pokrivene?				X		
Jesu li sve površine za kretanje bez stršećih ili uzdignutih elemenata (npr. zavijeni rubovi podnih obloga, kao što su tepisi, stršeći vijci, šine, kvрге, čavli...)?				X		
Jesu li protuklizne trake ugrađene tamo gdje je potrebno (npr. na skliskim kosinama) i jesu li u dobrom stanju (nisu dotrajale ili oštećene)?						X
Jesu li manje promjene u razini poda po kojemu se hoda (npr. kosine, male stepenice, nagle promjene vrste poda), jasno vidljive i propisno označene, odnosno označene bojama upozorenja?					X	
Jesu li podovi u zahodima, kupaonicama ili tuš kabinama neklizavi i kad je voda na njima?				X		
Je li osvjetljenje dovoljna da bi se jasno vidjeli pravci kretanja?				X		
Jesu li pravci kretanja bez jakih kontrasta, odnosno bez zaslijepljivanja?				X		

	NALAZ		
	DA	NE	NIJE PRIMJENJIVO
Jesu li mjesta opasnosti od pokliznuća i spoticanja jasno i vidljivo označena?	X		
Jesu li vanjski pravci kretanja slobodni od snijega, leda, lišća, mokre trave, mahovine, blata i sl.?	X		
Postoje li oznake upozorenja, sigurnosti i putova evakuacije?	X		
Jesu li aparati za početno gašenje požara osigurani, propisno postavljeni i označeni, te redovito pregledani?	X		
Zadovoljavaju li vrata i ograde tražene uvjete u pogledu položaja, broja, dimenzija i materijala?	X		
Je li na siguran način omogućeno otvaranje, zatvaranje i podešavanje prozora, svjetlarnika, ventilacijskih i drugih otvora s poda?	X		
Zadovoljavaju li stepeništa propise u pogledu položaja i dimenzija?	X		
Jesu li zaštitne ograde i rukohvati propisno postavljeni?	X		
Zadovoljavaju li vertikalni prilazi propise u pogledu nagiba, promjera, dimenziji prečki i zaštiti od pada?			X
Jesu li osigurane odgovarajuće prometnice za nesmetano kretanje vozila i osoba?	X		
Jesu li osigurani povoljni uvjeti rada u pogledu temperature, vlažnosti i brzini strujanja zraka?	X		
Je li osigurano zagrijavanje radnih prostorija?	X		
Je li osigurano dovoljno svježeg zraka na mjestima rada?	X		
Održava li se redovito sustav prisilnog provjetravanja?			X
Je li osigurano osvjetljenje mjesta rada u skladu sa važećim normama?	X		
Jesu li pomoćne prostorije osigurane i zadovoljavaju li tražene uvjete?	X		
Je li poslodavac izradio plan evakuacije i spašavanja?	X		
Je li ormarić za prvu pomoć osiguran u radnim prostorijama i popunjen prema propisanim zahtjevima?	X		

Analiza mjesta rada temeljem Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada

LOKACIJA:		Zagreb, Jagićeva 31				
BROJ RADNIKA NA LOKACIJI	0	1-9	10-49	50-249	250-499	≥500
	-	-	X	-	-	-
		NALAZ				
		DA	NE	NIJE PRIMJENJIVO		
Jesu li električne instalacije projektirane, izvedene i održavane sukladno posebnim propisima?		X				
Jesu li vodovod i kanalizacija u objektu osigurani?		X				
Je li pristup objektu osiguran, nesmetan i uređen?		X				
Zadovoljava li veličina prostorija ovisno o vrsti posla, broju radnika i dužini trajanja procesa rada?		X				
Jesu li zidovi i stropovi radnih prostorija uredno obrađeni?		X				
Jesu li površine za kretanje ravne i bez rupa?		X				
Jesu li svi kanali i pukotine na pravcima kretanja, koje mogu uzrokovati spoticanje, čvrsto pokrivene?		X				
Jesu li sve površine za kretanje bez stršećih ili uzdignutih elemenata (npr. zavijeni rubovi podnih obloga, kao što su tepisi, stršeći vijci, šine, kvrge, čavli...)?		X				
Jesu li protuklizne trake ugrađene tamo gdje je potrebno (npr. na skliskim kosinama) i jesu li u dobrom stanju (nisu dotrajale ili oštećene)?				X		
Jesu li manje promjene u razini poda po kojemu se hoda (npr. kosine, male stepenice, nagle promjene vrste poda), jasno vidljive i propisno označene, odnosno označene bojama upozorenja?		X				
Jesu li podovi u zahodima, kupaonicama ili tuš kabinama neklizavi i kad je voda na njima?		X				
Je li osvjetljenje dovoljno da bi se jasno vidjeli pravci kretanja?		X				
Jesu li pravci kretanja bez jakih kontrasta, odnosno bez zaslijepljivanja?		X				

	NALAZ		
	DA	NE	NIJE PRIMJENJIVO
Jesu li mjesta opasnosti od pokliznuća i spoticanja jasno i vidljivo označena?	X		
Jesu li vanjski pravci kretanja slobodni od snijega, leda, lišća, mokre trave, mahovine, blata i sl.?	X		
Postoje li oznake upozorenja, sigurnosti i putova evakuacije?	X		
Jesu li aparati za početno gašenje požara osigurani, propisno postavljeni i označeni, te redovito pregledani?	X		
Zadovoljavaju li vrata i ograde tražene uvjete u pogledu položaja, broja, dimenzija i materijala?	X		
Je li na siguran način omogućeno otvaranje, zatvaranje i podešavanje prozora, svjetlarnika, ventilacijskih i drugih otvora s poda?	X		
Zadovoljavaju li stepeništa propise u pogledu položaja i dimenzija?	X		
Jesu li zaštitne ograde i rukohvati propisno postavljeni?	X		
Zadovoljavaju li vertikalni prilazi propise u pogledu nagiba, promjera, dimenziji prečki i zaštiti od pada?			X
Jesu li osigurane odgovarajuće prometnice za nesmetano kretanje vozila i osoba?	X		
Jesu li osigurani povoljni uvjeti rada u pogledu temperature, vlažnosti i brzini strujanja zraka?	X		
Je li osigurano zagrijavanje radnih prostorija?	X		
Je li osigurano dovoljno svježeg zraka na mjestima rada?	X		
Održava li se redovito sustav prisilnog provjetravanja?			X
Je li osigurano osvjetljenje mjesta rada u skladu sa važećim normama?	X		
Jesu li pomoćne prostorije osigurane i zadovoljavaju li tražene uvjete?	X		
Je li poslodavac izradio plan evakuacije i spašavanja?	X		
Je li ormarić za prvu pomoć osiguran u radnim prostorijama i popunjen prema propisanim zahtjevima?	X		

Analiza mjesta rada temeljem Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada

LOKACIJA:	Zagreb, Petra Kasandrića 3					
BROJ RADNIKA NA LOKACIJI	0	1-9	10-49	50-249	250-499	≥500
	-	X	-	-	-	-
	NALAZ					
	DA	NE	NIJE PRIMJENJIVO			
Jesu li električne instalacije projektirane, izvedene i održavane sukladno posebnim propisima?	X					
Jesu li vodovod i kanalizacija u objektu osigurani?	X					
Je li pristup objektu osiguran, nesmetan i uređen?	X					
Zadovoljava li veličina prostorija ovisno o vrsti posla, broju radnika i dužini trajanja procesa rada?	X					
Jesu li zidovi i stropovi radnih prostorija uredno obrađeni?	X					
Jesu li površine za kretanje ravne i bez rupa?	X					
Jesu li svi kanali i pukotine na pravcima kretanja, koje mogu uzrokovati spoticanje, čvrsto pokrivene?	X					
Jesu li sve površine za kretanje bez stršećih ili uzdignutih elemenata (npr. zavijeni rubovi podnih obloga, kao što su tepisi, stršeći vijci, šine, kvрге, čavli...)?	X					
Jesu li protuklizne trake ugrađene tamo gdje je potrebno (npr. na skliskim kosinama) i jesu li u dobrom stanju (nisu dotrajale ili oštećene)?						X
Jesu li manje promjene u razini poda po kojemu se hoda (npr. kosine, male stepenice, nagle promjene vrste poda), jasno vidljive i propisno označene, odnosno označene bojama upozorenja?		X				
Jesu li podovi u zahodima, kupaonicama ili tuš kabinama neklizavi i kad je voda na njima?	X					
Je li osvijetljenost dovoljna da bi se jasno vidjeli pravci kretanja?	X					
Jesu li pravci kretanja bez jakih kontrasta, odnosno bez zaslijepljivanja?	X					

	NALAZ		
	DA	NE	NIJE PRIMJENJIVO
Jesu li mjesta opasnosti od pokliznuća i spoticanja jasno i vidljivo označena?	X		
Jesu li vanjski pravci kretanja slobodni od snijega, leda, lišća, mokre trave, mahovine, blata i sl.?	X		
Postoje li oznake upozorenja, sigurnosti i putova evakuacije?	X		
Jesu li aparati za početno gašenje požara osigurani, propisno postavljeni i označeni, te redovito pregledani?	X		
Zadovoljavaju li vrata i ograde tražene uvjete u pogledu položaja, broja, dimenzija i materijala?	X		
Je li na siguran način omogućeno otvaranje, zatvaranje i podešavanje prozora, svjetlarnika, ventilacijskih i drugih otvora s poda?	X		
Zadovoljavaju li stepeništa propise u pogledu položaja i dimenzija?	X		
Jesu li zaštitne ograde i rukohvati propisno postavljeni?	X		
Zadovoljavaju li vertikalni prilazi propise u pogledu nagiba, promjera, dimenziji prečki i zaštiti od pada?			X
Jesu li osigurane odgovarajuće prometnice za nesmetano kretanje vozila i osoba?	X		
Jesu li osigurani povoljni uvjeti rada u pogledu temperature, vlažnosti i brzini strujanja zraka?	X		
Je li osigurano zagrijavanje radnih prostorija?	X		
Je li osigurano dovoljno svježeg zraka na mjestima rada?	X		
Održava li se redovito sustav prisilnog provjetravanja?			X
Je li osigurano osvjetljenje mjesta rada u skladu sa važećim normama?	X		
Jesu li pomoćne prostorije osigurane i zadovoljavaju li tražene uvjete?	X		
Je li poslodavac izradio plan evakuacije i spašavanja?	X		
Je li ormarić za prvu pomoć osiguran u radnim prostorijama i popunjen prema propisanim zahtjevima?	X		

Uređenje mjesta rada

Zagreb, Pierottijeva 6

Zavod za kemiju i biokemiju	Zadovoljava	Ne zadovoljava	Pojašnjenje
Radni prostor	X		Mjesto rada udovoljava uvjetima propisanim u Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada
Radne površine	X		
Zavod za procesno inženjerstvo	Zadovoljava	Ne zadovoljava	Pojašnjenje
Radni prostor	X		Mjesto rada udovoljava uvjetima propisanim u Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada
Radne površine	X		
Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda	Zadovoljava	Ne zadovoljava	Pojašnjenje
Radni prostor	X		Mjesto rada udovoljava uvjetima propisanim u Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada
Radne površine	X		
Zavod za biokemijsko inženjerstvo	Zadovoljava	Ne zadovoljava	Pojašnjenje
Radni prostor	X		Mjesto rada udovoljava uvjetima propisanim u Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada
Radne površine	X		
Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo	Zadovoljava	Ne zadovoljava	Pojašnjenje
Radni prostor	X		Mjesto rada udovoljava uvjetima propisanim u Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada
Radne površine	X		
Zavod za opće programe	Zadovoljava	Ne zadovoljava	Pojašnjenje
Radni prostor	X		Mjesto rada udovoljava uvjetima propisanim u Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada
Radne površine	X		
Jedinica za opće poslove	Zadovoljava	Ne zadovoljava	Pojašnjenje
Radni prostor	X		Mjesto rada udovoljava uvjetima propisanim u Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada
Radne površine	X		

Zagreb, Kršnjavoga 25

Zavod za biokemijsko inženjerstvo	Zadovoljava	Ne zadovoljava	Pojašnjenje
Radni prostor	X		Mjesto rada udovoljava uvjetima propisanim u Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada
Radne površine	X		

Uređenje mjesta rada**Zagreb, Kačićeva 30**

Zavod za biokemijsko inženjerstvo	Zadovoljava	Ne zadovoljava	Pojašnjenje
Radni prostor	X		<i>Mjesto rada udovoljava uvjetima propisanim u Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada</i>
Radne površine	X		

Zagreb, Kačićeva 23

Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo	Zadovoljava	Ne zadovoljava	Pojašnjenje
Radni prostor	X		<i>Mjesto rada udovoljava uvjetima propisanim u Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada</i>
Radne površine	X		
Zavod za opće poslove	Zadovoljava	Ne zadovoljava	Pojašnjenje
Radni prostor	X		<i>Mjesto rada udovoljava uvjetima propisanim u Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada</i>
Radne površine	X		
Jedinica za opće poslove	Zadovoljava	Ne zadovoljava	Pojašnjenje
Radni prostor	X		<i>Mjesto rada udovoljava uvjetima propisanim u Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada</i>
Radne površine	X		

CENTRI**Zagreb, Jagićeva 31**

Centar za kontrolu namirnica	Zadovoljava	Ne zadovoljava	Pojašnjenje
Radni prostor	X		<i>Mjesto rada udovoljava uvjetima propisanim u Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada</i>
Radne površine	X		

Zagreb, Petra Kasandrića 3

Centar za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju	Zadovoljava	Ne zadovoljava	Pojašnjenje
Radni prostor	X		<i>Mjesto rada udovoljava uvjetima propisanim u Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada</i>
Radne površine	X		

2.3. ANALIZA I PROCJENA PRIKUPLJENIH PODATAKA

Šifra poslova	Poslovi koji se obavljaju kod poslodavca i mjesta obavljanja poslova	
ZAVOD ZA KEMIJU I BIOKEMIJU		
01	Rukovodeći poslovi	Uredski prostor, prostor praktikuma
02	Administrativni poslovi	Uredski prostor, prostor praktikuma
03	Poslovi organizacije i kontrole radnika i radnog procesa	Svi prostori fakulteta
04	Poslovi nabave	Svi prostori fakulteta
05	Poslovi organiziranja nastave i praktične nastave	Uredski prostor, prostor laboratorija i praktikuma
06	Poslovi izvođenja nastave	Prostor predavaonica, praktikuma i laboratorija
07	Poslovi izvođenja praktične nastave	Prostor laboratorija i praktikuma
08	Pomoćni poslovi u praktičnoj nastavi	Prostor laboratorija i praktikuma
09	Poslovi mentoriranja	Uredski prostor, prostor laboratorija i praktikuma
10	Poslovi laboratorijskih analiza i ispitivanja	Prostor laboratorija i praktikuma
11	Poslovi znanstvenih istraživanja	prostori drugih znanstvenih istraživanja, prostori drugih javnih institucija, prostori drugih poslodavca, prostori javnih površina i javnih prometnica
12	Poslovi održavanja laboratorijske opreme	Prostor laboratorija i praktikuma
13	Poslovi čišćenja prostora	Uredski prostor, prostor laboratorija
14	Poslovi pranja laboratorijske opreme i suđa	Prostor laboratorija i praktikuma
15	Poslovi dostave i prenošenja kemikalija i ostalih materijala	Svi postori fakulteta, vanjski prostori fakulteta, javne površine

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
01	Rukovodeći poslovi	Uredski prostor, prostor praktikuma

Opis poslova

Ovi poslovi obuhvaćaju upravljanje svakodnevnim poslovanjem, kontrola kvalitete usluga, upravljanje unutarnjim sistemima i procesima, izrada godišnjeg budžeta troškova, upravljanje unutar matičnog sistema, sudjelovanje u razvijanju pravilnika i procedura, definiranje operativnih ciljeva, zapošljavanje novih djelatnika. Kreiranje i razvoj načina poslovanja fakulteta u skladu s dugoročnim strategijama, pravilnicima i uputama nadležnih tijela, poslovi na koordinaciji planiranja i izrade godišnjih, mjesečnih i operativnih planova, određivanje dinamike razvoja i kreiranje razvojnih planova za fakultet. Po potrebi čišćenje snijega s automobila.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema, sredstva za horizontalni prijenos (automobili)

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, sredstva za horizontalni prijevoz - prijevozna sredstva: automobil	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje - ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ostali dinamički naponi (repetitivni pokreti ruku)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, odgovornost - rukovođenje - upravljanje prijevoznim sredstvima	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto - održavanje vozila - pridržavanje važećih propisa u prometu - korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja			

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
02	Administrativni poslovi	Uredski prostori, prostor praktikuma

Opis poslova

Ažuriranje i evidentiranje dokumentacije, rukovanje korespondencijom, e-mailom i telefonskim pozivima, korištenje tehnike koju radni zadaci zahtijevaju (aparata za kopiranje, faxes i slično), popunjavanje i arhiviranje dokumenata. Pripremanje i dostavljanje dokumentacije nadležnim tijelima za školstvo. Odlazak do javnih i državnih institucija. Vođenje evidencija o radu radnika, o studentima i profesorima.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
Pregled vida kod ugovorenog specijaliste medicine rada sukladno čl 19. Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskih štetnosti

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje - ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ostali dinamički naponi (repetitivni pokreti ruku)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - organizacija rada - ergonomski oblikovano radno mjesto		- korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - pregledi vida kod ugovorenog specijaliste medicine rada - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja	

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
03	Poslovi organizacije i kontrole radnika i radnog procesa	Svi prostori fakulteta

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju razvijanje i educiranje novih djelatnika, kontrola ostvarivanja poslovnih planova, motiviranje djelatnika, pružanje odgovarajuće obuke, omogućuje razmjenu informacija sa djelatnicima na redovnim sastancima, organizacija sastanaka, osiguravanje realizacije poslovnih ciljeva, organiziranje optimalnog radnog vremena radnika sa pažnjom na troškove. Poslovi obuhvaćaju i kontrolu rada radnika, praćenje rada radnika, savjetovanje radnika o pravilnom načinu obavljanja poslova, vođenje evidencije o prisutnim radnicima radi obračuna plaća.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
Pregled vida kod ugovorenog specijaliste medicine rada sukladno čl 19. Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - ostali statodinamički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ostali dinamički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, odgovornost - rukovođenje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto		- korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja - pregled vida kod ugovorenog specijaliste medicine rada	

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
04	Poslovi nabave	Svi prostori fakulteta

Opis poslova

Ovi poslovi obuhvaćaju kontaktiranje dobavljača, kreiranje jednostavnih natječaja, sudjelovanje u odabiru najpovoljnijeg dobavljača, organizacija logistike, kreiranje naloga, vođenje naloga za plaćanje troškova, vođenje evidencije i dokumentacije o nabavi i o dostavljenoj robi.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti
- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - bliještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, nepovoljan ritam rada - ritam uvjetovan radnim procesom	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - organizacija rada - ergonomski oblikovano radno mjesto - korištenje stanki tijekom radnog vremena - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja			

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
05	Poslovi organiziranja nastave i praktične nastave	Uredski prostor, prostor laboratorija i praktikuma

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju pripremu materijala za izvođenje nastave prema nastavnom kurikulumu. Priprema za praktični dio nastave.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema, laboratorijski pribor (epruvete, menzure, tikvice, vage, plamenici, pincete, nožići, ...), oprema i pribor za čišćenje

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- nadražljivci

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad s stepenica)	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, nadražljivci - drugi nadražljivci	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ostali dinamički naponi (repetitivni pokreti ruku)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - organizacija rada - osigurati STL - održavanje podova čistim i prohodnim - ergonomski oblikovano radno mjesto - korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja			

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
06	Poslovi izvođenja nastave	Prostori predavaonica, učionica, praktikuma i laboratorija

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju pripremu materijala za izvođenje nastave prema nastavnom kurikulumu. Izrada testova i drugih načina provjere znanja, izrada prezentacija. Provođenje teorijskog dijela nastave.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema, pribor za nastavu (kreda, spužva, ravnalo i slično)

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	NE	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	NE
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi ljudi

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

Podizanje, držanje ili prenošenje	Povlačenje i guranje tereta	Ponavljajući zadaci
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Biološke štetnosti - zaraženi ljudi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje - ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ostali dinamički naponi (repetitivni pokreti ruku)	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi govora	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI

Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora

- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova	- korištenje stanki tijekom radnog vremena
- korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača	- organizacija rada
- pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove	- osigurati adekvatnu rasvjetu
- ergonomski oblikovano radno mjesto	- zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti
	- raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
07	Poslovi izvođenja praktične nastave	Prostor laboratorija i praktikuma

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju pripremu materijala za izvođenje nastave prema nastavnom kurikulumu. Izrada praktičnih pokusa i praktični prikaz pomoću prezentacijskih pomagala. Praktična nastava se odnosi na određene predmete koji zahtijevaju praktičnu nastavu propisanim nastavnim kurikulumom. Čišćenje i održavanje opreme, digestore i ostale opreme.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- računalo i računalna oprema, uredski pribor, laboratorijska oprema (mješalice, tresilice, centrifuge, sterilizatori, kupelji, hladnjaci, autoklavi, mjerni instrumenti, digestori), laboratorijski pribor (epruvete, menzure, tikvice, vage, plamenici, pincete, nožići, ...), oprema i pribor za čišćenje

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- tekućine (kemikalije, alkohol)
- krute tvari
- prašine

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi ljudi

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Termičke opasnosti - vruće tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, korozivi - kiseline - lužine	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, nadražljivci - drugi nadražljivci	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, otrovi - organski spojevi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - kemijski spojevi alergenog potencijala - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Biološke štetnosti - zaraženi ljudi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - ostali statički naponi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

<i>Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>	<i>Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>		
	<i>Matrica procjene rizika</i>		
	<i>Vjerojatnost</i>	<i>Posljedice</i>	<i>Rizik</i>
NAPORI			
Psihofiziološki napori, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Napori vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Napori govora	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
<i>Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto - ispravni postupci prilikom izvođenja pokusa - osigurati STL - korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - korištenje osobne zaštitne opreme - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja			

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
08	Pomoćni poslovi u praktičnoj nastavi	Prostor laboratorija i praktikuma

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju pripremu materijala za izvođenje nastave prema nastavnom kurikulumu. Izrada praktičnih pokusa i praktični prikaz pomoću prezentacijskih pomagala. Praktična nastava se odnosi na određene predmete koji zahtijevaju praktičnu nastavu propisanim nastavnim kurikulumom. Čišćenje i održavanje opreme, digestore i ostale opreme.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- računalo i računalna oprema, uredski pribor, laboratorijska oprema (mješalice, tresilice, centrifuge, sterilizatori, kupelji, hladnjaci, autoklavi, mjerni instrumenti, digestori), laboratorijski pribor (epruvete, menzure, tikvice, vage, plamenici, pincete, nožići, ...), oprema i pribor za čišćenje

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- tekućine (kemikalije, alkohol)
- krute tvari
- prašine

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi ljudi

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

Podizanje, držanje ili prenošenje	Povlačenje i guranje tereta	Ponavljajući zadaci
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Termičke opasnosti - vruće tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, korozivi - kiseline - lužine	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, nadražljivci - drugi nadražljivci	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, otrovi - organski spojevi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - kemijski spojevi alergnog potencijala - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Biološke štetnosti - zaraženi ljudi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - ostali statički naponi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

<i>Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>	<i>Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>		
	<i>Matrica procjene rizika</i>		
	<i>Vjerojatnost</i>	<i>Posljedice</i>	<i>Rizik</i>
NAPORI			
Psihofiziološki napori, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Napori vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Napori govora	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
<i>Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto - ispravni postupci prilikom izvođenja pokusa - osigurati STL - korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - korištenje osobne zaštitne opreme - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja			

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
09	Poslovi mentoriranja	Uredski prostor, prostor laboratorija i praktikuma

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju savjetovanje, edukaciju, poučavanje te davanje povratnih informacija studentima o određenom nastavnom sadržaju, kao i u laboratorijima. Pomoć pri izradi prezentacija, diplomskih radova i sl.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- tekućine (kemikalije, alkohol)
- krute tvari
- prašine

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi ljudi

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Izračun ručnog rukovanja teretima

Metodologija za izračun ručnog rukovanja teretima nalazi se u prilogu 5.6. ove procjene rizika

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Termičke opasnosti - vruće tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, korozivi - kiseline - lužine	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, nadražljivci - drugi nadražljivci	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, otrovi - organski spojevi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - kemijski spojevi alergnog potencijala - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Biološke štetnosti - zaraženi ljudi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - ostali statički naponi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

<i>Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>	<i>Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>		
	<i>Matrica procjene rizika</i>		
	<i>Vjerojatnost</i>	<i>Posljedice</i>	<i>Rizik</i>
NAPORI			
Napori vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Napori govora	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
<i>Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto - ispravni postupci prilikom izvođenja pokusa - osigurati STL			
- korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - korištenje osobne zaštitne opreme - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja			

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
10	Poslovi laboratorijskih analiza i ispitivanja	Prostor laboratorij i praktikuma, prostori drugih privrednih subjekata, prostori drugih ustanova, prostori drugih poslodavaca, prostori javnih površina i prometnica

Opis poslova

Ovi poslovi obuhvaćaju izvođenje analiza i ispitivanja, vođenje evidencije o obavljenim laboratorijskim vježbama i ispitivanjima za laboratorij i praktikum Zavoda za kemiju i biokemiju. Čišćenje i održavanja laboratorijske opreme i pribora. Održavanje terenske nastave, posjete tvornicama prehrambene i druge industrije.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- računalo i računalna oprema, uredski pribor, laboratorijska oprema (mješalice, tresilice, centrifuge, sterilizatori, kupelji, hladnjaci, autoklavi, mjerni instrumenti, digestori), laboratorijski pribor (epruvete, menzure, tikvice, vage, plamenici, pincete, nožići, ...), oprema i pribor za čišćenje, sredstva za horizontalni prijevoz (automobil)

Poslovi s posebnim uvjetima rada	NE	Stož osiguran s povećanim trajanjem	NE
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- otrovi
- korozivi
- zagušljivci
- prašine

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

Podizanje, držanje ili prenošenje	Povlačenje i guranje tereta	Ponavljajući zadaci
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, sredstva za horizontalni prijevoz - prijevozna sredstva: automobili	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu (pad s stepenica)	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Termičke opasnosti - vruće tvari	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, otrovi - organski spojevi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, korozivi - kiseline - lužine - drugi korozivi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, zagušljivci - kemijski	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - ostali statički naponi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, odgovornost - upravljanje prijevoznim sredstvima	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
NAPORI			
Psihofiziološki napori, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Napori vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora

- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto - ispravni postupci prilikom dizanja i nošenja tereta - osigurati STL	- korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja - pravilno izvođenje vježbi - korištenje osobne zaštitne opreme - upravljanje prijevoznim sredstvima - održavanje vozila

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
11	Poslovi znanstvenih istraživanja	Prostor laboratorij i praktikuma, prostori drugih znanstvenih istraživanja, prostori drugih javnih institucija, prostori drugih poslodavca, prostori javnih površina i javnih prometnica

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju znanstveno usavršavanje, usvajanje novih istraživačkih postupaka, tehnika i metodoloških pristupa i sl. za laboratorij i praktikum Zavoda za kemiju i biokemiju. Održavanje terenske nastave. Odlazak na kongrese, usavršavanja, edukacije i sl.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- računalo i računalna oprema, uredski pribor, laboratorijska oprema (mješalice, tresilice, centrifuge, sterilizatori, kupelji, hladnjaci, autoklavi, mjerni instrumenti, digestori), laboratorijski pribor (epruvete, menzure, tikvice, vage, plamenici, pincete, nožići, ...), sredstva za horizontalni prijevoz (automobil)

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- buka
- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- otrovi
- korozivi
- zagušljivci
- prašine

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi ljudi

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, sredstva za horizontalni prijevoz - prijevozna sredstva: automobil	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu (pad s stepenica)	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Termičke opasnosti - vruće tvari	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, otrovi - organski spojevi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, korozivi - kiseline - lužine - drugi korozivi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, zagušljivci - kemijski	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Biološke štetnosti - zaraženi ljudi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, buka - diskontinuirana buka	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvjetljenje - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - ostali statički naponi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
NAPORI			
Psihofiziološki napori, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki napori, odgovornost - upravljanje prijevoznim sredstvima	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki napori, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto - ispravni postupci prilikom dizanja i nošenja tereta - osigurati STL - korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja - pravilno izvođenje vježbi - korištenje osobne zaštitne opreme - održavanje vozila - pridržavanje važećih propisa u prometu			

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
12	Poslovi održavanja laboratorijske opreme	Prostor laboratorija i praktikuma

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju redovno održavanje, servisiranje laboratorijske opreme. Čišćenje i održavanje opreme, digestore i ostale opreme.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- laboratorijska oprema i pribor, računala i računalna oprema, oprema i pribor za čišćenje

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- tekućine (nadražljivci)

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu (pad s stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, nadražljivci - drugi nadražljivci	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Fizikalne štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički napori, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje - ostali statički napori	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Statodinamički napori, dinamički: fizički rad - ostali dinamički napori (repetitivni pokreti ruku)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki napori, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki napori, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Napori vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

Utvrdjivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora

- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova	- korištenje stanki tijekom radnog vremena
- korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača	- organizacija rada
- pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove	- osigurati adekvatnu rasvjetu
- ergonomski oblikovano radno mjesto	- zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti
- osigurati STL	- raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja
	- korištenje osobne zaštitne opreme

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
13	Poslovi čišćenja prostora	Uredski prostor, prostor laboratorija

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju čišćenje prostora ureda i laboratorija, održavanje i metenje podova i ulaza, mokro brisanje podova, brisanje ormara, brisanje prašine, brisanje sitnog inventara, odstranjivanje mrlja i otisaka sa staklenih površina, uklanjanje paučine, brisanje prašine sa svih dostupnih mjesta, brisanje podnožja stolova i stolica, čišćenje uređaja i rasvjetnih tijela, pražnjenje koševa za smeće, brisanje prašine.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- metla, krpa, usisivač, ljestve

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- tekućine (sredstva za dezinfekciju i čišćenje)
- prašine

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi materijal

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
DA	DA	DA

Izračun ručnog rukovanja teretima

Metodologija za izračun ručnog rukovanja teretima nalazi se u prilogu 5.6. ove procjene rizika

Podizanje, držanje ili prenošenje

Ukupno opterećenje muškarci $(T2 + T3 + T4) \times T1$	Ukupno opterećenje žena $(T2 + T3 + T4) \times T1$
Ukupno opterećenje muškarci $(1 + 2 + 1) \times 4 = 16$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni, za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.	Ukupno opterećenje žena $(2 + 2 + 1) \times 4 = 20$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni, za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.

Povlačenje i guranje tereta

Ukupno opterećenje muškarci $(T2 + T3 + T4 + T5) \times T1$	Ukupno opterećenje žena $(T2 + T3 + T4 + T5) \times T1 \times 1,3$
Ukupno opterećenje muškarci $(1 + 1 + 1 + 2) \times 4 = 20$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni, za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.	Ukupno opterećenje žena $(1 + 1 + 1 + 2) \times 4 \times 1,3 = 26$ Veliko opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod svih radnika. Za tu skupinu radnika preporuča se preoblikovanje mjesta rada.

Ponavljajući zadatci

Ukupno opterećenje lijeva ruka $(T2 + T3 + T4) \times T1$	Ukupno opterećenje desna ruka $(T2 + T3 + T4) \times T1$
Ukupno opterećenje = $(1 + 2 + 3) \times 2 = 12$ Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.	Ukupno opterećenje = $(1 + 2 + 3) \times 2 = 12$ Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni - mehanizirani	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu - s visine	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, nadražljivci - drugi nadražljivci	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Biološke štetnosti - zaraženi materijal	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - pognut položaj tijela - ruke iznad glave - čučanje, klečanje	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile - dizanje i nošenje tereta - guranje i vučenje tereta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, nepovoljan ritam rada - ritam uvjetovan radnim procesom	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora

- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova
- korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača
- pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove
- organizacija rada
- korištenje stanki tijekom radnog vremena
- osigurati adekvatnu rasvjetu
- ispravno postavljanje i korištenje ljestvi
- ispravni postupci prilikom dizanja i nošenja tereta
- korištenje osobne zaštitne opreme
- osigurati STL
- raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
14	Poslovi pranja laboratorijske opreme i suđa	Prostor laboratorija i praktikuma

Opis poslova

Nakon obavljenih pokusa i procesa, potrebno je pranje opreme i suđa. Dezinfekcija opreme nakon sušenja te spremanje opreme na za to predviđeno mjesto.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- oprema i pribor za čišćenje (spužvica, krpa, kantica...)

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- tekućine

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi materijal

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	DA

Izračun ručnog rukovanja teretima

Metodologija za izračun ručnog rukovanja teretima nalazi se u prilogu 5.6. ove procjene rizika

Ponavljajući zadatci

Ukupno opterećenje lijeva ruka (T2 + T3 + T4) × T1	Ukupno opterećenje desna ruka (T2 + T3 + T4) × T1
Ukupno opterećenje = (1 + 1 + 1) × 2 = 6 Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.	Ukupno opterećenje = (1 + 1 + 1) × 2 = 6 Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni - mehanizirani	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu - s visine	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, nadražljivci - drugi nadražljivci	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Biološke štetnosti - zaraženi materijal	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički napori, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki napori, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki napori, nepovoljan ritam rada - ritam uvjetovan radnim procesom	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki napori, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki napori, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora

- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova
- korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača
- pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove
- organizacija rada
- korištenje stanki tijekom radnog vremena
- osigurati adekvatnu rasvjetu
- ispravno postavljanje i korištenje ljestvi
- ispravni postupci prilikom dizanja i nošenja tereta
- korištenje osobne zaštitne opreme
- osigurati STL
- raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
15	Poslovi dostave i prenošenja kemikalija i ostalih materijala	Svi prostori fakulteta, vanjski prostori fakulteta, javne površine

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju poslove dostave, prenošenja kemikalija i ostalih materijala unutar fakulteta i prema vanjskim ustanovama.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- sredstva za horizontalni prijenos (automobili, kombi...)

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti
- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*NE	*NE

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, sredstva za horizontalni prijevoz - prijevozna sredstva: automobil, kombi	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti - rad na otvorenom - pojačano strujanje zraka	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki, nepovoljan ritam rada - ritam uvjetovan radnim procesom	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, remećenje socijalnih potreba - terenski rad	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra - upravljanje prijevoznim sredstvima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI

Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora

- osposobljavanje radnika
- osigurati upute za rad na siguran način
- ispravni radni postupci prilikom dizanja, nošenja i spuštanja tereta
- održavanje vozila
- poštivanje važećih prometnih pravila
- korištenje osobne zaštitne opreme
- osiguranje aparata za gašenje požara
- vježbe rasterećenja
- korištenje stanke tijekom radnog vremena
- organizacija rada
- ispravni postupci rada

Šifra poslova	Poslovi koji se obavljaju kod poslodavca i mjesta obavljanja poslova	
ZAVOD ZA PROCESNO INŽENJERSTVO		
16	Rukovodeći poslovi	Uredski prostor, prostor praktikuma
17	Administrativni poslovi	Uredski prostor, prostor praktikuma
18	Poslovi organizacije i kontrole radnika i radnog procesa	Svi prostori fakulteta
19	Poslovi nabave	Svi prostori fakulteta
20	Poslovi organiziranja nastave i praktične nastave	Uredski prostor, prostor laboratorija i praktikuma
21	Poslovi izvođenja nastave	Prostor predavaonica, praktikuma i laboratorija
22	Poslovi izvođenja praktične nastave	Prostor laboratorija i praktikuma
23	Pomoćni poslovi u praktičnoj nastavi	Prostor laboratorija i praktikuma
24	Poslovi mentoriranja	Uredski prostor, prostor laboratorija i praktikuma
25	Poslovi laboratorijskih analiza i ispitivanja	Prostor laboratorij i praktikuma, prostori drugih privrednih subjekata, prostori drugih ustanova, prostori drugih poslodavaca, prostori javnih površina i prometnica
26	Poslovi znanstvenih istraživanja	Prostor laboratorija i praktikuma
27	Poslovi održavanja laboratorijske opreme	Prostor laboratorija i praktikuma
28	Poslovi čišćenja prostora	Uredski prostor, prostor laboratorija
29	Poslovi pranja laboratorijske opreme i suđa	Prostor laboratorija i praktikuma
30	Poslovi dostave i prenošenja kemikalija i ostalih materijala	Svi prostori fakulteta, vanjski prostori fakulteta, javne površine

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
16	Rukovodeći poslovi	Uredski prostor, prostor praktikuma

Opis poslova

Ovi poslovi obuhvaćaju upravljanje svakodnevnim poslovanjem, kontrola kvalitete usluga, upravljanje unutarnjim sistemima i procesima, izrada godišnjeg budžeta troškova, upravljanje unutar matičnog sistema, sudjelovanje u razvijanju pravilnika i procedura, definiranje operativnih ciljeva, zapošljavanje novih djelatnika. Kreiranje i razvoj načina poslovanja fakulteta u skladu s dugoročnim strategijama, pravilnicima i uputama nadležnih tijela, poslovi na koordinaciji planiranja i izrade godišnjih, mjesečnih i operativnih planova, određivanje dinamike razvoja i kreiranje razvojnih planova za fakultet.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički napori, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje - ostali statički napori	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Statodinamički napori, dinamički: fizički rad - ostali dinamički napori (repetitivni pokreti ruku)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki napori, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki napori, odgovornost - rukovođenje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki napori, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Napori vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto		- korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja	

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
17	Administrativni poslovi	Uredski prostori, prostor praktikuma

Opis poslova

Ažuriranje i evidentiranje dokumentacije, rukovanje korespondencijom, e-mailom i telefonskim pozivima, korištenje tehnike koju radni zadaci zahtijevaju (aparata za kopiranje, faxes i slično), popunjavanje i arhiviranje dokumenata. Pripremanje i dostavljanje dokumentacije nadležnim tijelima za školstvo. Odlazak do javnih i državnih institucija. Vođenje evidencija o radu radnika, o studentima i profesorima.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
Pregled vida kod ugovorenog specijaliste medicine rada sukladno čl 19. Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskih štetnosti

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

Podizanje, držanje ili prenošenje	Povlačenje i guranje tereta	Ponavljajući zadaci
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje - ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ostali dinamički naponi (repetitivni pokreti ruku)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - organizacija rada - ergonomski oblikovano radno mjesto		- korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - pregledi vida kod ugovorenog specijaliste medicine rada - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja	

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
18	Poslovi organizacije i kontrole radnika i radnog procesa	Svi prostori fakulteta

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju razvijanje i educiranje novih djelatnika, kontrola ostvarivanja poslovnih planova, motiviranje djelatnika, pružanje odgovarajuće obuke, omogućuje razmjenu informacija sa djelatnicima na redovnim sastancima, organizacija sastanaka, osiguravanje realizacije poslovnih ciljeva, organiziranje optimalnog radnog vremena radnika sa pažnjom na troškove. Poslovi obuhvaćaju i kontrolu rada radnika, praćenje rada radnika, savjetovanje radnika o pravilnom načinu obavljanja poslova, vođenje evidencije o prisutnim radnicima radi obračuna plaća.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
Pregled vida kod ugovorenog specijaliste medicine rada sukladno čl 19. Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - ostali statodinamički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ostali dinamički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, odgovornost - rukovođenje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto		- korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja - pregled vida kod ugovorenog specijaliste medicine rada	

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
19	Poslovi nabave	Svi prostori fakulteta

Opis poslova

Ovi poslovi obuhvaćaju kontaktiranje dobavljača, kreiranje jednostavnih natječaja, sudjelovanje u odabiru najpovoljnijeg dobavljača, organizacija logistike, kreiranje naloga, vođenje naloga za plaćanje troškova, vođenje evidencije i dokumentacije o nabavi i o dostavljenoj robi.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti
- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, nepovoljan ritam rada - ritam uvjetovan radnim procesom	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - organizacija rada - ergonomski oblikovano radno mjesto - korištenje stanki tijekom radnog vremena - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja			

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
20	Poslovi organiziranja nastave i praktične nastave	Uredski prostor, prostor laboratorija i praktikuma

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju pripremu materijala za izvođenje nastave prema nastavnom kurikulumu. Priprema za praktični dio nastave.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- računalo i računalna oprema, uredski pribor, laboratorijska oprema (mješalice, tresilice, centrifuge, sterilizatori, kupelji, hladnjaci, autoklavi, mjerni instrumenti, digestori), laboratorijski pribor (epruvete, menzure, tikvice, vage, plamenici, pincete, nožići, ...), oprema i pribor za čišćenje

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- tekućine

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

Podizanje, držanje ili prenošenje	Povlačenje i guranje tereta	Ponavljajući zadaci
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad s stepenica)	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, nadražljivci - drugi nadražljivci	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ostali dinamički naponi (repetitivni pokreti ruku)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			

- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - organizacija rada - osigurati STL - korištenje osobne zaštitne opreme	- održavanje podova čistim i prohodnim - ergonomski oblikovano radno mjesto - korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
21	Poslovi izvođenja nastave	Prostori predavaonica, učionica, praktikuma i laboratorija

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju pripremu materijala za izvođenje nastave prema nastavnom kurikulumu. Izrada testova i drugih načina provjere znanja, izrada prezentacija. Provođenje teorijskog dijela nastave.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema, pribor za nastavu (kreda, spužva, ravnalo i slično)

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi ljudi

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Biološke štetnosti - zaraženi ljudi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje - ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ostali dinamički naponi (repetitivni pokreti ruku)	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi govora	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI

Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora

- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova	- korištenje stanki tijekom radnog vremena
- korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača	- organizacija rada
- pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove	- osigurati adekvatnu rasvjetu
- ergonomski oblikovano radno mjesto	- zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti
	- raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
22	Poslovi izvođenja praktične nastave	Prostori predavaonica, učionica, praktikuma i laboratorija

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju pripremu materijala za izvođenje nastave prema nastavnom kurikulumu. Izrada praktičnih pokusa i praktični prikaz pomoću prezentacijskih pomagala. Praktična nastava se odnosi na određene predmete koji zahtijevaju praktičnu nastavu propisanim nastavnim kurikulumom.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- računalo i računalna oprema, uredski pribor, laboratorijska oprema (mješalice, tresilice, centrifuge, sterilizatori, kupelji, hladnjaci, autoklavi, mjerni instrumenti, digestori), laboratorijski pribor (epruvete, menzure, tikvice, vage, plamenici, pincete, nožići, ...), oprema i pribor za čišćenje

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- tekućine (kemikalije, alkohol)
- krute tvari
- prašine

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi ljudi

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Termičke opasnosti - vruće tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, korozivi - kiseline - lužine	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, nadražljivci - drugi nadražljivci	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, otrovi - organski spojevi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - kemijski spojevi alergenog potencijala - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Biološke štetnosti - zaraženi ljudi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - ostali statički naponi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

<i>Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>	<i>Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>		
	<i>Matrica procjene rizika</i>		
	<i>Vjerojatnost</i>	<i>Posljedice</i>	<i>Rizik</i>
NAPORI			
Napori vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Napori govora	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
<i>Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto - ispravni postupci prilikom izvođenja pokusa		- korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - korištenje osobne zaštitne opreme - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja - osigurati STL	

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
23	Pomoćni poslovi u praktičnoj nastavi	Prostor laboratorija i praktikuma

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju pomoć pri izradi praktičnih pokusa i praktični prikaz pomoću prezentacijskih pomagala. Asistiranje profesoru za vrijeme izvođenja nastave.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- računalo i računalna oprema, uredski pribor, laboratorijska oprema (mješalice, tresilice, centrifuge, sterilizatori, kupelji, hladnjaci, autoklavi, mjerni instrumenti, digestori), laboratorijski pribor (epruvete, menzure, tikvice, vage, plamenici, pincete, nožići, ...), oprema i pribor za čišćenje

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- tekućine (kemikalije, alkohol)
- krute tvari
- prašine

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi ljudi

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

Podizanje, držanje ili prenošenje	Povlačenje i guranje tereta	Ponavljajući zadaci
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Termičke opasnosti - vruće tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, korozivi - kiseline - lužine	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, nadražljivci - drugi nadražljivci	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, otrovi - organski spojevi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - kemijski spojevi alergenog potencijala - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Biološke štetnosti - zaraženi ljudi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - ostali statički naponi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

<i>Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>	<i>Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>		
	<i>Matrica procjene rizika</i>		
	<i>Vjerojatnost</i>	<i>Posljedice</i>	<i>Rizik</i>
NAPORI			
Napori vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Napori govora	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
<i>Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto - ispravni postupci prilikom izvođenja pokusa		- korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - korištenje osobne zaštitne opreme - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja - osigurati STL	

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
24	Poslovi mentoriranja	Uredski prostor, prostor laboratorija i praktikuma

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju savjetovanje, edukaciju, poučavanje te davanje povratnih informacija studentima o određenom nastavnom sadržaju, kao i u laboratorijima. Pomoć pri izradi prezentacija, diplomskih radova i sl.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- računalo i računalna oprema, uredski pribor, laboratorijska oprema (mješalice, tresilice, centrifuge, sterilizatori, kupelji, hladnjaci, autoklavi, mjerni instrumenti, digestori), laboratorijski pribor (epruvete, menzure, tikvice, vage, plamenici...)

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- tekućine (kemikalije, alkohol)
- krute tvari
- prašine

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi ljudi

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Izračun ručnog rukovanja teretima

Metodologija za izračun ručnog rukovanja teretima nalazi se u prilogu 5.6. ove procjene rizika

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Termičke opasnosti - vruće tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, korozivi - kiseline - lužine	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, nadražljivci - drugi nadražljivci	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, otrovi - organski spojevi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - kemijski spojevi alergenog potencijala - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Biološke štetnosti - zaraženi ljudi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - ostali statički naponi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

<i>Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>	<i>Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>		
	<i>Matrica procjene rizika</i>		
	<i>Vjerojatnost</i>	<i>Posljedice</i>	<i>Rizik</i>
NAPORI			
Napori vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Napori govora	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
<i>Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto - ispravni postupci prilikom izvođenja pokusa		- korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - korištenje osobne zaštitne opreme - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja	

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
25	Poslovi znanstvenih istraživanja	Prostor laboratorij i praktikuma, prostori drugih znanstvenih istraživanja, prostori drugih javnih institucija, prostori drugih poslodavca, prostori javnih površina i javnih prometnica

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju znanstveno usavršavanje, usvajanje novih istraživačkih postupaka, tehnika i metodoloških pristupa i sl. za laboratorij i praktikum Zavoda za kemiju i biokemiju. Održavanje terenske nastave. Odlazak na kongrese, usavršavanja, edukacije i sl.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- računalo i računalna oprema, uredski pribor, laboratorijska oprema (mješalice, tresilice, centrifuge, sterilizatori, kupelji, hladnjaci, autoklavi, mjerni instrumenti, digestori), laboratorijski pribor (epruvete, menzure, tikvice, vage, plamenici, pincete, nožići, ...), sredstva za horizontalni prijevoz (automobil)

Poslovi s posebnim uvjetima rada	NE	Stož osiguran s povećanim trajanjem	NE
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- otrovi
- korozivi
- zagušljivci
- prašine

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi ljudi

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

Podizanje, držanje ili prenošenje	Povlačenje i guranje tereta	Ponavljajući zadaci
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, sredstva za horizontalni prijevoz - prijevozna sredstva: automobil	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu (pad s stepenica)	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Termičke opasnosti - vruće tvari	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, otrovi - organski spojevi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, korozivi - kiseline - lužine - drugi korozivi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, zagušljivci - kemijski	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Biološke štetnosti - zaraženi materijal	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - ostali statički naponi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
NAPORI			
Psihofiziološki naponi, odgovornost - upravljanje prijevoznim sredstvima	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto - ispravni postupci prilikom dizanja i nošenja tereta - korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja - pravilno izvođenje vježbi - osigurati STL - održavanje vozila - pridržavanje važećih propisa u prometu			

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
26	Poslovi laboratorijskih analiza i ispitivanja	Prostor laboratorij i praktikuma, prostori drugih privrednih subjekata, prostori drugih ustanova, prostori drugih poslodavaca, prostori javnih površina i prometnica

Opis poslova

Ovi poslovi obuhvaćaju izvođenje analiza i ispitivanja, vođenje evidencije o obavljenim laboratorijskim vježbama i ispitivanjima za laboratorij i praktikum Zavoda za kemiju i biokemiju. Čišćenje i održavanja laboratorijske opreme i pribora. Održavanje terenske nastave, posjete tvornicama prehrambene i druge industrije.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- računalo i računalna oprema, uredski pribor, laboratorijska oprema (mješalice, tresilice, centrifuge, sterilizatori, kupelji, hladnjaci, autoklavi, mjerni instrumenti, digestori), laboratorijski pribor (epruvete, menzure, tikvice, vage, plamenici, pincete, nožići, ...), oprema i pribor za čišćenje, sredstva za horizontalni prijevoz (automobil)

Poslovi s posebnim uvjetima rada	NE	Stož osiguran s povećanim trajanjem	NE
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- otrovi
- korozivi
- zagušljivci
- prašine

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

Podizanje, držanje ili prenošenje	Povlačenje i guranje tereta	Ponavljajući zadaci
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, sredstva za horizontalni prijevoz - prijevozna sredstva: automobili	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu (pad s stepenica)	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Termičke opasnosti - vruće tvari	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, otrovi - organski spojevi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, korozivi - kiseline - lužine - drugi korozivi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, zagušljivci - kemijski	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - ostali statički naponi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, odgovornost - upravljanje prijevoznim sredstvima	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
NAPORI			
Psihofiziološki napori, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Napori vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			

- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto - ispravni postupci prilikom dizanja i nošenja tereta - osigurati STL	- korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja - pravilno izvođenje vježbi - korištenje osobne zaštitne opreme - upravljanje prijevoznim sredstvima - održavanje vozila

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
27	Poslovi održavanja laboratorijske opreme	Prostor laboratorija i praktikuma

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju redovno održavanje, servisiranje laboratorijske opreme.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- laboratorijska oprema i pribor, računala i računalna oprema, oprema i pribor za čišćenje

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- tekućine

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu (pad s stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, nadražljivci - drugi nadražljivci	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Fizikalne štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički napori, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje - ostali statički napori	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Statodinamički napori, dinamički: fizički rad - ostali dinamički napori (repetitivni pokreti ruku)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki napori, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki napori, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Napori vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto - korištenje osobne zaštitne opreme - korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja - osigurati STL			

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
28	Poslovi čišćenja prostora	Uredski prostor, prostor laboratorija

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju čišćenje prostora ureda i laboratorija, održavanje i metenje podova i ulaza, mokro brisanje podova, brisanje ormara, brisanje prašine, brisanje sitnog inventara, odstranjivanje mrlja i otisaka sa staklenih površina, uklanjanje paučine, brisanje prašine sa svih dostupnih mjesta, brisanje podnožja stolova i stolica, čišćenje uređaja i rasvjetnih tijela, pražnjenje koševa za smeće, brisanje prašine.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- materijal i oprema za čišćenje (metla, krpa, usisivač, ljestve...)

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- tekućine
- prašine

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi materijal

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
DA	DA	DA

Izračun ručnog rukovanja teretima

Metodologija za izračun ručnog rukovanja teretima nalazi se u prilogu 5.6. ove procjene rizika

Podizanje, držanje ili prenošenje

Ukupno opterećenje muškarci $(T2 + T3 + T4) \times T1$	Ukupno opterećenje žena $(T2 + T3 + T4) \times T1$
Ukupno opterećenje muškarci $(1 + 2 + 1) \times 4 = 16$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni, za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.	Ukupno opterećenje žena $(2 + 2 + 1) \times 4 = 20$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni, za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.

Povlačenje i guranje tereta

Ukupno opterećenje muškarci $(T2 + T3 + T4 + T5) \times T1$	Ukupno opterećenje žena $(T2 + T3 + T4 + T5) \times T1 \times 1,3$
Ukupno opterećenje muškarci $(1 + 1 + 1 + 2) \times 4 = 20$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni, za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.	Ukupno opterećenje žena $(1 + 1 + 1 + 2) \times 4 \times 1,3 = 26$ Veliko opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod svih radnika. Za tu skupinu radnika preporuča se preoblikovanje mjesta rada.

Ponavljajući zadatci

Ukupno opterećenje lijeva ruka $(T2 + T3 + T4) \times T1$	Ukupno opterećenje desna ruka $(T2 + T3 + T4) \times T1$
Ukupno opterećenje = $(1 + 2 + 3) \times 2 = 12$ Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.	Ukupno opterećenje = $(1 + 2 + 3) \times 2 = 12$ Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni - mehanizirani	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu - s visine	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, nadražljivci - drugi nadražljivci	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Biološke štetnosti - zaraženi materijal	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički napori, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - pognut položaj tijela - ruke iznad glave - čučanje, klečanje	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki napori, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile - dizanje i nošenje tereta - guranje i vučenje tereta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki napori, nepovoljan ritam rada - ritam uvjetovan radnim procesom	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki napori, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki napori, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora

- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova
- korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača
- pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove
- organizacija rada
- korištenje osobne zaštitne opreme
- korištenje stanki tijekom radnog vremena
- osigurati adekvatnu rasvjetu
- ispravno postavljanje i korištenje ljestvi
- ispravni postupci prilikom dizanja i nošenja tereta
- korištenje osobne zaštitne opreme
- osigurati STL
- raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
29	Poslovi pranja laboratorijske opreme i suđa	Prostor laboratorija i praktikuma

Opis poslova

Nakon obavljenih pokusa i procesa, potrebno je pranje opreme i suđa. Dezinfekcija opreme nakon sušenja te spremanje opreme na za to predviđeno mjesto.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- materijal i oprema za čišćenje (spužvica, krpa, kantica...)

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- tekućine

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi materijal

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	DA

Izračun ručnog rukovanja teretima

Metodologija za izračun ručnog rukovanja teretima nalazi se u prilogu 5.6. ove procjene rizika

Ponavljajući zadatci

Ukupno opterećenje lijeva ruka (T2 + T3 + T4) × T1	Ukupno opterećenje desna ruka (T2 + T3 + T4) × T1
Ukupno opterećenje = (1 + 1 + 1) × 2 = 6 Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.	Ukupno opterećenje = (1 + 1 + 1) × 2 = 6 Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni - mehanizirani	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu - s visine	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, nadražljivci - drugi nadražljivci	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Biološke štetnosti - zaraženi materijal	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički napori, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki napori, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki napori, nepovoljan ritam rada - ritam uvjetovan radnim procesom	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki napori, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki napori, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora

- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova
- korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača
- pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove
- korištenje osobne zaštitne opreme
- organizacija rada
- korištenje stanki tijekom radnog vremena
- osigurati adekvatnu rasvjetu
- ispravno postavljanje i korištenje ljestvi
- ispravni postupci prilikom dizanja i nošenja tereta
- korištenje osobne zaštitne opreme
- osiguravanje STL-ova
- raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
30	Poslovi dostave i prenošenja kemikalija i ostalih materijala	Svi prostori fakulteta, vanjski prostori fakulteta, javne površine

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju poslove dostave, prenošenja kemikalija i ostalih materijala unutar fakulteta i prema vanjskim ustanovama.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- sredstva za horizontalni prijenos (automobili, kombi...)

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti
- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*NE	*NE

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, sredstva za horizontalni prijevoz - prijevozna sredstva: automobil, kombi	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti - rad na otvorenom - pojačano strujanje zraka	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki, nepovoljan ritam rada - ritam uvjetovan radnim procesom	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, remećenje socijalnih potreba - terenski rad	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra - upravljanje prijevoznim sredstvima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI

Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora

- osposobljavanje radnika
- osigurati upute za rad na siguran način
- ispravni radni postupci prilikom dizanja, nošenja i spuštanja tereta
- održavanje vozila
- poštivanje važećih prometnih pravila
- korištenje osobne zaštitne opreme
- osiguranje aparata za gašenje požara
- vježbe rasterećenja
- korištenje stanke tijekom radnog vremena
- organizacija rada
- ispravni postupci rada

Šifra poslova	Poslovi koji se obavljaju kod poslodavca i mjesta obavljanja poslova	
ZAVOD ZA POZNAVANJE I KONTROLU SIROVINA I PREHRAMBENIH PROIZVODA		
31	Rukovodeći poslovi	Uredski prostor, prostor laboratorija i praktikuma
32	Administrativni poslovi	Uredski prostor, prostor laboratorija i praktikuma
33	Poslovi organizacije i kontrole radnika i radnog procesa	Svi prostori fakulteta
34	Poslovi nabave	Svi prostori fakulteta, unutarnji i vanjski, prostori javnih površina
35	Poslovi organiziranja nastave i praktične nastave	Uredski prostor, prostor laboratorija i praktikuma
36	Poslovi izvođenja nastave	Prostor predavaonica, praktikuma i laboratorija
37	Poslovi izvođenja praktične nastave	Prostor laboratorija i praktikuma
38	Pomoćni poslovi u praktičnoj nastavi	Prostor laboratorija i praktikuma
39	Poslovi mentoriranja	Uredski prostor, prostor laboratorija i praktikuma
40	Poslovi laboratorijskih analiza i ispitivanja	Prostor laboratorija i praktikuma
41	Poslovi znanstvenih istraživanja	Prostor laboratorija i praktikuma
42	Poslovi održavanja laboratorijske opreme	Prostor laboratorija i praktikuma
43	Poslovi čišćenja prostora	Uredski prostor, prostor laboratorija
44	Poslovi pranja laboratorijske opreme i suđa	Prostor laboratorija i praktikuma
45	Poslovi dostave i prenošenja kemikalija i ostalih materijala	Svi prostori fakulteta, vanjski prostori fakulteta, javne površine

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
31	Rukovodeći poslovi	Uredski prostor, prostor laboratorija i praktikuma

Opis poslova

Ovi poslovi obuhvaćaju upravljanje svakodnevnim poslovanjem, kontrola kvalitete usluga, upravljanje unutarnjim sistemima i procesima, izrada godišnjeg budžeta troškova, upravljanje unutar matičnog sistema, sudjelovanje u razvijanju pravilnika i procedura, definiranje operativnih ciljeva, zapošljavanje novih djelatnika. Kreiranje i razvoj načina poslovanja fakulteta u skladu s dugoročnim strategijama, pravilnicima i uputama nadležnih tijela, poslovi na koordinaciji planiranja i izrade godišnjih, mjesečnih i operativnih planova, određivanje dinamike razvoja i kreiranje razvojnih planova za fakultet.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje - ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ostali dinamički naponi (repetitivni pokreti ruku)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, odgovornost - rukovođenje - upravljanje prijevoznim sredstvima	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto - održavanje vozila - pridržavanje važećih propisa u prometu - korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja			

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
32	Administrativni poslovi	Uredski prostori, prostor laboratorija i praktikuma

Opis poslova

Ažuriranje i evidentiranje dokumentacije, rukovanje korespondencijom, e-mailom i telefonskim pozivima, korištenje tehnike koju radni zadaci zahtijevaju (aparata za kopiranje, faxes i slično), popunjavanje i arhiviranje dokumenata. Pripremanje i dostavljanje dokumentacije nadležnim tijelima za školstvo. Odlazak do javnih i državnih institucija. Vođenje evidencija o radu radnika, o studentima i profesorima.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
Pregled vida kod ugovorenog specijaliste medicine rada sukladno čl 19. Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskih štetnosti

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje - ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ostali dinamički naponi (repetitivni pokreti ruku)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - organizacija rada - ergonomski oblikovano radno mjesto		- korištenje stanki tijekom radnog vremena - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - pregledi vida kod ugovorenog specijaliste medicine rada - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja	

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
33	Poslovi organizacije i kontrole radnika i radnog procesa	Svi prostori fakulteta

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju razvijanje i educiranje novih djelatnika, kontrola ostvarivanja poslovnih planova, motiviranje djelatnika, pružanje odgovarajuće obuke, omogućuje razmjenu informacija sa djelatnicima na redovnim sastancima, organizacija sastanaka, osiguravanje realizacije poslovnih ciljeva, organiziranje optimalnog radnog vremena radnika sa pažnjom na troškove. Poslovi obuhvaćaju i kontrolu rada radnika, praćenje rada radnika, savjetovanje radnika o pravilnom načinu obavljanja poslova, vođenje evidencije o prisutnim radnicima radi obračuna plaća.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
Pregled vida kod ugovorenog specijaliste medicine rada sukladno čl 19. Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - ostali statodinamički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ostali dinamički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, odgovornost - rukovođenje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto		- korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja - pregled vida kod ugovorenog specijaliste medicine rada	

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
34	Poslovi nabave	Svi prostori fakulteta

Opis poslova

Ovi poslovi obuhvaćaju kontaktiranje dobavljača, kreiranje jednostavnih natječaja, sudjelovanje u odabiru najpovoljnijeg dobavljača, organizacija logistike, kreiranje naloga, vođenje naloga za plaćanje troškova, vođenje evidencije i dokumentacije o nabavi i o dostavljenoj robi.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, nepovoljan ritam rada - ritam uvjetovan radnim procesom	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - organizacija rada - korištenje osobne zaštitne opreme - ergonomski oblikovano radno mjesto - korištenje stanki tijekom radnog vremena - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja			

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
35	Poslovi organiziranja nastave i praktične nastave	Uredski prostor, prostor laboratorija i praktikuma

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju pripremu materijala za izvođenje nastave prema nastavnom kurikulumu. Priprema za praktični dio nastave.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema, laboratorijska oprema i pribor

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad s stepenica)	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ostali dinamički naponi (repetitivni pokreti ruku)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - organizacija rada		- održavanje podova čistim i prohodnim - ergonomski oblikovano radno mjesto - korištenje stanki tijekom radnog vremena - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja	

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
36	Poslovi izvođenja nastave	Prostori predavaonica, učionica, praktikuma i laboratorija

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju pripremu materijala za izvođenje nastave prema nastavnom kurikulumu. Izrada testova i drugih načina provjere znanja, izrada prezentacija. Provođenje teorijskog dijela nastave.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema, pribor za nastavu (kreda, spužva, ravnalo i slično)

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi ljudi

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Biološke štetnosti - zaraženi ljudi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - bliještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje - ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ostali dinamički naponi (repetitivni pokreti ruku)	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi govora	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI

Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora

- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto - korištenje osobne zaštitne opreme	- korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
37	Poslovi izvođenja praktične nastave	Prostor laboratorija i praktikuma

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju pripremu materijala za izvođenje nastave prema nastavnom kurikulumu. Izrada praktičnih pokusa i praktični prikaz pomoću prezentacijskih pomagala. Praktična nastava se odnosi na određene predmete koji zahtijevaju praktičnu nastavu propisanim nastavnim kurikulumom.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- računalo i računalna oprema, uredski pribor, laboratorijska oprema (mješalice, tresilice, centrifuge, sterilizatori, kupelji, hladnjaci, autoklavi, mjerni instrumenti, digestori), laboratorijski pribor (epruvete, menzure, tikvice, vage, plamenici, pincete, nožići, ...), oprema i pribor za čišćenje

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- tekućine (kemikalije, alkohol)
- krute tvari
- prašine

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi ljudi

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Termičke opasnosti - vruće tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, korozivi - kiseline - lužine	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, nadražljivci - drugi nadražljivci	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, otrovi - organski spojevi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - kemijski spojevi alergenog potencijala - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Biološke štetnosti - zaraženi ljudi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - ostali statički naponi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

<i>Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>	<i>Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>		
	<i>Matrica procjene rizika</i>		
	<i>Vjerojatnost</i>	<i>Posljedice</i>	<i>Rizik</i>
NAPORI			
Napori vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Napori govora	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
<i>Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto - ispravni postupci prilikom izvođenja pokusa - osigurati STL			
- korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - korištenje osobne zaštitne opreme - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja			

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
38	Pomoćni poslovi u praktičnoj nastavi	Prostor laboratorija i praktikuma

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju pomoć pri izradi praktičnih pokusa i praktični prikaz pomoću prezentacijskih pomagala. Asistiranje profesoru za vrijeme izvođenja nastave.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- računalo i računalna oprema, uredski pribor, laboratorijska oprema (mješalice, tresilice, centrifuge, sterilizatori, kupelji, hladnjaci, autoklavi, mjerni instrumenti, digestori), laboratorijski pribor (epruvete, menzure, tikvice, vage, plamenici, pincete, nožići, ...), oprema i pribor za čišćenje

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- tekućine (kemikalije, alkohol)
- krute tvari
- prašine

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi ljudi

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Termičke opasnosti - vruće tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, korozivi - kiseline - lužine	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, nadražljivci - drugi nadražljivci	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, otrovi - organski spojevi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - kemijski spojevi alergenog potencijala - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Biološke štetnosti - zaraženi ljudi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - ostali statički naponi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

<i>Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>	<i>Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>		
	<i>Matrica procjene rizika</i>		
	<i>Vjerojatnost</i>	<i>Posljedice</i>	<i>Rizik</i>
NAPORI			
Napori vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Napori govora	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
<i>Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto - ispravni postupci prilikom izvođenja pokusa - osigurati STL			
- korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - korištenje osobne zaštitne opreme - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja			

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
39	Poslovi mentoriranja	Uredski prostor, prostor laboratorija i praktikuma

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju savjetovanje, edukaciju, poučavanje te davanje povratnih informacija studentima o određenom nastavnom sadržaju, kao i u laboratorijima. Pomoć pri izradi prezentacija, diplomskih radova i sl.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- tekućine (kemikalije, alkohol)
- krute tvari
- prašine

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi ljudi

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Izračun ručnog rukovanja teretima

Metodologija za izračun ručnog rukovanja teretima nalazi se u prilogu 5.6. ove procjene rizika

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Termičke opasnosti - vruće tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, korozivi - kiseline - lužine	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, nadražljivci - drugi nadražljivci	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, otrovi - organski spojevi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - kemijski spojevi alergnog potencijala - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Biološke štetnosti - zaraženi ljudi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - ostali statički naponi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

<i>Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>	<i>Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>		
	<i>Matrica procjene rizika</i>		
	<i>Vjerojatnost</i>	<i>Posljedice</i>	<i>Rizik</i>
NAPORI			
Napori vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Napori govora	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
<i>Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto - ispravni postupci prilikom izvođenja pokusa - osigurati STL			
- korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - korištenje osobne zaštitne opreme - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja			

Šifra	Posao	Mjesto obavljanja posla
40	Poslovi laboratorijskih analiza i ispitivanja	Prostor laboratorij i praktikuma, prostori drugih privrednih subjekata, prostori drugih ustanova, prostori drugih poslodavaca, prostori javnih površina i prometnica

Opis poslova

Ovi poslovi obuhvaćaju izvođenje analiza i ispitivanja, vođenje evidencije o obavljenim laboratorijskim vježbama i ispitivanjima za laboratorij i praktikum Zavoda za kemiju i biokemiju. Čišćenje i održavanje laboratorijske opreme i pribora. Održavanje terenske nastave, posjete tvornicama prehrambene i druge industrije.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- računalo i računalna oprema, uredski pribor, laboratorijska oprema (mješalice, tresilice, centrifuge, sterilizatori, kupelji, hladnjaci, autoklavi, mjerni instrumenti, digestori), laboratorijski pribor (epruvete, menzure, tikvice, vage, plamenici, pincete, nožići, ...), oprema i pribor za čišćenje, sredstva za horizontalni prijevoz (automobil)

Poslovi s posebnim uvjetima rada	NE	Stož osiguran s povećanim trajanjem	NE
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- otrovi
- korozivi
- zagušljivci
- prašine

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

Podizanje, držanje ili prenošenje	Povlačenje i guranje tereta	Ponavljajući zadaci
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, sredstva za horizontalni prijevoz - prijevozna sredstva: automobili	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu (pad s stepenica)	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Termičke opasnosti - vruće tvari	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, otrovi - organski spojevi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, korozivi - kiseline - lužine - drugi korozivi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, zagušljivci - kemijski	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - ostali statički naponi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, odgovornost - upravljanje prijevoznim sredstvima	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
NAPORI			
Psihofiziološki napori, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Napori vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto - ispravni postupci prilikom dizanja i nošenja tereta - osigurati STL	- korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja - pravilno izvođenje vježbi - korištenje osobne zaštitne opreme - upravljanje prijevoznim sredstvima - održavanje vozila		

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
41	Poslovi znanstvenih istraživanja	Prostor laboratorij i praktikuma, prostori drugih znanstvenih istraživanja, prostori drugih javnih institucija, prostori drugih poslodavca, prostori javnih površina i javnih prometnica

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju znanstveno usavršavanje, usvajanje novih istraživačkih postupaka, tehnika i metodoloških pristupa i sl. za laboratorij i praktikum Zavoda za kemiju i biokemiju. Održavanje terenske nastave. Odlazak na kongrese, usavršavanja, edukacije i sl.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- računalo i računalna oprema, uredski pribor, laboratorijska oprema (mješalice, tresilice, centrifuge, sterilizatori, kupelji, hladnjaci, autoklavi, mjerni instrumenti, digestori), laboratorijski pribor (epruvete, menzure, tikvice, vage, plamenici, pincete, nožići, ...), sredstva za horizontalni prijevoz (automobil)

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- buka
- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- otrovi
- korozivi
- zagušljivci
- prašine

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi ljudi

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, sredstva za horizontalni prijevoz - prijevozna sredstva: automobil	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu (pad s stepenica)	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Termičke opasnosti - vruće tvari	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, otrovi - organski spojevi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, korozivi - kiseline - lužine - drugi korozivi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, zagušljivci - kemijski	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Biološke štetnosti - zaraženi ljudi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, buka - diskontinuirana buka	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - ostali statički naponi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI

<i>Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>	<i>Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>		
	<i>Matrica procjene rizika</i>		
	<i>Vjerojatnost</i>	<i>Posljedice</i>	<i>Rizik</i>
NAPORI			
Psihofiziološki napori, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki napori, odgovornost - upravljanje prijevoznim sredstvima	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki napori, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
<i>Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto - ispravni postupci prilikom dizanja i nošenja tereta - osigurati STL - korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja - pravilno izvođenje vježbi - korištenje osobne zaštitne opreme - održavanje vozila - pridržavanje važećih propisa u prometu			

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
42	Poslovi održavanja laboratorijske opreme	Prostor laboratorija i praktikuma

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju redovno održavanje, servisiranje laboratorijske opreme.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- laboratorijska oprema i pribor, računala i računalna oprema, oprema i pribor za čišćenje

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- tekućine

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi materijal

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu (pad s stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Biološke štetnosti - zaraženi materijal	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Fizikalne štetnosti, nadražljivci - drugi nadražljivci	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Fizikalne štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje - ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ostali dinamički naponi (repetitivni pokreti ruku)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto - osigurati STL		- korištenje osobne zaštitne opreme - korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja	

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
43	Poslovi čišćenja prostora	Uredski prostor, prostor laboratorija

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju čišćenje prostora ureda i laboratorija, održavanje i metenje podova i ulaza, mokro brisanje podova, brisanje ormara, brisanje prašine, brisanje sitnog inventara, odstranjivanje mrlja i otisaka sa staklenih površina, uklanjanje paučine, brisanje prašine sa svih dostupnih mjesta, brisanje podnožja stolova i stolica, čišćenje uređaja i rasvjetnih tijela, pražnjenje koševa za smeće, brisanje prašine.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- oprema i pribor za čišćenja (metla, krpa, usisivač, ljestve...)

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- tekućine
- prašine

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi materijal

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

Podizanje, držanje ili prenošenje	Povlačenje i guranje tereta	Ponavljajući zadaci
DA	DA	DA

Izračun ručnog rukovanja teretima

Metodologija za izračun ručnog rukovanja teretima nalazi se u prilogu 5.6. ove procjene rizika

Podizanje, držanje ili prenošenje

Ukupno opterećenje muškarci $(T2 + T3 + T4) \times T1$	Ukupno opterećenje žena $(T2 + T3 + T4) \times T1$
Ukupno opterećenje muškarci $(1 + 2 + 1) \times 4 = 16$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni, za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.	Ukupno opterećenje žena $(2 + 2 + 1) \times 4 = 20$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni, za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.

Povlačenje i guranje tereta

Ukupno opterećenje muškarci $(T2 + T3 + T4 + T5) \times T1$	Ukupno opterećenje žena $(T2 + T3 + T4 + T5) \times T1 \times 1,3$
Ukupno opterećenje muškarci $(1 + 1 + 1 + 2) \times 4 = 20$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni, za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.	Ukupno opterećenje žena $(1 + 1 + 1 + 2) \times 4 \times 1,3 = 26$ Veliko opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod svih radnika. Za tu skupinu radnika preporuča se preoblikovanje mjesta rada.

Ponavljajući zadatci

Ukupno opterećenje lijeva ruka $(T2 + T3 + T4) \times T1$	Ukupno opterećenje desna ruka $(T2 + T3 + T4) \times T1$
Ukupno opterećenje = $(1 + 2 + 3) \times 2 = 12$ Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.	Ukupno opterećenje = $(1 + 2 + 3) \times 2 = 12$ Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni - mehanizirani	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu - s visine	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, nadražljivci - drugi nadražljivci	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Biološke štetnosti - zaraženi materijal	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - pognut položaj tijela - ruke iznad glave - čučanje, klečanje	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile - dizanje i nošenje tereta - guranje i vučenje tereta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, nepovoljan ritam rada - ritam uvjetovan radnim procesom	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora

- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova
- korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača
- pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove
- korištenje osobne zaštitne opreme
- organizacija rada
- korištenje stanki tijekom radnog vremena
- osigurati adekvatnu rasvjetu
- ispravno postavljanje i korištenje ljestvi
- ispravni postupci prilikom dizanja i nošenja tereta
- korištenje osobne zaštitne opreme
- osigurati STL
- raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
44	Poslovi pranja laboratorijske opreme i suđa	Prostor laboratorija i praktikuma

Opis poslova

Nakon obavljenih pokusa i procesa, potrebno je pranje opreme i suđa. Dezinfekcija opreme nakon sušenja te spremanje opreme na za to predviđeno mjesto.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- oprema i pribor za čišćenje (spužvica, krpa, kantica...)

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- tekućine

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi materijal

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	DA

Izračun ručnog rukovanja teretima

Metodologija za izračun ručnog rukovanja teretima nalazi se u prilogu 5.6. ove procjene rizika

Ponavljajući zadatci

Ukupno opterećenje lijeva ruka (T2 + T3 + T4) × T1	Ukupno opterećenje desna ruka (T2 + T3 + T4) × T1
Ukupno opterećenje = (1 + 1 + 1) × 2 = 6 Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.	Ukupno opterećenje = (1 + 1 + 1) × 2 = 6 Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni - mehanizirani	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu - s visine	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, nadražljivci - drugi nadražljivci	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Biološke štetnosti - zaraženi materijal	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, nepovoljan ritam rada - ritam uvjetovan radnim procesom	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora

- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova
- korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača
- pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove
- organizacija rada
- korištenje stanki tijekom radnog vremena
- osigurati adekvatnu rasvjetu
- ispravno postavljanje i korištenje ljestvi
- ispravni postupci prilikom dizanja i nošenja tereta
- korištenje osobne zaštitne opreme
- osiguravanje STL-ova
- raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
45	Poslovi dostave i prenošenja kemikalija i ostalih materijala	Svi prostori fakulteta, vanjski prostori fakulteta, javne površine

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju poslove dostave, prenošenja kemikalija i ostalih materijala unutar fakulteta i prema vanjskim ustanovama.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- sredstva za horizontalni prijenos (automobili, kombi...)

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti
- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*NE	*NE

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, sredstva za horizontalni prijevoz - prijevozna sredstva: automobil, kombi	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti - rad na otvorenom - pojačano strujanje zraka	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki, nepovoljan ritam rada - ritam uvjetovan radnim procesom	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, remećenje socijalnih potreba - terenski rad	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra - upravljanje prijevoznim sredstvima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI

Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora

- osposobljavanje radnika
- osigurati upute za rad na siguran način
- ispravni radni postupci prilikom dizanja, nošenja i spuštanja tereta
- održavanje vozila
- poštivanje važećih prometnih pravila
- korištenje osobne zaštitne opreme
- osiguranje aparata za gašenje požara
- vježbe rasterećenja
- korištenje stanke tijekom radnog vremena
- organizacija rada
- ispravni postupci rada

Šifra poslova	Poslovi koji se obavljaju kod poslodavca i mjesta obavljanja poslova	
ZAVOD ZA BIOKEMIJSKO INŽENJERSTVO		
46	Rukovodeći poslovi	Uredski prostor
47	Administrativni poslovi	Uredski prostor, prostor laboratorija i praktikuma
48	Poslovi organizacije i kontrole radnika i radnog procesa	Svi prostori fakulteta
49	Poslovi nabave	Svi prostori fakulteta, unutarnji i vanjski, prostori javnih površina
50	Poslovi organiziranja nastave i praktične nastave	Uredski prostor, prostor laboratorija i praktikuma
51	Poslovi izvođenja nastave	Prostor predavaonica, praktikuma i laboratorija
52	Poslovi izvođenja praktične nastave	Prostor laboratorija i praktikuma
53	Pomoćni poslovi u praktičnoj nastavi	Prostor laboratorija i praktikuma
54	Poslovi mentoriranja	Uredski prostor, prostor laboratorija i praktikuma
55	Poslovi laboratorijskih analiza i ispitivanja	Prostor laboratorija i praktikuma
56	Poslovi znanstvenih istraživanja	Prostor laboratorija i praktikuma
57	Poslovi održavanja laboratorijske opreme	Prostor laboratorija i praktikuma
58	Poslovi čišćenja prostora	Uredski prostor, prostor laboratorija
59	Poslovi pranja laboratorijske opreme i suđa	Prostor laboratorija i praktikuma
60	Poslovi dostave i prenošenja kemikalija i ostalih materijala	Svi prostori fakulteta, vanjski prostori fakulteta, javne površine

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
46	Rukovodeći poslovi	Uredski prostor

Opis poslova

Ovi poslovi obuhvaćaju upravljanje svakodnevnim poslovanjem, kontrola kvalitete usluga, upravljanje unutarnjim sistemima i procesima, izrada godišnjeg budžeta troškova, upravljanje unutar matičnog sistema, sudjelovanje u razvijanju pravilnika i procedura, definiranje operativnih ciljeva, zapošljavanje novih djelatnika. Kreiranje i razvoj načina poslovanja fakulteta u skladu s dugoročnim strategijama, pravilnicima i uputama nadležnih tijela, poslovi na koordinaciji planiranja i izrade godišnjih, mjesečnih i operativnih planova, određivanje dinamike razvoja i kreiranje razvojnih planova za fakultet.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, sredstva za horizontalni prijevoz - prijevozna sredstva: automobil	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje - ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ostali dinamički naponi (repetitivni pokreti ruku)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, odgovornost - rukovođenje - upravljanje prijevoznim sredstvima	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto - održavanje vozila - pridržavanje važećih propisa u prometu - korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja			

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
47	Administrativni poslovi	Uredski prostori, prostor laboratorija i praktikuma

Opis poslova

Ažuriranje i evidentiranje dokumentacije, rukovanje korespondencijom, e-mailom i telefonskim pozivima, korištenje tehnike koju radni zadaci zahtijevaju (aparata za kopiranje, faxes i slično), popunjavanje i arhiviranje dokumenata. Pripremanje i dostavljanje dokumentacije nadležnim tijelima za školstvo. Odlazak do javnih i državnih institucija. Vođenje evidencija o radu radnika, o studentima i profesorima.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
Pregled vida kod ugovorenog specijaliste medicine rada sukladno čl 19. Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskih štetnosti

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

Podizanje, držanje ili prenošenje	Povlačenje i guranje tereta	Ponavljajući zadaci
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje - ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ostali dinamički naponi (repetitivni pokreti ruku)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - organizacija rada - ergonomski oblikovano radno mjesto		- korištenje stanki tijekom radnog vremena - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - pregledi vida kod ugovorenog specijaliste medicine rada - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja	

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
48	Poslovi organizacije i kontrole radnika i radnog procesa	Svi prostori fakulteta

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju razvijanje i educiranje novih djelatnika, kontrola ostvarivanja poslovnih planova, motiviranje djelatnika, pružanje odgovarajuće obuke, omogućuje razmjenu informacija sa djelatnicima na redovnim sastancima, organizacija sastanaka, osiguravanje realizacije poslovnih ciljeva, organiziranje optimalnog radnog vremena radnika sa pažnjom na troškove. Poslovi obuhvaćaju i kontrolu rada radnika, praćenje rada radnika, savjetovanje radnika o pravilnom načinu obavljanja poslova, vođenje evidencije o prisutnim radnicima radi obračuna plaća.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
Pregled vida kod ugovorenog specijaliste medicine rada sukladno čl 19. Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - ostali statodinamički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ostali dinamički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, odgovornost - rukovođenje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto		- korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja - pregled vida kod ugovorenog specijaliste medicine rada	

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
49	Poslovi nabave	Svi prostori fakulteta

Opis poslova

Ovi poslovi obuhvaćaju kontaktiranje dobavljača, kreiranje jednostavnih natječaja, sudjelovanje u odabiru najpovoljnijeg dobavljača, organizacija logistike, kreiranje naloga, vođenje naloga za plaćanje troškova, vođenje evidencije i dokumentacije o nabavi i o dostavljenoj robi.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti
- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti - rad na otvorenom - pojačano strujanje zraka	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, nepovoljan ritam rada - ritam uvjetovan radnim procesom	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora

- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova	- ergonomski oblikovano radno mjesto
- korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača	- korištenje stanki tijekom radnog vremena
- pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove	- osigurati adekvatnu rasvjetu
- organizacija rada	- zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti
	- raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
50	Poslovi organiziranja nastave i praktične nastave	Uredski prostor, prostor laboratorija i praktikuma

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju pripremu materijala za izvođenje nastave prema nastavnom kurikulumu. Priprema za praktični dio nastave.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema, laboratorijska oprema i pribor

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad s stepenica)	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ostali dinamički naponi (repetitivni pokreti ruku)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			

- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova
- korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača
- pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove
- organizacija rada

- održavanje podova čistim i prohodnim
- ergonomski oblikovano radno mjesto
- korištenje stanki tijekom radnog vremena
- osigurati adekvatnu rasvjetu
- zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti
- raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
51	Poslovi izvođenja nastave	Prostori predavaonica, praktikuma i laboratorija

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju pripremu materijala za izvođenje nastave prema nastavnom kurikulumu. Izrada testova i drugih načina provjere znanja, izrada prezentacija. Provođenje teorijskog dijela nastave.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema, pribor za nastavu (kreda, spužva, ravnalo i slično)

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi ljudi

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Biološke štetnosti - zaraženi ljudi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje - ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ostali dinamički naponi (repetitivni pokreti ruku)	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi govora	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto - korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja			

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
52	Poslovi izvođenja praktične nastave	Prostor laboratorija i praktikuma

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju pripremu materijala za izvođenje nastave prema nastavnom kurikulumu. Izrada praktičnih pokusa i praktični prikaz pomoću prezentacijskih pomagala. Praktična nastava se odnosi na određene predmete koji zahtijevaju praktičnu nastavu propisanim nastavnim kurikulumom.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- računalo i računalna oprema, uredski pribor, laboratorijska oprema (mješalice, tresilice, centrifuge, sterilizatori, kupelji, hladnjaci, autoklavi, mjerni instrumenti, digestori), laboratorijski pribor (epruvete, menzure, tikvice, vage, plamenici, pincete, nožići, ...), oprema i pribor za čišćenje

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- tekućine (kemikalije, alkohol)
- krute tvari
- prašine

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi ljudi

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Termičke opasnosti - vruće tvari	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, korozivi - kiseline - lužine	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, nadražljivci - drugi nadražljivci	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, otrovi - organski spojevi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - kemijski spojevi alergenog potencijala - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Biološke štetnosti - zaraženi ljudi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - ostali statički naponi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

<i>Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>	<i>Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>		
	<i>Matrica procjene rizika</i>		
	<i>Vjerojatnost</i>	<i>Posljedice</i>	<i>Rizik</i>
NAPORI			
Napori vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Napori govora	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
<i>Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto - ispravni postupci prilikom izvođenja pokusa - osigurati STL - korištenje osobne zaštitne opreme - korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - korištenje osobne zaštitne opreme - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja			

Šifra	Posao	Mjesto obavljanja posla
53	Pomoćni poslovi u praktičnoj nastavi	Prostor laboratorija i praktikuma

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju pomoć pri izradi praktičnih pokusa i praktični prikaz pomoću prezentacijskih pomagala. Asistiranje profesoru za vrijeme izvođenja nastave.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- računalo i računalna oprema, uredski pribor, laboratorijska oprema (mješalice, tresilice, centrifuge, sterilizatori, kupelji, hladnjaci, autoklavi, mjerni instrumenti, digestori), laboratorijski pribor (epruvete, menzure, tikvice, vage, plamenici, pincete, nožići, ...), oprema i pribor za čišćenje

Poslovi s posebnim uvjetima rada	NE	Stož osiguran s povećanim trajanjem	NE
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- tekućine (kemikalije, alkohol)
- krute tvari
- prašine

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi ljudi

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

Podizanje, držanje ili prenošenje	Povlačenje i guranje tereta	Ponavljajući zadaci
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Termičke opasnosti - vruće tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, korozivi - kiseline - lužine	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, nadražljivci - drugi nadražljivci	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, otrovi - organski spojevi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - kemijski spojevi alergenog potencijala - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Biološke štetnosti - zaraženi ljudi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - ostali statički naponi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

<i>Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>	<i>Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>		
	<i>Matrica procjene rizika</i>		
	<i>Vjerojatnost</i>	<i>Posljedice</i>	<i>Rizik</i>
NAPORI			
Napori vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Napori govora	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
<i>Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto - ispravni postupci prilikom izvođenja pokusa - osigurati STL - korištenje osobne zaštitne opreme - korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - korištenje osobne zaštitne opreme - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja			

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
54	Poslovi mentoriranja	Uredski prostor, prostor laboratorija i praktikuma

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju savjetovanje, edukaciju, poučavanje te davanje povratnih informacija studentima o određenom nastavnom sadržaju, kao i u laboratorijima. Pomoć pri izradi prezentacija, diplomskih radova i sl.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Izračun ručnog rukovanja teretima

Metodologija za izračun ručnog rukovanja teretima nalazi se u prilogu 5.6. ove procjene rizika

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Termičke opasnosti - vruće tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, korozivi - kiseline - lužine	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, nadražljivci - drugi nadražljivci	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, otrovi - organski spojevi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - kemijski spojevi alergnog potencijala - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Biološke štetnosti - zaraženi ljudi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - ostali statički naponi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

<i>Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>	<i>Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>		
	<i>Matrica procjene rizika</i>		
	<i>Vjerojatnost</i>	<i>Posljedice</i>	<i>Rizik</i>
NAPORI			
Napori vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Napori govora	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
<i>Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto - ispravni postupci prilikom izvođenja pokusa - osigurati STL			
- korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - korištenje osobne zaštitne opreme - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja			

Šifra	Posao	Mjesto obavljanja posla
55	Poslovi laboratorijskih analiza i ispitivanja	Prostor laboratorij i praktikuma, prostori drugih privrednih subjekata, prostori drugih ustanova, prostori drugih poslodavaca, prostori javnih površina i prometnica

Opis poslova

Ovi poslovi obuhvaćaju izvođenje analiza i ispitivanja, vođenje evidencije o obavljenim laboratorijskim vježbama i ispitivanjima za laboratorij i praktikum Zavoda za kemiju i biokemiju. Čišćenje i održavanje laboratorijske opreme i pribora. Održavanje terenske nastave, posjete tvornicama prehrambene i druge industrije.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- računalo i računalna oprema, uredski pribor, laboratorijska oprema (mješalice, tresilice, centrifuge, sterilizatori, kupelji, hladnjaci, autoklavi, mjerni instrumenti, digestori), laboratorijski pribor (epruvete, menzure, tikvice, vage, plamenici, pincete, nožići, ...), oprema i pribor za čišćenje, sredstva za horizontalni prijevoz (automobil)

Poslovi s posebnim uvjetima rada	NE	Stož osiguran s povećanim trajanjem	NE
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- otrovi
- korozivi
- zagušljivci
- prašine

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

Podizanje, držanje ili prenošenje	Povlačenje i guranje tereta	Ponavljajući zadaci
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, sredstva za horizontalni prijevoz - prijevozna sredstva: automobili	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu (pad s stepenica)	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Termičke opasnosti - vruće tvari	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, otrovi - organski spojevi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, korozivi - kiseline - lužine - drugi korozivi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, zagušljivci - kemijski	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - ostali statički naponi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, odgovornost - upravljanje prijevoznim sredstvima	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
NAPORI			
Psihofiziološki napori, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Napori vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto - ispravni postupci prilikom dizanja i nošenja tereta - osigurati STL	- korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja - pravilno izvođenje vježbi - korištenje osobne zaštitne opreme - upravljanje prijevoznim sredstvima - održavanje vozila		

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
56	Poslovi znanstvenih istraživanja	Prostor laboratorij i praktikuma, prostori drugih znanstvenih istraživanja, prostori drugih javnih institucija, prostori drugih poslodavca, prostori javnih površina i javnih prometnica

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju znanstveno usavršavanje, usvajanje novih istraživačkih postupaka, tehnika i metodoloških pristupa i sl. za laboratorij i praktikum Zavoda za kemiju i biokemiju. Održavanje terenske nastave. Odlazak na kongrese, usavršavanja, edukacije i sl.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- računalo i računalna oprema, uredski pribor, laboratorijska oprema (mješalice, tresilice, centrifuge, sterilizatori, kupelji, hladnjaci, autoklavi, mjerni instrumenti, digestori), laboratorijski pribor (epruvete, menzure, tikvice, vage, plamenici, pincete, nožići, ...), sredstva za horizontalni prijevoz (automobil)

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- buka
- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- otrovi
- korozivi
- zagušljivci
- prašine

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi ljudi

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, sredstva za horizontalni prijevoz - prijevozna sredstva: automobil	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu (pad s stepenica)	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Termičke opasnosti - vruće tvari	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, otrovi - organski spojevi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, korozivi - kiseline - lužine - drugi korozivi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, zagušljivci - kemijski	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Biološke štetnosti - zaraženi ljudi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, buka - diskontinuirana buka	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - ostali statički naponi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI

<i>Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>	<i>Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>		
	<i>Matrica procjene rizika</i>		
	<i>Vjerojatnost</i>	<i>Posljedice</i>	<i>Rizik</i>
NAPORI			
Psihofiziološki napori, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki napori, odgovornost - upravljanje prijevoznim sredstvima	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki napori, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
<i>Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto - ispravni postupci prilikom dizanja i nošenja tereta - osigurati STL - korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja - pravilno izvođenje vježbi - korištenje osobne zaštitne opreme - održavanje vozila - pridržavanje važećih propisa u prometu			

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
57	Poslovi održavanja laboratorijske opreme	Prostor laboratorija i praktikuma

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju redovno održavanje, servisiranje laboratorijske opreme.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- računalo i računalna oprema, laboratorijska oprema i pribor, oprema i pribor za čišćenje

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- tekućine

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi materijal

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu (pad s stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Biološke štetnosti - zaraženi materijal	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Fizikalne štetnosti, nadražljivci - drugi nadražljivci	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Fizikalne štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje - ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ostali dinamički naponi (repetitivni pokreti ruku)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

Utvrdjivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora

- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova	- korištenje osobne zaštitne opreme
- korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača	- korištenje stanki tijekom radnog vremena
- pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove	- organizacija rada
- ergonomski oblikovano radno mjesto	- osigurati adekvatnu rasvjetu
- osigurati STL	- zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti
	- raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
58	Poslovi čišćenja prostora	Uredski prostor, prostor laboratorija

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju čišćenje prostora ureda i laboratorija, održavanje i metenje podova i ulaza, mokro brisanje podova, brisanje ormara, brisanje prašine, brisanje sitnog inventara, odstranjivanje mrlja i otisaka sa staklenih površina, uklanjanje paučine, brisanje prašine sa svih dostupnih mjesta, brisanje podnožja stolova i stolica, čišćenje uređaja i rasvjetnih tijela, pražnjenje koševa za smeće, brisanje prašine.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- oprema i pribor za čišćenje (metla, krpa, usisivač, ljestve...)

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- tekućine (sredstva za dezinfekciju i čišćenje)
- prašine

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi materijal

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
DA	DA	DA

Izračun ručnog rukovanja teretima

Metodologija za izračun ručnog rukovanja teretima nalazi se u prilogu 5.6. ove procjene rizika

Podizanje, držanje ili prenošenje

Ukupno opterećenje muškarci $(T2 + T3 + T4) \times T1$	Ukupno opterećenje žena $(T2 + T3 + T4) \times T1$
Ukupno opterećenje muškarci $(1 + 2 + 1) \times 4 = 16$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni, za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.	Ukupno opterećenje žena $(2 + 2 + 1) \times 4 = 20$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni, za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.

Povlačenje i guranje tereta

Ukupno opterećenje muškarci $(T2 + T3 + T4 + T5) \times T1$	Ukupno opterećenje žena $(T2 + T3 + T4 + T5) \times T1 \times 1,3$
Ukupno opterećenje muškarci $(1 + 1 + 1 + 2) \times 4 = 20$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni, za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.	Ukupno opterećenje žena $(1 + 1 + 1 + 2) \times 4 \times 1,3 = 26$ Veliko opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod svih radnika. Za tu skupinu radnika preporuča se preoblikovanje mjesta rada.

Ponavljajući zadatci

Ukupno opterećenje lijeva ruka $(T2 + T3 + T4) \times T1$	Ukupno opterećenje desna ruka $(T2 + T3 + T4) \times T1$
Ukupno opterećenje = $(1 + 2 + 3) \times 2 = 12$ Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.	Ukupno opterećenje = $(1 + 2 + 3) \times 2 = 12$ Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni - mehanizirani	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu - s visine	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, nadražljivci - drugi nadražljivci	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Biološke štetnosti - zaraženi materijal	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički napori, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - pognut položaj tijela - ruke iznad glave - čučanje, klečanje	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki napori, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile - dizanje i nošenje tereta - guranje i vučenje tereta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki napori, nepovoljan ritam rada - ritam uvjetovan radnim procesom	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki napori, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki napori, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora

- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova
- korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača
- pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove
- organizacija rada
- korištenje stanki tijekom radnog vremena
- osigurati adekvatnu rasvjetu
- ispravno postavljanje i korištenje ljestvi
- ispravni postupci prilikom dizanja i nošenja tereta
- korištenje osobne zaštitne opreme
- osigurati STL
- raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
59	Poslovi pranja laboratorijske opreme i suđa	Prostor laboratorija i praktikuma

Opis poslova

Nakon obavljenih pokusa i procesa, potrebno je pranje opreme i suđa. Dezinfekcija opreme nakon sušenja te spremanje opreme na za to predviđeno mjesto.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- oprema i pribor za čišćenje (spužvica, krpa, kantica...)

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- tekućine (sredstva za dezinfekciju i čišćenje)

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi materijal

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	DA

Izračun ručnog rukovanja teretima

Metodologija za izračun ručnog rukovanja teretima nalazi se u prilogu 5.6. ove procjene rizika

Ponavljajući zadatci

Ukupno opterećenje lijeva ruka (T2 + T3 + T4) × T1	Ukupno opterećenje desna ruka (T2 + T3 + T4) × T1
Ukupno opterećenje = (1 + 1 + 1) × 2 = 6 Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.	Ukupno opterećenje = (1 + 1 + 1) × 2 = 6 Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni - mehanizirani	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu - s visine	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, nadražljivci - drugi nadražljivci	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Biološke štetnosti - zaraženi materijal	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički napori, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - pognut položaj tijela - ruke iznad glave - čučanje, klečanje	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki napori, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile - dizanje i nošenje tereta - guranje i vučenje tereta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki napori, nepovoljan ritam rada - ritam uvjetovan radnim procesom	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki napori, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki napori, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora

- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova
- korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača
- pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove
- organizacija rada
- korištenje stanki tijekom radnog vremena
- osigurati adekvatnu rasvjetu
- ispravno postavljanje i korištenje ljestvi
- ispravni postupci prilikom dizanja i nošenja tereta
- korištenje osobne zaštitne opreme
- osigurati STL
- raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
60	Poslovi dostave i prenošenja kemikalija i ostalih materijala	Svi prostori fakulteta, vanjski prostori fakulteta, javne površine

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju poslove dostave, prenošenja kemikalija i ostalih materijala unutar fakulteta i prema vanjskim ustanovama.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- sredstva za horizontalni prijenos (automobili, kombi...)

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti
- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*NE	*NE

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, sredstva za horizontalni prijevoz - prijevozna sredstva: automobil, kombi	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti - rad na otvorenom - pojačano strujanje zraka	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - bliještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki, nepovoljan ritam rada - ritam uvjetovan radnim procesom	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, remećenje socijalnih potreba - terenski rad	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra - upravljanje prijevoznim sredstvima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI

Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora

- osposobljavanje radnika
- osigurati upute za rad na siguran način
- ispravni radni postupci prilikom dizanja, nošenja i spuštanja tereta
- održavanje vozila
- poštivanje važećih prometnih pravila
- korištenje osobne zaštitne opreme
- osiguranje aparata za gašenje požara
- vježbe rasterećenja
- korištenje stanke tijekom radnog vremena
- organizacija rada
- ispravni postupci rada

Šifra poslova	Poslovi koji se obavljaju kod poslodavca i mjesta obavljanja poslova	
ZAVOD ZA PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO		
61	Rukovodeći poslovi	Uredski prostor, prostor laboratorija i praktikuma
62	Administrativni poslovi	Uredski prostor, prostor laboratorija i praktikuma
63	Poslovi organizacije i kontrole radnika i radnog procesa	Svi prostori fakulteta
64	Poslovi nabave	Svi prostori fakulteta, unutarnji i vanjski, prostori javnih površina
65	Poslovi organiziranja nastave i praktične nastave	Uredski prostor, prostor laboratorija i praktikuma
66	Poslovi izvođenja nastave	Prostor predavaonica, praktikuma i laboratorija
67	Poslovi izvođenja praktične nastave	Prostor laboratorija i praktikuma
68	Pomoćni poslovi u praktičnoj nastavi	Prostor laboratorija i praktikuma
69	Poslovi mentoriranja	Uredski prostor, prostor laboratorija i praktikuma
70	Poslovi laboratorijskih analiza i ispitivanja	Prostor laboratorija i praktikuma
71	Poslovi znanstvenih istraživanja	Prostor laboratorija i praktikuma
72	Poslovi održavanja laboratorijske opreme	Prostor laboratorija i praktikuma
73	Poslovi čišćenja prostora	Uredski prostor, prostor laboratorija
74	Poslovi pranja laboratorijske opreme i suđa	Prostor laboratorija i praktikuma
75	Poslovi dostave i prenošenja kemikalija i ostalih materijala	Svi rpostori fakulteta, vanjski prostori fakulteta, javne površine

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
61	Rukovodeći poslovi	Uredski prostor, prostor laboratorija i praktikuma

Opis poslova

Ovi poslovi obuhvaćaju upravljanje svakodnevnim poslovanjem, kontrola kvalitete usluga, upravljanje unutarnjim sistemima i procesima, izrada godišnjeg budžeta troškova, upravljanje unutar matičnog sistema, sudjelovanje u razvijanju pravilnika i procedura, definiranje operativnih ciljeva, zapošljavanje novih djelatnika. Kreiranje i razvoj načina poslovanja fakulteta u skladu s dugoročnim strategijama, pravilnicima i uputama nadležnih tijela, poslovi na koordinaciji planiranja i izrade godišnjih, mjesečnih i operativnih planova, određivanje dinamike razvoja i kreiranje razvojnih planova za fakultet.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje - ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ostali dinamički naponi (repetitivni pokreti ruku)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, odgovornost - rukovođenje - upravljanje prijevoznim sredstvima	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto		- korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja	

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
62	Administrativni poslovi	Uredski prostori, prostor laboratorija i praktikuma

Opis poslova

Ažuriranje i evidentiranje dokumentacije, rukovanje korespondencijom, e-mailom i telefonskim pozivima, korištenje tehnike koju radni zadaci zahtijevaju (aparata za kopiranje, faxes i slično), popunjavanje i arhiviranje dokumenata. Pripremanje i dostavljanje dokumentacije nadležnim tijelima. Odlazak do javnih i državnih institucija. Vođenje evidencija o radu radnika, o studentima i profesorima.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
Pregled vida kod ugovorenog specijaliste medicine rada sukladno čl 19. Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskih štetnosti

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

Podizanje, držanje ili prenošenje	Povlačenje i guranje tereta	Ponavljajući zadaci
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje - ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ostali dinamički naponi (repetitivni pokreti ruku)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - organizacija rada - ergonomski oblikovano radno mjesto		- korištenje stanki tijekom radnog vremena - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - pregledi vida kod ugovorenog specijaliste medicine rada - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja	

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
63	Poslovi organizacije i kontrole radnika i radnog procesa	Uredski prostori, prostor laboratorija i praktikuma

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju razvijanje i educiranje novih djelatnika, kontrola ostvarivanja poslovnih planova, motiviranje djelatnika, pružanje odgovarajuće obuke, omogućuje razmjenu informacija sa djelatnicima na redovnim sastancima, organizacija sastanaka, osiguravanje realizacije poslovnih ciljeva, organiziranje optimalnog radnog vremena radnika sa pažnjom na troškove. Poslovi obuhvaćaju i kontrolu rada radnika, praćenje rada radnika, savjetovanje radnika o pravilnom načinu obavljanja poslova, vođenje evidencije o prisutnim radnicima radi obračuna plaća.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
Pregled vida kod ugovorenog specijaliste medicine rada sukladno čl 19. Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

Podizanje, držanje ili prenošenje	Povlačenje i guranje tereta	Ponavljajući zadaci
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - ostali statodinamički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ostali dinamički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, odgovornost - rukovođenje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto		- korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja - pregled vida kod ugovorenog specijaliste medicine rada	

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
64	Poslovi nabave	Svi prostori fakulteta

Opis poslova

Ovi poslovi obuhvaćaju kontaktiranje dobavljača, kreiranje jednostavnih natječaja, sudjelovanje u odabiru najpovoljnijeg dobavljača, organizacija logistike, kreiranje naloga, vođenje naloga za plaćanje troškova, vođenje evidencije i dokumentacije o nabavi i o dostavljenoj robi.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti - rad na otvorenom - pojačano strujanje zraka	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - bliještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, nepovoljan ritam rada - ritam uvjetovan radnim procesom	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - organizacija rada - ergonomski oblikovano radno mjesto - korištenje stanki tijekom radnog vremena - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja			

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
65	Poslovi organiziranja nastave i praktične nastave	Uredski prostor, prostor laboratorija i praktikuma

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju pripremu materijala za izvođenje nastave prema nastavnom kurikulumu. Priprema za praktični dio nastave.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema, laboratorijska oprema i pribor

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad s stepenica)	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ostali dinamički naponi (repetitivni pokreti ruku)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - organizacija rada		- održavanje podova čistim i prohodnim - ergonomski oblikovano radno mjesto - korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja	

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
66	Poslovi izvođenja nastave	Prostori predavaonica, prostor kabineta, praktikuma i laboratorija

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju pripremu materijala za izvođenje nastave prema nastavnom kurikulumu. Izrada testova i drugih načina provjere znanja, izrada prezentacija. Provođenje teorijskog dijela nastave.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema, pribor za nastavu (kreda, spužva, ravnalo i slično)

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi ljudi

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Biološke štetnosti - zaraženi ljudi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje - ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ostali dinamički naponi (repetitivni pokreti ruku)	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi govora	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI

Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora

- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova	- korištenje stanki tijekom radnog vremena
- korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača	- organizacija rada
- pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove	- osigurati adekvatnu rasvjetu
- ergonomski oblikovano radno mjesto	- zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti
	- raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
67	Poslovi izvođenja praktične nastave	Prostor laboratorija i praktikuma

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju pripremu materijala za izvođenje nastave prema nastavnom kurikulumu. Izrada praktičnih pokusa i praktični prikaz pomoću prezentacijskih pomagala. Praktična nastava se odnosi na određene predmete koji zahtijevaju praktičnu nastavu propisanim nastavnim kurikulumom.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- računalo i računalna oprema, uredski pribor, laboratorijska oprema (mješalice, tresilice, centrifuge, sterilizatori, kupelji, hladnjaci, autoklavi, mjerni instrumenti, digestori), laboratorijski pribor (epruvete, menzure, tikvice, vage, plamenici, pincete, nožići, ...)

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- tekućine (kemikalije, alkohol)
- krute tvari
- prašine

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi ljudi

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	DA

Izračun ručnog rukovanja teretima

Metodologija za izračun ručnog rukovanja teretima nalazi se u prilogu 5.6. ove procjene rizika

Ponavljajući zadatci

Ukupno opterećenje lijeva ruka (T2 + T3 + T4) × T1	Ukupno opterećenje desna ruka (T2 + T3 + T4) × T1
Ukupno opterećenje = (1 + 1 + 2,5) × 2 = 14 Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.	Ukupno opterećenje = (1 + 1 + 2,5) × 2 = 14 Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Termičke opasnosti - vruće tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, korozivi - kiseline - lužine	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Kemijske štetnosti, nadražljivci - drugi nadražljivci	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Kemijske štetnosti, otrovi - organski spojevi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - kemijski spojevi alergenog potencijala - ostali senzibilizatori	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Biološke štetnosti - zaraženi ljudi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - ostali statički naponi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

<i>Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>	<i>Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>		
	<i>Matrica procjene rizika</i>		
	<i>Vjerojatnost</i>	<i>Posljedice</i>	<i>Rizik</i>
NAPORI			
Napori vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Napori govora	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
<i>Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto - ispravni postupci prilikom izvođenja pokusa - osigurati STL - korištenje osobne zaštitne opreme - korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - korištenje osobne zaštitne opreme - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja			

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
68	Pomoćni poslovi u praktičnoj nastavi	Prostor laboratorija i praktikuma

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju pomoć pri izradi praktičnih pokusa i praktični prikaz pomoću prezentacijskih pomagala. Asistiranje profesoru za vrijeme izvođenja nastave.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- računalo i računalna oprema, uredski pribor, laboratorijska oprema (mješalice, tresilice, centrifuge, sterilizatori, kupelji, hladnjaci, autoklavi, mjerni instrumenti, digestori), laboratorijski pribor (epruvete, menzure, tikvice, vage, plamenici, pincete, nožići...)

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- tekućine (kemikalije, alkohol)
- krute tvari
- prašine

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi ljudi

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

Podizanje, držanje ili prenošenje	Povlačenje i guranje tereta	Ponavljajući zadaci
NE	NE	DA

Izračun ručnog rukovanja teretima

Metodologija za izračun ručnog rukovanja teretima nalazi se u prilogu 5.6. ove procjene rizika

Ponavljajući zadatci

Ukupno opterećenje lijeva ruka (T2 + T3 + T4) × T1	Ukupno opterećenje desna ruka (T2 + T3 + T4) × T1
Ukupno opterećenje = (1 + 1 + 2,5) × 2 = 14 Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.	Ukupno opterećenje = (1 + 1 + 2,5) × 2 = 14 Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Termičke opasnosti - vruće tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, korozivi - kiseline - lužine	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Kemijske štetnosti, nadražljivci - drugi nadražljivci	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Kemijske štetnosti, otrovi - organski spojevi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - kemijski spojevi alergenog potencijala - ostali senzibilizatori	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Biološke štetnosti - zaraženi ljudi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - ostali statički naponi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

<i>Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>	<i>Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>		
	<i>Matrica procjene rizika</i>		
	<i>Vjerojatnost</i>	<i>Posljedice</i>	<i>Rizik</i>
NAPORI			
Napori vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Napori govora	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
<i>Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto - ispravni postupci prilikom izvođenja pokusa - osigurati STL			
- korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - korištenje osobne zaštitne opreme - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja			

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
69	Poslovi mentoriranja	Uredski prostor, prostor laboratorija i praktikuma

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju savjetovanje, edukaciju, poučavanje te davanje povratnih informacija studentima o određenom nastavnom sadržaju, kao i u laboratorijima. Pomoć pri izradi prezentacija, diplomskih radova i sl.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Izračun ručnog rukovanja teretima

Metodologija za izračun ručnog rukovanja teretima nalazi se u prilogu 5.6. ove procjene rizika

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, sredstva za horizontalni prijevoz - prijevozna sredstva: automobili	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Termičke opasnosti - vruće tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - ostali statički naponi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi govora	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI

Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora

- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova	- korištenje stanki tijekom radnog vremena
- korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača	- organizacija rada
- pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove	- osigurati adekvatnu rasvjetu
- ergonomski oblikovano radno mjesto	- zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti
- ispravni postupci prilikom izvođenja pokusa	- korištenje osobne zaštitne opreme
	- raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
70	Poslovi laboratorijskih analiza i ispitivanja	Prostor laboratorij i praktikuma, prostori drugih privrednih subjekata, prostori drugih ustanova, prostori drugih poslodavaca, prostori javnih površina i prometnica

Opis poslova

Ovi poslovi obuhvaćaju vođenje analiza i ispitivanja za tehnologiju ulja i masti, tehnologiju mlijeka i mliječnih proizvoda. Vođenje evidencije. Održavanje terenske nastave, posjete tvornicama prehrambene i druge industrije.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- računalo i računalna oprema, uredski pribor, laboratorijska oprema (mješalice, tresilice, centrifuge, sterilizatori, kupelji, hladnjaci, autoklavi, mjerni instrumenti, digestori), laboratorijski pribor (epruvete, menzure, tikvice, vage, plamenici, pincete, nožići, ...), oprema i pribor za čišćenje, sredstva za horizontalni prijevoz (automobil)

Poslovi s posebnim uvjetima rada	NE	Stož osiguran s povećanim trajanjem	NE
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- nadražljivci
- prašine

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi materijal

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

Podizanje, držanje ili prenošenje	Povlačenje i guranje tereta	Ponavljajući zadaci
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu (pad s stepenica)	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Termičke opasnosti - vruće tvari	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, nadražljivci - drugi nadražljivci	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Biološke štetnosti - zaraženi materijal	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički napori, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - ostali statički napori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički napori, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki napori, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki napori, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki napori, odgovornost - upravljanje prijevoznim sredstvima	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora

- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova
- korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača
- pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove
- ergonomski oblikovano radno mjesto
- ispravni postupci prilikom dizanja i nošenja tereta
- osigurati STL
- korištenje osobne zaštitne opreme
- korištenje stanki tijekom radnog vremena
- organizacija rada
- osigurati adekvatnu rasvjetu
- zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti
- raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja
- pravilno izvođenje vježbi

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
71	Poslovi znanstvenih istraživanja	Prostor laboratorij i praktikuma, prostori drugih znanstvenih istraživanja, prostori drugih javnih institucija, prostori drugih poslodavca, prostori javnih površina i javnih prometnica

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju znanstveno usavršavanje, usvajanje novih istraživačkih postupaka za biološku obradu otpadnih voda, tehnologiju vode, kemiju i tehnologiju žitarica, tehnologiju mesa i ribe, tehnologiju vrenja i kvasca, prehrambeno procesno inženjerstvo, tehnologiju i analitiku vina, procesi konzerviranja i preradu voća i povrća, tehnologiju mlijeka i mliječnih proizvoda, tehnologiju ugljikohidrata i konditorskih proizvoda, pakiranje hrane. Vođenje evidencije. Održavanje terenske nastave. Odlazak na kongrese, usavršavanja, edukacije i sl.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- računalo i računalna oprema, uredski pribor, laboratorijska oprema (mješalice, tresilice, centrifuge, sterilizatori, kupelji, hladnjaci, autoklavi, mjerni instrumenti, digestori), laboratorijski pribor (epruvete, menzure, tikvice, vage, plamenici, pincete, nožići, ...), oprema i pribor za čišćenje

Poslovi s posebnim uvjetima rada	NE	Stož osiguran s povećanim trajanjem	NE
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- otrovi
- korozivi
- zagušljivci
- prašine

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

Podizanje, držanje ili prenošenje	Povlačenje i guranje tereta	Ponavljajući zadaci
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, sredstva za horizontalni prijevoz - prijevozna sredstva: automobil	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu (pad s stepenica)	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Termičke opasnosti - vruće tvari	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, otrovi - organski spojevi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, korozivi - kiseline - lužine - drugi korozivi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, zagušljivci - kemijski	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - ostali statički naponi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, odgovornost - upravljanje prijevoznim sredstvima	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

<i>Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>	<i>Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>		
	<i>Matrica procjene rizika</i>		
	<i>Vjerojatnost</i>	<i>Posljedice</i>	<i>Rizik</i>
NAPORI			
Psihofiziološki napori, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
<i>Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto - ispravni postupci prilikom dizanja i nošenja tereta - osigurati STL	- korištenje osobne zaštitne opreme - korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja - pravilno izvođenje vježbi		

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
72	Poslovi održavanja laboratorijske opreme	Prostor laboratorija i praktikuma

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju redovno održavanje, servisiranje laboratorijske opreme.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- računalo i računalna oprema, uredski pribor, laboratorijska oprema (epruvete, tikvice, plamenici, mjerni instrumenti, digestori), laboratorijski pribor (pincete, nožići), oprema za čišćenje (spužve, metle, krpe)

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- tekućine

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi materijal

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu (pad s stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Biološke štetnosti - zaraženi materijal	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Fizikalne štetnosti, nadražljivci - drugi nadražljivci	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Fizikalne štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje - ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ostali dinamički naponi (repetitivni pokreti ruku)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

Utvrdjivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora

- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova	- korištenje osobne zaštitne opreme
- korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača	- korištenje stanki tijekom radnog vremena
- pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove	- organizacija rada
- ergonomski oblikovano radno mjesto	- osigurati adekvatnu rasvjetu
- osigurati STL	- zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti
	- raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
73	Poslovi čišćenja prostora	Uredski prostor, prostor laboratorija

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju čišćenje prostora ureda i laboratorija, održavanje i metenje podova i ulaza, mokro brisanje podova, brisanje ormara, brisanje prašine, brisanje sitnog inventara, odstranjivanje mrlja i otisaka sa staklenih površina, uklanjanje paučine, brisanje prašine sa svih dostupnih mjesta, brisanje podnožja stolova i stolica, čišćenje uređaja i rasvjetnih tijela, pražnjenje koševa za smeće, brisanje prašine.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- pribor i oprema za čišćenje (metla, krpa, usisivač, ljestve)

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- tekućine (sredstva za dezinfekciju i čišćenje)
- prašine

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi materijal

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
DA	DA	DA

Izračun ručnog rukovanja teretima

Metodologija za izračun ručnog rukovanja teretima nalazi se u prilogu 5.6. ove procjene rizika

Podizanje, držanje ili prenošenje

Ukupno opterećenje muškarci $(T2 + T3 + T4) \times T1$	Ukupno opterećenje žena $(T2 + T3 + T4) \times T1$
Ukupno opterećenje muškarci $(1 + 2 + 1) \times 4 = 16$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni, za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.	Ukupno opterećenje žena $(2 + 2 + 1) \times 4 = 20$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni, za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.

Povlačenje i guranje tereta

Ukupno opterećenje muškarci $(T2 + T3 + T4 + T5) \times T1$	Ukupno opterećenje žena $(T2 + T3 + T4 + T5) \times T1 \times 1,3$
Ukupno opterećenje muškarci $(1 + 1 + 1 + 2) \times 4 = 20$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni, za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.	Ukupno opterećenje žena $(1 + 1 + 1 + 2) \times 4 \times 1,3 = 26$ Veliko opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod svih radnika. Za tu skupinu radnika preporuča se preoblikovanje mjesta rada.

Ponavljajući zadatci

Ukupno opterećenje lijeva ruka $(T2 + T3 + T4) \times T1$	Ukupno opterećenje desna ruka $(T2 + T3 + T4) \times T1$
Ukupno opterećenje = $(1 + 2 + 3) \times 2 = 12$ Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.	Ukupno opterećenje = $(1 + 2 + 3) \times 2 = 12$ Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni - mehanizirani	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu - s visine	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, nadražljivci - drugi nadražljivci	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Biološke štetnosti - zaraženi materijal	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički napori, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - pognut položaj tijela - ruke iznad glave - čučanje, klečanje	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki napori, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile - dizanje i nošenje tereta - guranje i vučenje tereta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki napori, nepovoljan ritam rada - ritam uvjetovan radnim procesom	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki napori, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki napori, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora

- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova
- korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača
- pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove
- organizacija rada
- korištenje stanki tijekom radnog vremena
- osigurati adekvatnu rasvjetu
- ispravno postavljanje i korištenje ljestvi
- ispravni postupci prilikom dizanja i nošenja tereta
- korištenje osobne zaštitne opreme
- osigurati STL
- raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
74	Poslovi pranja laboratorijske opreme i suđa	Prostor laboratorija i praktikuma

Opis poslova

Nakon obavljenih pokusa i procesa, potrebno je pranje opreme i suđa. Dezinfekcija opreme nakon sušenja te spremanje opreme na za to predviđeno mjesto.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- pribor i oprema za čišćenje

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- tekućine (sredstva za dezinfekciju i čišćenje)

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi materijal

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
DA	DA	DA

Izračun ručnog rukovanja teretima

Metodologija za izračun ručnog rukovanja teretima nalazi se u prilogu 5.6. ove procjene rizika

Ponavljajući zadatci

Ukupno opterećenje lijeva ruka (T2 + T3 + T4) × T1	Ukupno opterećenje desna ruka (T2 + T3 + T4) × T1
Ukupno opterećenje = (1 + 1 + 1) × 2 = 6 Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.	Ukupno opterećenje = (1 + 1 + 1) × 2 = 6 Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni - mehanizirani	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu - s visine	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, nadražljivci - drugi nadražljivci	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Biološke štetnosti - zaraženi materijal	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - pognut položaj tijela - ruke iznad glave - čučanje, klečanje	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile - dizanje i nošenje tereta - guranje i vučenje tereta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, nepovoljan ritam rada - ritam uvjetovan radnim procesom	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora

- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova
- korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača
- pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove
- organizacija rada
- korištenje stanki tijekom radnog vremena
- osigurati adekvatnu rasvjetu
- ispravno postavljanje i korištenje ljestvi
- ispravni postupci prilikom dizanja i nošenja tereta
- korištenje osobne zaštitne opreme
- osigurati STL
- raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
75	Poslovi dostave i prenošenja kemikalija i ostalih materijala	Svi prostori fakulteta, vanjski prostori fakulteta, javne površine

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju poslove dostave, prenošenja kemikalija i ostalih materijala unutar fakulteta i prema vanjskim ustanovama.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- sredstva za horizontalni prijenos (automobili, kombi...)

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti
- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*NE	*NE

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, sredstva za horizontalni prijevoz - prijevozna sredstva: automobil, kombi	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti - rad na otvorenom - pojačano strujanje zraka	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki, nepovoljan ritam rada - ritam uvjetovan radnim procesom	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, remećenje socijalnih potreba - terenski rad	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra - upravljanje prijevoznim sredstvima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI

Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora

- osposobljavanje radnika
- osigurati upute za rad na siguran način
- ispravni radni postupci prilikom dizanja, nošenja i spuštanja tereta
- održavanje vozila
- poštivanje važećih prometnih pravila
- korištenje osobne zaštitne opreme
- osiguranje aparata za gašenje požara
- vježbe rasterećenja
- korištenje stanke tijekom radnog vremena
- organizacija rada
- ispravni postupci rada

Šifra poslova	Poslovi koji se obavljaju kod poslodavca i mjesta obavljanja poslova	
ZAVOD ZA OPĆE PROGRAME		
76	Rukovodeći poslovi	Uredski prostor
77	Administrativni poslovi	Uredski prostor
78	Poslovi organizacije i kontrole radnika i radnog procesa	Svi prostori fakulteta
79	Poslovi nabave	Svi prostori fakulteta, unutarnji i vanjski, prostori javnih površina
80	Poslovi organiziranja nastave	Uredski prostor
81	Poslovi izvođenja nastave	Prostor predavaonica, praktikuma i laboratorija
82	Poslovi mentoriranja	Uredski prostor
83	Poslovi laboratorijskih analiza i ispitivanja	Prostor laboratorija i praktikuma, prostori drugih znanstvenih institucija
84	Poslovi znanstvenih istraživanja	Prostor laboratorija i praktikuma, prostori drugih znanstvenih institucija
85	Poslovi pranja laboratorijske opreme i suđa	Prostor laboratorija i praktikuma, prostori drugih znanstvenih institucija
86	Poslovi izvođenja nastave TZK	Prostor dvorane, prostor igrališta, javne površine
87	Poslovi dostave i prenošenja kemikalija i ostalih materijala	Svi prostori fakulteta, vanjski prostori fakulteta, javne površine

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
76	Rukovodeći poslovi	Uredski prostor

Opis poslova

Ovi poslovi obuhvaćaju upravljanje svakodnevnim poslovanjem, kontrola kvalitete usluga, upravljanje unutarnjim sistemima i procesima, izrada godišnjeg budžeta troškova, upravljanje unutar matičnog sistema, sudjelovanje u razvijanju pravilnika i procedura, definiranje operativnih ciljeva, zapošljavanje novih djelatnika. Kreiranje i razvoj načina poslovanja fakulteta u skladu s dugoročnim strategijama, pravilnicima i uputama nadležnih tijela, poslovi na koordinaciji planiranja i izrade godišnjih, mjesečnih i operativnih planova, određivanje dinamike razvoja i kreiranje razvojnih planova za fakultet.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema, sredstva za horizontalni prijenos (automobili)

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, sredstva za horizontalni prijevoz - prijevozna sredstva: automobil	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje - ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ostali dinamički naponi (repetitivni pokreti ruku)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, odgovornost - rukovođenje - upravljanje prijevoznim sredstvima	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto - održavanje vozila - pridržavanje važećih propisa u prometu - korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja			

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
77	Administrativni poslovi	Uredski prostori, prostor laboratorija i praktikuma

Opis poslova

Ažuriranje i evidentiranje dokumentacije, rukovanje korespondencijom, e-mailom i telefonskim pozivima, korištenje tehnike koju radni zadaci zahtijevaju (aparata za kopiranje, faxes i slično), popunjavanje i arhiviranje dokumenata. Pripremanje i dostavljanje dokumentacije nadležnim tijelima. Odlazak do javnih i državnih institucija. Vođenje evidencija o radu radnika, o studentima i profesorima.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
Pregled vida kod ugovorenog specijaliste medicine rada sukladno čl 19. Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskih štetnosti

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

Podizanje, držanje ili prenošenje	Povlačenje i guranje tereta	Ponavljajući zadaci
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje - ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ostali dinamički naponi (repetitivni pokreti ruku)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - organizacija rada - ergonomski oblikovano radno mjesto - korištenje stanki tijekom radnog vremena - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - pregledi vida kod ugovorenog specijaliste medicine rada - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja			

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
78	Poslovi organizacije i kontrole radnika i radnog procesa	Svi prostori fakulteta

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju razvijanje i educiranje novih djelatnika, kontrola ostvarivanja poslovnih planova, motiviranje djelatnika, pružanje odgovarajuće obuke, omogućuje razmjenu informacija sa djelatnicima na redovnim sastancima, organizacija sastanaka, osiguravanje realizacije poslovnih ciljeva, organiziranje optimalnog radnog vremena radnika sa pažnjom na troškove. Poslovi obuhvaćaju i kontrolu rada radnika, praćenje rada radnika, savjetovanje radnika o pravilnom načinu obavljanja poslova, vođenje evidencije o prisutnim radnicima radi obračuna plaća.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
Pregled vida kod ugovorenog specijaliste medicine rada sukladno čl 19. Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - ostali statodinamički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ostali dinamički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, odgovornost - rukovođenje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto		- korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja - pregled vida kod ugovorenog specijaliste medicine rada	

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
79	Poslovi nabave	Svi prostori fakulteta

Opis poslova

Ovi poslovi obuhvaćaju kontaktiranje dobavljača, kreiranje jednostavnih natječaja, sudjelovanje u odabiru najpovoljnijeg dobavljača, organizacija logistike, kreiranje naloga, vođenje naloga za plaćanje troškova, vođenje evidencije i dokumentacije o nabavi i o dostavljenoj robi.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna opreme

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti
- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti - rad na otvorenom - pojačano strujanje zraka	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - bliještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, nepovoljan ritam rada - ritam uvjetovan radnim procesom	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - organizacija rada - ergonomski oblikovano radno mjesto - korištenje stanki tijekom radnog vremena - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja			

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
80	Poslovi organiziranja nastave	Uredski prostor

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju pripremu materijala za izvođenje nastave prema nastavnom kurikulumu.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad s stepenica)	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ostali dinamički naponi (repetitivni pokreti ruku)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - organizacija rada		- ergonomski oblikovano radno mjesto - korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja	

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
81	Poslovi izvođenja nastave	Prostori predavaonica, prostor kabineta, praktikuma i laboratorija

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju pripremu materijala za izvođenje nastave prema nastavnom kurikulumu. Izrada testova i drugih načina provjere znanja, izrada prezentacija. Provođenje teorijskog dijela nastave.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema, pribor za nastavu (kreda, spužva, ravnalo i slično)

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi ljudi

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Biološke štetnosti - zaraženi ljudi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje - ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ostali dinamički naponi (repetitivni pokreti ruku)	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi govora	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI

Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora

- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova	- korištenje stanki tijekom radnog vremena
- korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača	- organizacija rada
- pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove	- osigurati adekvatnu rasvjetu
- ergonomski oblikovano radno mjesto	- zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti
	- raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
82	Poslovi mentoriranja	Uredski prostor

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju savjetovanje, edukaciju, poučavanje te davanje povratnih informacija studentima o određenom nastavnom sadržaju. Pomoć pri izradi prezentacija, diplomskih radova i sl.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Izračun ručnog rukovanja teretima

Metodologija za izračun ručnog rukovanja teretima nalazi se u prilogu 5.6. ove procjene rizika

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Termičke opasnosti - vruće tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - bliještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - ostali statički naponi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi govora	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto - ispravni postupci prilikom izvođenja pokusa - korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - korištenje osobne zaštitne opreme - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja			

Šifra	Posao	Mjesto obavljanja posla
83	Poslovi laboratorijskih analiza i ispitivanja	Prostor laboratorij i praktikuma, prostori drugih privrednih subjekata, prostori drugih ustanova, prostori drugih poslodavaca, prostori javnih površina i prometnica

Opis poslova

Ovi poslovi obuhvaćaju izvođenje analiza i ispitivanja, vođenje evidencije o obavljenim laboratorijskim vježbama i ispitivanjima za laboratorij i praktikum Zavoda za kemiju i biokemiju. Čišćenje i održavanje laboratorijske opreme i pribora. Održavanje terenske nastave, posjete tvornicama prehrambene i druge industrije.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- računalo i računalna oprema, uredski pribor, laboratorijska oprema (mješalice, tresilice, centrifuge, sterilizatori, kupelji, hladnjaci, autoklavi, mjerni instrumenti, digestori), laboratorijski pribor (epruvete, menzure, tikvice, vage, plamenici, pincete, nožići, ...), oprema i pribor za čišćenje, sredstva za horizontalni prijevoz (automobil)

Poslovi s posebnim uvjetima rada	NE	Stož osiguran s povećanim trajanjem	NE
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- otrovi
- korozivi
- zagušljivci
- prašine

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

Podizanje, držanje ili prenošenje	Povlačenje i guranje tereta	Ponavljajući zadaci
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, sredstva za horizontalni prijevoz - prijevozna sredstva: automobili	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu (pad s stepenica)	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Termičke opasnosti - vruće tvari	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, otrovi - organski spojevi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, korozivi - kiseline - lužine - drugi korozivi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, zagušljivci - kemijski	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - ostali statički naponi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, odgovornost - upravljanje prijevoznim sredstvima	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
NAPORI			
Psihofiziološki napori, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Napori vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto - ispravni postupci prilikom dizanja i nošenja tereta - osigurati STL	- korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja - pravilno izvođenje vježbi - korištenje osobne zaštitne opreme - upravljanje prijevoznim sredstvima - održavanje vozila		

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
84	Poslovi znanstvenih istraživanja	Prostor laboratorij i praktikuma, prostori drugih znanstvenih istraživanja, prostori drugih javnih institucija, prostori drugih poslodavca, prostori javnih površina i javnih prometnica

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju znanstveno usavršavanje, usvajanje novih istraživačkih postupaka, tehnika i metodoloških pristupa i sl. za laboratorij i praktikum Zavoda za kemiju i biokemiju. Održavanje terenske nastave. Odlazak na kongrese, usavršavanja, edukacije i sl.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- računalo i računalna oprema, uredski pribor, laboratorijska oprema (mješalice, tresilice, centrifuge, sterilizatori, kupelji, hladnjaci, autoklavi, mjerni instrumenti, digestori), laboratorijski pribor (epruvete, menzure, tikvice, vage, plamenici, pincete, nožići, ...), sredstva za horizontalni prijevoz (automobil)

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- buka
- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- otrovi
- korozivi
- zagušljivci
- prašine

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi ljudi

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, sredstva za horizontalni prijevoz - prijevozna sredstva: automobil	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu (pad s stepenica)	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Termičke opasnosti - vruće tvari	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, otrovi - organski spojevi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, korozivi - kiseline - lužine - drugi korozivi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, zagušljivci - kemijski	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Biološke štetnosti - zaraženi ljudi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, buka - diskontinuirana buka	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvjetljenje - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - ostali statički naponi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI

<i>Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>	<i>Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>		
	<i>Matrica procjene rizika</i>		
	<i>Vjerojatnost</i>	<i>Posljedice</i>	<i>Rizik</i>
NAPORI			
Psihofiziološki napori, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki napori, odgovornost - upravljanje prijevoznim sredstvima	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki napori, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
<i>Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto - ispravni postupci prilikom dizanja i nošenja tereta - osigurati STL - korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja - pravilno izvođenje vježbi - korištenje osobne zaštitne opreme - održavanje vozila - pridržavanje važećih propisa u prometu			

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
85	Poslovi pranja laboratorijske opreme i suđa	Prostor laboratorija i praktikuma, prostori drugih znanstvenih institucija

Opis poslova

Nakon obavljenih pokusa i procesa, potrebno je pranje opreme i suđa. Dezinfekcija opreme nakon sušenja te spremanje opreme na za to predviđeno mjesto.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- oprema i pribor za čišćenje

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- tekućine (sredstva za dezinfekciju i čišćenje)

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi materijal

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

Podizanje, držanje ili prenošenje	Povlačenje i guranje tereta	Ponavljajući zadaci
DA	DA	DA

Izračun ručnog rukovanja teretima

Metodologija za izračun ručnog rukovanja teretima nalazi se u prilogu 5.6. ove procjene rizika

Ponavljajući zadatci

Ukupno opterećenje lijeva ruka (T2 + T3 + T4) × T1	Ukupno opterećenje desna ruka (T2 + T3 + T4) × T1
Ukupno opterećenje = (1 + 1 + 1) × 2 = 6 Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.	Ukupno opterećenje = (1 + 1 + 1) × 2 = 6 Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni - mehanizirani	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu - s visine	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, nadražljivci - drugi nadražljivci	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Biološke štetnosti - zaraženi materijal	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički napori, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - pognut položaj tijela - ruke iznad glave - čučanje, klečanje	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki napori, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile - dizanje i nošenje tereta - guranje i vučenje tereta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki napori, nepovoljan ritam rada - ritam uvjetovan radnim procesom	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki napori, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki napori, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

Utvrdjivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora

- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova	- korištenje stanki tijekom radnog vremena
- korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača	- osigurati adekvatnu rasvjetu
- pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove	- ispravno postavljanje i korištenje ljestvi
- organizacija rada	- ispravni postupci prilikom dizanja i nošenja tereta
- osigurati STL	- korištenje osobne zaštitne opreme
	- raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
86	Poslovi izvođenja nastave TZK	Prostor dvorane, prostor igrališta, javne površine

Opis poslova

Ovi poslovi obuhvaćaju podučavanje iz najpopularnijih sportova rukomet, odbojka, košarka, nogomet, gimnastika te rekreativnih sportova. Pripremanje dvorane za izvođenje vježbi. Izvođenje vježbi na otvorenom.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- sportski rekviziti (lopte, strunjače, kozice, reketi, vijače, prečke, ljestve i drugo)

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti
- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- prašine

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi ljudi

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	DA	DA

Izračun ručnog rukovanja teretima

Metodologija za izračun ručnog rukovanja teretima nalazi se u prilogu 5.6. ove procjene rizika

Podizanje, dizanje i nošenje tereta

Ukupno opterećenje muškarci $(T2 + T3 + T4) \times T1$	Ukupno opterećenje žena $(T2 + T3 + T4) \times T1$
Ukupno opterećenje muškarci $(2 + 2 + 0) \times 2 = 8$ Nisko opterećenje: ne postoji rizika od fizičkog preopterećenja.	Ukupno opterećenje žena $(4 + 2 + 0) \times 2 = 12$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni. Za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.

Povlačenje i guranje tereta

Ukupno opterećenje muškarci $(T2 + T3 + T4 + T5) \times T1$	Ukupno opterećenje žena $(T2 + T3 + T4 + T5) \times T1 \times 1,3$
Ukupno opterećenje muškarci $(1 + 1 + 2 + 0) \times 1 = 4$ Nisko opterećenje: ne postoji rizika od fizičkog preopterećenja.	Ukupno opterećenje žena $(1 + 1 + 2 + 0) \times 1 \times 1,3 = 5,2$ Nisko opterećenje: ne postoji rizika od fizičkog preopterećenja.

Ponavljajući zadatci

Ukupno opterećenje lijeva ruka $(T2 + T3 + T4) \times T1$	Ukupno opterećenje desna ruka $(T2 + T3 + T4) \times T1$
Ukupno opterećenje = $(1 + 1 + 3) \times 2 = 10$ Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.	Ukupno opterećenje = $(1 + 1 + 3) \times 2 = 10$ Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu - s visine	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Biološke štetnosti - zaraženi ljudi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Fizikalne štetnosti, nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti - rad na otvorenom - pojačano strujanje zraka	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - ostali statički naponi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile - dizanje i nošenje tereta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi govora	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI

Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora

- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova
- korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača
- pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove
- ergonomski oblikovano radno mjesto
- ispravni postupci prilikom dizanja i nošenja tereta
- korištenje stanki tijekom radnog vremena
- organizacija rada
- osigurati adekvatnu rasvjetu
- zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti
- raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja
- pravilno izvođenje vježbi

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
87	Poslovi dostave i prenošenja kemikalija i ostalih materijala	Svi prostori fakulteta, vanjski prostori fakulteta, javne površine

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju poslove dostave, prenošenja kemikalija i ostalih materijala unutar fakulteta i prema vanjskim ustanovama.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- sredstva za horizontalni prijenos (automobili, kombi...)

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti
- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*NE	*NE

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, sredstva za horizontalni prijevoz - prijevozna sredstva: automobil, kombi	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti - rad na otvorenom - pojačano strujanje zraka	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki, nepovoljan ritam rada - ritam uvjetovan radnim procesom	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, remećenje socijalnih potreba - terenski rad	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra - upravljanje prijevoznim sredstvima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI

Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora

- osposobljavanje radnika
- osigurati upute za rad na siguran način
- ispravni radni postupci prilikom dizanja, nošenja i spuštanja tereta
- održavanje vozila
- poštivanje važećih prometnih pravila
- korištenje osobne zaštitne opreme
- osiguranje aparata za gašenje požara
- vježbe rasterećenja
- korištenje stanke tijekom radnog vremena
- organizacija rada
- ispravni postupci rada

Šifra poslova	Poslovi koji se obavljaju kod poslodavca i mjesta obavljanja poslova	
JEDINICE OPĆIH POSLOVA		
88	Rukovodeći poslovi	Uredski prostor
89	Administrativni poslovi	Uredski prostor
90	Poslovi organizacije i kontrole radnika i radnog procesa	Svi prostori fakulteta
91	Poslovi nabave	Uredski prostor, svi prostori fakulteta, unutarnji i vanjski, prostori javnih površina
92	Poslovi savjetovanja	Uredski prostor, druge ustanove
93	Pravni poslovi	Uredski prostor, druge ustanove
94	Financijsko računovodstveni poslovi	Uredski prostor
95	Knjižničarsko poslovi	Prostor knjižnice
96	Poslovi lektoriranja	Uredski prostor
97	Poslovi pripreme časopisa	Uredski prostor
98	Poslovi zaštite na radu i zaštite od požara	Uredski prostori, svi prostori fakulteta
99	Informatički poslovi	Uredski prostor, druge ustanove
100	Poslovi skladištenja	Prostor skladišta
101	Električarski poslovi	Svi prostori fakulteta
102	Poslovi zavarivanja	Prostor radionice
103	Poslovi rukovanja kotlovnicom	Prostor kotlovnice
104	Poslovi montaže, demontaže i popravaka inventara	Svi prostori fakulteta
105	Poslovi održavanja i popravka radne opreme	Svi prostori fakulteta
106	Poslovi dostave i prenošenja kemikalija i ostalih materijala	Javne prometnice
107	Poslovi instalacije vodovodnih i odvodnih instalacija	Svi prostori fakulteta
108	Soboslikarčki i ličilački poslovi	Svi prostori fakulteta
109	Podopolagački poslovi	Svi prostori fakulteta
110	Pomoćni poslovi	Svi prostori fakulteta
111	Poslovi održavanja zelenih površina	Vanjski prostori fakulteta

Šifra poslova	Poslovi koji se obavljaju kod poslodavca i mjesta obavljanja poslova	
JEDINICE OPĆIH POSLOVA		
112	Poslovi čišćenja i održavanja prostora fakulteta	Svi prostori fakulteta
113	Poslovi čišćenja i održavanja prostora radionice	Prostor radionice
114	Poslovi čišćenja prostora	Uredski prostor, prostor laboratorija

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
88	Rukovodeći poslovi	Uredski prostori

Opis poslova

Ovi poslovi obuhvaćaju upravljanje svakodnevnim poslovanjem fakulteta, kontrola kvalitete usluga, upravljanje unutarnjim sistemima i procesima, izrada godišnjeg budžeta troškova, upravljanje unutar matičnog sistema, sudjelovanje u razvijanju pravilnika i procedura, definiranje operativnih ciljeva, zapošljavanje novih djelatnika. Kreiranje i razvoj načina poslovanja škole u skladu s dugoročnim strategijama, pravilnicima i uputama nadležnih tijela, poslovi na koordinaciji planiranja i izrade godišnjih, mjesečnih i operativnih planova, određivanje dinamike razvoja i kreiranje razvojnih planova za školu.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje - ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ostali dinamički naponi (repetitivni pokreti ruku)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, odgovornost - rukovođenje - upravljanje prijevoznim sredstvima	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto - održavanje vozila		- pridržavanje važećih propisa u prometu - korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja	

Šifra	Posao	Mjesto obavljanja posla
89	Administrativni poslovi	Uredski prostori

Opis poslova

Ažuriranje i evidentiranje dokumentacije, rukovanje korespondencijom, e-mailom i telefonskim pozivima, korištenje tehnike koju radni zadaci zahtijevaju (aparata za kopiranje, faxes i slično), popunjavanje i arhiviranje dokumenata. Pripremanje i dostavljanje dokumentacije nadležnim tijelima. Odlazak do javnih i državnih institucija. Vođenje evidencija o radu radnika, o studentima i profesorima. Vođenje djela knjižnice, briga o preuzetim/vraćenim knjigama.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema

Poslovi s posebnim uvjetima rada	NE	Stož osiguran s povećanim trajanjem	NE
Pregled vida kod ugovorenog specijaliste medicine rada sukladno čl 19. Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti
- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskih štetnosti

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

Podizanje, držanje ili prenošenje	Povlačenje i guranje tereta	Ponavljajući zadaci
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

****Napomena***

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje - ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ostali dinamički naponi (repetitivni pokreti ruku)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - organizacija rada - ergonomski oblikovano radno mjesto		- korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - pregledi vida kod ugovorenog specijaliste medicine rada - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja	

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
90	Poslovi organizacije i kontrole radnika i radnog procesa	Svi prostori fakulteta

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju razvijanje i educiranje novih djelatnika, kontrola ostvarivanja poslovnih planova, motiviranje djelatnika, pružanje odgovarajuće obuke, omogućuje razmjenu informacija sa djelatnicima na redovnim sastancima, organizacija sastanaka, osiguravanje realizacije poslovnih ciljeva, organiziranje optimalnog radnog vremena radnika sa pažnjom na troškove. Poslovi obuhvaćaju i kontrolu rada radnika, praćenje rada radnika, savjetovanje radnika o pravilnom načinu obavljanja poslova, vođenje evidencije o prisutnim radnicima radi obračuna plaća.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
Pregled vida kod ugovorenog specijaliste medicine rada sukladno čl 19. Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - ostali statodinamički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ostali dinamički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, odgovornost - rukovođenje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto		- korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja - pregled vida kod ugovorenog specijaliste medicine rada	

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
91	Poslovi nabave	Uredski prostori

Opis poslova

Ovi poslovi obuhvaćaju kontaktiranje dobavljača, kreiranje jednostavnih natječaja, sudjelovanje u odabiru najpovoljnijeg dobavljača, organizacija logistike, kreiranje naloga, vođenje naloga za plaćanje troškova, vođenje evidencije i dokumentacije o nabavi i o dostavljenoj robi.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti
- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti - rad na otvorenom - pojačano strujanje zraka	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - bliještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, nepovoljan ritam rada - ritam uvjetovan radnim procesom	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - organizacija rada - ergonomski oblikovano radno mjesto - korištenje stanki tijekom radnog vremena - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja			

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
92	Poslovi savjetovanja	Uredski prostori, druge ustanove

Opis poslova

Obuhvaća poslove primanja i davanja savjeta u svezi s poslovanjem, razrada plana rada i sl.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
Pregled vida kod ugovorenog specijaliste medicine rada sukladno čl 19. Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti
- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskih štetnosti

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti - rad na otvorenom	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje - ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ostali dinamički naponi (repetitivni pokreti ruku)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, odgovornost - upravljanje prijevoznim sredstvima	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - organizacija rada - ergonomski oblikovano radno mjesto - korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja - pregled vida kod ugovorenog specijaliste medicine rada			

Šifra	Posao	Mjesto obavljanja posla
93	Pravni poslovi	Prostor ureda; prostor suda; prostor klijenta

Opis poslova

Obuhvaćaju zastupanje fizičkih ili pravnih osoba u različitim vrstama sudskih postupaka te iznošenje dokaza koji govore u prilog njihovih stranaka. Upoznavanje svojih klijenta s njihovim zakonskim pravima i obvezama te im se predlaže odgovarajuće postupanje u poslovnim i osobnim stvarima. Temeljito proučavanje zakona relevantnih za određeni predmet, kao i prijašnje sudske odluke donesene pod uvjetima sličnim onima koji vrijede za slučaj kojim se trenutačno bave. Prikupljeni podaci se zatim iznose svojim strankama i predlažu im moguće načine postupanja. Bave se sastavljanjem pravnih dokumenata, npr. oporuka ili ugovora, za svoje klijente. Po potrebi čišćenje snijega sa automobila.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- računalo i računalna oprema, uredski pribor

Poslovi s posebnim uvjetima rada	NE	Stož osiguran s povećanim trajanjem	NE
Pregled vida kod ugovorenog specijaliste medicine rada sukladno čl 19. Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta
- nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi ljudi

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

Podizanje, držanje ili prenošenje	Povlačenje i guranje tereta	Ponavljajući zadaci
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Biološke štetnosti - zaraženi ljudi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti - rad na otvorenom - pojačano strujanje zraka	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Fizikalne štetnosti, osvjetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ostali dinamički naponi (repetitivni pokreti ruku)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, odgovornost - upravljanje prijevoznim sredstvima	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, nepovoljan ritam rada - ritam uvjetovan radnim procesom	Vjerojatno	Malo štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Vjerojatno	Malo štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, remećenje socijalnih potreba - terenski rad	Vjerojatno	Malo štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI

Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora

- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - organizacija rada - ergonomski oblikovano radno mjesto - korištenje stanki tijekom radnog vremena	- osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja - sustavno medicinsko praćenje zdravlja zaposlenika u vezi s problemom vida i u vezi s bolestima mišića i kostiju

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
94	Računovodstveno financijski poslovi	Uredski prostori

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju ažuriranje, evidentiranje i arhiviranje knjigovodstvene, računovodstvene i financijske dokumentacije. Vođenje brige oko plaćanja svih potrebnih troškova. Planiranje financijskih troškova i određivanje financijskog plana, izrada financijskih izvještaja, koordiniranje s vanjskim institucijama. Vođenje obračuna plaće djelatnika. Vodi propisane mjesečne i godišnje evidencije, sudjeluje u izradi proračuna škole i izrađuje i dopunjuje proračun za proračunsku godinu.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
Pregled vida kod ugovorenog specijaliste medicine rada sukladno čl 19. Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

Podizanje, držanje ili prenošenje	Povlačenje i guranje tereta	Ponavljajući zadaci
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje - ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ostali dinamički naponi (repetitivni pokreti ruku)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - pregledi vida kod ugovorenog specijaliste medicine rada - ergonomski oblikovano radno mjesto - korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja			

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
95	Knjižničarski poslovi	Prostor knjižnice, uredski prostori

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju vođenje brige o dokumentaciji unutar prostora knjižnice, izdavanje knjiga, upisivanje studenata, praćenje stanja dokumentacije u knjižnici.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
Pregled vida kod ugovorenog specijaliste medicine rada sukladno čl 19. Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje - ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ostali dinamički naponi (repetitivni pokreti ruku)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto - pregledi vida kod ugovorenog specijaliste medicine rada - korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja			

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
96	Poslovi lektoriranja	Uredski prostori

Opis poslova

Proces jezične provjere teksta na temelju koje se eliminiraju i korigiraju pogreške u pisanju.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
Pregled vida kod ugovorenog specijaliste medicine rada sukladno čl 19. Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje - ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ostali dinamički naponi (repetitivni pokreti ruku)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Napori vida	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto - pregledi vida kod ugovorenog specijaliste medicine rada - korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja			

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
97	Poslovi pripreme časopisa	Uredski prostori

Opis poslova

Poslovi grafičke pripreme koja uključuje unos i prijelom teksta, skeniranje i obradu fotografija, korekture i prijevoda teksta i sl. Raspored teksta i fotografija u časopisu.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
Pregled vida kod ugovorenog specijaliste medicine rada sukladno čl 19. Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje - ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ostali dinamički naponi (repetitivni pokreti ruku)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Napori vida	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - pregledi vida kod ugovorenog specijaliste medicine rada - ergonomski oblikovano radno mjesto - korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja			

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
98	Poslovi zaštite na radu	Uredski prostor, svi prostori fakulteta

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju pružanje stručne pomoći poslodavcu i njegovim ovlaštenicama te radnicima u provedbi i unapređivanju zaštite na radu. Sudjelovanje u stvaranju i nadzoru nesmetanog funkcioniranja sustava upravljanja zaštite na radu. Praćenje i provođenje zakonskih propisa i korporativnih pravila iz područja zaštite na radu. Analiziranje podataka u vezi s ozljedama na radu, priprema dokumentacije za prijave ozljeda na radu te izrada izvješća za potrebe poslodavca i nadležnih zavoda. Obilazak unutarnjeg i vanjskog dijela fakulteta.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- računalo i računalna oprema, uredski pribor

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
Pregled vida kod ugovorenog specijaliste medicine rada sukladno čl 19. Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti
- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- prašine

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Izračun ručnog rukovanja teretima

Metodologija za izračun ručnog rukovanja teretima nalazi se u prilogu 5.6. ove procjene rizika

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad s stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Fizikalne štetnosti, nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti - rad na otvorenom - pojačano strujanje zraka	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Fizikalne štetnosti, osvjetljenje - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ostali dinamički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto - organizacija rada - korištenje stanki tijekom radnog vremena - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja - pregled vida kod ugovorenog specijaliste medicine rada			

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
99	Informatički poslovi	Uredski prostori

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju održavanje informatičkog sustava, utvrđivanje kvarova, otklanjanje kvarova i instalacija potrebnih sustava na računalima i računalnoj opremi.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
Pregled vida kod ugovorenog specijaliste medicine rada sukladno čl 19. Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad s stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje - ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ostali dinamički naponi (repetitivni pokreti ruku)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto - pregled vida kod ugovorenog specijaliste medicine rada - korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja			

Šifra	Posao	Mjesto obavljanja posla
100	Poslovi skladištenja	Prostor skladišta

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju primjereno preuzimanje, čuvanje, manipulaciju i izdavanje proizvoda, uključujući i njihove sastavne dijelove. Prema nalogu skladišti proizvode za na to predviđeno mjesto.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, lijepilo, skalpel, ručni viličar, ljestve, ručna kolica

Poslovi s posebnim uvjetima rada	NE	Stož osiguran s povećanim trajanjem	NE
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- buka
- nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti
- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- prašina

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

Podizanje, držanje ili prenošenje	Povlačenje i guranje tereta	Ponavljajući zadaci
DA	DA	DA

Izračun ručnog rukovanja teretima

Metodologija za izračun ručnog rukovanja teretima nalazi se u prilogu 5.6. ove procjene rizika

Podizanje, držanje ili prenošenje

Ukupno opterećenje muškarci $(T2 + T3 + T4) \times T1$	Ukupno opterećenje žena $(T2 + T3 + T4) \times T1$
Ukupno opterećenje muškarci $(1 + 2 + 1) \times 4 = 16$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni, za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.	Ukupno opterećenje žena $(2 + 2 + 1) \times 4 = 20$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni, za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.

Povlačenje i guranje tereta

Ukupno opterećenje muškarci $(T2 + T3 + T4 + T5) \times T1$	Ukupno opterećenje žena $(T2 + T3 + T4 + T5) \times T1 \times 1,3$
Ukupno opterećenje muškarci $(1 + 1 + 1 + 2) \times 4 = 20$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni, za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.	Ukupno opterećenje žena $(1 + 1 + 1 + 2) \times 4 \times 1,3 = 26$ Veliko opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod svih radnika. Za tu skupinu radnika preporuča se preoblikovanje mjesta rada.

Ponavljajući zadatci

Ukupno opterećenje lijeva ruka $(T2 + T3 + T4) \times T1$	Ukupno opterećenje desna ruka $(T2 + T3 + T4) \times T1$
Ukupno opterećenje = $(1 + 2 + 3) \times 2 = 12$ Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.	Ukupno opterećenje = $(1 + 2 + 3) \times 2 = 12$ Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.

Izračun ručnog rukovanja teretima

Metodologija za izračun ručnog rukovanja teretima nalazi se u prilogu 5.6. ove procjene rizika

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*NE	*NE

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, sredstva za horizontalni - prienosna sredstva: ručni paletar	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - s visine - u dubinu	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, buka - ometajuća buka	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Fizikalne štetnosti, nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti - pojačani strujanje zraka	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - nedovoljna osvijetljenost	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički napori, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - pognut položaj tijela - čučanje, klečanje - ruke iznad glave	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički napori, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile - dizanje i nošenje tereta - guranje i vučenje tereta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki napori, nepovoljan ritam rada - ritam uvjetovan radnim procesom	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki napori, poremećen bioritam - produljen rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

<i>Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>	<i>Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>		
	<i>Matrica procjene rizika</i>		
	<i>Vjerojatnost</i>	<i>Posljedice</i>	<i>Rizik</i>
NAPORI			
Psihofiziološki napori, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
<i>Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>			
- osposobljavanje radnika - osiguranje dovoljno prostora koji omogućava lako kretanje radnika - održavanje radnih površina čistim i prohodnim - korištenje odgovarajuće sigurnosne oznake za označavanje podova - korištenje ispravnih ljestava i njihova pravilna upotreba - postavljanje opreme na takav način da se izbjegava ukrštanje kabela s pješačkim putovima - pravilno dizanje i spuštanje tereta - korištenje radne opreme sukladno uputama proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija i prijenosnih kablova - osiguranje aparata za gašenje požara - vježbe rasterećenja - korištenje stanke tijekom radnog vremena - organizacija rada - korištenje osobne zaštitne opreme			

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
101	Električarski poslovi	Svi prostori fakulteta

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju ugradnju novih ili zamjena starih elektroinstalacija sukladno nacrtima i projektima, provjeravanje rada sustava i instaliranje i spajanje električne instalacije. Prema potrebi, puštanje u rad nakon spajanja elektroinstalacija.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- elektroinstalaterski alat (klijesta, ispitivači, odvijači, nož za skidanje izolacije, ...), ručni alat (čekić, razni ključevi), ručni mehanizirani alat (bušilica, brusilica), ljestve

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>DA</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
Čl. 3. točka 10. i 17.		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	Stručna osposobljenost za obavljanje poslova

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- buka
- vibracije
- nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti
- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- prašine

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
DA	NE	DA

Izračun ručnog rukovanja teretima

Metodologija za izračun ručnog rukovanja teretima nalazi se u prilogu 5.6. ove procjene rizika

Podizanje, držanje ili prenošenje

Ukupno opterećenje muškarci $(T2 + T3 + T4) \times T1$	Ukupno opterećenje žena $(T2 + T3 + T4) \times T1$
Ukupno opterećenje muškarci $(2 + 4 + 1) \times 4 = 28$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni. Za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesta rada.	Ukupno opterećenje žena $(4 + 4 + 1) \times 4 = 36$ Veliko opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod svih radnika. Preporuča se preoblikovanje mjesta rada.

Ponavljajući zadatci

Ukupno opterećenje lijeva ruka $(T2 + T3 + T4) \times T1$	Ukupno opterećenje desna ruka $(T2 + T3 + T4) \times T1$
Ukupno opterećenje = $(1 + 2 + 4) \times 4 = 28$ Povećana razina rizika: postoji mogućnost od preopterećenja manje otpornih radnika (stariji od 40, mlađi od 21 godinu, neiskusni, bolesni).	Ukupno opterećenje = $(1 + 2 + 4) \times 4 = 28$ Povećana razina rizika: postoji mogućnost od preopterećenja manje otpornih radnika (stariji od 40, mlađi od 21 godinu, neiskusni, bolesni).

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*NE	*NE

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni - mehanizirani	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu - s visine	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - s visine iznad 3 metra	Vjerojatno	Izrazito štetno	VELIKI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od električne struje - otvoreni električni krug	Vjerojatno	Izrazito štetno	VELIKI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - kemijski spojevi alergogenog podrijetla	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, buka - diskontinuirana buka	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, vibracije - vibracije koje se prenose na ruke	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti - rad na otvorenom - pojačano strujanje zraka	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje - nedovoljna osvijetljenost	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički napori, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - čučanje, klečanje - pognut položaj tijela - ruke iznad glave	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
NAPORI			
Statodinamički napori, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile - dizanje i nošenje tereta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki napori, poremećen bioritam - produljeni rad	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki napori, nepovoljan ritam rada - ritam uvjetovan radnim procesom	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki napori, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - organizacija rada - održavanje podova i puteva čistim i prohodnim - osiguranje vatrogasnih aparata - postavljanje odgovarajuće ograde oko mjesta gdje može doći do pada radnika s visine ili u dubinu - ispravno korištenje radne opreme - korištenje ispravnih ljestava i njihova pravilna upotreba - ergonomski oblikovano radno mjesto - korištenje stanki tijekom radnog vremena - osigurati adekvatnu rasvjetu - redoviti pregledi i ispitivanje radne opreme - obavljanje zdravstvenih pregleda kod ugovorenog specijaliste medicine rada - primjena ispravnih radnih postupaka - korištenje osobne zaštitne opreme za rad na visini			

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
102	Poslovi zavarivanja	Prostor radionice

Opis poslova

Prema potrebi tehnološki proces zahtjeva spajanje 2 ili više elemenata postupkom zavarivanja. Radnik prije i nakon rada provjerava ispravnost opreme.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- aparat za zavarivanje, čekić, mjerni instrument, stega, crtaća igla

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- neionizirajuće zračenje
- nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti
- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- zagušljivci

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
DA	DA	DA

Izračun ručnog rukovanja teretima

Metodologija za izračun ručnog rukovanja teretima nalazi se u prilogu 5.6. ove procjene rizika

Podizanje, držanje ili prenošenje

Ukupno opterećenje muškarci $(T2 + T3 + T4) \times T1$	Ukupno opterećenje žena $(T2 + T3 + T4) \times T1$
Ukupno opterećenje muškarci $(2 + 1 + 0) \times 4 = 12$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni, za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.	Ukupno opterećenje žena $(4 + 1 + 0) \times 4 = 20$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni, za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.

Povlačenje i guranje tereta

Ukupno opterećenje muškarci $(T2 + T3 + T4 + T5) \times T1$	Ukupno opterećenje žena $(T2 + T3 + T4 + T5) \times T1 \times 1,3$
Ukupno opterećenje muškarci $(2,5 + 1 + 1 + 0) \times 2 = 10$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni. Za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.	Ukupno opterećenje žena $(2,5 + 1 + 1 + 0) \times 2 \times 1,3 = 13$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni. Za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.

Ponavljajući zadatci

Ukupno opterećenje lijeva ruka $(T2 + T3 + T4) \times T1$	Ukupno opterećenje desna ruka $(T2 + T3 + T4) \times T1$
Ukupno opterećenje = $(1 + 2 + 3) \times 2 = 12$ Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.	Ukupno opterećenje = $(1 + 2 + 3) \times 2 = 12$ Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*NE	*NE

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubini - s visine	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari - eksplozivne tvari	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Termičke opasnosti - vruće tvari	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, zagušljivci - inertni	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, neionizirajuće zračenje - UV zračenje	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, buka - diskontinuirana buka	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti - rad na otvorenom - pojačano strujanje zraka	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
NAPORI			
Statodinamički napori, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - pognut položaj tijela - čučanje, klečanje	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
NAPORI			
Statodinamički napori, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile - brzi rad - dizanje i nošenje tereta - guranje i vučenje tereta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki napori, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki napori, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika - osiguranje dovoljno prostora koji omogućava lako kretanje radnika - održavanje radnih površina čistim i prohodnim - korištenje odgovarajuće sigurnosne oznake za označavanje podova - postavljanje odgovarajuće ograde oko mjesta gdje može doći do pada radnika s visine ili u dubinu - osigurati upute za rad na siguran način - ispravni radni postupci prilikom dizanja, nošenja i spuštanja tereta - pregled i ispitivanje električnih instalacija i prijenosnih kablova - osiguranje aparata za gašenje požara - vježbe rasterećenja - korištenje stanke tijekom radnog vremena - organizacija rada - ispravni postupci rada - korištenje osobne zaštitne opreme			

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
103	Poslovi rukovanja kotlovnicom	Prostor kotlovnice

Opis poslova

Obuhvaća poslove upravljanja i nadzora kotla i kotlovskog postrojenja, vođenje dnevnika loženja, čišćenja kotla i kotlovnice.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- ručni i mehanizirani alat, kotlovsko postrojenje

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>DA</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
Čl. 3 točka 4.		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	Stručna osposobljenost za obavljanje poslova

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- buka
- nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti
- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- prašina

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

Podizanje, držanje ili prenošenje	Povlačenje i guranje tereta	Ponavljajući zadaci
NE	NE	DA

Izračun ručnog rukovanja teretima

Metodologija za izračun ručnog rukovanja teretima nalazi se u prilogu 5.6. ove procjene rizika

Ponavljajući zadatci

Ukupno opterećenje lijeva ruka (T2 + T3 + T4) × T1	Ukupno opterećenje desna ruka (T2 + T3 + T4) × T1
Ukupno opterećenje = (1 + 1 + 4,5) × 2 = 13 Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.	Ukupno opterećenje = (1 + 1 + 4,5) × 2 = 13 Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*NE	*NE

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni - mehanizirani	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Vrlo vjerojatno	Izrazito štetno	VELIKI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari - eksplozivne tvari	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Termičke opasnosti - vruće tvari	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, buka - diskontinuirana buka	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti - pojačano strujanje zraka	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički napori, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - pognut položaj tijela - čučanje, klečanje	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički napori, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile - dizanje i nošenje tereta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki napori, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki napori, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora

- osposobljavanje radnika
- osiguranje dovoljno prostora koji omogućava lako kretanje radnika
- održavanje radnih površina čistim i prohodnim
- korištenje odgovarajuće sigurnosne oznake za označavanje podova
- postavljanje odgovarajuće ograde oko mjesta gdje može doći do pada radnika s visine ili u dubinu
- osigurati upute za rad na siguran način
- ispravni radni postupci prilikom dizanja, nošenja i spuštanja tereta
- pregled i ispitivanje električnih instalacija i prijenosnih kablova
- osiguranje aparata za gašenje požara
- vježbe rasterećenja
- korištenje stanke tijekom radnog vremena
- organizacija rada
- ispravni postupci rada
- korištenje osobne zaštitne opreme
- obavljanje zdravstvenih pregleda kod ugovorenog specijaliste medicine rada

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
104	Poslovi montaže, demontaže i popravaka inventara	Svi prostori fakulteta

Opis poslova

Obuhvaća demontažu i montažu određenog inventara, popravak, zamjena dijelova i slično.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- odvijač, kliješta, bušilica, brusilica, čekić

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- buka
- vibracije
- nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti
- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- prašina

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
DA	DA	DA

Izračun ručnog rukovanja teretima

Metodologija za izračun ručnog rukovanja teretima nalazi se u prilogu 5.6. ove procjene rizika

Podizanje, držanje ili prenošenje

Ukupno opterećenje muškarci $(T2 + T3 + T4) \times T1$	Ukupno opterećenje žena $(T2 + T3 + T4) \times T1$
Ukupno opterećenje muškarci $(2 + 2 + 1) \times 2 = 10$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni, za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.	Ukupno opterećenje žena $(4 + 2 + 0) \times 4 = 24$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni, za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.

Povlačenje i guranje tereta

Ukupno opterećenje muškarci $(T2 + T3 + T4 + T5) \times T1$	Ukupno opterećenje žena $(T2 + T3 + T4 + T5) \times T1 \times 1,3$
Ukupno opterećenje muškarci $(1,5 + 1 + 2 + 2) \times 2 = 13$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni. Za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.	Ukupno opterećenje žena $(1,5 + 1 + 2 + 2) \times 2 \times 1,3 = 16,9$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni. Za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.

Ponavljajući zadatci

Ukupno opterećenje lijeva ruka $(T2 + T3 + T4) \times T1$	Ukupno opterećenje desna ruka $(T2 + T3 + T4) \times T1$
Ukupno opterećenje = $(1 + 1 + 1) \times 2 = 6$ Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.	Ukupno opterećenje = $(1 + 1 + 1) \times 2 = 6$ Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni - mehanizirani	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu - s visine			
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, buka - diskontinuirana buka	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti - rad na otvorenom - pojačano strujanje zraka	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički napori, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - pognut položaj tijela - čučanje, klečanje	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički napori, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile - dizanje i nošenje tereta - guranje i vučenje tereta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki napori, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki napori, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora

- osposobljavanje radnika	- ispravni radni postupci prilikom dizanja, nošenja i spuštanja tereta
- osiguranje dovoljno prostora koji omogućava lako kretanje radnika	- pregled i ispitivanje električnih instalacija i prijenosnih kablova
- održavanje radnih površina čistim i prohodnim	- osiguranje aparata za gašenje požara
- korištenje odgovarajuće sigurnosne oznake za označavanje podova	- korištenje stanke tijekom radnog vremena
- postavljanje odgovarajuće ograde oko mjesta gdje može doći do pada radnika s visine ili u dubinu	- organizacija rada
- osigurati upute za rad na siguran način	- ispravni postupci rada
	- korištenje osobne zaštitne opreme

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
105	Poslovi održavanja i popravljivanja radne opreme	Svi prostori fakulteta

Opis poslova

Obuhvaća poslove redovne kontrole radne opreme. Popravak iste, zamjena iskorištenih dijelova.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- odvijač, kliješta, bušilica, brusilica, čekić

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- buka
- vibracije
- nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti
- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- prašina

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
DA	NE	DA

Izračun ručnog rukovanja teretima

Metodologija za izračun ručnog rukovanja teretima nalazi se u prilogu 5.6. ove procjene rizika

Podizanje, držanje ili prenošenje

Ukupno opterećenje muškarci $(T2 + T3 + T4) \times T1$	Ukupno opterećenje žena $(T2 + T3 + T4) \times T1$
Ukupno opterećenje muškarci $(2 + 2 + 1) \times 2 = 10$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni, za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.	Ukupno opterećenje žena $(4 + 2 + 0) \times 4 = 24$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni, za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.

Ponavljajući zadatci

Ukupno opterećenje lijeva ruka $(T2 + T3 + T4) \times T1$	Ukupno opterećenje desna ruka $(T2 + T3 + T4) \times T1$
Ukupno opterećenje = $(1 + 1 + 1) \times 2 = 6$ Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.	Ukupno opterećenje = $(1 + 1 + 1) \times 2 = 6$ Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*NE	*NE

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni - mehanizirani	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu - s visine			
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, buka - diskontinuirana buka	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti - rad na otvorenom - pojačano strujanje zraka	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički napori, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - pognut položaj tijela - čučanje, klečanje	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički napori, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile - dizanje i nošenje tereta - guranje i vučenje tereta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki napori, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki napori, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora

- osposobljavanje radnika	- ispravni radni postupci prilikom dizanja, nošenja i spuštanja tereta
- osiguranje dovoljno prostora koji omogućava lako kretanje radnika	- pregled i ispitivanje električnih instalacija i prijenosnih kablova
- održavanje radnih površina čistim i prohodnim	- osiguranje aparata za gašenje požara
- korištenje odgovarajuće sigurnosne oznake za označavanje podova	- korištenje stanke tijekom radnog vremena
- postavljanje odgovarajuće ograde oko mjesta gdje može doći do pada radnika s visine ili u dubinu	- organizacija rada
- osigurati upute za rad na siguran način	- ispravni postupci rada
	- korištenje osobne zaštitne opreme

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
106	Poslovi dostave i prenošenja kemikalija i ostalih materijala	Svi prostori fakulteta, vanjski prostori fakulteta, javne površine

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju poslove dostave, prenošenja kemikalija i ostalih materijala unutar fakulteta i prema vanjskim ustanovama.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- sredstva za horizontalni prijenos (automobili, kombi...)

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti
- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*NE	*NE

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, sredstva za horizontalni prijevoz - prijevozna sredstva: automobil, kombi	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti - rad na otvorenom - pojačano strujanje zraka	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki, nepovoljan ritam rada - ritam uvjetovan radnim procesom	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, remećenje socijalnih potreba - terenski rad	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra - upravljanje prijevoznim sredstvima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI

Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora

- osposobljavanje radnika
- osigurati upute za rad na siguran način
- ispravni radni postupci prilikom dizanja, nošenja i spuštanja tereta
- održavanje vozila
- poštivanje važećih prometnih pravila
- korištenje osobne zaštitne opreme
- osiguranje aparata za gašenje požara
- vježbe rasterećenja
- korištenje stanke tijekom radnog vremena
- organizacija rada
- ispravni postupci rada

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
107	Poslovi instalacije vodovodnih i odvodnih instalacija	Svi prostori fakulteta

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju instalaciju vodovodnih i odvodnih instalacija sukladno nacrtima i projektima, priprema mjesta rada za obavljanje poslova, obilježavanje instalacija, postavljanje cijevi i vodova, provjeravanje rada sustava.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- ključevi raznih veličina, ljestve, čekić, odvijač, inbusi, lampe, ljestve, pomična skela, udarna bušilica, brusilica, ručna kolica

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>DA</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
Čl. 3. točka 16., 17. i 18.(18.)		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- buka
- vibracije
- nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti
- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- prašine

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
DA	DA	DA

Izračun ručnog rukovanja teretima

Metodologija za izračun ručnog rukovanja teretima nalazi se u prilogu 5.6. ove procjene rizika

Podizanje, držanje ili prenošenje

Ukupno opterećenje muškarci $(T2 + T3 + T4) \times T1$	Ukupno opterećenje žena $(T2 + T3 + T4) \times T1$
Ukupno opterećenje muškarci $(4 + 4 + 1) \times 4 = 36$ Veliko opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod svih radnika. Preporuča se preoblikovanje mjesta rada.	Ukupno opterećenje žena $(4 + 4 + 1) \times 4 = 36$ Veliko opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod svih radnika. Preporuča se preoblikovanje mjesta rada.

Povlačenje i guranje tereta

Ukupno opterećenje muškarci $(T2 + T3 + T4 + T5) \times T1$	Ukupno opterećenje žena $(T2 + T3 + T4 + T5) \times T1 \times 1,3$
Ukupno opterećenje muškarci $(1,5 + 1 + 2 + 2) \times 4 = 26$ Veliko opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod svih radnika. Za tu skupinu radnika preporuča se preoblikovanje mjesta rada.	Ukupno opterećenje žena $(1,5 + 1 + 2 + 2) \times 4 \times 1,3 = 33,8$ Veliko opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod svih radnika. Za tu skupinu radnika preporuča se preoblikovanje mjesta rada.

Ponavljajući zadatci

Ukupno opterećenje lijeva ruka $(T2 + T3 + T4) \times T1$	Ukupno opterećenje desna ruka $(T2 + T3 + T4) \times T1$
Ukupno opterećenje = $(1 + 2 + 4) \times 4 = 28$ Povećana razina rizika: postoji mogućnost od preopterećenja manje otpornih radnika (stariji od 40, mlađi od 21 godinu, neiskusni, bolesni).	Ukupno opterećenje = $(1 + 2 + 4) \times 4 = 28$ Povećana razina rizika: postoji mogućnost od preopterećenja manje otpornih radnika (stariji od 40, mlađi od 21 godinu, neiskusni, bolesni).

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*NE	*NE

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, alati - mehaniziran	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubini - s visine	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - s visine iznad 3 metra	Vjerojatno	Izrazito štetno	VELIKI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, vibracije - vibracije koje se prenose na ruke	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, buka - diskontinuirana buka	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti - rad na otvorenom - pojačano strujanje zraka	Vrlo vjerojatno	Srednje štetno	VELIKI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - pognut položaj tijela - čučanje, klečanje	Vrlo vjerojatno	Srednje štetno	VELIKI

<i>Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>	<i>Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>		
	<i>Matrica procjene rizika</i>		
	<i>Vjerojatnost</i>	<i>Posljedice</i>	<i>Rizik</i>
NAPORI			
Statodinamički napori, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile - dizanje i nošenje tereta - guranje i vučenje tereta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki napori, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki napori, nepovoljan ritam rada - ritam uvjetovan radnim procesom	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki napori, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora

- osposobljavanje radnika - osiguranje dovoljno prostora koji omogućava lako kretanje radnika - održavanje radnih površina čistim i prohodnim - korištenje odgovarajuće sigurnosne oznake za označavanje podova - postavljanje odgovarajuće ograde oko mjesta gdje može doći do pada radnika s visine ili u dubinu - osigurati upute za rad na siguran način - ispravni radni postupci prilikom dizanja, nošenja i spuštanja tereta	- pregled i ispitivanje električnih instalacija i prijenosnih kablova - osiguranje aparata za gašenje požara - vježbe rasterećenja - korištenje stanke tijekom radnog vremena - organizacija rada - ispravni postupci rada - korištenje osobne zaštitne opreme - obavljanje zdravstvenih pregleda kod ugovorenog specijalista medicine rada

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
108	Soboslikarski i ličilački poslovi	Svi prostori fakulteta

Opis poslova

Obrada radnih površina struganjem, izravnavanjem, čišćenjem. Nakon pripreme zidova za bojenje, najčešće u više navrata, premazuju površine gotovim ili djelomično gotovim bojama.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- brusni papir, četka, valjak, krpe, mješač boje, kante, ljestve

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>DA</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
Čl. 3. točka 16., 17. i 18.(18.)		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti
- buka
- vibracije
- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- prašina

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
DA	NE	DA

Izračun ručnog rukovanja teretima

Metodologija za izračun ručnog rukovanja teretima nalazi se u prilogu 5.6. ove procjene rizika

Podizanje, držanje ili prenošenje

Ukupno opterećenje muškarci $(T2 + T3 + T4) \times T1$	Ukupno opterećenje žena $(T2 + T3 + T4) \times T1$
Ukupno opterećenje muškarci $(2 + 4 + 1) \times 4 = 28$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni. Za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesta rada.	Ukupno opterećenje žena $(4 + 4 + 1) \times 4 = 36$ Veliko opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod svih radnika. Preporuča se preoblikovanje mjesta rada.

Ponavljajući zadatci

Ukupno opterećenje lijeva ruka $(T2 + T3 + T4) \times T1$	Ukupno opterećenje desna ruka $(T2 + T3 + T4) \times T1$
Ukupno opterećenje = $(2 + 3 + 2) \times 2 = 14$ Povećana razina rizika: postoji mogućnost od preopterećenja manje otpornih radnika (stariji od 40, mlađi od 21 godinu, neiskusni, bolesni).	Ukupno opterećenje = $(2 + 3 + 2) \times 4 = 14$ Povećana razina rizika: postoji mogućnost od preopterećenja manje otpornih radnika (stariji od 40, mlađi od 21 godinu, neiskusni, bolesni).

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*NE	*NE

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni - mehanizirani	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - s visine - u dubinu	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - s visine iznad 3 metra	Vrlo vjerojatno	Srednje štetno	VELIKI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Fizikalne štetnosti, buka - diskontinuirana buka	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, vibracije - vibracije koje se prenose na ruke	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti - rad na otvorenom - pojačano strujanje zraka	Vrlo vjerojatno	Srednje štetno	VELIKI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - bliještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički napori, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - pognut položaj tijela - čučanje, klečanje	Vrlo vjerojatno	Srednje štetno	VELIKI
Statodinamički napori, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile - dizanje i nošenje tereta - guranje i vučenje tereta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki napori, nepovoljan ritam rada - ritam uvjetovan radnim procesom	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI

<i>Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>	<i>Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>		
	<i>Matrica procjene rizika</i>		
	<i>Vjerojatnost</i>	<i>Posljedice</i>	<i>Rizik</i>
NAPORI			
Psihofiziološki napori, poremećen bioritam - produljen rad	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki napori, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
<i>Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - organizacija rada - uklanjanje rupa i pukotina s podova - održavanje podova i puteva čistim i prohodnim - osiguranje vatrogasnih aparata - postavljanje odgovarajuće ograde oko mjesta gdje može doći do pada radnika s visine ili u dubinu - ispravno korištenje radne opreme - korištenje ispravnih ljestava i njihova pravilna upotreba - ergonomski oblikovano radno mjesto - korištenje stanki tijekom radnog vremena - osigurati adekvatnu rasvjetu - redoviti pregledi i ispitivanje radne opreme - obavljanje zdravstvenih pregleda kod ugovorenog specijaliste medicine rada - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja - primjena ispravnih radnih postupaka - korištenje osobne zaštitne opreme za rad na visini			

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
109	Podopolagački poslovi	Svi prostori fakulteta

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju oblaganje (opločivanje) keramičkim ili staklenim pločicama unutarnje i vanjske zidove, podove, stupove i druge površine. Prije postavljanja pločica zid se treba očistiti i izravnati. Pločice se, određenim redoslijedom, prvo režu na željnu dimenziju te se lijepe žbukom ili posebnim ljepilom. Potrebna je stalna kontrola okomitosti, odnosno vodoravnosti, postavljenih pločica.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- metar, mikser za ljepilo, kliješta, bušilica, građevinska žlica, kanta

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>DA</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
Čl. 3. točka 16., 17. i 18.(18.)		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti
- buka
- vibracije
- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- prašina

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
DA	NE	DA

Izračun ručnog rukovanja teretima

Metodologija za izračun ručnog rukovanja teretima nalazi se u prilogu 5.6. ove procjene rizika

Podizanje, držanje ili prenošenje

Ukupno opterećenje muškarci $(T2 + T3 + T4) \times T1$	Ukupno opterećenje žena $(T2 + T3 + T4) \times T1$
Ukupno opterećenje muškarci $(2 + 4 + 1) \times 4 = 28$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni. Za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesta rada.	Ukupno opterećenje žena $(4 + 4 + 1) \times 4 = 36$ Veliko opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod svih radnika. Preporuča se preoblikovanje mjesta rada.

Ponavljajući zadatci

Ukupno opterećenje lijeva ruka $(T2 + T3 + T4) \times T1$	Ukupno opterećenje desna ruka $(T2 + T3 + T4) \times T1$
Ukupno opterećenje = $(2 + 3 + 2) \times 2 = 14$ Povećana razina rizika: postoji mogućnost od preopterećenja manje otpornih radnika (stariji od 40, mlađi od 21 godinu, neiskusni, bolesni).	Ukupno opterećenje = $(2 + 3 + 2) \times 4 = 14$ Povećana razina rizika: postoji mogućnost od preopterećenja manje otpornih radnika (stariji od 40, mlađi od 21 godinu, neiskusni, bolesni).

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*NE	*NE

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni - mehanizirani	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - s visine - u dubinu	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - s visine iznad 3 metra	Vrlo vjerojatno	Srednje štetno	VELIKI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Fizikalne štetnosti, buka - diskontinuirana buka	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, vibracije - vibracije koje se prenose na ruke	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti - rad na otvorenom - pojačano strujanje zraka	Vrlo vjerojatno	Srednje štetno	VELIKI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - bliještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - pognut položaj tijela - čučanje, klečanje	Vrlo vjerojatno	Srednje štetno	VELIKI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile - dizanje i nošenje tereta - guranje i vučenje tereta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, nepovoljan ritam rada - ritam uvjetovan radnim procesom	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI

<i>Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>	<i>Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>		
	<i>Matrica procjene rizika</i>		
	<i>Vjerojatnost</i>	<i>Posljedice</i>	<i>Rizik</i>
NAPORI			
Psihofiziološki napori, poremećen bioritam - produljen rad	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki napori, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
<i>Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - organizacija rada - uklanjanje rupa i pukotina s podova - održavanje podova i puteva čistim i prohodnim - osiguranje vatrogasnih aparata - postavljanje odgovarajuće ograde oko mjesta gdje može doći do pada radnika s visine ili u dubinu - ispravno korištenje radne opreme - korištenje ispravnih ljestava i njihova pravilna upotreba - ergonomski oblikovano radno mjesto - korištenje stanki tijekom radnog vremena - osigurati adekvatnu rasvjetu - redoviti pregledi i ispitivanje radne opreme - obavljanje zdravstvenih pregleda kod ugovorenog specijaliste medicine rada - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja - primjena ispravnih radnih postupaka - korištenje osobne zaštitne opreme za rad na visini			

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
110	Pomoćni poslovi	Svi prostori fakulteta

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju pripremanje materijala za rad, pomoćni poslovi pri obavljanju radova, pomoćni zidarski poslovi, dodavanje elemenata i materijala za rad, priprema materijala za rad.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- ključevi raznih veličina, ljestve, čekić, odvijač, bušilica, brusilica

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>DA</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
Čl. 3. točka 16., 17. i 18.(18.)		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- buka
- vibracije
- nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti
- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- prašine

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
DA	DA	DA

Izračun ručnog rukovanja teretima

Metodologija za izračun ručnog rukovanja teretima nalazi se u prilogu 5.6. ove procjene rizika

Podizanje, držanje ili prenošenje

Ukupno opterećenje muškarci $(T2 + T3 + T4) \times T1$	Ukupno opterećenje žena $(T2 + T3 + T4) \times T1$
Ukupno opterećenje muškarci $(2 + 2 + 1) \times 4 = 20$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni, za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.	Ukupno opterećenje žena $(2 + 2 + 1) \times 4 = 28$ Veliko opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod svih radnika, preporuča se preoblikovanje mjesta rada.

Povlačenje i guranje tereta

Ukupno opterećenje muškarci $(T2 + T3 + T4 + T5) \times T1$	Ukupno opterećenje žena $(T2 + T3 + T4 + T5) \times T1 \times 1,3$
Ukupno opterećenje muškarci $(1 + 1 + 2 + 2) \times 4 = 24$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni, za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.	Ukupno opterećenje žene $(1 + 1 + 2 + 2) \times 4 \times 1,3 = 31,2$ Veliko opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod svih radnika. Za tu skupinu radnika preporuča se preoblikovanje mjesta rada.

Ponavljajući zadatci

Ukupno opterećenje lijeva ruka $(T2 + T3 + T4) \times T1$	Ukupno opterećenje desna ruka $(T2 + T3 + T4) \times T1$
Ukupno opterećenje = $(2 + 3 + 4) \times 4 = 36$ Povećana razina rizika: postoji mogućnost od preopterećenja manje otpornih radnika (stariji od 40, mlađi od 21 godinu, neiskusni, bolesni).	Ukupno opterećenje = $(2 + 3 + 4) \times 4 = 36$ Povećana razina rizika: postoji mogućnost od preopterećenja manje otpornih radnika (stariji od 40, mlađi od 21 godinu, neiskusni, bolesni).

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*NE	*NE

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni - mehanizirani	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubini - s visine	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - s visine iznad 3 metra	Vrlo vjerojatno	Srednje štetno	VELIKI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Biološke štetnosti - opasne biljke - opasne životinje - zaražene životinje	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, vibracije - vibracije koje se prenose na ruke	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, buka - diskontinuirana buka	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti - rad na otvorenom - pojačano strujanje zraka	Vrlo vjerojatno	Srednje štetno	VELIKI
Fizikalne štetnosti, osvjetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - pognut položaj tijela - čučanje, klečanje	Vrlo vjerojatno	Srednje štetno	VELIKI

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
NAPORI			
Statodinamički napori, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile - dizanje i nošenje tereta - guranje i vučenje tereta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki napori, poremećen bioritam - produljeni rad	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki napori, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora

- osposobljavanje radnika - osiguranje dovoljno prostora koji omogućava lako kretanje radnika - održavanje radnih površina čistim i prohodnim - korištenje odgovarajuće sigurnosne oznake za označavanje podova - postavljanje odgovarajuće ograde oko mjesta gdje može doći do pada radnika s visine ili u dubinu - osigurati upute za rad na siguran način - ispravni radni postupci prilikom dizanja, nošenja i spuštanja tereta	- pregled i ispitivanje električnih instalacija i prijenosnih kablova - osiguranje aparata za gašenje požara - vježbe rasterećenja - korištenje stanke tijekom radnog vremena - organizacija rada - ispravni postupci rada - korištenje osobne zaštitne opreme - obavljanje zdravstvenih pregleda kod ugovorenog specijalista medicine rada

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
111	Poslovi održavanja zelenih površina	Vanjski prostori fakulteta

Opis poslova

Košnja, krčenje, samoniklog raslinja, rušenje stabla, orezivanje krošnji te prikupljanje i utovar s teško dostupnih terena, vađenje panjeva, sadnja drveća, prekopavanje, iskopavanje i gnojenje tla. Priprema zaštitne opreme, penjanje na drveća, podsjecanja, izrada zasjeka, prerezivanje, kresanje grana i drveća, silaženje i uređenje mjesta rada.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- vrtni pribor, motorna kosilica, trimer, škare za travu, lopata, grablje

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>DA</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
Čl. 3 točka 16., 18.(18.)		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- buka
- vibracije
- nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti
- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- prašina

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaražene životinje
- opasne biljke
- opasne životinje

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

Podizanje, držanje ili prenošenje	Povlačenje i guranje tereta	Ponavljajući zadaci
DA	DA	DA

Izračun ručnog rukovanja teretima

Metodologija za izračun ručnog rukovanja teretima nalazi se u prilogu 5.6. ove procjene rizika

Podizanje, držanje ili prenošenje

Ukupno opterećenje muškarci $(T2 + T3 + T4) \times T1$	Ukupno opterećenje žena $(T2 + T3 + T4) \times T1$
Ukupno opterećenje muškarci $(2 + 2 + 1) \times 2 = 10$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni, za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.	Ukupno opterećenje žena $(4 + 2 + 1) \times 2 = 14$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni, za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.

Povlačenje i guranje tereta

Ukupno opterećenje muškarci $(T2 + T3 + T4 + T5) \times T1$	Ukupno opterećenje žena $(T2 + T3 + T4 + T5) \times T1 \times 1,3$
Ukupno opterećenje muškarci $(0,5 + 1 + 2 + 2) \times 2 = 11$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni, za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.	Ukupno opterećenje žena $(0,5 + 1 + 2 + 2) \times 2 \times 1,3 = 14,3$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni, za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.

Ponavljajući zadatci

Ukupno opterećenje lijeva ruka $(T2 + T3 + T4) \times T1$	Ukupno opterećenje desna ruka $(T2 + T3 + T4) \times T1$
Ukupno opterećenje $(1 + 2 + 3,5) \times 2 = 13$ Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.	Ukupno opterećenje $(1 + 2 + 3,5) \times 2 = 13$ Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrdjivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni - mehanizirani	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Biološke štetnosti - opasne biljke - opasne životinje - zaražene životinje	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - organske prašine biljnog porijekla - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, buka - diskontinuirana buka	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, vibracije - vibracije koje se prijenose na ruke	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti - rad na otvorenom - pojačani strujanje zraka	Vrlo vjerojatno	Srednje štetno	VELIKI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički napori, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - pognut položaj tijela - čučanje, klečanje - ruke iznad glave	Vrlo vjerojatno	Srednje štetno	VELIKI
Statodinamički napori, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti s i bez primjene sile - dizanje i nošenje tereta - guranje i vučenje tereta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki napori, nepovoljan ritam rada - ritam uvjetovan radnim procesom	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

<i>Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>	<i>Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>		
	<i>Matrica procjene rizika</i>		
	<i>Vjerojatnost</i>	<i>Posljedice</i>	<i>Rizik</i>
NAPORI			
Psihofiziološki napori, poremećen bioritam - produljen rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki napori, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika - osiguranje dovoljno prostora koji omogućava lako kretanje radnika - održavanje radnih površina čistim i prohodnim - korištenje odgovarajuće sigurnosne oznake za označavanje podova - osigurati upute za rad na siguran način - ispravni radni postupci prilikom dizanja, nošenja i spuštanja tereta			
- osiguranje aparata za gašenje požara - vježbe rasterećenja - korištenje stanke tijekom radnog vremena - organizacija rada - ispravni postupci rada - korištenje osobne zaštitne opreme - obavljanje zdravstvenih pregleda kod ugovorenog specijalista medicine rada			

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
112	Poslovi čišćenja i održavanja prostora fakulteta	Svi prostori fakulteta

Opis poslova

Održavanje higijenskih standarda, te standarda čistoće cjelokupne unutarnje infrastrukture ureda. Po potrebi, periodično, održavaju čistoću i higijenu brisanjem površina i prašine, čišćenjem toaleta, pranjem prozora i podova, dezinfekciju površina, pražnjenje kanti za otpad, pranje čaša i šalica.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- pribor za čišćenje (metla, krpa ...), ljestve, usisavač

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti
- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- tekućine (sredstva za čišćenje i dezinfekciju)
- prašine

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
DA	DA	DA

Izračun ručnog rukovanja teretima

Metodologija za izračun ručnog rukovanja teretima nalazi se u prilogu 5.6. ove procjene rizika

Podizanje, držanje ili prenošenje

Ukupno opterećenje muškarci $(T2 + T3 + T4) \times T1$	Ukupno opterećenje žena $(T2 + T3 + T4) \times T1$
Ukupno opterećenje muškarci $(2 + 2 + 1) \times 2 = 10$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni, za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.	Ukupno opterećenje žena $(4 + 2 + 0) \times 4 = 24$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni, za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.

Povlačenje i guranje tereta

Ukupno opterećenje muškarci $(T2 + T3 + T4 + T5) \times T1$	Ukupno opterećenje žena $(T2 + T3 + T4 + T5) \times T1 \times 1,3$
Ukupno opterećenje muškarci $(1,5 + 1 + 2 + 2) \times 2 = 13$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni. Za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.	Ukupno opterećenje muškarci $(1,5 + 1 + 2 + 2) \times 2 \times 1,3 = 16,9$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni. Za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.

Ponavljajući zadatci

Ukupno opterećenje lijeva ruka $(T2 + T3 + T4) \times T1$	Ukupno opterećenje desna ruka $(T2 + T3 + T4) \times T1$
Ukupno opterećenje = $(1 + 1 + 1) \times 2 = 6$ Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.	Ukupno opterećenje = $(1 + 1 + 1) \times 2 = 6$ Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
DA	*NE	*NE	*NE

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni - mehanizirani	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od pada, pad radnika i drugih osoba - s visine - u dubinu (stepenice)	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, nadražljivci - drugi nadražljivci	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti - pojačano strujanje zraka - rad na otvorenom	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - pognut položaj tijela - čučanje, klečanje - ruke iznad glave	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile - dizanje i nošenje tereta - guranje i vučenje tereta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, nepovoljan ritam rada - ritam uvjetovan radnim procesom	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljen rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

Utvrdjivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora

- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova
- korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača
- održavati podove čistim i prohodnim
- osiguranje aparata za gašenje požara
- ergonomski oblikovano mjesto rada
- organizacija rada
- korištenje stanki tijekom radnog vremena
- raditi vježbe rasterećenja
- osigurati STL
- korištenje osobne zaštitne opreme

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
113	Poslovi čišćenja i održavanja prostora radionice	Prostor radionice

Opis poslova

Čišćenje prostora radionice, spremanje korištene radne opreme na svoje mjesto. Bacanje otpada u kantu za smeće, čišćenje otpada nakon svakog završenog posla. Održavanje radnog prostora čistim.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- pribor za čišćenje (metla, krpa, kanta ...), ljestve

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- buka
- nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti
- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- tekućine (sredstva za čišćenje i dezinfekciju)
- prašine

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi materijal

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

Podizanje, držanje ili prenošenje	Povlačenje i guranje tereta	Ponavljajući zadaci
DA	DA	DA

Izračun ručnog rukovanja teretima

Metodologija za izračun ručnog rukovanja teretima nalazi se u prilogu 5.6. ove procjene rizika

Podizanje, držanje ili prenošenje

Ukupno opterećenje muškarci $(T2 + T3 + T4) \times T1$	Ukupno opterećenje žena $(T2 + T3 + T4) \times T1$
Ukupno opterećenje muškarci $(2 + 2 + 1) \times 2 = 10$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni, za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.	Ukupno opterećenje žena $(4 + 2 + 0) \times 4 = 24$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni, za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.

Povlačenje i guranje tereta

Ukupno opterećenje muškarci $(T2 + T3 + T4 + T5) \times T1$	Ukupno opterećenje žena $(T2 + T3 + T4 + T5) \times T1 \times 1,3$
Ukupno opterećenje muškarci $(1,5 + 1 + 2 + 2) \times 2 = 13$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni. Za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.	Ukupno opterećenje žena $(1,5 + 1 + 2 + 2) \times 2 \times 1,3 = 16,9$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni. Za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.

Ponavljajući zadatci

Ukupno opterećenje lijeva ruka $(T2 + T3 + T4) \times T1$	Ukupno opterećenje desna ruka $(T2 + T3 + T4) \times T1$
Ukupno opterećenje = $(1 + 1 + 1) \times 2 = 6$ Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.	Ukupno opterećenje = $(1 + 1 + 1) \times 2 = 6$ Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*NE	*NE

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni - mehanizirani	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu - s visine	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Biološke štetnosti - zaraženi materijal	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, nadražljivci - drugi nadražljivci	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, buka - diskontinuirana buka	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti - pojačano strujanje zraka - rad na otvorenom	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - pognut položaj tijela - čučanje, klečanje - ruke iznad glave	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile - dizanje i nošenje tereta - guranje i vučenje tereta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, nepovoljan ritam rada - ritam uvjetovan radnim procesom	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

<i>Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>	<i>Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>		
	<i>Matrica procjene rizika</i>		
	<i>Vjerojatnost</i>	<i>Posljedice</i>	<i>Rizik</i>
NAPORI			
Psihofiziološki napori, poremećen bioritam - produljen rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki napori, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
<i>Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - održavati podove čistim i prohodnim - osiguranje aparata za gašenje požara - ergonomski oblikovano mjesto rada - organizacija rada - korištenje stanki tijekom radnog vremena - raditi vježbe rasterećenja - osigurati STL - korištenje osobne zaštitne opreme			

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
114	Poslovi čišćenja prostora	Uredski prostor, prostor laboratorija

Opis poslova

Održavanje higijenskih standarda, te standarda čistoće cjelokupne infrastrukture ureda, laboratorija i praktikuma. Po potrebi, periodično, održavaju čistoću i higijenu brisanjem površina i prašine, pranjem prozora i podova, dezinfekciju površina, pražnjenje kanti za otpad, pranje laboratorijske opreme i suđa.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- pribor za čišćenje (metla, krpa, kanta ...), ljestve

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- tekućine (sredstva za čišćenje i dezinfekciju)
- prašine

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi materijal

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

Podizanje, držanje ili prenošenje	Povlačenje i guranje tereta	Ponavljajući zadaci
DA	DA	DA

Izračun ručnog rukovanja teretima

Metodologija za izračun ručnog rukovanja teretima nalazi se u prilogu 5.6. ove procjene rizika

Podizanje, držanje ili prenošenje

Ukupno opterećenje muškarci $(T2 + T3 + T4) \times T1$	Ukupno opterećenje žena $(T2 + T3 + T4) \times T1$
Ukupno opterećenje muškarci $(2 + 2 + 1) \times 2 = 10$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni, za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.	Ukupno opterećenje žena $(4 + 2 + 0) \times 4 = 24$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni, za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.

Povlačenje i guranje tereta

Ukupno opterećenje muškarci $(T2 + T3 + T4 + T5) \times T1$	Ukupno opterećenje žena $(T2 + T3 + T4 + T5) \times T1 \times 1,3$
Ukupno opterećenje muškarci $(1,5 + 1 + 2 + 2) \times 2 = 13$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni. Za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.	Ukupno opterećenje žena $(1,5 + 1 + 2 + 2) \times 2 \times 1,3 = 16,9$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni. Za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.

Ponavljajući zadatci

Ukupno opterećenje lijeva ruka $(T2 + T3 + T4) \times T1$	Ukupno opterećenje desna ruka $(T2 + T3 + T4) \times T1$
Ukupno opterećenje = $(1 + 1 + 1) \times 2 = 6$ Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.	Ukupno opterećenje = $(1 + 1 + 1) \times 2 = 6$ Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*NE	*NE

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni - mehanizirani	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu - s visine	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Biološke štetnosti - zaraženi materijal	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, nadražljivci - drugi nadražljivci	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - pognut položaj tijela - čučanje, klečanje - ruke iznad glave	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile - dizanje i nošenje tereta - guranje i vučenje tereta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, nepovoljan ritam rada - ritam uvjetovan radnim procesom	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljen rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

Utvrdjivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora

- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova
- korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača
- održavati podove čistim i prohodnim
- osiguranje aparata za gašenje požara
- ergonomski oblikovano mjesto rada
- organizacija rada
- korištenje stanki tijekom radnog vremena
- raditi vježbe rasterećenja
- osigurati STL
- korištenje osobne zaštitne opreme

Šifra poslova	Poslovi koji se obavljaju kod poslodavca i mjesta obavljanja poslova	
CENTRI		
115	Rukovodeći poslovi	Uredski prostor
116	Administrativni poslovi	Uredski prostor, prostor laboratorija
117	Poslovi organizacije i kontrole radnika i radnog procesa	Svi prostori fakulteta
118	Poslovi nabave	Uredski prostor, svi prostori fakulteta, unutarnji i vanjski, prostori javnih površina
119	Poslovi kemijskih ispitivanja	Prostor laboratorija
120	Pravni mikrobioloških ispitivanja	Prostor laboratorija
121	Poslovi kontrole kvalitete	Prostor laboratorija
122	Poslovi laboratorijskih analiza i ispitivanja	Prostor laboratorija
123	Poslovi znanstvenih istraživanja	Prostor laboratorija
124	Poslovi održavanja laboratorijske opreme	Prostor laboratorija
125	Poslovi čišćenja i održavanja prostora ureda	Uredski prostor
126	Poslovi čišćenja prostora	Uredski prostor, prostor laboratorija
127	Poslovi pranja laboratorijske opreme i suđa	Prostor laboratorija
128	Poslovi dostave i prenošenja kemikalija i ostalih materijala	Svi prostori fakulteta, vanjski prostori fakulteta, javne površine
129	Poslovi uzrokovanja i dostave uzoraka	Prostori drugih znanstvenih institucija i prometnice

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
115	Rukovodeći poslovi	Uredski prostor

Opis poslova

Ovi poslovi obuhvaćaju upravljanje svakodnevnim poslovanjem, kontrola kvalitete usluga, upravljanje unutarnjim sistemima i procesima, izrada godišnjeg budžeta troškova, upravljanje unutar matičnog sistema, sudjelovanje u razvijanju pravilnika i procedura, definiranje operativnih ciljeva, zapošljavanje novih djelatnika. Kreiranje i razvoj načina poslovanja fakulteta u skladu s dugoročnim strategijama, pravilnicima i uputama nadležnih tijela, poslovi na koordinaciji planiranja i izrade godišnjih, mjesečnih i operativnih planova, određivanje dinamike razvoja i kreiranje razvojnih planova za fakultet. Po potrebi čišćenje snijega s automobila.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema, sredstva za horizontalni prijenos (automobili)

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, sredstva za horizontalni prijevoz - prijevozna sredstva: automobil	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje - ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ostali dinamički naponi (repetitivni pokreti ruku)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, odgovornost - rukovođenje - upravljanje prijevoznim sredstvima	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto - održavanje vozila - pridržavanje važećih propisa u prometu - korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja			

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
116	Administrativni poslovi	Uredski prostori, prostor laboratorija

Opis poslova

Ažuriranje i evidentiranje dokumentacije, rukovanje korespondencijom, e-mailom i telefonskim pozivima, korištenje tehnike koju radni zadaci zahtijevaju (aparata za kopiranje, faxes i slično), popunjavanje i arhiviranje dokumenata. Pripremanje i dostavljanje dokumentacije nadležnim tijelima. Odlazak do javnih i državnih institucija. Vođenje evidencija o radu radnika, o studentima i profesorima.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
Pregled vida kod ugovorenog specijaliste medicine rada sukladno čl 19. Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskih štetnosti

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

Podizanje, držanje ili prenošenje	Povlačenje i guranje tereta	Ponavljajući zadaci
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje - ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ostali dinamički naponi (repetitivni pokreti ruku)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - organizacija rada - ergonomski oblikovano radno mjesto		- korištenje stanki tijekom radnog vremena - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - pregledi vida kod ugovorenog specijaliste medicine rada - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja	

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
117	Poslovi organizacije i kontrole radnika i radnog procesa	Uredski prostori, prostor laboratorija

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju razvijanje i educiranje novih djelatnika, kontrola ostvarivanja poslovnih planova, motiviranje djelatnika, pružanje odgovarajuće obuke, omogućuje razmjenu informacija sa djelatnicima na redovnim sastancima, organizacija sastanaka, osiguravanje realizacije poslovnih ciljeva, organiziranje optimalnog radnog vremena radnika sa pažnjom na troškove. Poslovi obuhvaćaju i kontrolu rada radnika, praćenje rada radnika, savjetovanje radnika o pravilnom načinu obavljanja poslova, vođenje evidencije o prisutnim radnicima radi obračuna plaća.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - ostali statodinamički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ostali dinamički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, odgovornost - rukovođenje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto - korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja			

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
118	Poslovi nabave	Uredski prostori, svi prostori fakulteta, unutarnji i vanjski, prostori javnih površina

Opis poslova

Ovi poslovi obuhvaćaju kontaktiranje dobavljača, kreiranje jednostavnih natječaja, sudjelovanje u odabiru najpovoljnijeg dobavljača, organizacija logistike, kreiranje naloga, vođenje naloga za plaćanje troškova, vođenje evidencije i dokumentacije o nabavi i o dostavljenoj robi.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- uredski pribor, računalo i računalna oprema, sredstva za horizontalni prijenos (automobili)

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti
- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, sredstva za horizontalni prijevoz - prijevozna vozila: automobili	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini - u dubinu (pad sa stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - bliještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički napori, statički: prisilan položaj tijela - ostali statički napori	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki napori, nepovoljan ritam rada - ritam uvjetovan radnim procesom	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki napori, poremećen bioritam - produljeni rad - upravljanje prijevoznim sredstvima	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki napori, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Napori vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - organizacija rada - održavanje vozila		- pridržavanje vežećih propisa u prometu - ergonomski oblikovano radno mjesto - korištenje stanki tijekom radnog vremena - osigurati adekvatnu rasvjetu - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja	

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
119	Poslovi kemijskih ispitivanja	Prostor laboratorija

Opis poslova

Ovi poslovi obuhvaćaju kemijska ispitivanja u laboratoriju. Vođenje evidencije.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- računalo i računalna oprema, uredski pribor, laboratorijska oprema (mješalice, tresilice, centrifuge, sterilizatori, kupelji, hladnjaci, autoklavi, mjerni instrumenti, digestori), laboratorijski pribor (epruvete, menzure, tikvice, vage, plamenici, pincete, nožići, ...)

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- otrovi
- korozivi
- zagušljivci
- nadražljivci
- prašine

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi materijal

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu (pad s stepenica)	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, otrovi - organski spojevi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, korozivi - kiseline - lužine - drugi korozivi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, zagušljivci - kemijski	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, nadražljivci - drugi nadražljivci	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Biološke štetnosti - zaraženi materijal	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - ostali statički naponi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora

- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto - ispravni postupci prilikom dizanja i nošenja tereta	- osigurati STL - korištenje osobne zaštitne opreme - korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
120	Poslovi mikrobioloških ispitivanja	Prostor laboratorija

Opis poslova

Ovi poslovi obuhvaćaju razna mikrobiološka ispitivanja u laboratoriju. Vođenje evidencije.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- računalo i računalna oprema, uredski pribor, laboratorijska oprema (mješalice, tresilice, centrifuge, sterilizatori, kupelji, hladnjaci, autoklavi, mjerni instrumenti, digestori), laboratorijski pribor (epruvete, menzure, tikvice, vage, plamenici, pincete, nožići, ...)

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- otrovi
- korozivi
- zagušljivci
- nadražljivci
- prašine

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi materijal

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu (pad s stepenica)	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, otrovi - organski spojevi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, korozivi - kiseline - lužine - drugi korozivi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, zagušljivci - kemijski	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, nadražljivci - drugi nadražljivci	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Biološke štetnosti - zaraženi materijal	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - ostali statički naponi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora

- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova	- osigurati STL
- korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača	- korištenje osobne zaštitne opreme
- pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove	- korištenje stanki tijekom radnog vremena
- ergonomski oblikovano radno mjesto	- organizacija rada
- ispravni postupci prilikom dizanja i nošenja tereta	- osigurati adekvatnu rasvjetu
	- zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti
	- raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
121	Poslovi kontrole kvalitete	Prostor laboratorija

Opis poslova

Obuhvaća poslove vizualnog pregleda robe, laboratorijska ispitivanja i analize kvalitete dostavljenih uzoraka. Vođenje evidencije.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- računalo i računalna oprema, uredski pribor, laboratorijska oprema (mješalice, tresilice, centrifuge, sterilizatori, kupelji, hladnjaci, autoklavi, mjerni instrumenti, digestori), laboratorijski pribor (epruvete, menzure, tikvice, vage, plamenici, pincete, nožići, ...)

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- otrovi
- korozivi
- zagušljivci
- nadražljivci
- prašine

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi materijal

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu (pad s stepenica)	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Termičke opasnosti - vruće tvari	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, otrovi - organski spojevi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, korozivi - kiseline - lužine - drugi korozivi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, zagušljivci - kemijski	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, nadražljivci - drugi nadražljivci	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Biološke štetnosti - zaraženi materijal	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - ostali statički naponi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

<i>Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>	<i>Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>		
	<i>Matrica procjene rizika</i>		
	<i>Vjerojatnost</i>	<i>Posljedice</i>	<i>Rizik</i>
NAPORI			
Psihofiziološki napori, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
<i>Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto - ispravni postupci prilikom dizanja i nošenja tereta	- osigurati STL - korištenje osobne zaštitne opreme - korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja		

Šifra	Posao	Mjesto obavljanja posla
122	Poslovi laboratorijskih analiza i ispitivanja	Prostor laboratorij i praktikuma, prostori drugih privrednih subjekata, prostori drugih ustanova, prostori drugih poslodavaca, prostori javnih površina i prometnica

Opis poslova

Ovi poslovi obuhvaćaju izvođenje analiza i ispitivanja, vođenje evidencije o obavljenim laboratorijskim vježbama i ispitivanjima za laboratorij i praktikum Zavoda za kemiju i biokemiju. Čišćenje i održavanje laboratorijske opreme i pribora. Održavanje terenske nastave, posjete tvornicama prehrambene i druge industrije.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- računalo i računalna oprema, uredski pribor, laboratorijska oprema (mješalice, tresilice, centrifuge, sterilizatori, kupelji, hladnjaci, autoklavi, mjerni instrumenti, digestori), laboratorijski pribor (epruvete, menzure, tikvice, vage, plamenici, pincete, nožići, ...), oprema i pribor za čišćenje, sredstva za horizontalni prijevoz (automobil)

Poslovi s posebnim uvjetima rada	NE	Stož osiguran s povećanim trajanjem	NE
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- otrovi
- korozivi
- zagušljivci
- prašine

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

Podizanje, držanje ili prenošenje	Povlačenje i guranje tereta	Ponavljajući zadaci
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, sredstva za horizontalni prijevoz - prijevozna sredstva: automobili	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu (pad s stepenica)	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Termičke opasnosti - vruće tvari	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, otrovi - organski spojevi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, korozivi - kiseline - lužine - drugi korozivi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, zagušljivci - kemijski	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - ostali statički naponi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, odgovornost - upravljanje prijevoznim sredstvima	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
NAPORI			
Psihofiziološki napori, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Napori vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto - ispravni postupci prilikom dizanja i nošenja tereta - osigurati STL	- korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja - pravilno izvođenje vježbi - korištenje osobne zaštitne opreme - upravljanje prijevoznim sredstvima - održavanje vozila		

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
123	Poslovi znanstvenih istraživanja	Prostor laboratorij i praktikuma, prostori drugih znanstvenih istraživanja, prostori drugih javnih institucija, prostori drugih poslodavca, prostori javnih površina i javnih prometnica

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju znanstveno usavršavanje, usvajanje novih istraživačkih postupaka, tehnika i metodoloških pristupa i sl. za laboratorij i praktikum Zavoda za kemiju i biokemiju. Održavanje terenske nastave. Odlazak na kongrese, usavršavanja, edukacije i sl.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- računalo i računalna oprema, uredski pribor, laboratorijska oprema (mješalice, tresilice, centrifuge, sterilizatori, kupelji, hladnjaci, autoklavi, mjerni instrumenti, digestori), laboratorijski pribor (epruvete, menzure, tikvice, vage, plamenici, pincete, nožići, ...), sredstva za horizontalni prijevoz (automobil)

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- buka
- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- otrovi
- korozivi
- zagušljivci
- prašine

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi ljudi

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, sredstva za horizontalni prijevoz - prijevozna sredstva: automobil	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu (pad s stepenica)	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Termičke opasnosti - vruće tvari	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, otrovi - organski spojevi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, korozivi - kiseline - lužine - drugi korozivi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, zagušljivci - kemijski	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Biološke štetnosti - zaraženi ljudi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, buka - diskontinuirana buka	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - ostali statički naponi	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI

<i>Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>	<i>Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>		
	<i>Matrica procjene rizika</i>		
	<i>Vjerojatnost</i>	<i>Posljedice</i>	<i>Rizik</i>
NAPORI			
Psihofiziološki napori, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki napori, odgovornost - upravljanje prijevoznim sredstvima	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki napori, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
<i>Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora</i>			
- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova - korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača - pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove - ergonomski oblikovano radno mjesto - ispravni postupci prilikom dizanja i nošenja tereta - osigurati STL - korištenje stanki tijekom radnog vremena - organizacija rada - osigurati adekvatnu rasvjetu - zaslon računala postavljen ispravno u odnosu na pad svjetlosti - raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja - pravilno izvođenje vježbi - korištenje osobne zaštitne opreme - održavanje vozila - pridržavanje važećih propisa u prometu			

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
124	Poslovi održavanja laboratorijske opreme	Prostor laboratorija

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju redovno održavanje, servisiranje laboratorijske opreme.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- računalo i računalna oprema, uredski pribor, laboratorijska oprema (epruvete, tikvice, plamenici, mjerni instrumenti, digestori), laboratorijski pribor (pincete, nožići), oprema za čišćenje (spužve, metle, krpe)

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- tekućine

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi materijal

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*DA	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu (pad s stepenica)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad predmeta	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Biološke štetnosti - zaraženi materijal	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Fizikalne štetnosti, nadražljivci - drugi nadražljivci	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Fizikalne štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje - ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Malo štetno	MALI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ostali dinamički naponi (repetitivni pokreti ruku)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada - komunikacija s osobama	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Naponi vida	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora

- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova	- korištenje stanki tijekom radnog vremena
- korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača	- organizacija rada
- pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove	- osigurati adekvatnu rasvjetu
- ergonomski oblikovano radno mjesto	- osigurati STL
	- korištenje osobne zaštitne opreme
	- raditi vježbe za oči i vježbe rasterećenja

Šifra	Posao	Mjesto obavljanja posla
125	Poslovi čišćenja prostora	Uredski prostor, prostor laboratorija

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju čišćenje prostora ureda i laboratorija, održavanje i metenje podova i ulaza, mokro brisanje podova, brisanje ormara, brisanje prašine, brisanje sitnog inventara, odstranjivanje mrlja i otisaka sa staklenih površina, uklanjanje paučine, brisanje prašine sa svih dostupnih mjesta, brisanje podnožja stolova i stolica, čišćenje uređaja i rasvjetnih tijela, pražnjenje koševa za smeće, brisanje prašine.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- oprema i pribor za čišćenje (metla, krpa, usisivač, ljestve)

Poslovi s posebnim uvjetima rada	NE	Stož osiguran s povećanim trajanjem	NE
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- tekućine (sredstva za dezinfekciju i čišćenje)
- prašine

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi materijal

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

Podizanje, držanje ili prenošenje	Povlačenje i guranje tereta	Ponavljajući zadaci
DA	DA	DA

Izračun ručnog rukovanja teretima

Metodologija za izračun ručnog rukovanja teretima nalazi se u prilogu 5.6. ove procjene rizika

Podizanje, držanje ili prenošenje

Ukupno opterećenje muškarci $(T2 + T3 + T4) \times T1$	Ukupno opterećenje žena $(T2 + T3 + T4) \times T1$
Ukupno opterećenje muškarci $(1 + 2 + 1) \times 4 = 16$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni, za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.	Ukupno opterećenje žena $(2 + 2 + 1) \times 4 = 20$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni, za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.

Povlačenje i guranje tereta

Ukupno opterećenje muškarci $(T2 + T3 + T4 + T5) \times T1$	Ukupno opterećenje žena $(T2 + T3 + T4 + T5) \times T1 \times 1,3$
Ukupno opterećenje muškarci $(1 + 1 + 1 + 2) \times 4 = 20$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni, za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.	Ukupno opterećenje žena $(1 + 1 + 1 + 2) \times 4 \times 1,3 = 26$ Veliko opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod svih radnika. Za tu skupinu radnika preporuča se preoblikovanje mjesta rada.

Ponavljajući zadatci

Ukupno opterećenje lijeva ruka $(T2 + T3 + T4) \times T1$	Ukupno opterećenje desna ruka $(T2 + T3 + T4) \times T1$
Ukupno opterećenje = $(1 + 2 + 3) \times 2 = 12$ Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.	Ukupno opterećenje = $(1 + 2 + 3) \times 2 = 12$ Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni - mehanizirani	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu - s visine	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, nadražljivci - drugi nadražljivci	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Biološke štetnosti - zaraženi materijal	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - pognut položaj tijela - ruke iznad glave - čučanje, klečanje	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile - dizanje i nošenje tereta - guranje i vučenje tereta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, nepovoljan ritam rada - ritam uvjetovan radnim procesom	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora

- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova
- korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača
- pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove
- organizacija rada
- korištenje stanki tijekom radnog vremena
- osigurati adekvatnu rasvjetu
- ispravno postavljanje i korištenje ljestvi
- ispravni postupci prilikom dizanja i nošenja tereta
- korištenje osobne zaštitne opreme
- osiguravanje STL-ova

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
126	Poslovi čišćenja laboratorija	Prostor laboratorija i praktikuma

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju čišćenje prostora laboratorija, održavanje i metenje podova i ulaza, mokro brisanje podova, brisanje ormara, brisanje prašine, brisanje sitnog inventara, odstranjivanje mrlja i otisaka sa staklenih površina, uklanjanje paučine, brisanje prašine sa svih dostupnih mjesta, brisanje podnožja stolova i stolica, čišćenje uređaja i rasvjetnih tijela, pražnjenje koševa za smeće, brisanje prašine.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- metla, krpa, usisivač, ljestve

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- tekućine (sredstva za dezinfekciju i čišćenje)
- prašine

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi materijal

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
DA	DA	DA

Izračun ručnog rukovanja teretima

Metodologija za izračun ručnog rukovanja teretima nalazi se u prilogu 5.6. ove procjene rizika

Podizanje, držanje ili prenošenje

Ukupno opterećenje muškarci $(T2 + T3 + T4) \times T1$	Ukupno opterećenje žena $(T2 + T3 + T4) \times T1$
Ukupno opterećenje muškarci $(1 + 2 + 1) \times 4 = 16$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni, za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.	Ukupno opterećenje žena $(2 + 2 + 1) \times 4 = 20$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni, za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.

Povlačenje i guranje tereta

Ukupno opterećenje muškarci $(T2 + T3 + T4 + T5) \times T1$	Ukupno opterećenje žena $(T2 + T3 + T4 + T5) \times T1 \times 1,3$
Ukupno opterećenje muškarci $(1 + 1 + 1 + 2) \times 4 = 20$ Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni, za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada.	Ukupno opterećenje žena $(1 + 1 + 1 + 2) \times 4 \times 1,3 = 26$ Veliko opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod svih radnika. Za tu skupinu radnika preporuča se preoblikovanje mjesta rada.

Ponavljajući zadatci

Ukupno opterećenje lijeva ruka $(T2 + T3 + T4) \times T1$	Ukupno opterećenje desna ruka $(T2 + T3 + T4) \times T1$
Ukupno opterećenje = $(1 + 2 + 3) \times 2 = 12$ Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.	Ukupno opterećenje = $(1 + 2 + 3) \times 2 = 12$ Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni - mehanizirani	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu - s visine	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, nadražljivci - drugi nadražljivci	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Biološke štetnosti - zaraženi materijal	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje - pognut položaj tijela - ruke iznad glave - čučanje, klečanje	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile - dizanje i nošenje tereta - guranje i vučenje tereta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, nepovoljan ritam rada - ritam uvjetovan radnim procesom	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora

- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova
- korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača
- pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove
- organizacija rada
- korištenje stanki tijekom radnog vremena
- osigurati adekvatnu rasvjetu
- ispravno postavljanje i korištenje ljestvi
- ispravni postupci prilikom dizanja i nošenja tereta
- korištenje osobne zaštitne opreme
- osigurati STL

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
127	Poslovi pranja laboratorijske opreme i suđa	Prostor laboratorija i praktikuma

Opis poslova

Nakon obavljenih pokusa i procesa, potrebno je pranje opreme i suđa. Dezinfekcija opreme nakon sušenja te spremanje opreme na za to predviđeno mjesto.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- oprema i pribor za čišćenje (spužvica, krpa, kantica...)

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

- tekućine (sredstva za dezinfekciju i čišćenje)

Popis izvora bioloških štetnosti

- zaraženi materijal

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	DA

Izračun ručnog rukovanja teretima

Metodologija za izračun ručnog rukovanja teretima nalazi se u prilogu 5.6. ove procjene rizika

Ponavljajući zadatci

Ukupno opterećenje lijeva ruka (T2 + T3 + T4) × T1	Ukupno opterećenje desna ruka (T2 + T3 + T4) × T1
Ukupno opterećenje = (1 + 1 + 1) × 2 = 6 Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.	Ukupno opterećenje = (1 + 1 + 1) × 2 = 6 Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*DA	*DA

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni - mehanizirani	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, strojevi i oprema	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu - s visine	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnost od pada, pad predmeta	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije - zapaljive tvari	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Kemijske štetnosti, senzibilizatori - ostali senzibilizatori	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Kemijske štetnosti, nadražljivci - drugi nadražljivci	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Biološke štetnosti - zaraženi materijal	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno stajanje	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, nepovoljan ritam rada - ritam uvjetovan radnim procesom	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI

Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora

- osposobljavanje radnika za obavljanje poslova
- korištenje radne opreme sukladno informacijama i priručnicima proizvođača
- pregled i ispitivanje električnih instalacija od strane ovlaštene ustanove
- organizacija rada
- korištenje stanki tijekom radnog vremena
- osigurati adekvatnu rasvjetu
- ispravno postavljanje i korištenje ljestvi
- ispravni postupci prilikom dizanja i nošenja tereta
- korištenje osobne zaštitne opreme
- osigurati STL

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
128	Poslovi dostave i prenošenja kemikalija i ostalih materijala	Svi prostori fakulteta, vanjski prostori fakulteta, javne površine

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju poslove dostave, prenošenja kemikalija i ostalih materijala unutar fakulteta i prema vanjskim ustanovama.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- sredstva za horizontalni prijenos (automobili, kombi...)

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti
- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*NE	*NE

****Napomena***

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, sredstva za horizontalni prijevoz - prijevozna sredstva: automobil, kombi	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti - rad na otvorenom - pojačano strujanje zraka	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki, nepovoljan ritam rada - ritam uvjetovan radnim procesom	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, remećenje socijalnih potreba - terenski rad	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra - upravljanje prijevoznim sredstvima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI

Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora

- osposobljavanje radnika
- osigurati upute za rad na siguran način
- ispravni radni postupci prilikom dizanja, nošenja i spuštanja tereta
- održavanje vozila
- poštivanje važećih prometnih pravila
- korištenje osobne zaštitne opreme
- osiguranje aparata za gašenje požara
- vježbe rasterećenja
- korištenje stanke tijekom radnog vremena
- organizacija rada
- ispravni postupci rada

<i>Šifra</i>	<i>Posao</i>	<i>Mjesto obavljanja posla</i>
129	Poslovi uzrokovanja i dostave uzoraka	Prostori drugih poslodavaca, javne površine

Opis poslova

Poslovi obuhvaćaju izuzimanje i uzrokovanje te dostava uzoraka za potrebe kemijskih i mikrobioloških ispitivanje te kontrolu prehrambenih i drugih proizvoda.

Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova

- sredstva za horizontalni prijenos (automobili, kombi...)

<i>Poslovi s posebnim uvjetima rada</i>	<i>NE</i>	<i>Stož osiguran s povećanim trajanjem</i>	<i>NE</i>
/		/	

Zahtjevi u pogledu osposobljenosti

Posebna stručna osposobljenost	/

Popis izvora fizikalnih štetnosti

- nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti
- rasvjeta

Popis izvora kemijskih štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi kemijskim štetnostima

Popis izvora bioloških štetnosti

Pri obavljanju poslova radnici nisu izloženi biološkim štetnostima

Da li pri obavljanju poslova radnici ručno rukuju teretima

<i>Podizanje, držanje ili prenošenje</i>	<i>Povlačenje i guranje tereta</i>	<i>Ponavljajući zadaci</i>
NE	NE	NE

Mogu li poslove obavljati posebno osjetljive skupine radnika:

Maloljetnici	Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i koje doje	Radnici oboljeli od profesionalne bolesti	Radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti
NE	*NE	*NE	*NE

***Napomena**

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod, te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje radnika kod kojih je utvrđena profesionalna bolest ili smanjenje radne sposobnosti, daje specijalist medicine, na temelju procjene rizika.

Utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora	Procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora		
	Matrica procjene rizika		
	Vjerojatnost	Posljedice	Rizik
OPASNOSTI			
Mehaničke opasnosti, alati - ručni	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, sredstva za horizontalni prijevoz - prijevozna sredstva: automobil, kombi	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, rukovanje predmetima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Mehaničke opasnosti, ostale mehaničke opasnosti - oštri i šiljasti predmeti	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od pada, pad radnika i drugih osoba - na istoj razini	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od pada, pad radnika i drugih osoba - u dubinu	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Opasnosti od električne struje - ostale električne opasnosti, neizravni napon dodira	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
Opasnosti od požara i eksplozije	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
ŠTETNOSTI			
Fizikalne štetnosti, nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti - rad na otvorenom - pojačano strujanje zraka	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Fizikalne štetnosti, osvijetljenost - blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	MALI
NAPORI			
Statodinamički naponi, statički: prisilan položaj tijela - stalno sjedenje	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Statodinamički naponi, dinamički: fizički rad - ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki, nepovoljan ritam rada - ritam uvjetovan radnim procesom	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, poremećen bioritam - produljeni rad	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, remećenje socijalnih potreba - terenski rad	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra - upravljanje prijevoznim sredstvima	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI
Psihofiziološki naponi, radni zahtjevi - zahtjev za visokom kvalitetom rada	Vjerojatno	Srednje štetno	SREDNJI

Utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora

- osposobljavanje radnika
- osigurati upute za rad na siguran način
- ispravni radni postupci prilikom dizanja, nošenja i spuštanja tereta
- održavanje vozila
- poštivanje važećih prometnih pravila
- korištenje osobne zaštitne opreme
- osiguranje aparata za gašenje požara
- vježbe rasterećenja
- korištenje stanke tijekom radnog vremena
- organizacija rada
- ispravni postupci rada

2.4. ANALIZA I PROCJENA POSLOVA KOJI SE OBAVLJAJU S RAČUNALOM

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Marina Ćurko - Predstojnica Centra za kontrolu namirnica		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA: Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta: – prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom – svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika – na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom. *Radnik nije tražio oslonac za noge.		
Tipke i simboli lako čitljivi	X				
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA					
Radna površina ne bliješti	X				
Površina dovoljno prostrana	X				
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X				
Radni stol je stabilan	X				
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X				
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*			

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Vesna Bolanča - Rukovoditeljica odjela Centra za kontrolu namirnica		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Marina Žgela - Savjetnica u Centru za kontrolu namirnica		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Damir Kozlek - Viši stručni suradnik u Centru za kontrolu namirnica		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X				
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X				
Radni stol je stabilan	X				
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
RADNI STOLAC			– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stolac stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Radni stolac udoban	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Nataša Krištafor - Viša stručna savjetnica u Centru za kontrolu namirnica		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Petra Pogačić - Savjetnica u Centru za kontrolu namirnica		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s		
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Nataša Cerovečki - Rukovoditeljica odjela u Centru za kontrolu namirnica		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Mandica-Tamara Tolić - Viša stručna suradnica u Centru za kontrolu namirnica		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Nikolina Combaj - Referentica		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Marija Janušić – Rukovoditeljica odjela u Centru za kontrolu namirnica		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Martina Rozić, Administrativna referentica		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA: Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta: – prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom – svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika – na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
Tipke i simboli lako čitljivi	X				
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			*Radnik nije tražio oslonac za noge.		
Radna površina ne bliješti	X				
Površina dovoljno prostrana	X				
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X				
Radni stol je stabilan	X				
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X				
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*			

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Karmen Živković, Savjetnica u Centru za kontrolu namirnica		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s		
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X				
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X				
Radni stol je stabilan	X				
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
RADNI STOLAC			– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stolac stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Radni stolac udoban	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Korana Jelavić – Voditeljica ureda za međunarodnu suradnju		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Margareta Tajs – Voditeljica jedinice u računovodstvu		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Nataša Tumara – Voditeljica službe za računovodstvene poslove		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s		
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Jelene Rožić – Voditeljica ureda za upravljanje kvalitetom		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
ZADOVOLJAVAJE			ZADOVOLJAVAJE		
DA			NE		
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC			*Radnik nije tražio oslonac za noge.		
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*			

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Marko Radoš – Voditelj službe za ljudske resurse		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA: Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta: – prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom – svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika – na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
Tipke i simboli lako čitljivi	X				
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			*Radnik nije tražio oslonac za noge.		
Radna površina ne bliješti	X				
Površina dovoljno prostrana	X				
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X				
Radni stol je stabilan	X				
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X				
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*			

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Ljerka Babić – Administrativni referent		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Gabrijela Prpić – Tehnička suradnica u službi za informatičke poslove		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Anita Vrtarić – Administrativna referentica		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Jasminka Mužinić – Knjižničarka		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA: Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta: – prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom – svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika – na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
Tipke i simboli lako čitljivi	X				
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA					
Radna površina ne bliješti	X				
Površina dovoljno prostrana	X				
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X				
Radni stol je stabilan	X				
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X				
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Vesna Deković – Voditeljica ureda za prijediplomske studije		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC			*Radnik nije tražio oslonac za noge.		
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*			

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Ana Đida – Računovodstvena referentica		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne blješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Maja Cipek – Voditeljica ureda za projekte		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Dijana Đuran – Knjižničarka		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA: Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta: – prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom – svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika – na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
Tipke i simboli lako čitljivi	X				
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA					
Radna površina ne bliješti	X				
Površina dovoljno prostrana	X				
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X				
Radni stol je stabilan	X				
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X				
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Iva Grabarić Andonovski – Urednica u časopisu		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Renata Bošnjir – Administrativna referentica		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Ivana Cerovec – Računovodstvena referentica		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Tibor Pandurović – Informatički referent		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Sandra Pleša Bebek – Voditeljica pravnih i općih poslova		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X				
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X				
Radni stol je stabilan	X				
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
RADNI STOLAC			– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stolac stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Radni stolac udoban	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Marina Marinović – Računovodstvena referentica		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Josipa Čmajne – Voditeljica u službi za računovodstvene poslove		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s		
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Niko Radović – Glavni tajnik fakulteta		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje blještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne blješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Anamarija Osenički – Voditeljica pododsjeka		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Maja Žmikić – Voditeljica odsjeka, tajnica glavnog tajnika i prodekana		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Matej Štignjedec – Voditelj skladišta		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Goranka Babić – Voditeljica odsjeka, tajnica dekana		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Mladen Sluganović – Voditelj službe za zaštitu na radu i zaštitu od požara		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Domagoj Štefanović – Administrator poslužitelja i mreža		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Jelena Viličić – Voditeljica knjižnice i čitaonice		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Nenad Vrtarić – Voditelj ekonomata		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA: Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta: – prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom – svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika – na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
Tipke i simboli lako čitljivi	X				
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			*Radnik nije tražio oslonac za noge.		
Radna površina ne bliješti	X				
Površina dovoljno prostrana	X				
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X				
Radni stol je stabilan	X				
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X				
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*			

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Mateja Jalušić – Voditeljica ureda za poslijediplomske studije		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Snježana Grgić – Voditeljica odsjeka pisarnice i arhive		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Zrinka Pongrac Habdija – Lektorica		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Mladen Galić – Referent u službi zaštite na radu i zaštite od požara		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s		
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X				
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X				
Radni stol je stabilan	X				
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
RADNI STOLAC			– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stolac stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Radni stolac udoban	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Ljilja Hadžalić – Administrativna referentica		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Ksenija Markov – Redovita profesorica		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Ana Bielen – Izvanredna profesorica		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Antonio Starčević – Redoviti profesor		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA: Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta: – prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom – svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika – na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
Tipke i simboli lako čitljivi	X				
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			*Radnik nije tražio oslonac za noge.		
Radna površina ne bliješti	X				
Površina dovoljno prostrana	X				
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X				
Radni stol je stabilan	X				
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X				
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*			

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Marina Svetec Miklenić – Izvanredna profesorica		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Andreja Leboš Pavunc – Izvanredna profesorica		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Grozdana Kuleš – Tehnička suradnica		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA: Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta: – prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom – svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika – na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
Tipke i simboli lako čitljivi	X				
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			*Radnik nije tražio oslonac za noge.		
Radna površina ne bliješti	X				
Površina dovoljno prostrana	X				
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X				
Radni stol je stabilan	X				
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X				
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*			

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Janko Diminić – Izvanredni profesor		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Jurica Žučko – Redoviti profesor		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA: Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta: – prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom – svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika – na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
Tipke i simboli lako čitljivi	X				
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			*Radnik nije tražio oslonac za noge.		
Radna površina ne bliješti	X				
Površina dovoljno prostrana	X				
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X				
Radni stol je stabilan	X				
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X				
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*			

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Bojan Žunar – Docent		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA: Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta: – prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom – svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika – na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
Tipke i simboli lako čitljivi	X				
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA					
Radna površina ne bliješti	X				
Površina dovoljno prostrana	X				
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X				
Radni stol je stabilan	X				
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X				
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Ivan Krešimir Svetec – Redoviti profesor		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA: Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta: – prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom – svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika – na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
Tipke i simboli lako čitljivi	X				
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA					
Radna površina ne bliješti	X				
Površina dovoljno prostrana	X				
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X				
Radni stol je stabilan	X				
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X				
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Lidija Šver – Redovita profesorica		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Jasna Novak – Redovita profesorica		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA: Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta: – prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom – svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika – na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
Tipke i simboli lako čitljivi	X				
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			*Radnik nije tražio oslonac za noge.		
Radna površina ne bliješti	X				
Površina dovoljno prostrana	X				
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X				
Radni stol je stabilan	X				
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X				
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*			

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Mario Novak – Izvanredni profesor		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Anita Slavica – Redovita profesorica		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Reno Hrašćan – Izvanredni profesor		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA: Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta: – prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom – svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika – na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
Tipke i simboli lako čitljivi	X				
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			*Radnik nije tražio oslonac za noge.		
Radna površina ne bliješti	X				
Površina dovoljno prostrana	X				
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X				
Radni stol je stabilan	X				
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X				
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*			

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Ksenija Durgo – Redovita profesorica		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA: Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta: – prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom – svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika – na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
Tipke i simboli lako čitljivi	X				
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			*Radnik nije tražio oslonac za noge.		
Radna površina ne bliješti	X				
Površina dovoljno prostrana	X				
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X				
Radni stol je stabilan	X				
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X				
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*			

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Tomislav Vladušić – Docent		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA: Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta: – prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom – svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika – na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
Tipke i simboli lako čitljivi	X				
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			*Radnik nije tražio oslonac za noge.		
Radna površina ne bliješti	X				
Površina dovoljno prostrana	X				
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X				
Radni stol je stabilan	X				
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X				
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*			

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Renata Teparić – Redovita profesorica		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA: Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta: – prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom – svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika – na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
Tipke i simboli lako čitljivi	X				
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			*Radnik nije tražio oslonac za noge.		
Radna površina ne bliješti	X				
Površina dovoljno prostrana	X				
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X				
Radni stol je stabilan	X				
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X				
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*			

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Vedranka Fajdetić – Voditeljica ispostave		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Ivana Kmetič – Redovita profesorica		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA: Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta: – prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom – svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika – na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
Tipke i simboli lako čitljivi	X				
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			*Radnik nije tražio oslonac za noge.		
Radna površina ne bliješti	X				
Površina dovoljno prostrana	X				
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X				
Radni stol je stabilan	X				
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X				
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*			

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Igor Stuparević – Izvanredni profesor		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Anet Režek Jambrak – Redovita rofesorica		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Blaženka Kos – Redovita profesorica		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA: Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta: – prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom – svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika – na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
Tipke i simboli lako čitljivi	X				
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA					
Radna površina ne bliješti	X				
Površina dovoljno prostrana	X				
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X				
Radni stol je stabilan	X				
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X				
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Ivana Rumora Samarin – Izvanredna profesorica		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Nives Marušić Radovčić – Izvanredna profesorica		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA: Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta: – prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom – svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika – na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
Tipke i simboli lako čitljivi	X				
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			*Radnik nije tražio oslonac za noge.		
Radna površina ne bliješti	X				
Površina dovoljno prostrana	X				
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X				
Radni stol je stabilan	X				
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X				
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*			

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Dijana Grgas – Docentica		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Dubravka Novotni – Redovita profesorica		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA: Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta: – prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom – svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika – na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
Tipke i simboli lako čitljivi	X				
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			*Radnik nije tražio oslonac za noge.		
Radna površina ne bliješti	X				
Površina dovoljno prostrana	X				
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X				
Radni stol je stabilan	X				
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X				
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*			

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Rajka Božanić – Redovita profesorica		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Tibor Janči – Docent		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA: Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta: – prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom – svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika – na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
Tipke i simboli lako čitljivi	X				
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			*Radnik nije tražio oslonac za noge.		
Radna površina ne bliješti	X				
Površina dovoljno prostrana	X				
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X				
Radni stol je stabilan	X				
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X				
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*			

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Danijela Bursać Kovačević – Izvanredna profesorica		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Nikolina Čukelj Mustać – Izvanredna profesorica		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne blješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Anica Bebek Markovinović – Asistentica		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA: Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta: – prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom – svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika – na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
Tipke i simboli lako čitljivi	X				
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			*Radnik nije tražio oslonac za noge.		
Radna površina ne bliješti	X				
Površina dovoljno prostrana	X				
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X				
Radni stol je stabilan	X				
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X				
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*			

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Ana Huđek Turković – Viša asistentica		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA:		
Tipke i simboli lako čitljivi	X		Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika		
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom		
Radna površina ne bliješti	X		Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada		
Površina dovoljno prostrana	X		Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:		
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X		– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom		
Radni stol je stabilan	X		– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika		
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X		– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Dora Pavić – Asistentica		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA: Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta: – prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom – svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika – na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
Tipke i simboli lako čitljivi	X				
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			*Radnik nije tražio oslonac za noge.		
Radna površina ne bliješti	X				
Površina dovoljno prostrana	X				
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X				
Radni stol je stabilan	X				
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X				
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*			

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Ana Slišković – Asistentica		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA: Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta: – prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom – svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika – na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
Tipke i simboli lako čitljivi	X				
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			*Radnik nije tražio oslonac za noge.		
Radna površina ne bliješti	X				
Površina dovoljno prostrana	X				
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X				
Radni stol je stabilan	X				
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X				
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*			

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Ana Kozina – Tehnička suradnica		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA: Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta: – prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom – svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika – na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
Tipke i simboli lako čitljivi	X				
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			*Radnik nije tražio oslonac za noge.		
Radna površina ne bliješti	X				
Površina dovoljno prostrana	X				
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X				
Radni stol je stabilan	X				
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X				
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*			

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Maja Valentić – Tehnička suradnica		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA: Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta: – prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom – svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika – na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
Tipke i simboli lako čitljivi	X				
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA					
Radna površina ne bliješti	X				
Površina dovoljno prostrana	X				
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X				
Radni stol je stabilan	X				
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X				
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Martina Bagović – Asistentica		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA: Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta: – prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom – svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika – na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
Tipke i simboli lako čitljivi	X				
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA			*Radnik nije tražio oslonac za noge.		
Radna površina ne bliješti	X				
Površina dovoljno prostrana	X				
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X				
Radni stol je stabilan	X				
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X				
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*			

MJESTO RADA S RAČUNALOM					
Ime i prezime i naziv radnog mjesta			Mia Radović – Asistentica		
Posao koji se obavlja na računalu i mjesto obavljanja poslova			Administrativni poslovi – Uredski prostor		
	ZADOVOLJAVA			ZADOVOLJAVA	
	DA	NE		DA	NE
ZASLON			RADNI OKOLIŠ		
Udaljenost zaslona od očiju radnika (min 500 mm)	X		Mjesto rada oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju	X	
Frekvencija osvježavanja slike zaslona	X		Na mjestu rada ima dovoljno slobodnog prostora	X	
Znakovi su dovoljno veliki i oštri	X		Izmjerena razina osvijetljenosti zadovoljava (> 500 lux)	X	
Osvijetljenost i kontrast su podesivi	X		Mjesto rada oblikovano da ne uzrokuje bliještanje i zrcaljenje	X	
Zaslon je pomičan (smjer i nagib)	X		Prozori imaju odgovarajuće zaslone (kapke)	X	
Postoji mogućnost prilagođavanja visine zaslona	X		Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne ometa rad i nije veća od 60 dB	X	
Na zaslonu nema odsjaja	X		Temperatura zraka u radom prostoru zadovoljava	X	
TIPKOVNICA			Brzina strujanja zraka manja od 0,2 m/s	X	
Srednja visine tipkovnice ne prelazi 30 mm	X		Mjesto rada postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika	X	
Kosina tipkovnice nije veća od 15 stupnjeva	X		Relativna vlažnost zraka zadovoljava	X	
Produžetak za šaku (ako je donji rub viši od 1,5cm)	X		Elektromagnetska zračenja u skladu sa propisima	X	
Tipkovnica slobodno pokretna po površini stola	X		PROGRAMSKA PODRŠKA		
Nema sjajnu površinu	X		Programska podrška zadovoljava uvjete radnih zadataka	X	
Razmještaj tipki odgovara ergonomskim zahtjevima	X		NAPOMENA: Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljeda ili oštećenja zdravlja radnika Radnik je osposobljen za rad na siguran način pri radu s računalom Radnik je obavio liječnički pregled kod specijaliste medicine rada Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta: – prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom – svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika – na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.		
Tipke i simboli lako čitljivi	X				
RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA					
Radna površina ne bliješti	X				
Površina dovoljno prostrana	X				
Ima dovoljno mjesta ispod stola za udobno sjedenje	X				
Radni stol je stabilan	X				
Držalo za predloške stabilno i podesivo	X				
RADNI STOLAC					
Radni stolac stabilan	X				
Radni stolac udoban	X				
Visina sjedala je podesiva	X				
Naslon za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini	X				
Oslonac za noge dovoljno visok i stabilan, bez skliske površine		X*	*Radnik nije tražio oslonac za noge.		

2.5. DODATNA PROCJENA RIZIKA NA MJESTIMA OBAVLJANJA POSLOVA

<i>Redni broj</i>	<i>Zajednički i radni pomoćni prostori</i>	<i>Lokacija</i>	<i>Opasnost</i>	<i>Izloženi radnici ili tehnološki procesi</i>	<i>Primijenjene mjere zaštite</i>	<i>Rizik</i>	<i>Predložene mjere</i>
1.	Podovi	Zagreb, Pierottijeva 6	Padovi u ravni	Svi radnici, posjetitelji i klijenti	Bez rupa, ne klizav	1	Opasna mjesta pravilno označiti
2.	Električna instalacija	Zagreb, Pierottijeva 6	Neizravni dodir	Svi radnici, posjetitelji i klijenti	Pregled instalacija	2	Održavanje instalacija
3.	Stepenice	Zagreb, Pierottijeva 6	Pad u dubinu (sa stepenica)	Svi radnici, posjetitelji i klijenti	Postavljeni rukohvati	1	Kontrola stanja podova i puteva
4.	Plinska instalacija	Zagreb, Pierottijeva 6	Eksplodije	Svi radnici, posjetitelji i klijenti	Instalacija pregledana i ispravna	1	Pregled plinske nepropusnosti u zakonskom roku
5.	Podovi	Zagreb, Kršnjavoga 25	Padovi u ravni	Svi radnici, posjetitelji i klijenti	Bez rupa, ne klizav	1	Opasna mjesta pravilno označiti
6.	Električna instalacija	Zagreb, Kršnjavoga 25	Neizravni dodir	Svi radnici, posjetitelji i klijenti	Pregled instalacija	2	Održavanje instalacija
7.	Stepenice	Zagreb, Kršnjavoga 25	Pad u dubinu (sa stepenica)	Svi radnici, posjetitelji i klijenti	Postavljeni rukohvati	1	Kontrola stanja podova i puteva
8.	Plinska instalacija	Zagreb, Kršnjavoga 25	Eksplodije	Svi radnici, posjetitelji i klijenti	Instalacija pregledana i ispravna	1	Pregled plinske nepropusnosti u zakonskom roku

<i>Redni broj</i>	<i>Zajednički i radni pomoćni prostori</i>	<i>Lokacija</i>	<i>Opasnost</i>	<i>Izloženi radnici ili tehnološki procesi</i>	<i>Primijenjene mjere zaštite</i>	<i>Rizik</i>	<i>Predložene mjere</i>
9.	Podovi	Zagreb, Kačićeva 30	Padovi u ravnini	Svi radnici, posjetitelji i klijenti	Bez rupa, ne klizav	1	Opasna mjesta pravilno označiti
10.	Električna instalacija	Zagreb, Kačićeva 30	Neizravni dodir	Svi radnici, posjetitelji i klijenti	Pregled instalacija	2	Održavanje instalacija
11.	Stepenice	Zagreb, Kačićeva 30	Pad u dubinu (sa stepenica)	Svi radnici, posjetitelji i klijenti	Postavljeni rukohvati	1	Kontrola stanja podova i puteva
12.	Plinska instalacija	Zagreb, Kačićeva 30	Eksplozije	Svi radnici, posjetitelji i klijenti	Instalacija pregledana i ispravna	1	Pregled plinske nepropusnosti u zakonskom roku
13.	Podovi	Zagreb, Kačićeva 23	Padovi u ravnini	Svi radnici, posjetitelji i klijenti	Bez rupa, ne klizav	1	Opasna mjesta pravilno označiti
14.	Električna instalacija	Zagreb, Kačićeva 23	Neizravni dodir	Svi radnici, posjetitelji i klijenti	Pregled instalacija	2	Održavanje instalacija
15.	Stepenice	Zagreb, Kačićeva 23	Pad u dubinu (sa stepenica)	Svi radnici, posjetitelji i klijenti	Postavljeni rukohvati	1	Kontrola stanja podova i puteva
16.	Plinska instalacija	Zagreb, Kačićeva 23	Eksplozije	Svi radnici, posjetitelji i klijenti	Instalacija pregledana i ispravna	1	Pregled plinske nepropusnosti u zakonskom roku

<i>Redni broj</i>	<i>Zajednički i radni pomoćni prostori</i>	<i>Lokacija</i>	<i>Opasnost</i>	<i>Izloženi radnici ili tehnološki procesi</i>	<i>Primijenjene mjere zaštite</i>	<i>Rizik</i>	<i>Predložene mjere</i>
17.	Podovi	Zagreb, Jagićeva 31	Padovi u ravnini	Svi radnici, posjetitelji i klijenti	Bez rupa, ne klizav	1	Opasna mjesta pravilno označiti
18.	Električna instalacija	Zagreb, Jagićeva 31	Neizravni dodir	Svi radnici, posjetitelji i klijenti	Pregled instalacija	2	Održavanje instalacija
19.	Stepenice	Zagreb, Jagićeva 31	Pad u dubinu (sa stepenica)	Svi radnici, posjetitelji i klijenti	Postavljeni rukohvati	1	Kontrola stanja podova i puteva
20.	Plinska instalacija	Zagreb, Jagićeva 31	Eksplozije	Svi radnici, posjetitelji i klijenti	Instalacija pregledana i ispravna	1	Pregled plinske nepropusnosti u zakonskom roku
21.	Podovi	Zadar, Petra Kasandrića 3	Padovi u ravnini	Svi radnici, posjetitelji i klijenti	Bez rupa, ne klizav	1	Opasna mjesta pravilno označiti
22.	Električna instalacija	Zadar, Petra Kasandrića 3	Neizravni dodir	Svi radnici, posjetitelji i klijenti	Pregled instalacija	2	Održavanje instalacija
23.	Stepenice	Zadar, Petra Kasandrića 3	Pad u dubinu (sa stepenica)	Svi radnici, posjetitelji i klijenti	Postavljeni rukohvati	1	Kontrola stanja podova i puteva

2.6. ZAKLJUČAK ANALIZE I PROCJENE PRIKUPLJENIH PODATAKA

Na temelju Zakona o zaštiti na te Pravilnika o izradi procjene rizika izrađena je Procjena rizika za sve poslove koji se obavljaju kod poslodavca.

Procjena rizika poslova koji se obavljaju kod poslodavca i mjesta rada gdje se poslovi obavljaju:

<i>Šifra poslova</i>	<i>Poslovi koji se obavljaju kod poslodavca</i>	<i>Mjesto rada</i>	<i>Procjena rizika poslova</i>
ZAVOD ZA KEMIJU I BIOKEMIJU			
01	Rukovodeći poslovi	Uredski prostor, prostor praktikuma	MALI
02	Administrativni poslovi	Uredski prostor, prostor praktikuma	MALI
03	Poslovi organizacije i kontrole radnika i radnog procesa	Svi prostori fakulteta	MALI
04	Poslovi nabave	Svi prostori fakulteta	MALI
05	Poslovi organiziranja nastave i praktične nastave	Uredski prostor, prostor laboratorija i praktikuma	MALI
06	Poslovi izvođenja nastave	Prostor predavaonica, praktikuma i laboratorija	MALI
07	Poslovi izvođenja praktične nastave	Prostor laboratorija i praktikuma	MALI
08	Pomoćni poslovi u praktičnoj nastavi	Prostor laboratorija i praktikuma	SREDNJI
09	Poslovi mentoriranja	Uredski prostor, prostor laboratorija i praktikuma	MALI
10	Poslovi laboratorijskih analiza i ispitivanja	Prostor laboratorija i praktikuma	SREDNJI
11	Poslovi znanstvenih istraživanja	Prostor laboratorija i praktikuma	MALI
12	Poslovi održavanja laboratorijske opreme	Prostor laboratorija i praktikuma	SREDNJI
13	Poslovi čišćenja prostora	Uredski prostor, prostor laboratorija	SREDNJI
14	Poslovi pranja laboratorijske opreme i suđa	Prostor laboratorija i praktikuma	SREDNJI
15	Poslovi dostave i prenošenja kemikalija i ostalih materijala	Svi prostori fakulteta, vanjski prostori fakulteta, javne površine	SREDNJI
ZAVOD ZA PROCESNO INŽENJERSTVO			
16	Rukovodeći poslovi	Uredski prostor, prostor praktikuma	MALI
17	Administrativni poslovi	Uredski prostor, prostor praktikuma	MALI
18	Poslovi organizacije i kontrole radnika i radnog procesa	Svi prostori fakulteta	MALI
19	Poslovi nabave	Svi prostori fakulteta	MALI
19	Poslovi organiziranja nastave i praktične nastave	Uredski prostor, prostor laboratorija i praktikuma	MALI

<i>Šifra poslova</i>	<i>Poslovi koji se obavljaju kod poslodavca</i>	<i>Mjesto rada</i>	<i>Procjena rizika poslova</i>
ZAVOD ZA PROCESNO INŽENJERSTVO			
20	Poslovi izvođenja nastave	Prostor predavaonica, praktikuma i laboratorija	MALI
21	Poslovi izvođenja praktične nastave	Prostor laboratorija i praktikuma	MALI
22	Pomoćni poslovi u praktičnoj nastavi	Prostor laboratorija i praktikuma	MALI
23	Poslovi mentoriranja	Uredski prostor, prostor laboratorija i praktikuma	MALI
24	Poslovi znanstvenih istraživanja	Prostor laboratorija i praktikuma	MALI
25	Poslovi održavanja laboratorijske opreme	Prostor laboratorija i praktikuma	SREDNJI
26	Poslovi čišćenja prostora	Uredski prostor, prostor laboratorija	SREDNJI
27	Poslovi pranja laboratorijske opreme i suđa	Prostor laboratorija i praktikuma	SREDNJI
28	Poslovi dostave i prenošenja kemikalija i ostalih materijala	Svi prostori fakulteta, vanjski prostori fakulteta, javne površine	SREDNJI
ZAVOD ZA POZNAVANJE I KONTROLU SIROVINA I PREHRAMBENIH PROIZVODA			
29	Rukovodeći poslovi	Uredski prostor, prostor laboratorija i praktikuma	MALI
30	Administrativni poslovi	Uredski prostor, prostor laboratorija i praktikuma	MALI
31	Poslovi organizacije i kontrole radnika i radnog procesa	Svi prostori fakulteta	MALI
32	Poslovi nabave	Svi prostori fakulteta, unutarnji i vanjski, prostori javnih površina	MALI
33	Poslovi organiziranja nastave i praktične nastave	Uredski prostor, prostor laboratorija i praktikuma	MALI
34	Poslovi izvođenja nastave	Prostor predavaonica, praktikuma i laboratorija	MALI
35	Poslovi izvođenja praktične nastave	Prostor laboratorija i praktikuma	MALI
36	Pomoćni poslovi u praktičnoj nastavi	Prostor laboratorija i praktikuma	MALI
37	Poslovi mentoriranja	Uredski prostor, prostor laboratorija i praktikuma	MALI
38	Poslovi laboratorijskih analiza i ispitivanja	Prostor laboratorija i praktikuma	SREDNJI
39	Poslovi znanstvenih istraživanja	Prostor laboratorija i praktikuma	MALI
40	Poslovi održavanja laboratorijske opreme	Prostor laboratorija i praktikuma	SREDNJI
41	Poslovi čišćenja prostora	Uredski prostor, prostor laboratorija	SREDNJI

<i>Šifra poslova</i>	<i>Poslovi koji se obavljaju kod poslodavca</i>	<i>Mjesto rada</i>	<i>Procjena rizika poslova</i>
ZAVOD ZA POZNAVANJE I KONTROLU SIROVINA I PREHRAMBENIH PROIZVODA			
42	Poslovi pranja laboratorijske opreme i suđa	Prostor laboratorija i praktikuma	SREDNJI
ZAVOD ZA BIOKEMIJSKO INŽENJERSTVO			
43	Rukovodeći poslovi	Uredski prostor	MALI
44	Administrativni poslovi	Uredski prostor, prostor laboratorija i praktikuma	MALI
45	Poslovi dostave i prenošenja kemikalija i ostalih materijala	Svi prostori fakulteta, vanjski prostori fakulteta, javne površine	SREDNJI
46	Poslovi organizacije i kontrole radnika i radnog procesa	Svi prostori fakulteta	MALI
47	Poslovi nabave	Svi prostori fakulteta, unutarnji i vanjski, prostori javnih površina	MALI
48	Poslovi organiziranja nastave i praktične nastave	Uredski prostor, prostor laboratorija i praktikuma	MALI
49	Poslovi izvođenja nastave	Prostor predavaonica, praktikuma i laboratorija	MALI
50	Poslovi izvođenja praktične nastave	Prostor laboratorija i praktikuma	MALI
51	Pomoćni poslovi u praktičnoj nastavi	Prostor laboratorija i praktikuma	MALI
52	Poslovi mentoriranja	Uredski prostor, prostor laboratorija i praktikuma	MALI
53	Poslovi laboratorijskih analiza i ispitivanja	Prostor laboratorija i praktikuma	SREDNJI
54	Poslovi znanstvenih istraživanja	Prostor laboratorija i praktikuma	MALI
55	Poslovi održavanja laboratorijske opreme	Prostor laboratorija i praktikuma	SREDNJI
56	Poslovi čišćenja prostora	Uredski prostor, prostor laboratorija	SREDNJI
57	Poslovi pranja laboratorijske opreme i suđa	Prostor laboratorija i praktikuma	SREDNJI
58	Poslovi dostave i prenošenja kemikalija i ostalih materijala	Svi prostori fakulteta, vanjski prostori fakulteta, javne površine	SREDNJI
ZAVOD ZA PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO			
59	Rukovodeći poslovi	Uredski prostor, prostor laboratorija i praktikuma	MALI
60	Administrativni poslovi	Uredski prostor, prostor laboratorija i praktikuma	MALI
61	Poslovi organizacije i kontrole radnika i radnog procesa	Svi prostori fakulteta	MALI
62	Poslovi nabave	Svi prostori fakulteta, unutarnji i vanjski, prostori javnih površina	MALI

<i>Šifra poslova</i>	<i>Poslovi koji se obavljaju kod poslodavca</i>	<i>Mjesto rada</i>	<i>Procjena rizika poslova</i>
ZAVOD ZA PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO			
63	Poslovi organiziranja nastave i praktične nastave	Uredski prostor, prostor laboratorija i praktikuma	MALI
64	Poslovi izvođenja nastave	Prostor predavaonica, praktikuma i laboratorija	SREDNJI
65	Poslovi izvođenja praktične nastave	Prostor laboratorija i praktikuma	SREDNJI
66	Pomoćni poslovi u praktičnoj nastavi	Prostor laboratorija i praktikuma	SREDNJI
67	Poslovi mentoriranja	Uredski prostor, prostor laboratorija i praktikuma	SREDNJI
68	Poslovi laboratorijskih analiza i ispitivanja	Prostor laboratorija i praktikuma	SREDNJI
69	Poslovi znanstvenih istraživanja	Prostor laboratorija i praktikuma	SREDNJI
70	Poslovi dostave i prenošenja kemikalija i ostalih materijala	Svi prostori fakulteta, vanjski prostori fakulteta, javne površine	SREDNJI
71	Poslovi održavanja laboratorijske opreme	Prostor laboratorija i praktikuma	SREDNJI
72	Poslovi čišćenja prostora	Uredski prostor, prostor laboratorija	SREDNJI
73	Poslovi pranja laboratorijske opreme i suđa	Prostor laboratorija i praktikuma	SREDNJI
74	Poslovi dostave i prenošenja kemikalija i ostalih materijala	Svi prostori fakulteta, vanjski prostori fakulteta, javne površine	SREDNJI
ZAVOD ZA OPĆE PROGRAME			
75	Rukovodeći poslovi	Uredski prostor	MALI
76	Administrativni poslovi	Uredski prostor	MALI
77	Poslovi organizacije i kontrole radnika i radnog procesa	Svi prostori fakulteta	MALI
78	Poslovi nabave	Svi prostori fakulteta, unutarnji i vanjski, prostori javnih površina	MALI
79	Poslovi organiziranja nastave	Uredski prostor	MALI
80	Poslovi izvođenja nastave	Prostor predavaonica, praktikuma i laboratorija	MALI
81	Poslovi mentoriranja	Uredski prostor	MALI
82	Poslovi laboratorijskih analiza i ispitivanja	Prostor laboratorija i praktikuma	SREDNJI
83	Poslovi znanstvenih istraživanja	Prostor laboratorija i praktikuma	MALI
84	Poslovi pranja laboratorijske opreme i suđa	Prostor laboratorija i praktikuma	MALI

<i>Šifra poslova</i>	<i>Poslovi koji se obavljaju kod poslodavca</i>	<i>Mjesto rada</i>	<i>Procjena rizika poslova</i>
ZAVOD ZA OPĆE PROGRAME			
85	Poslovi izvođenja nastave TZK	Prostor dvorane, prostor igrališta, javne površine	MALI
86	Poslovi dostave i prenošenja kemikalija i ostalih materijala	Svi prostori fakulteta, vanjski prostori fakulteta, javne površine	SREDNJI
JEDINICE OPĆIH POSLOVA			
87	Rukovodeći poslovi	Uredski prostor	MALI
88	Administrativni poslovi	Uredski prostor	MALI
89	Poslovi organizacije i kontrole radnika i radnog procesa	Svi prostori fakulteta	MALI
90	Poslovi nabave	Uredski prostor, svi prostori fakulteta, unutarnji i vanjski, prostori javnih površina	MALI
91	Poslovi savjetovanja	Uredski prostor, druge ustanove	MALI
92	Pravni poslovi	Uredski prostor, druge ustanove	MALI
93	Financijsko računovodstveni poslovi	Uredski prostor	MALI
94	Knjižničarsko poslovi	Prostor knjižnice	MALI
96	Poslovi lektoriranja	Uredski prostor	MALI
97	Poslovi pripreme časopisa	Uredski prostor	MALI
98	Poslovi zaštite na radu i zaštite od požara	Uredski prostori, svi prostori fakulteta	MALI
99	Informatički poslovi	Uredski prostor, druge ustanove	MALI
100	Poslovi skladištenja	Prostor skladišta	SREDNJI
101	Električarski poslovi	Svi prostori fakulteta	VELIKI
102	Poslovi zavarivanja	Prostor radionice	SREDNJI
103	Poslovi rukovanja kotlovnicom	Prostor kotlovnice	VELIKI
104	Poslovi montaže, demontaže i popravaka inventara	Svi prostori fakulteta	SREDNJI
105	Poslovi održavanja i popravka radne opreme	Svi prostori fakulteta	SREDNJI
106	Poslovi dostave	Javne prometnice	SREDNJI
107	Poslovi instalacije vodovodnih i odvodnih instalacija	Svi prostori fakulteta	VELIKI
108	Soboslikarčki i ličilački poslovi	Svi prostori fakulteta	VELIKI
109	Podopolagački poslovi	Svi prostori fakulteta	VELIKI

<i>Šifra poslova</i>	<i>Poslovi koji se obavljaju kod poslodavca</i>	<i>Mjesto rada</i>	<i>Procjena rizika poslova</i>
JEDINICE OPĆIH POSLOVA			
110	Pomoćni poslovi	Svi prostori fakulteta	VELIKI
111	Poslovi održavanja zelenih površina	Vanjski prostori fakulteta	VELIKI
112	Poslovi čišćenja i održavanja prostora fakulteta	Svi prostori fakulteta	SREDNJI
113	Poslovi čišćenja i održavanja prostora radionice	Prostor radionice	SREDNJI
114	Poslovi čišćenja prostora	Uredski prostor, prostor laboratorija	SREDNJI
115	Poslovi dostave i prenošenja kemikalija i ostalih materijala	Svi prostori fakulteta, vanjski prostori fakulteta, javne površine	SREDNJI
CENTRI			
116	Rukovodeći poslovi	Uredski prostor	MALI
117	Administrativni poslovi	Uredski prostor, prostor la	MALI
118	Poslovi organizacije i kontrole radnika i radnog procesa	Svi prostori fakulteta	MALI
119	Poslovi nabave	Uredski prostor, svi prostori fakulteta, unutarnji i vanjski, prostori javnih površina	MALI
120	Poslovi kemijskih ispitivanja	Prostor laboratorija	SREDNJI
121	Pravni mikrobioloških ispitivanja	Prostor laboratorija	SREDNJI
122	Poslovi kontrole kvalitete	Prostor laboratorija	SREDNJI
123	Poslovi laboratorijskih analiza i ispitivanja	Prostor laboratorija	SREDNJI
124	Poslovi znanstvenih istraživanja	Prostor laboratorija	MALI
125	Poslovi održavanja laboratorijske opreme	Prostor laboratorija	SREDNJI
126	Poslovi čišćenja i održavanja prostora ureda	Uredski prostor	SREDNJI
127	Poslovi čišćenja prostora	Uredski prostor, prostor laboratorija	SREDNJI
128	Poslovi pranja laboratorijske opreme i suđa	Prostor laboratorija	SREDNJI
129	Poslovi dostave i prenošenja kemikalija i ostalih materijala	Svi prostori fakulteta, vanjski prostori fakulteta, javne površine	SREDNJI
130	Poslovi uzrokovanja i dostave uzoraka	Prostori drugih poslodavaca, javne površine	SREDNJI

3. PLAN MJERA ZA UKLANJANJE ODNOSNO SMANJIVANJE RAZINE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA

Provedena analiza postojećeg stanja, analize ozljeda, određivanje razine rizika i utvrđivanje propusta u primjeni osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu, rezultirale su određenim zahtjevima za poduzimanje mjera za uklanjanje, odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora.

Metode izračunavanja rizika dale su vrijednosti koje služe za određivanje prioriteta u izrađivanju plana mjera. Uz svaku mjeru koju poslodavac treba poduzeti, naznačen je rok do kojeg je treba provesti, te odgovorne osobe za provedbu i kontrolu nad provedbom određene mjere glede rokova i kakvoće.

Plan mjera za uklanjanje, odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora sadrži primjenu osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu, kao i drugih mjera koje se moraju primijeniti odnosno poduzeti sa svrhom da se opasnosti, štetnosti i napori otklone, odnosno smanje na najmanju moguću mjeru.

Poslodavac periodički preispituje provedbu plana mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora te ocjenjuje učinkovitost planiranih i provedenih mjera sa svrhom upravljanja rizicima, njihovog smanjivanja te osiguranja više razine sigurnosti i zaštite zdravlja na mjestu rada.

Redni broj	Plan mjera koje je potrebno poduzeti u što kraćem roku	
1.	Radnike koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada u skladu s člankom 3. Pravilnika o poslovima o posebnim uvjetima rada (N.N. 5/84.) uputiti na liječnički pregled kod specijaliste medicine rada.	
	Odgovoran	Dekan, ovlaštenici poslodavca
	Otkloniti do	odmah
	Način kontrole	Stručnjaci zaštite na radu

Redni broj	Plan mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora	
1.	Poslodavac je obavezan osigurati da radniku budu dostupni: 1) procjena rizika za mjesto rada i poslove koji se na njemu obavljaju 2) upute za rad na siguran način za mjesto rada i poslove koji se na njemu obavljaju 3) pisani dokaz o osposobljenosti radnika za rad na siguran način 4) obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada 5) zapisnik o ispitivanju radne opreme	
	Odgovoran	Dekan, ovlaštenici poslodavca
	Otkloniti do	trajno
	Način kontrole	Stručnjaci zaštite na radu
2.	Poslodavac je dužan voditi evidencije iz zaštite na radu: - zapisnik o osposobljavanju radnika za rad na siguran način (ZOS obrazac) - evidencijski karton radnika koji su se na radu ozlijedili te o radnicima koji su na radu oboljeli.	
	Odgovoran	Dekan
	Otkloniti do	trajno
	Način kontrole	Stručnjaci zaštite na radu
3.	Poslodavac je dužan čuvati: - tehničku dokumentaciju za objekt ili dio objekta koji koristi - upute o načinu korištenja radne opreme - isprave o obavljenim ispitivanjima	
	Odgovoran	Dekan, ovlaštenici poslodavca
	Otkloniti do	trajno
	Način kontrole	Stručnjaci zaštite na radu
4.	Poslodavac je dužan voditi: - isprave i evidencije sukladno čl. 61. Zakona o zaštiti na radu	
	Odgovoran	Dekan, ovlaštenici poslodavca
	Otkloniti do	trajno
	Način kontrole	Stručnjaci zaštite na radu
5.	Na svim mjestima rada moraju se osigurati upute o postupcima i sredstvima za sprečavanje ozljeđivanja (pravila sigurnosti), način pružanja prve pomoći.	
	Odgovoran	Dekan, ovlaštenici poslodavca
	Otkloniti do	trajno
	Način kontrole	Stručnjaci zaštite na radu

Redni broj	Plan mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora	
6.	Izraditi program osposobljavanja radnika za rad na siguran način.	
	Odgovoran	Dekan, ovlaštenici poslodavca
	Otkloniti do	trajno
	Način kontrole	Stručnjaci zaštite na radu
7.	Utvrđiti pravilnikom ili drugim aktom organizaciju provedbe zaštite na radu te prava, obveze i odgovornosti ovlaštenika i radnika.	
	Odgovoran	Dekan, ovlaštenici poslodavca
	Otkloniti do	trajno
	Način kontrole	Stručnjaci zaštite na radu
8.	Radnu opremu redovito čistiti i održavati.	
	Odgovoran	Radnici
	Otkloniti do	trajno
	Način kontrole	Stručnjaci zaštite na radu
9.	Održavanje slobodnih putova evakuacije.	
	Odgovoran	Radnici
	Otkloniti do	trajno
	Način kontrole	Stručnjaci zaštite na radu
10.	Održavati red i čistoću na mjestima rada.	
	Odgovoran	Radnici
	Otkloniti do	trajno
	Način kontrole	Stručnjaci zaštite na radu
11.	Oštećene kablove, utičnice, sklopke i dr. zamijeniti novim.	
	Odgovoran	Dekan, ovlaštenici poslodavca
	Otkloniti do	prema potrebi
	Način kontrole	Stručnjaci zaštite na radu

Redni broj	Plan mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora	
12.	Redovito pregledavati i ispitivati vatrogasne aparate.	
	Odgovoran	Dekan, ovlaštenici poslodavca
	Otkloniti do	u zakonskom roku
	Način kontrole	Stručnjaci zaštite na radu
13.	Sve novoprimljene i radnike koji nisu osposobiti za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugrožene požarom.	
	Odgovoran	Dekan
	Otkloniti do	trajno
	Način kontrole	Stručnjaci zaštite na radu
14.	Organizirati čišćenje ukoliko dođe do onečišćenja ili prolijevanja odgovarajućim sredstvima za čišćenje.	
	Odgovoran	Radnici
	Otkloniti do	prema potrebi
	Način kontrole	Stručnjaci zaštite na radu
15.	Pri obavljanju radnih zadataka potrebno je pridržavati se uputa za rad na siguran i propisan način.	
	Odgovoran	Radnici
	Otkloniti do	trajno
	Način kontrole	Stručnjaci zaštite na radu
16.	Postavljanje pisanih uputa za siguran rad.	
	Odgovoran	Dekan
	Otkloniti do	trajno
	Način kontrole	Stručnjaci zaštite na radu
17.	Postavljanje ploču upozorenja.	
	Odgovoran	Dekan
	Otkloniti do	trajno
	Način kontrole	Stručnjaci zaštite na radu

Redni broj	Plan mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora	
18.	Osposobljavanje dovoljnog broja radnika za pružanje prve pomoći na mjestu rada.	
	Odgovoran	Dekan, ovlaštenici poslodavca
	Otkloniti do	trajno
	Način kontrole	Stručnjaci zaštite na radu
19.	Ormariće prve pomoći stalno držati popunjenim sanitetskim materijalom.	
	Odgovoran	Dekan, ovlaštenici poslodavca
	Otkloniti do	trajno
	Način kontrole	Stručnjaci zaštite na radu
20.	Osposobljavanje novoprimljenih i radnika koji nisu osposobljeni za rad na siguran način.	
	Odgovoran	Dekan, ovlaštenici poslodavca
	Otkloniti do	u zakonskom roku
	Način kontrole	Stručnjaci zaštite na radu
21.	Postavljanje uputa za postupak s ozlijeđenim ili oboljelim radnikom do pružanja hitne medicinske pomoći.	
	Odgovoran	Dekan, ovlaštenici poslodavca
	Otkloniti do	u zakonskom roku
	Način kontrole	Stručnjaci zaštite na radu
22.	Poslodavac je dužan savjetovati se s radnicima i njihovim predstavnicima o mjerama za osiguranje sigurnosti i zdravlja pri radu i o poduzetim mjerama pravovremeno izvještavati.	
	Odgovoran	Dekan, ovlaštenici poslodavca
	Otkloniti do	trajno
	Način kontrole	Stručnjaci zaštite na radu
23.	Radnika prije početka rada obavijestiti o svim činjenicama i okolnostima koje utječu ili bi mogle utjecati na sigurnost i zdravlje radnika vezanih uz obavljanje poslova.	
	Odgovoran	Dekan, ovlaštenici poslodavca
	Otkloniti do	u zakonskom roku
	Način kontrole	Stručnjaci zaštite na radu

Redni broj	Plan mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora	
24.	Ispitivanje elektroinstalacija.	
	Odgovoran	Dekan, ovlaštenici poslodavca
	Otkloniti do	u zakonskom roku
	Način kontrole	Stručnjaci zaštite na radu
25.	Ispitivanje čimbenika radnog okoliša.	
	Odgovoran	Dekan, ovlaštenici poslodavca
	Otkloniti do	u zakonskom roku
	Način kontrole	Stručnjaci zaštite na radu
26.	Radnike koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada u skladu s člankom 3. Pravilnika o poslovima o posebnim uvjetima rada uputiti na liječnički pregled kod specijaliste medicine rada.	
	Odgovoran	Dekan, ovlaštenici poslodavca
	Otkloniti do	u zakonskom roku
	Način kontrole	Stručnjaci zaštite na radu
27.	Treba nastaviti sa provođenjem propisanih mjera za uklanjanje, odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora.	
	Odgovoran	Dekan, ovlaštenici poslodavca
	Otkloniti do	trajno
	Način kontrole	Stručnjaci zaštite na radu

Redni broj	Prijedlog mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje rizika pri ručnom rukovanju teretom
28.	Vrijednosti rezultata procjene izravno ukazuju na pitanja kojima je potrebno obratiti pažnju, odnosno na probleme koje treba razmotriti te ih na najučinkovitiji način ukloniti. Primjerice, to podrazumijeva organizacijske mjere u slučaju visokog vremenskog opterećenja, smanjenje težine tereta ili korištenje uređaja za podizanje u slučaju visokih vrijednosti za težinu tereta, kao i oblikovanje samog mjesta rada u slučaju visokih vrijednosti za položaj tijela. Preventivne mjere Na temelju utvrđenog rizika potrebno je predlagati mjere slijedeći priznatu hijerarhiju preventivnih mjera. Eliminacija rizika zbog ručnog rukovanja teretom postiže se promjenom radnog procesa, na primjer umjesto da radnik nosi, teret se prevozi ili prenosi transportnim sredstvima. Tehničke mjere poduzimaju se kada nije moguće u potpunosti eliminirati ručno rukovanje teretom. One služe kako bi se smanjio rizik, a obuhvaćaju npr. korištenje uređaja, kolica, vakuum uređaja, podiznih ploča, pokretnih traka, vilica i sl. Organizacijske mjere poduzimaju se kada eliminacija ili smanjenje rizika zbog ručnog rukovanja teretom tehničkim mjerama nije moguće. Smanjenje rizika organizacijskim mjerama postiže se primjerice: - smanjenjem težine pojedinačnog tereta na prihvatljivu vrijednost, - uključivanjem većeg broja radnika u obavljanje radnog zadatka, - raspodjelom težine tereta u dva ili više pakiranja, - povlačenjem predmeta umjesto nošenjem, guranjem umjesto povlačenjem, - promjenom rasporeda radnog prostora, - smanjenjem horizontalne i vertikalne udaljenosti pri podizanju ili smanjenjem duljine puta pri nošenju, guranju ili povlačenju, - izmjenjivanjem teških zadataka s lakšim kako bi se spriječila akumulacija umora, - smanjivanjem broja naglih pokreta tijela pri rukovanju teretom, - smanjenjem ritma rada i poboljšanjem uvjeta radnog okoliša, - uvođenjem ergonomske uređenja radnog mjesta i ispravnog načina rada ako je moguće, - organiziranjem radnog mjesta na takav način da se spriječi obavljanje radnih operacija zakretanjem trupa; na primjer, postavljanje stolova jednog pored drugog, umjesto u L-oblik, prisiljava radnike da učine par koraka umjesto da zakreću trup, - dodjeljivanjem više vremena za zadatke koji uključuju ponavljanje, što smanjuje broj ponavljajućih pokreta i omogućava češće stanke u radu, - rotiranjem radnika na radnim mjestima sa visokim brojem ponavljajućih pokreta.

Redni broj	Prijedlog mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje rizika pri ručnom rukovanju teretom	
	Obuka radnika	
	Obuka i informiranje radnika zakonska je obveza poslodavca. Poslodavac mora osigurati da radnici i/ili njihovi predstavnici dobiju informacije o karakteristikama tereta i drugim čimbenicima koji utječu na sigurnost rada te po mogućnosti precizne podatke o težini, težištu, veličini i obliku tereta, mogućnosti slučajnog i nepredvidljivog kretanja itd. Poslodavac mora osigurati da radnici i/ili njihovi predstavnici budu obučeni za rad koji uključuje ručno rukovanje teretom da bi obavljali zadatak na siguran način te bili upoznati s posljedicama koje mogu nastati ako se zadaci ne izvode ispravno. Obuka radnika mora obuhvatiti sve aspekte radnog zadatka koji zahtijeva ručno rukovanje teretom. To podrazumijeva pripremu obavljanja radnog zadatka ili radne operacije te sam način izvođenja.	
	Odgovoran	Dekan, ovlaštenici poslodavca
	Otkloniti do	trajno
	Način kontrole	Stručnjaci zaštite na radu

4. DOKUMENTIRANJE PROCJENE RIZIKA

4.1. POPIS PODATAKA NA TEMELJU KOJIH JE IZRAĐENA PROCJENA RIZIKA

	POPIS PODATAKA
X	Pravilnik o zaštiti na radu
X	Pravilnik o zaštiti od požara
X	Akt poslodavca o popisu i opisu poslova
X	Analiza radnih mjesta radi utvrđivanja poslova koji se obavljaju
X	Analiza poslova radi utvrđivanja vrste i opsega opasnosti, štetnosti i napora, te potrebnih mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora
X	Podaci iz ispitnog lista koji su dobiveni tijekom obilaska mjesta rada i izvršenog intervjua radnika glede izloženosti opasnostima, štetnostima i naporima na mjestima rada
X	Analiza poslova koji se obavljaju s računalom i drugom opremom
X	Podaci o radnicima raspoređenim na poslove s posebnim uvjetima rada
X	Upute i oznake za rukovanje radnom opremom
X	Upute za rad na siguran način za mjesto rada i poslove koji se na njemu obavljaju
X	Upute i oznake za rad s opasnim kemikalijama, biološkim štetnostima, izvorima zračenja i drugim izvorima opasnosti i štetnosti
X	Podaci o opasnim kemikalijama dobivenim od proizvođača
	Evidencija o radnicima koji su na radu oboljeli te radnicima koji su se na radu ozlijedili i o izvorima i uzrocima tih ozljeda
	Izvješća upućena tijelima inspekcije rada o smrtnim, skupnim i teškim ozljedama, slučajevima profesionalnih bolesti te o poremećajima u procesu rada, koji su mogli izazvati štetne posljedice po sigurnost i zdravlje radnika

	POPIS PODATAKA
	Izvješća o ozljedama na radu upućenih hrvatskom zavodu za Zdravstveno osiguranje
	Zapisnici o nadzoru tijela inspekcije rada
X	Zapisnici o ispitivanju radne opreme i postrojenja
X	Zapisnici o ispitivanju elektro instalacija i postrojenja
X	Zapisnici o ispitivanju sustava zaštite od munje
X	Zapisnici o ispitivanju čimbenika radnog okoliša
X	Uvjerenja i zapisnici o ispitivanju stabilnih sustava za dojavu, gašenje i sprečavanje širenja požara
	Zapisnik (kontrolna knjiga) o redovnom pregledu i održavanju ložišta i dimovodnih sustava
	Zapisnik (kontrolna knjiga) o redovnoj kontroli zaštite od statičkog elektriciteta
	Dokumentacija o poslovima na kojima se staž osigurava s povećanim trajanjem
X	Odluke poslodavca

4.2. PRIMJENJENI PROPISI PRI IZRADI PROCJENE RIZIKA

	VRSTA DOKUMETA I IZDANJE	
X	Zakon o zaštiti na radu	„Narodne novine“, broj 71/14,118/14, 94/18 i 96/18
X	Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu	„Narodne novine“, broj 126/19
X	Pravilnik o izradi procjene rizika	„Narodne novine“, broj 112/14 i 129/19
X	Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme	„Narodne novine“. broj 16/16, 120/22
X	Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša	„Narodne novine“, broj 16/16, 120/22
X	Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada	„Narodne novine“, broj 105/20
X	Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme	„Narodne novine“, broj 5/21
X	Popis hrvatskih normi za osobnu zaštitnu opremu	„Narodne novine“, broj 110/09
X	Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i radnice koja doji	„Narodne novine“, broj 91/15
X	Pravilnik o sigurnosnim znakovima	„Narodne novine“, broj 91/15,102/15 i 61/16
X	Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu	„Narodne novine“, broj 56/83
X	Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada	„Narodne novine“, broj 5/84
X	Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita	„Narodne novine“, broj 142/21
X	Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače	„Narodne novine“, broj 137/15, 132/17. i 10/20.)
X	Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme	„Narodne novine“, broj 18/17
	Pravilnik o načinu provođenja i mjerama zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima	„Narodne novine“, broj 39/20
X	Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom	„Narodne novine“, broj 88/12

	VRSTA DOKUMETA I IZDANJE	
X	Zakon o zaštiti od požara	„Narodne novine“, broj 92/10, 114/22
X	Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima	„Narodne novine“, broj 108/95 i 56/10
X	Pravilnik o vatrogasnim aparatima	„Narodne novine“, broj 101/11 i 74/13
X	Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom	„Narodne novine“, broj 93/98, 116/07 i 141/08
	Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta	Službeni list broj 62/73
	Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja	„Narodne novine“, broj 146/05
	Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima	„Narodne novine“, broj 93/08
	Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata	„Narodne novine“, broj 100/99
	Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu	„Narodne novine“, broj 117/07
X	Pravilnik o zapaljivim tekućinama	„Narodne novine“, broj 54/99
	Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja	„Narodne novine“, broj 70/2017
	Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladištenja eksplozivnih tvari	„Narodne novine“, broj 26/09, 41/09, 66/10 i 70/17
	Pravilnik o uvjetima i načinu proizvodnje eksplozivnih tvari	„Narodne novine“, broj 55/09 i 70/17
	Pravilnik o stručnom osposobljavanju osoba za rukovanje eksplozivnim tvarima	„Narodne novine“, broj 134/08, 97/10 i 70/17
X	Zakon o kemikalijama	„Narodne novine“, broj 18/13, 115/18 i 37/20
	Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima	„Narodne novine“, broj 91/18. i 1/21
	Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija	„Narodne novine“, broj 99/13, 157/13 i 122/14
	Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija	„Narodne novine“, broj 99/13
	Pravilnik o skladištenju opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina	„Narodne novine“, broj 91/13

	VRSTA DOKUMETA I IZDANJE	
	Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja	„Narodne novine“, broj 91/10
	Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti	„Narodne novine“, broj 141/13, 39/15 i 130/17
	Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem	„Narodne novine“, broj 115/18, 34/21
	Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave	„Narodne novine“, broj 145/04, 46/08 i 30/09
X	Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu	„Narodne novine“, broj 46/08
	Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu	„Narodne novine“, broj 155/08 i 71/14
X	Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim štetnostima na radu	„Narodne novine“, broj 129/20
X	Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu	„Narodne novine“, broj 73/21
	Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenih pregleda noćnih radnika	„Narodne novine“, broj 112/13. i 32/15.

5. PRILOZI

5.1. SIGURNOSNI PODACI IZVORA FIZIKALNIH ŠTETNOSTI, KEMIKA LIJA, ODNOSNO BIOLOŠKIH AGENSA KOJI SE KORISTE

Fizikalne štetnosti

Štetnost	Izvori fizikalnih štetnosti	Intenzitet
- buka	- prilikom rada, radna oprema	- nije mjereno
- vibracije	- prilikom rada, radna oprema	- nije mjereno
- nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti	- pojačano strujanje zraka	- sukladno zapisniku o ispitivanju čimbenika radnog okoliša
- osvijetljenost	- prilikom rada	- sukladno zapisniku o ispitivanju čimbenika radnog okoliša

Biološke štetnosti

Popis	Rizična skupina (2,3,4)	Zasebna oznaka (A, D, T, V)
- coronavirus	3	-
- eschecherichia coli	2	/
- salmonela typhi	2	/
- enterococcus fecalis	2	/
- virus gripe	2	/
- clostridium tetani	2	T, V
- listeria monocytogenes	2	-
- tineia unguium	2	-
- tineia pedis	2	-
- borrelia burgdorferi	2	-

Kemijske štetnosti

Proizvod	Prosječna godišnja potrošnja	Dostupnost STL-a	Identifikacija opasnosti
Aceton	Prema potrebi	DA	
Amonijak	Prema potrebi	DA	
Amonij oksalat monohidrat	Prema potrebi	DA	-
1% Amonijumoksalat	Prema potrebi	DA	-
Amonij-željezo (II)- sulfat-heksahidrat	Prema potrebi	DA	-
Aluminij oksid(Al_2O_3)	Prema potrebi	DA	-
Bakaretilendiamin	Prema potrebi	DA	
Bakar(II)-hidroksid	Prema potrebi	DA	

Kemijske štetnosti

Proizvod	Prosječna godišnja potrošnja	Dostupnost STL-a	Identifikacija opasnosti
Bakar(II)-sulfat- pentahidrat	Prema potrebi	DA	 
Barij-klorid-dihidrat	Prema potrebi	DA	-
Barij-nitrat	Prema potrebi	DA	-
Benzen p.a.	Prema potrebi	DA	  
Borna kiselina	Prema potrebi	DA	
1,2,3,4- Butanetetrakarboksil na kiselina	Prema potrebi	DA	-
Ceres blau GN (bojilo)	Prema potrebi	DA	-
Cink- klorid, dim	Prema potrebi	DA	  
Cink oksid (ZnO)	Prema potrebi	DA	

Kemijske štetnosti

Proizvod	Prosječna godišnja potrošnja	Dostupnost STL-a	Identifikacija opasnosti
Cink- sulfat- heptahidrat	Prema potrebi	DA	-
D.E.R. TM 332 (epoksi smola)	Prema potrebi	DA	-
D-(+)-Glukoza, bezvodna	Prema potrebi	DA	-
D-(+)-Glukoza, monohidrat	Prema potrebi	DA	-
Metilen-klorid (diklormetan)	Prema potrebi	DA	
N,N-Dimetilformamid	Prema potrebi	DA	
Etanol	Prema potrebi	DA	
Fehling I reagens	Prema potrebi	DA	-
Fehling II reagens	Prema potrebi	DA	-
Fenol	Prema potrebi	DA	

Kemijske štetnosti

Proizvod	Prosječna godišnja potrošnja	Dostupnost STL-a	Identifikacija opasnosti
Fenolftalein	Prema potrebi	DA	-
Feroin induk. otopina	Prema potrebi	DA	-
Fosfatna kiselina	Prema potrebi	DA	
Glicerol	Prema potrebi	DA	-
GLYMO (3-glicidiloksipropiltrimetkosisilan)	Prema potrebi	DA	-
Heksametildisiloxan e (HMDSO)	Prema potrebi	DA	-
Jod, listići	Prema potrebi	DA	-
Kalcij -hidroksid	Prema potrebi	DA	-
Kalcij-klorid, bezvodni	Prema potrebi	DA	
Kalij-acetat	Prema potrebi	DA	-

Kemijske štetnosti

Proizvod	Prosječna godišnja potrošnja	Dostupnost STL-a	Identifikacija opasnosti
Kalij-dihidrogenfosfat	Prema potrebi	DA	-
Kalij-hidrogenfosfat	Prema potrebi	DA	-
Kalij klorat	Prema potrebi	DA	-
Kalij-klorid	Prema potrebi	DA	-
Kalij-dikromat	Prema potrebi	DA	
Kalij-heksacijanoferat(III)	Prema potrebi	DA	-
Kalij-Hidroksid, kaustična potaša	Prema potrebi	DA	
Kalij-Jodid	Prema potrebi	DA	-
Kalij-karbonat	Prema potrebi	DA	
Kalij-permanganat	Prema potrebi	DA	-

Kemijske štetnosti

Proizvod	Prosječna godišnja potrošnja	Dostupnost STL-a	Identifikacija opasnosti
Kloridna kiselina	Prema potrebi	DA	
Kromsulfatna kiselina	Prema potrebi	DA	
L-histidin- Monohidroklorid- monohidrat	Prema potrebi	DA	-
Limunska kiselina	Prema potrebi	DA	
Merck reagensi za određivanje količine amonijaka	Prema potrebi	DA	-
Metanol	Prema potrebi	DA	
Metilensko modriilo	Prema potrebi	DA	-
Mravlja kiselina	Prema potrebi	DA	
n-heksadekan	Prema potrebi	DA	

Kemijske štetnosti

Proizvod	Prosječna godišnja potrošnja	Dostupnost STL-a	Identifikacija opasnosti
n-tetradekan	Prema potrebi	DA	-
n-dodekan	Prema potrebi	DA	-
n-dekan	Prema potrebi	DA	-
n-oktan	Prema potrebi	DA	-
n-heptan	Prema potrebi	DA	
n-Kaydol	Prema potrebi	DA	-
Natrij bisulfit, reagens	Prema potrebi	DA	-
Natrij- dihidrogenfosfat- dihidrat	Prema potrebi	DA	-
Natrij-hidrogenfosfat- dihidrat	Prema potrebi	DA	-

Kemijske štetnosti

Proizvod	Prosječna godišnja potrošnja	Dostupnost STL-a	Identifikacija opasnosti
Natrij- hidroksid (kaustična soda)	Prema potrebi	DA	
Natrij hipofosfit- hidrat	Prema potrebi	DA	-
Natrij- karbonat	Prema potrebi	DA	
Natrij- karbonat- dekahidrat	Prema potrebi	DA	
Natrij- klorid	Prema potrebi	DA	-
Natrij klorit 80%	Prema potrebi	DA	
Natrij-tiosulfat- pentahidrat	Prema potrebi	DA	-
Nitratna kiselina	Prema potrebi	DA	
Octena kiselina	Prema potrebi	DA	
Olovo acetat	Prema potrebi	DA	-

Kemijske štetnosti

Proizvod	Prosječna godišnja potrošnja	Dostupnost STL-a	Identifikacija opasnosti
Parafinsko uje	Prema potrebi	DA	-
Petroleter 40-70°C	Prema potrebi	DA	   
Piridin	Prema potrebi	DA	 
Srebrov-nitrat	Prema potrebi	DA	-
Sukcinska kiselina Jantarna kiselina	Prema potrebi	DA	-
Sulfatna kiselina	Prema potrebi	DA	
Titan dioksid (TiO ₂)	Prema potrebi	DA	-
TEOS (Tetraetilortosilikat)	Prema potrebi	DA	 
Tetrakloretilen (PER)	Prema potrebi	DA	  
Toluen	Prema potrebi	DA	  

Kemijske štetnosti

Proizvod	Prosječna godišnja potrošnja	Dostupnost STL-a	Identifikacija opasnosti
Ugljen aktivni	Prema potrebi	DA	-
Ulje cedrovo	Prema potrebi	DA	-
Urea	Prema potrebi	DA	-
Zeljezo(II)-sulfat- heptahidrat	Prema potrebi	DA	-
Nezasićena poliesterska smola AROPOL™ G102 TB	Prema potrebi	DA	
Nezasićena poliesterska smola AROPOL™ M105 TB	Prema potrebi	DA	
Izododekan	Prema potrebi	DA	
Butanox® M-50 (etil -metil- keton peroksid, otopina u dimetil-ftalatu 131- 11-3) otvrdnjivač	Prema potrebi	DA	
Acetanhidrid	Prema potrebi	DA	

Kemijske štetnosti

Proizvod	Prosječna godišnja potrošnja	Dostupnost STL-a	Identifikacija opasnosti
Acetil - klorid	Prema potrebi	DA	-
Aceton	Prema potrebi	DA	 
Acetonitril	Prema potrebi	DA	 
Adipoil - klorid	Prema potrebi	DA	-
Aluminijev oksid	Prema potrebi	DA	-
Amonijak, otopina min. 25 %	Prema potrebi	DA	 
Anilin	Prema potrebi	DA	   
Bakrov sulfat pentahidrat	Prema potrebi	DA	-
Benzaldehid	Prema potrebi	DA	

Kemijske štetnosti

Proizvod	Prosječna godišnja potrošnja	Dostupnost STL-a	Identifikacija opasnosti
Acetil - klorid	Prema potrebi	DA	-
Benzil - alkohol	Prema potrebi	DA	 
Benzojeva kiselina	Prema potrebi	DA	 
Benzotiazol	Prema potrebi	DA	
Butanol	Prema potrebi	DA	  
2 - Butanol	Prema potrebi	DA	 
<i>tert</i> - Butanol	Prema potrebi	DA	 
<i>tert</i> - Butil - amonijev bromid	Prema potrebi	DA	-
<i>tert</i> - Butil - klorid	Prema potrebi	DA	-

Kemijske štetnosti			
Proizvod	Prosječna godišnja potrošnja	Dostupnost STL-a	Identifikacija opasnosti
2, 6 - Di - tert - butil - 4 - metilfenol	Prema potrebi	DA	-
3 - Cijanofenol	Prema potrebi	DA	-
4 - Cijanofenol	Prema potrebi	DA	-
Cikloheksan	Prema potrebi	DA	

5.2. POPIS RADNE OPREME

<i>Redni broj</i>	<i>Naziv radne opreme</i>	<i>Proizvođač</i>	<i>Tip stroja ili uređaja</i>	<i>Serijski (tvornički) broj ili inventarski broj</i>
1.	STUPNA BUŠILICA	SARLAH	SB-11	22-2074
2.	DVOSTRANA BRUSILICA	MOTOR ŠKOFJA LOKA	EB921 21	22-2071
3.	KRUŽNA PILA ZA METAL	MAKITA	LC1230	8850051
4.	POTEZNA KRUŽNA PILA	MAKITA	LC1230	8009043
5.	APARAT ZA MIG/MAG ZAVARIVANJE	PROINSTAL ŠKAREC	MIG/TIG/MMA-200	8850613
6.	RAČUNALO I RADČUNALA OPREMA	-	-	-
7.	UREDSKI PRIBOR	-	-	-
8.	AUTOKLAV	-	-	-
9.	DIGESTOR	-	-	-
10.	KOMORA ZA STERILNI RAD	-	-	-
11.	SUTJESKA, AUTOKLAV ZA STERILIZACIJU	-	-	-
12.	SUTJESKA, AUTOKLAV ZA STERILIZACIJU	-	-	-
13.	INKO AUTOKLAV ZA STERILIZACIJU	-	-	-
14.	VISOKOTLAČNI BIOREACTOR	-	-	-
15.	CENTRIFUGA S HLAĐENJEM	HETTICH	-	10052061
16.	CENTRIFUGA S HLAĐENJEM	EPPENDORF	5425R	8850487
17.	SUSTAV ZA SLIKANJE GELOVA	UVITECH	HD6	8837673
18.	ULTRACENTRIFUGA	SERVALL	RC-2	1005013
19.	TRESILICA	EPPENDORF	-	8837682

Poslodavac je obavezan osigurati da sredstva rada u uporabi budu u svakom trenutku sigurni, održavani, prilagođeni za rad i u ispravnom stanju te da se koriste u skladu s pravilima zaštite na radu, tehničkim propisima i uputama proizvođača tako da u vrijeme rada ne ugrožavaju radnike.

Poslodavac je obavezan obavljati preglede, odnosno ispitivanja sredstava rada koja se koriste, radi utvrđivanja jesu li na njima primijenjena pravila zaštite na radu i jesu li zbog nastalih promjena tijekom njihove uporabe ugroženi sigurnost i zdravlje radnika.

5.3. POPIS OSOBNE ZAŠTITNE OPREME ZA POSLOVE KOD KOJIH SE MORA UPOTREBLJAVATI

Redni broj	Posao	Osobna zaštitna oprema koja se mora osigurati pri obavljanju poslova	MALI
ZAVOD ZA KEMIJU I BIOKEMIJU			
1.	Poslovi izvođenja praktične nastave	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne* - maska za lice (pune maske i polumaske)* - maska s filterom i predfilterom* - jednokratni respirator za čestice* - zaštitne rukavice-nitrilne* - elektroizolacijske rukavice* - štitik za lice* - vizir*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166 - HRN EN 132:2004 - HRN EN 143:2005 - HRN EN 149:2001 - HRN EN 420:2004 - HRN EN 60903:2007 - HRN EN 397 - HRN EN 166
2.	Pomoćni poslovi u praktičnoj nastavi	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne* - maska za lice (pune maske i polumaske)* - maska s filterom i predfilterom* - jednokratni respirator za čestice* - zaštitne rukavice-nitrilne* - elektroizolacijske rukavice* - štitik za lice* - vizir*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166 - HRN EN 132:2004 - HRN EN 143:2005 - HRN EN 149:2001 - HRN EN 420:2004 - HRN EN 60903:2007 - HRN EN 397 - HRN EN 166
3.	Poslovi mentoriranja	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne* - maska za lice (pune maske i polumaske)* - maska s filterom i predfilterom* - jednokratni respirator za čestice* - zaštitne rukavice-nitrilne* - elektroizolacijske rukavice* - štitik za lice* - vizir*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166 - HRN EN 132:2004 - HRN EN 143:2005 - HRN EN 149:2001 - HRN EN 420:2004 - HRN EN 60903:2007 - HRN EN 397 - HRN EN 166
4.	Poslovi laboratorijskih analiza i istraživanja	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne* - maska za lice (pune maske i polumaske)* - maska s filterom i predfilterom* - jednokratni respirator za čestice* - zaštitne rukavice-nitrilne* - elektroizolacijske rukavice* - štitik za lice* - vizir*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166 - HRN EN 132:2004 - HRN EN 143:2005 - HRN EN 149:2001 - HRN EN 420:2004 - HRN EN 60903:2007 - HRN EN 397 - HRN EN 166

* - korištenje osobne zaštitne opreme ovisno o potrebi – prilikom praktičnog dijela za vrijeme održavanja nastave iz kemije

<i>Redni broj</i>	<i>Posao</i>	<i>Osobna zaštitna oprema koja se mora osigurati pri obavljanju poslova</i>	<i>Tehnička norma</i>
5.	Poslovi znanstvenih istraživanja	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne* - maska za lice (pune maske i polumaske)* - maska s filterom i predfilterom* - jednokratni respirator za čestice* - zaštitne rukavice-nitrilne* - elektroizolacijske rukavice* - štitik za lice* - vizir*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166 - HRN EN 132:2004 - HRN EN 143:2005 - HRN EN 149:2001 - HRN EN 420:2004 - HRN EN 60903:2007 - HRN EN 397 - HRN EN 166
6.	Poslovi održavanja laboratorijske opreme	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne* - maska za lice (pune maske i polumaske)* - maska s filterom i predfilterom* - jednokratni respirator za čestice* - zaštitne rukavice-nitrilne* - elektroizolacijske rukavice* - štitik za lice* - vizir*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166 - HRN EN 132:2004 - HRN EN 143:2005 - HRN EN 149:2001 - HRN EN 420:2004 - HRN EN 60903:2007 - HRN EN 397 - HRN EN 166
7.	Poslovi čišćenja prostora	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne* - jednokratni respirator*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166 - CE
8.	Poslovi pranja laboratorijske opreme i suđa	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne* - jednokratni respirator*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166 - CE
	Poslovi dostave i prenošenja kemikalija i ostalih materijala	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE

ZAVOD ZA PROCESNO INŽENJERSTVO

9.	Poslovi izvođenja praktične nastave	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne* - maska za lice (pune maske i polumaske)* - maska s filterom i predfilterom* - jednokratni respirator za čestice* - zaštitne rukavice-nitrilne* - elektroizolacijske rukavice* - štitik za lice* - vizir*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166 - HRN EN 132:2004 - HRN EN 143:2005 - HRN EN 149:2001 - HRN EN 420:2004 - HRN EN 60903:2007 - HRN EN 397 - HRN EN 166

* - korištenje osobne zaštitne opreme ovisno o potrebi – prilikom praktičnog dijela za vrijeme održavanja nastave iz kemije

Redni broj	Posao	Osobna zaštitna oprema koja se mora osigurati pri obavljanju poslova	Tehnička norma
10.	Pomoćni poslovi u praktičnoj nastavi	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne* - maska za lice (pune maske i polumaske)* - maska s filterom i predfilterom* - jednokratni respirator za čestice* - zaštitne rukavice-nitrilne* - elektroizolacijske rukavice* - štitik za lice* - vizir*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166 - HRN EN 132:2004 - HRN EN 143:2005 - HRN EN 149:2001 - HRN EN 420:2004 - HRN EN 60903:2007 - HRN EN 397 - HRN EN 166
11.	Poslovi mentoriranja	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166
12.	Poslovi laboratorijskih analiza i istraživanja	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne* - maska za lice (pune maske i polumaske)* - maska s filterom i predfilterom* - jednokratni respirator za čestice* - zaštitne rukavice-nitrilne* - elektroizolacijske rukavice* - štitik za lice* - vizir*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166 - HRN EN 132:2004 - HRN EN 143:2005 - HRN EN 149:2001 - HRN EN 420:2004 - HRN EN 60903:2007 - HRN EN 397 - HRN EN 166
13.	Poslovi znanstvenih istraživanja	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne* - maska za lice (pune maske i polumaske)* - maska s filterom i predfilterom* - jednokratni respirator za čestice* - zaštitne rukavice-nitrilne* - elektroizolacijske rukavice* - štitik za lice* - vizir*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166 - HRN EN 132:2004 - HRN EN 143:2005 - HRN EN 149:2001 - HRN EN 420:2004 - HRN EN 60903:2007 - HRN EN 397 - HRN EN 166
14.	Poslovi održavanja laboratorijske opreme	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne* - maska za lice (pune maske i polumaske)* - maska s filterom i predfilterom* - jednokratni respirator za čestice* - zaštitne rukavice-nitrilne* - elektroizolacijske rukavice* - štitik za lice* - vizir*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166 - HRN EN 132:2004 - HRN EN 143:2005 - HRN EN 149:2001 - HRN EN 420:2004 - HRN EN 60903:2007 - HRN EN 397 - HRN EN 166

* - korištenje osobne zaštitne opreme ovisno o potrebi – prilikom praktičnog dijela za vrijeme održavanja nastave iz kemije

<i>Redni broj</i>	<i>Posao</i>	<i>Osobna zaštitna oprema koja se mora osigurati pri obavljanju poslova</i>	<i>Tehnička norma</i>
15.	Poslovi čišćenja prostora	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne* - jednokratni respirator*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166 - CE
16.	Poslovi pranja laboratorijske opreme i suđa	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne* - jednokratni respirator*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166 - CE
	Poslovi dostave i prenošenja kemikalija i ostalih materijala	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE
ZAVOD ZA POZNAVANJE I KONTROLU SIROVINA I PREHRAMBENIH PROIZVODA			
17.	Poslovi izvođenja praktične nastave	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne* - maska za lice (pune maske i polumaske)* - maska s filterom i predfilterom* - jednokratni respirator za čestice* - zaštitne rukavice-nitrilne* - elektroizolacijske rukavice* - štitik za lice* - vizir*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166 - HRN EN 132:2004 - HRN EN 143:2005 - HRN EN 149:2001 - HRN EN 420:2004 - HRN EN 60903:2007 - HRN EN 397 - HRN EN 166
18.	Pomoćni poslovi u praktičnoj nastavi	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne* - maska za lice (pune maske i polumaske)* - maska s filterom i predfilterom* - jednokratni respirator za čestice* - zaštitne rukavice-nitrilne* - elektroizolacijske rukavice* - štitik za lice* - vizir*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166 - HRN EN 132:2004 - HRN EN 143:2005 - HRN EN 149:2001 - HRN EN 420:2004 - HRN EN 60903:2007 - HRN EN 397 - HRN EN 166
19.	Poslovi mentoriranja	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166

* - korištenje osobne zaštitne opreme ovisno o potrebi – prilikom praktičnog dijela za vrijeme održavanja nastave iz kemije

Redni broj	Posao	Osobna zaštitna oprema koja se mora osigurati pri obavljanju poslova	Tehnička norma
20.	Poslovi laboratorijskih analiza i istraživanja	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne* - maska za lice (pune maske i polumaske)* - maska s filterom i predfilterom* - jednokratni respirator za čestice* - zaštitne rukavice-nitrilne* - elektroizolacijske rukavice* - štitik za lice* - vizir*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166 - HRN EN 132:2004 - HRN EN 143:2005 - HRN EN 149:2001 - HRN EN 420:2004 - HRN EN 60903:2007 - HRN EN 397 - HRN EN 166
21.	Poslovi znanstvenih istraživanja	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne* - maska za lice (pune maske i polumaske)* - maska s filterom i predfilterom* - jednokratni respirator za čestice* - zaštitne rukavice-nitrilne* - elektroizolacijske rukavice* - štitik za lice* - vizir*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166 - HRN EN 132:2004 - HRN EN 143:2005 - HRN EN 149:2001 - HRN EN 420:2004 - HRN EN 60903:2007 - HRN EN 397 - HRN EN 166
22.	Poslovi održavanja laboratorijske opreme	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne* - maska za lice (pune maske i polumaske)* - maska s filterom i predfilterom* - jednokratni respirator za čestice* - zaštitne rukavice-nitrilne* - elektroizolacijske rukavice* - štitik za lice* - vizir*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166 - HRN EN 132:2004 - HRN EN 143:2005 - HRN EN 149:2001 - HRN EN 420:2004 - HRN EN 60903:2007 - HRN EN 397 - HRN EN 166
23.	Poslovi čišćenja prostora	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166
24.	Poslovi pranja laboratorijske opreme i suđa	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne* - jednokratni respirator*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166 - CE
	Poslovi dostave i prenošenja kemikalija i ostalih materijala	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE

* - korištenje osobne zaštitne opreme ovisno o potrebi – prilikom praktičnog dijela za vrijeme održavanja nastave iz kemije

Redni broj	Posao	Osobna zaštitna oprema koja se mora osigurati pri obavljanju poslova	Tehnička norma
ZAVOD ZA BIOKEMIJSKO INŽENJERSTVO			
25.	Poslovi izvođenja praktične nastave	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne* - maska za lice (pune maske i polumaske)* - maska s filterom i predfilterom* - jednokratni respirator za čestice* - zaštitne rukavice-nitrilne* - elektroizolacijske rukavice* - štitik za lice* - vizir*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166 - HRN EN 132:2004 - HRN EN 143:2005 - HRN EN 149:2001 - HRN EN 420:2004 - HRN EN 60903:2007 - HRN EN 397 - HRN EN 166
26.	Pomoćni poslovi u praktičnoj nastavi	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne* - maska za lice (pune maske i polumaske)* - maska s filterom i predfilterom* - jednokratni respirator za čestice* - zaštitne rukavice-nitrilne* - elektroizolacijske rukavice* - štitik za lice* - vizir*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166 - HRN EN 132:2004 - HRN EN 143:2005 - HRN EN 149:2001 - HRN EN 420:2004 - HRN EN 60903:2007 - HRN EN 397 - HRN EN 166
27.	Poslovi mentoriranja	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166
28.	Poslovi laboratorijskih analiza i istraživanja	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne* - maska za lice (pune maske i polumaske)* - maska s filterom i predfilterom* - jednokratni respirator za čestice* - zaštitne rukavice-nitrilne* - elektroizolacijske rukavice* - štitik za lice* - vizir*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166 - HRN EN 132:2004 - HRN EN 143:2005 - HRN EN 149:2001 - HRN EN 420:2004 - HRN EN 60903:2007 - HRN EN 397 - HRN EN 166

* - korištenje osobne zaštitne opreme ovisno o potrebi – prilikom praktičnog dijela za vrijeme održavanja nastave iz kemije

<i>Redni broj</i>	<i>Posao</i>	<i>Osobna zaštitna oprema koja se mora osigurati pri obavljanju poslova</i>	<i>Tehnička norma</i>
29.	Poslovi znanstvenih istraživanja	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne* - maska za lice (pune maske i polumaske)* - maska s filterom i predfilterom* - jednokratni respirator za čestice* - zaštitne rukavice-nitrilne* - elektroizolacijske rukavice* - štitik za lice* - vizir*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166 - HRN EN 132:2004 - HRN EN 143:2005 - HRN EN 149:2001 - HRN EN 420:2004 - HRN EN 60903:2007 - HRN EN 397 - HRN EN 166
30.	Poslovi održavanja laboratorijske opreme	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne* - maska za lice (pune maske i polumaske)* - maska s filterom i predfilterom* - jednokratni respirator za čestice* - zaštitne rukavice-nitrilne* - elektroizolacijske rukavice* - štitik za lice* - vizir*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166 - HRN EN 132:2004 - HRN EN 143:2005 - HRN EN 149:2001 - HRN EN 420:2004 - HRN EN 60903:2007 - HRN EN 397 - HRN EN 166
31.	Poslovi čišćenja prostora	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166
32.	Poslovi pranja laboratorijske opreme i suđa	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne* - jednokratni respirator*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166 - CE
	Poslovi dostave i prenošenja kemikalija i ostalih materijala	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE

ZAVOD ZA PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO

33.	Poslovi izvođenja praktične nastave	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne* - maska za lice (pune maske i polumaske)* - maska s filterom i predfilterom* - jednokratni respirator za čestice* - zaštitne rukavice-nitrilne* - elektroizolacijske rukavice* - štitik za lice* - vizir*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166 - HRN EN 132:2004 - HRN EN 143:2005 - HRN EN 149:2001 - HRN EN 420:2004 - HRN EN 60903:2007 - HRN EN 397 - HRN EN 166

* - korištenje osobne zaštitne opreme ovisno o potrebi – prilikom praktičnog dijela za vrijeme održavanja nastave iz kemije

Redni broj	Posao	Osobna zaštitna oprema koja se mora osigurati pri obavljanju poslova	Tehnička norma
34.	Pomoćni poslovi u praktičnoj nastavi	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne* - maska za lice (pune maske i polumaske)* - maska s filterom i predfilterom* - jednokratni respirator za čestice* - zaštitne rukavice-nitrilne* - elektroizolacijske rukavice* - štitik za lice* - vizir*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166 - HRN EN 132:2004 - HRN EN 143:2005 - HRN EN 149:2001 - HRN EN 420:2004 - HRN EN 60903:2007 - HRN EN 397 - HRN EN 166
35.	Poslovi mentoriranja	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166
36.	Poslovi laboratorijskih analiza i istraživanja	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne* - maska za lice (pune maske i polumaske)* - maska s filterom i predfilterom* - jednokratni respirator za čestice* - zaštitne rukavice-nitrilne* - elektroizolacijske rukavice* - štitik za lice* - vizir*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166 - HRN EN 132:2004 - HRN EN 143:2005 - HRN EN 149:2001 - HRN EN 420:2004 - HRN EN 60903:2007 - HRN EN 397 - HRN EN 166
37.	Poslovi znanstvenih istraživanja	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne* - maska za lice (pune maske i polumaske)* - maska s filterom i predfilterom* - jednokratni respirator za čestice* - zaštitne rukavice-nitrilne* - elektroizolacijske rukavice* - štitik za lice* - vizir*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166 - HRN EN 132:2004 - HRN EN 143:2005 - HRN EN 149:2001 - HRN EN 420:2004 - HRN EN 60903:2007 - HRN EN 397 - HRN EN 166
38.	Poslovi održavanja laboratorijske opreme	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne* - maska za lice (pune maske i polumaske)* - maska s filterom i predfilterom* - jednokratni respirator za čestice* - zaštitne rukavice-nitrilne* - elektroizolacijske rukavice* - štitik za lice* - vizir*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166 - HRN EN 132:2004 - HRN EN 143:2005 - HRN EN 149:2001 - HRN EN 420:2004 - HRN EN 60903:2007 - HRN EN 397 - HRN EN 166

* - korištenje osobne zaštitne opreme ovisno o potrebi – prilikom praktičnog dijela za vrijeme održavanja nastave iz kemije

<i>Redni broj</i>	<i>Posao</i>	<i>Osobna zaštitna oprema koja se mora osigurati pri obavljanju poslova</i>	<i>Tehnička norma</i>
39.	Poslovi čišćenja prostora	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166
40.	Poslovi pranja laboratorijske opreme i suđa	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne* - jednokratni respirator*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166 - CE
	Poslovi dostave i prenošenja kemikalija i ostalih materijala	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE
ZAVOD ZA OPĆE PROGRAME			
41.	Poslovi mentoriranja	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166
42.	Poslovi laboratorijskih analiza i istraživanja	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne* - maska za lice (pune maske i polumaske)* - maska s filterom i predfilterom* - jednokratni respirator za čestice* - zaštitne rukavice-nitrilne* - elektroizolacijske rukavice* - štitik za lice* - vizir*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166 - HRN EN 132:2004 - HRN EN 143:2005 - HRN EN 149:2001 - HRN EN 420:2004 - HRN EN 60903:2007 - HRN EN 397 - HRN EN 166
43.	Poslovi znanstvenih istraživanja	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne* - maska za lice (pune maske i polumaske)* - maska s filterom i predfilterom* - jednokratni respirator za čestice* - zaštitne rukavice-nitrilne* - elektroizolacijske rukavice* - štitik za lice* - vizir*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166 - HRN EN 132:2004 - HRN EN 143:2005 - HRN EN 149:2001 - HRN EN 420:2004 - HRN EN 60903:2007 - HRN EN 397 - HRN EN 166
44.	Poslovi pranja laboratorijske opreme i suđa	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166
	Poslovi dostave i prenošenja kemikalija i ostalih materijala	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE

* - korištenje osobne zaštitne opreme ovisno o potrebi – prilikom praktičnog dijela za vrijeme održavanja nastave iz kemije

<i>Redni broj</i>	<i>Posao</i>	<i>Osobna zaštitna oprema koja se mora osigurati pri obavljanju poslova</i>	<i>Tehnička norma</i>
JEDINICE OPĆIH POSLOVA			
45.	Poslovi skladištenja	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166
46.	Električarski poslovi	- zaštitna kaciga - zaštitne cipele s zaštitnom kapicom - zaštitna oprema za rad na visini* - reflektirajući prsluk - zaštitno odijelo - zaštitno odijelo (zima)* - zaštitno sredstvo za zaštitu sluha* - respirator* - zaštitne prozirne naočale* - zaštitne rukavice* - zaštitne rukavice za rad pod naponom	- HRN EN 397 - HRN EN ISO 20345 S3 - HRN EN 361 - HRN EN 20471 - HRN EN 13688 - HRN EN 14058 - HRN EN 352 - HRN CE - HRN EN 166 - HRN EN 388 - HRN EN 60903
47.	Poslovi zavarivanja	- zaštitna kaciga* - zaštitne cipele s zaštitnom kapicom - reflektirajući prsluk - zaštitna pregača - zaštitno dvodijelno odijelo (jakna i hlače) - zaštitno sredstvo za zaštitu sluha* - respirator* - oprema za zaštitu očiju - zaštitne rukavice	- HRN EN 397 - HRN EN ISO 20345 S3 - HRN EN 20471 - HRN EN 11611 - HRN EN 13688 - HRN EN 352 - HRN CE - HRN EN 175 - HRN EN 12477
48.	Poslovi rukovanja kotlovnicom	- zaštitne cipele s zaštitnom kapicom - reflektirajući prsluk - zaštitno odijelo - zaštitno odijelo (zima)* - zaštitno sredstvo za zaštitu sluha* - respirator* - zaštitne prozirne naočale* - zaštitne rukavice*	- HRN EN ISO 20345 S3 - HRN EN 20471 - HRN EN 13688 - HRN EN 14058 - HRN EN 352 - HRN CE - HRN EN 166 - HRN EN 388
49.	Poslovi montaže, demontaže i popravaka inventara	- zaštitne cipele s zaštitnom kapicom - reflektirajući prsluk - zaštitno odijelo - zaštitno odijelo (zima)* - zaštitno sredstvo za zaštitu sluha* - respirator* - zaštitne prozirne naočale* - zaštitne rukavice*	- HRN EN ISO 20345 S3 - HRN EN 20471 - HRN EN 13688 - HRN EN 14058 - HRN EN 352 - HRN CE - HRN EN 166 - HRN EN 388
50.	Poslovi održavanja i popravljanja radne opreme	- zaštitne cipele s zaštitnom kapicom - reflektirajući prsluk - zaštitno odijelo - zaštitno odijelo (zima)* - zaštitno sredstvo za zaštitu sluha* - respirator* - zaštitne prozirne naočale* - zaštitne rukavice*	- HRN EN ISO 20345 S3 - HRN EN 20471 - HRN EN 13688 - HRN EN 14058 - HRN EN 352 - HRN CE - HRN EN 166 - HRN EN 388

Redni broj	Posao	Osobna zaštitna oprema koja se mora osigurati pri obavljanju poslova	Tehnička norma
51.	Poslovi instalacije vodovodnih i odvodnih instalacija	- zaštitna kaciga - zaštitne cipele s zaštitnom kapicom - reflektirajući prsluk - zaštitno odijelo - zaštitno odijelo (zima)* - zaštitno sredstvo za zaštitu sluha* - respirator* - zaštitne prozirne naočale* - zaštitne rukavice* - zaštitna oprema za rad na visini*	- HRN EN 397 - HRN EN 20345 S3 - HRN EN 340 - HRN EN 20471 - HRN EN 13688 - HRN EN 352 - CE - HRN EN 166 CE - HRN EN 388 CE - HRN EN 361
52.	Soboslikarski i ličilački poslovi	- zaštitna kaciga - zaštitne cipele s zaštitnom kapicom - reflektirajući prsluk - zaštitno odijelo - zaštitno odijelo (zima)* - zaštitno sredstvo za zaštitu sluha* - respirator* - zaštitne prozirne naočale* - zaštitne rukavice* - zaštitna oprema za rad na visini*	- HRN EN 397 - HRN EN 20345 S3 - HRN EN 340 - HRN EN 20471 - HRN EN 13688 - HRN EN 352 - CE - HRN EN 166 CE - HRN EN 388 CE - HRN EN 361
53.	Podopolagački poslovi	- zaštitna kaciga - zaštitne cipele s zaštitnom kapicom - reflektirajući prsluk - zaštitno odijelo - zaštitno odijelo (zima)* - zaštitno sredstvo za zaštitu sluha* - respirator* - zaštitne prozirne naočale* - zaštitne rukavice - zaštitna oprema za rad na visini*	- HRN EN 397 - HRN EN 20345 S3 - HRN EN 20471 - HRN EN 13688 - HRN EN 14058 - HRN EN 352 - HRN CE - HRN EN 166 CE - HRN EN 388 CE - HRN EN 361
54.	Pomoćni poslovi	- zaštitna kaciga - zaštitne cipele s zaštitnom kapicom - reflektirajući prsluk - zaštitno odijelo - zaštitno odijelo (zima)* - zaštitno sredstvo za zaštitu sluha* - respirator* - zaštitne prozirne naočale* - zaštitne rukavice* - zaštitna oprema za rad na visini*	- HRN EN 397 - HRN EN 20345 S3 - HRN EN 340 - HRN EN 20471 - HRN EN 13688 - HRN EN 352 - CE - HRN EN 166 CE - HRN EN 388 CE - HRN EN 361
55.	Poslovi održavanja zelenih površina	- zaštitne cipele s zaštitnom kapicom - reflektirajući prsluk - zaštitno odijelo - zaštitno odijelo (zima)* - zaštitno sredstvo za zaštitu sluha* - respirator* - zaštitne prozirne naočale* - zaštitne rukavice	- HRN EN ISO 20345 S3 - HRN EN 20471 - HRN EN 13688 - HRN EN 14058 - HRN EN 352 - HRN CE - HRN EN 166 - HRN EN 388

<i>Redni broj</i>	<i>Posao</i>	<i>Osobna zaštitna oprema koja se mora osigurati pri obavljanju poslova</i>	<i>Tehnička norma</i>
56.	Poslovi čišćenja i održavanja prostora fakulteta	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166
57.	Poslovi čišćenja i održavanja prostora radionice	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne rukavice*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 388
58.	Poslovi čišćenja prostora	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166
59.	Poslovi dostave i prenošenja kemikalija i ostalih materijala	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE

CENTRI

60.	Poslovi kemijskih ispitivanja	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166
61.	Poslovi mikrobioloških ispitivanja	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166
62.	Poslovi laboratorijskih analiza i ispitivanja	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166
63.	Poslovi znanstvenih istraživanja	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166
64.	Poslovi održavanja laboratorijske opreme	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166
65.	Poslovi čišćenja prostora	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166
66.	Poslovi čišćenja laboratorija	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166
67.	Poslovi pranja laboratorijske opreme i suđa	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks* - zaštitne naočale prozirne*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE - HRN EN 166

Redni broj	Posao	Osobna zaštitna oprema koja se mora osigurati pri obavljanju poslova	Tehnička norma
68.	Poslovi uzrokovanja i dostave uzoraka	- zaštitna kuta* - udobna anatomska obuća - zaštitne rukavice-lateks*	- HRN EN 340 - HRN EN 20347 - CE

* - korištenje osobne zaštitne opreme ovisno o potrebi – prilikom praktičnog dijela za vrijeme održavanja nastave iz kemije

5.4. POPIS POTREBNIH ISPITIVANJA

Redni broj	Popis potrebnih ispitivanja Popis mjesta rada	Elektroinstalacije	Stabilni sustavi za dojavu i gašenje požara	Sustav za zaštitu od munje	Ventilacija	Plinska instalacija	Radna oprema	Radni okoliš				
								Mikroklima	Rasvjeta	Buka	Kemijske štetnosti	Biološke štetnosti

Zagreb, Pierottijeva 6

ZAVOD ZA KEMIJU I BIOKEMIJU

1.	Laboratorij za opću i anorgansku kemiju i elektroanalizu	+				+		+	+	+		
2.	Laboratorij za organsku kemiju	+				+		+	+	+		
3.	Laboratorij za analitičku kemiju	+				+		+	+	+		
4.	Laboratorij za fizikalnu kemiju i koroziju	+				+		+	+	+		
5.	Laboratorij za biokemiju	+				+		+	+	+		
6.	Laboratorij za toksikologiju	+				+		+	+	+		

ZAVOD ZA PROCESNO INŽENJERSTVO

7.	Laboratorij za tehnološke operacije	+				+		+	+	+		
8.	Laboratorij za tehničku termodinamiku	+				+		+	+	+		
9.	Laboratorij za mjerenje, regulaciju i automatizaciju	+				+		+	+	+		
10.	Kabinet za osnove inženjerstva	+				+		+	+	+		
11.	Kabinet za matematiku	+				+		+	+	+		

ZAVOD ZA POZNAVANJE I KONTROLU SIROVINA I PREHRAMBENIH PROIZVODA

12.	Laboratorij za znanost o prehrani	+				+		+	+	+		
		Elektroin	Stabilni	Sustav	Ventilacij	Plinska	Radna	Radni okoliš				

Redni broj	Popis potrebnih ispitivanja											
	Popis mjesta rada							Mikroklima	Rasvjeta	Buka	Kemijske štetnosti	Biološke štetnosti
13.	Laboratorij za kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji	+				+		+	+	+		
14.	Laboratorij za kemiju i biokemiju prehrane	+				+		+	+			

ZAVOD ZA BIOKEMIJSKO INŽENJERSTVO

15.	Laboratorij za opću mikrobiologiju i mikrobiologiju namirnica	+				+		+	+	+		
16.	Laboratorij za tehnologiju antibiotika, enzima, probiotika i starter kultura	+				+		+	+	+		
17.	Laboratorij za bioinformatiku	+				+		+	+	+		

ZAVOD ZA PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO

18.	Laboratorij za biološku obradu otpadnih voda	+				+		+	+	+		
19.	Laboratorij za tehnologiju ulja i masti	+				+		+	+	+		
20.	Laboratorij za tehnologiju vode	+				+		+	+	+		
21.	Laboratorij za kemiju i tehnologiju žitarica	+				+		+	+	+		
22.	Laboratorij za tehnologiju mesa i ribe	+				+		+	+	+		
23.	Kabinet za tehnologiju vrenja i kvasca	+				+		+	+	+		

Redni broj	Popis potrebnih ispitivanja Popis mjesta rada	Elektroinstalacije	Stabilni sustavi za dojavu i gašenje požara	Sustav za zaštitu od munje	Ventilacija	Plinska instalacija	Radna oprema	Radni okoliš				
								Mikroklima	Rasvjeta	Buka	Kemijske štetnosti	Biološke štetnosti
24.	Laboratorij za procesno-prehrambeno inženjerstvo	+						+	+		+	
25.	Laboratorij za tehnologiju i analitiku vina	+						+	+		+	
26.	Laboratorij za kemiju i tehnologiju voća i povrća	+						+	+		+	
27.	Laboratorij za tehnologiju mlijeka i mliječnih proizvoda	+						+	+		+	
28.	Kabinet za tehnološko projektiranje	+						+	+		+	
29.	Laboratorij za pakiranje hrane	+						+	+		+	
30.	Laboratorij za proces sušenja i praćenje stabilnosti biološki aktivnih spojeva	+						+	+		+	
31.	Kabinet za procese pripreme hrane	+						+	+		+	

ZAVOD ZA OPĆE PROGRAME

32.	Kabinet za ekonomiju	+						+	+		+	
33.	Katedra za strane jezike u struci	+						+	+		+	
34.	Laboratorij za održivi razvoj	+						+	+		+	

JEDINICE ZA OPĆE POSLOVE

35.	Ured dekana	+						+	+		+	

Redni broj	Popis potrebnih ispitivanja Popis mjesta rada	Elektroinstalacije	Stabilni sustavi za dojavu i gašenje požara	Sustav za zaštitu od munje	Ventilacija	Plinska instalacija	Radna oprema	Radni okoliš				
								Mikroklima	Rasvjeta	Buka	Kemijske štetnosti	Biološke štetnosti
36.	Ured prodekana i glavnog tajnika	+				+		+	+	+		
37.	Pisarnica	+				+		+	+	+		
38.	Ured za studente	+				+		+	+	+		
39.	Ured za javnu nabavu	+				+		+	+	+		
40.	Ured za međunarodnu suradnju i akademsku mobilnost	+				+		+	+	+		
41.	Ured za upravljanje kvalitetom	+				+		+	+	+		
42.	Služba za ljudske resurse, pravne i opće poslove	+				+		+	+	+		
43.	Služba za informatičku potporu	+				+		+	+	+		
44.	Služba čišćenja	+				+		+	+	+		
45.	Služba nabave i skladištenja	+				+		+	+	+		
46.	Radionica	+				+		+	+	+		
47.	Spremište	+				+		+	+	+		

Zagreb, Kršnjavoga 25

ZAVOD ZA BIOKEMIJSKO INŽENJERSTVO

48.	Laboratorij za biologiju i genetiku mikroorganizama	+						+	+	+		

Redni broj	Popis potrebnih ispitivanja Popis mjesta rada	Elektroinstalacije	Stabilni sustavi za dojavu i gašenje požara	Sustav za zaštitu od munje	Ventilacija	Plinska instalacija	Radna oprema	Radni okoliš				
								Mikroklima	Rasvjeta	Buka	Kemijske štetnosti	Biološke štetnosti

Zagreb, Kačićeva 30

ZAVOD ZA BIOKEMIJSKO INŽENJERSTVO

49.	Laboratorij za biokemijsko inženjerstvo, industrijsku mikrobiologiju i tehnologiju piva i slada	+						+	+	+		
50.	Laboratorij za tehnologiju i primjenu stanica i biotransformacije	+						+	+	+		

Zagreb, Kačićeva 23

ZAVOD ZA BIOKEMIJSKO INŽENJERSTVO

51.	Laboratorij za tehnologiju ugljikohidrata i konditorskih proizvoda	+				+		+	+	+		

ZAVOD ZA OPĆE PROGRAME

52.	Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu	+				+		+	+	+		

JEDINICE OPĆIH POSLOVA

53.	Služba za financijske i računovodstvene poslove	+				+		+	+	+		
54.	Služba zaštite na radu i zaštite od požara	+				+		+	+	+		
55.	Ured za projekte	+				+		+	+	+		
56.	Knjižnica	+				+		+	+	+		
57.	Uredništvo časopisa Food Technology and Biotechnology	+				+		+	+	+		

Redni broj	Popis potrebnih ispitivanja Popis mjesta rada	Elektroinstalacije	Stabilni sustavi za dojavu i gašenje požara	Sustav za zaštitu od munje	Ventilacija	Plinska instalacija	Radna oprema	Radni okoliš				
	Mikroklima							Rasvjeta	Buka	Kemijske štetnosti	Biološke štetnosti	
CENTRI												
Zagreb, Jagićeva 31												
58.	Centar za kontrolu namirnica	+						+	+	+		
Zadar, Petra Kasandrića 3												
59.	Centar za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju	+						+	+	+		

5.5. POPIS POSLOVA S POSEBNIM UVJETIMA RADA

Redni broj	Posao	Posebni uvjeti rada
1.	Administrativni poslovi	Poslodavac je dužan radnike, koji rade više od 4 sata na računalima, uputiti na pregled vida kod ugovorenog specijaliste medicine rada sukladno čl. 19. Pravilnika o zaštiti na radu izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu.
2.	Pravni poslovi	
3.	Poslovi lektoriranja	Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta: – prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom – svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika – na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.
4.	Poslovi pripreme časopisa	
5.	Računovodstveno financijski poslovi	
6.	Električarski poslovi	točka 10. - montaža, održavanje i ispitivanje električnih instalacija, uređaja i postrojenja napona većeg od 250 V i napona 220 V s posebnim zahtjevima točka 17. – rad na visini
7.	Poslovi rukovanja kotlovnicom	točka 4. – rukovanje kotlovskim postrojenjima
8.	Poslovi instalacije vodovodnih i odvodnih instalacija	točka 16. - poslovi koji zahtijevaju teško fizičko naprezanje točka 17. – poslovi koji se izvode na visini točka 18.(18.) - rad u nepovoljnim klimatskim uvjetima
9.	Soboslikarski i ličilački poslovi	točka 16. - poslovi koji zahtijevaju teško fizičko naprezanje točka 17. – poslovi koji se izvode na visini točka 18.(18.) - rad u nepovoljnim klimatskim uvjetima
10.	Podopolagački poslovi	točka 16. - poslovi koji zahtijevaju teško fizičko naprezanje točka 17. – poslovi koji se izvode na visini točka 18.(18.) - rad u nepovoljnim klimatskim uvjetima
11.	Pomoćni poslovi	točka 16. - poslovi koji zahtijevaju teško fizičko naprezanje točka 17. – poslovi koji se izvode na visini točka 18.(18.) - rad u nepovoljnim klimatskim uvjetima
12.	Poslovi održavanja zelenih površina	točka 16. - poslovi koji zahtijevaju teško fizičko naprezanje točka 17. – poslovi koji se izvode na visini

*(kao npr. određeni poslovi u željezničkom, zračnom i cestovnom prometu, zdravstvu, šumarstvu, građevinarstvu, industriji itd.)

Posebni uvjeti koje moraju ispunjavati radnici za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada

Na ove poslove se prema odredbama Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada mogu rasporediti osobe koje osim općih uvjeta ispunjavaju i posebne uvjete prema točki 4. dodatka citiranog Pravilnika.

Rukovanje kotlovskim postrojenjima, kompresorskim stanicama i drugim energetske postrojenjima, stanicama i posudama s komprimiranim plinovima**Posebni uvjeti radnika:**

1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina;
2. stručna sposobnost (zahtjevi): stručna osposobljenost za obavljanje poslova;
3. zdravstveno stanje:
 - zahtjevi: uredan vid na daljinu (sa ili bez korekcije) i uredan sluh (ako je primijenjena zvučna signalizacija),
 - kontraindikacije: psihoze, epilepsija, bolesti sa sklonošću nesvjestici, alkoholizam i druge ovisnosti;
4. psihička sposobnost (zahtjevi): senzorna koordinacija, opća intelektualna razvijenost, emocionalna stabilnost iznad donje granice prosjeka.

Rok za ponovnu provjeru:

1. zdravstvenog stanja: 24 mjeseca,
2. psihičke sposobnosti: 48 mjeseci.

Posebni uvjeti koje moraju ispunjavati radnici za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada

Na ove poslove se prema odredbama Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada mogu rasporediti osobe koje osim općih uvjeta ispunjavaju i posebne uvjete prema točki 10. dodatka citiranog Pravilnika.

Montaža, održavanje i ispitivanje električnih instalacija, uređaja i postrojenja napona većeg od 250 V i napona 220 V s posebnim zahtjevima**Posebni uvjeti radnika:**

1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina;

2. stručna sposobnost (zahtjevi): stručna sprema odgovarajućeg stupnja obrazovanja za struku u kojoj se stječu znanja, vještine, navike i radne sposobnosti za obavljanje poslova, stručna osposobljenost za primjenu "S" zaštite (pri montaži i održavanju sredstava rada u "S" izvedbi) i za izvođenje privremenih instalacija (nagradilištima i drugdje);

3. zdravstveno stanje:

- zahtjevi: uredan vid na daljinu (sa ili bez korekcije), razlikovanje osnovnih boja,

- kontraindikacije: psihoze, epilepsija, bolesti sa sklonošću nesvjestici, alkoholizam i druge ovisnosti;

4. psihička sposobnost (zahtjevi): opća intelektualna razvijenost, emocionalna stabilnost iznad donje granice prosjeka.

Rok za ponovnu provjeru:

1. zdravstvenog stanja i

2. psihičke sposobnosti: 48 mjeseci.

Posebni uvjeti koje moraju ispunjavati radnici za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada

Na ove poslove se prema odredbama Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada mogu rasporediti osobe koje osim općih uvjeta ispunjavaju i posebne uvjete prema točki 16. dodatka citiranog Pravilnika.

Poslovi koji zahtijevaju teško fizičko naprezanje

(poslovi koji zahtijevaju ručno dizanje ili nošenje tereta težih od 25 kg za muškarce i težih od 15 kg za žene; poslovi koji se obavljaju pretežno u nefiziološkim i u prisilnim položajima tijela)

a) Posebni uvjeti radnika:

1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina;
2. spol (kontraindikacije): žena za vrijeme trudnoće;
3. zdravstveno stanje (kontraindikacije): kronične bolesti kardiovaskularnog i respiratornog sustava; bolesti lokomotornog sustava sa smanjenom funkcijom kralježnice; deformiteti grudnog koša, zdjelice i ekstremiteta uz smanjenu funkciju; izraženi varikozni sindrom; kronični kolitis, hernije, kronične bolesti jetre i bubrega, teže endokrine bolesti, bolesti metabolizma, bolesti centralnog živčanog sustava, izražena kratkovidnost (miopija alta) i izražena slabovidnost (ambliopija), glaukom.

b) Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 24 mjeseca.

Posebni uvjeti koje moraju ispunjavati radnici za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada

Na ove poslove se prema odredbama Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada mogu rasporediti osobe koje osim općih uvjeta ispunjavaju i posebne uvjete prema točki 17. dodatka citiranog Pravilnika.

Poslovi koji se izvode na visini (poslovi koji se makar povremeno izvršavaju s površine podignute više od tri metra od okolne površine, ako se primjenom osnovnih pravila zaštite na radu ne može spriječiti povećana opasnost od pada radnika s mjesta rada)

a) Posebni uvjeti radnika:

1. spol (kontraindikacije): žena za vrijeme trudnoće;

2. zdravstveno stanje (kontraindikacije): psihoze, epilepsija, kardiovaskularne i cerebrovaskularne bolesti koje naginju kolapsu ili smetnjama svijesti i ostale bolesti centralnog i perifernog živčanog sustava, endokrine bolesti, bolesti mjene tvori sa sklonošću komi ili šoku, kronične bolesti bubrega, alkoholizam, fobične neuroze (strah od visine), umjereno ili teže oštećenje sluha, a posebno prostornog sluha, monopsija i teži oblici slabovidnosti (ambliopija), izražena kratkovidnost (miopija alta), druge bolesti oka sa suženjem vidnog polja, ispad dubinskog vida, teži deformiteti lokomotornog sustava.

b) Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci.

Posebni uvjeti koje moraju ispunjavati radnici za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada

Na ove poslove se prema odredbama Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada mogu rasporediti osobe koje osim općih uvjeta ispunjavaju i posebne uvjete prema točki 18.(18.). dodatka citiranog Pravilnika.

Rad u nepovoljnoj mikroklimi

(poslovi koji se izvršavaju u radnim prostorijama u kojima je iz tehnoloških razloga mikroklima izvan standarda ili izvan fizioloških granica zbog visoke temperature i visoke relativne vlage; poslovi koji se obavljaju pod utjecajem hladnoće, kao što je rad u hladnjacima)

a) Posebni uvjeti radnika:

1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina;
2. spol (kontraindikacije): žena za vrijeme trudnoće;
3. zdravstveno stanje (kontraindikacije):

za hladnoću - kronične bolesti respiratornog sustava, bolesti perifernih krvnih žila, kronične i recidivirajuće bolesti kože;

za vrućinu - kronične bolesti kardiovaskularnog i respiratornog sustava, bubrega, jetre i centralnog živčanog sustava, kronične i recidivirajuće bolesti probavnih organa i kože; endokrine bolesti i teže reumatske bolesti.

b) Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja:

1. 24 mjeseca, ako se rad obavlja u mikroklimi izvan standarda,
2. 12 mjeseci, ako se rad obavlja u mikroklimi izvan fizioloških granica.

5.6. METODOLOGIJA OCJENJIVANJA OPTEREĆENJA ZDRAVIH RADNIKA PRI RUČNOM RUKOVANJU TERETOM

Uvod

Pored neprestanog razvijanja suvremenih tehnologija, danas je još uvijek pri izvođenju pojedinih radnih zadataka neizostavno ručno rukovanje teretima. Pri tome je radnik izložen naporima koji mogu utjecati na njegovo zdravlje.

Poslodavac je obavezan u sklopu procjene rizika procijeniti i rizike pri ručnom rukovanju teretima, obavljanju ponavljajućih zadataka i statičkom naporu

PROCJENA RIZIKA ZA SIGURNOST I ZDRAVLJE RADNIKA PRI RUČNOM RUKOVANJU TERETIMA

Čimbenici koje treba uzeti u obzir pri procjenjivanju rizika za sigurnost i zdravlje radnika pri ručnom rukovanju teretima su:

- osobine tereta: pretežak ili prevelik teret, nespretan ili teret težak za obuhvatiti, nestabilan teret ili teret čiji se sadržaj može lako pomaknuti, teret koji zahtijeva da se njime rukuje na određenoj udaljenosti od tijela ili koji zahtijeva savijanje ili iskrivljenje tijela, teret kod čijeg rukovanja postoji vjerojatnost ozljede radnika, pogotovo u slučaju sudara
- fizički napor potreban za rukovanje teretom: prenaporan rad, rad koji zahtijeva često okretanje tijela ili se izvodi u nestabilnom položaju tijela, rad pri kojem postoji vjerojatnost naglog pomicanja tereta
- osobine radnog okoliša: nema dovoljno prostora za obavljanje posla, nemogućnost rukovanja teretom na sigurnoj visini ili uz primjereni položaj tijela radnika, neravan pod, opasnost od spoticanja ili pokliznuća, razlike u visini poda ili radne površine zbog čega se teret mora premještati s različitih visina, nestabilna uporišta za noge, neprimjerena temperatura, vlaga ili ventilacija i prenošenje tereta stepenicama ili ljestvama
- zahtjevi posla: suviše čest ili suviše dug fizički napor, nedovoljan odmor ili vrijeme za oporavak, prevelike udaljenosti kod podizanja, spuštanja ili prenošenja tereta, brzina rada određena postupkom na koju radnik ne može utjecati.

Čimbenici koje treba uzeti u obzir pri procjenjivanju rizika za sigurnost i zdravlje radnika pri obavljanju ponavljajućih zadataka su:

- trajanje opterećenja: broj zadataka s ponavljajućim radnim operacijama u radnoj smjeni, trajanje pojedinog zadatka, ukupan broj pokreta
- uporaba fizičke snage tijekom obavljanja radne operacije: intenzitet snage koju zahtijeva zadatak, mišićni napor pojedinog dijela tijela ili tijela u cijelosti
- položaj tijela ili dijela tijela koji je aktivan (dinamički opterećen) pri obavljanju ponavljajućih zadataka ili koji je opterećen dužim zadržavanjem u ergonomski neodgovarajućem položaju: ergonomski neprihvatljiv položaj, trajanje zadržavanja položaja.

Čimbenici koje treba uzeti u obzir pri procjenjivanju rizika za sigurnost i zdravlje radnika kod izloženosti statičkom naporu su:

- trajanje opterećenja: vrijeme u kojem je tijelo ili dio tijela statički opterećen održavanjem ergonomski neodgovarajućeg položaja tijekom obavljanja radnog zadatka
- uporaba fizičke snage kada je tijelo u ergonomski neodgovarajućem položaju – položaj tijela ili dijela tijela koji je opterećen zadržavanjem u ergonomski neodgovarajućem položaju pri obavljanju zadataka.

Pri procjenjivanju rizika kod statodinamičkih napora treba uzeti u obzir mogućnost smanjenja štetnog utjecaja pomoću organizacijskih mjera.

Pri procjenjivanju rizika kod statodinamičkih napora treba uzeti u obzir i pojedinačne rizične čimbenike:

- fizički nedostatak zbog kojeg radnik ne može obaviti određeni zadatak
- nošenje neprikladne odjeće, obuće ili drugih neprikladnih osobnih stvari
- nedostatak prikladnog ili dostatnog znanja ili osposobljenosti.

Stupanj opterećenosti i procjena rizika za sigurnost i zdravlje radnika pri ručnom rukovanju teretima izračunava se uzimanjem u obzir čimbenika iz Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu na način utvrđen u Prilogu I. i Prilogu II.

Ako su pri ručnom rukovanju teretom prekoračene vrijednosti utvrđene u Prilogu I. Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu, nužno je provesti detaljniju procjenu sukladno metodi iz Priloga II. Pravilnika.

Ako teret koji se prenosi nije teži od pet kilograma, a zadatak se često ponavlja, za procjenu rizika koristi se metoda iz Priloga III. Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu.

Razina rizika zbog statičkog napora procjenjuje se s obzirom na trajanje napora i mogućnost smanjenja njegovog štetnog utjecaja pomoću organizacijskih mjera.

Pri određivanju radnih zadataka za ručno rukovanje teretima, poslodavac je obavezan uzeti u obzir radnikovu tjelesnu građu, izdržljivost, dob i spol.

Poslodavac je obavezan organizirati mjesta rada i poslove gdje se ručno rukuje teretima tako da vrijednost opterećenja radnika izračunata primjenom metode iz Priloga II. Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu nije veća od 50 bodova.

Ako je vrijednost prekoračena, nužno je ponovno provjeriti vrijednosti pojedinih čimbenika te smanjiti one koji nose najviše bodova, a moguće je na njih utjecati organizacijskim i drugim mjerama.

Iznimno, radnici mogu obavljati poslove za koje su primjenom metode iz Priloga II. Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu utvrđene vrijednosti veće od 50 bodova, kad je hitno potrebno prenošenje ljudi u prostorima gdje ugradnja mehaničkih pomagala nije moguća zbog specifičnih zahtjeva, i kad nije moguće istovremeni rad dovoljnog broja radnika.

Ako je stupanj opterećenosti izračunat primjenom metode iz Priloga II. Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu veći od 25 bodova, a drugim mjerama nije moguće smanjiti rizik, poslodavac je obavezan osigurati radnicima na svakih 55 minuta neprekidnog rada najmanje 5 minuta odmora. Za vrijeme odmora radnik je obavezan napustiti svoje mjesto rada, odmarati se u primjerenom položaju ili obavljati vježbe rasterećivanja opterećenih skupina mišića. Način provedbe odmora i vježbi mora biti primjeren stručnim doktrinama sukladno preporukama specijaliste medicine rada/medicine rada i sporta.

Poslovi pri kojima je stupanj opterećenosti izračunat primjenom metode iz Priloga II. Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu veći od 40 bodova, a provode se svakodnevno ili većinu radnih dana, smatraju se poslovima s posebnim uvjetima rada.

Poslodavac je obavezan organizirati mjesta rada i poslove gdje postoje ponavljajući zadaci tako da vrijednost opterećenja radnika izračunata primjenom metode iz Priloga III. Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu nije veća 65 bodova.

Ako je vrijednost prekoračena, nužno je ponovno provjeriti vrijednosti pojedinih čimbenika te smanjiti one koji nose najviše bodova, a moguće je na njih utjecati organizacijskim i drugim mjerama.

Ako je stupanj opterećenosti izračunat na način iz Priloga III. Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu veći od 44 boda, a nije moguće drugim mjerama smanjiti rizik, poslodavac je obavezan osigurati radnicima na svakih 55 minuta neprekidnog rada najmanje pet minuta odmora. Za vrijeme odmora radnik je obavezan napustiti svoje mjesto rada, odmarati se u primjerenom položaju ili obavljati vježbe rasterećivanja opterećenih skupina mišića. Način provedbe odmora i vježbi mora biti primjeren stručnim doktrinama sukladno preporukama specijaliste medicine rada/medicine rada i sporta.

Ako je stupanj opterećenosti izračunat na način iz Priloga III. Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu veći od 60 bodova, a provode se svakodnevno ili većinu radnih dana, smatraju se poslovima s posebnim uvjetima rada.

Za prevenciju štetnog utjecaja statičkog napora potrebno je osigurati radnicima na svakih 55 minuta neprekidnog rada najmanje pet minuta odmora. Za vrijeme odmora radnik je obavezan napustiti svoje mjesto rada, odmarati se u primjerenom položaju ili obavljati vježbe rasterećivanja opterećenih skupina mišića. Način provedbe odmora i vježbi mora biti primjeren stručnim doktrinama sukladno preporukama specijaliste medicine rada/medicine rada i sporta.

Poslodavac je obavezan radnike koji ručno rukuju teretima, obavljaju ponavljajuće zadatke ili su izloženi statičkim naporima:

- upoznati sa svim čimbenicima koji utječu na razinu rizika za sigurnost i zdravlje
- upoznati s utvrđenom razinom rizika za zdravlje i poduzetim mjerama za smanjenje rizika
- osposobiti radnika za rad na siguran način pri poslovima rukovanja teretima, prilikom obavljanja ponavljajućih zadataka ili izloženosti statičkim naporima
- upoznati s težinom tereta
- upoznati s težištem najteže strane kad je paket utovaren na neuobičajen način.

Poslodavac je obavezan putem nadležnog specijaliste medicine rada/medicine rada i sporta osigurati:

- obavješćivanje radnika o rizicima za zdravlje pri statodinamičkim naporima, važnosti pravilnog rukovanja teretima, provođenja vježbi i korištenja odmora
- izradu programa vježbi za rasterećivanje opterećenih skupina mišića.

Na slici su prikazane granične vrijednosti težine pri podizanju, držanju i prenošenju tereta, utvrđene od strane Izvršnog odbora za zdravlje i sigurnost Velike Britanije (Health and Safety Executive, UK).


Granične vrijednosti uzimaju u obzir spol, visinu na koju se podiže teret i udaljenost tereta od tijela.

Prekoračenje navedenih vrijednosti ukazuju na povećani rizik od ozljeđivanja i oštećenja sustava za kretanje.

Procjena rizika se provodi usporedbom težine tereta i vrijednosti u pojedinim zonama.

Kada se rukovanje teretom izvodi kroz više zona, u obzir se uzima niža vrijednost tereta.

Ako težina tereta prelazi granične vrijednosti i/ili se radna operacija ponavlja češće od jednom u dvije minute, procjenu rizika je potrebno provesti primjenom metode iz Priloga II Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu.



METODA OCJENJIVANJA OPTEREĆENJA RADNIKA PRI RUČNOM RUKOVANJU TERETIMA

Metoda ključnih pokazatelja (eng. *KIM, Key Indicator Method*) jest metoda za procjenu rizika pri ručnom rukovanju teretima s manjom učestalošću ponavljanja radnih zadataka, razvijena od njemačkog Saveznog instituta za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu (njem. *Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, BauA*) i Zemaljske komisije za zaštitu na radu i sigurnosnu tehniku (njem. *Länderausschuss für Arbeitsschutz und Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik, LASI*).

Procjena razine rizika provodi se za svaki radni zadatak pri kojem je prisutno ručno rukovanje teretom, a provodi se zasebno za:

1. podizanje – držanje – prenošenje
2. povlačenje – guranje.

Procjena rizika kod podizanja, držanja i prenošenja tereta

Podizanje ili premještanje (trajanje radne operacije kraće od 5 sekundi)		Držanje (trajanje radne operacije duže od 5 sekundi)		Prenošenje (na udaljenost veću od 5 metara)	
Broj ponavljanja tijekom radnog dana	Vrijednost u bodovima (T1)	Ukupno trajanje tijekom radnog dana	Vrijednost u bodovima (T1)	Ukupno prijeđeno tijekom radnog dana	Vrijednost u bodovima (T1)
< 10	1	< 5 min	1	< 300 m	1
10 do < 40	2	5 do < 15 min	2	300 m do < 1 km	2
40 do < 200	4	15 min do < 1 sat	4	1 km do < 4 km	4
200 do < 500	6	1 sat do < 2 sata	6	4 km do < 8 km	6
500 do < 1000	8	2 sata do < 4 sata	8	8 km do < 16 km	8
≥ 1000	10	≥ 4 sata	10	≥ 16 km	10
Primjeri: slaganje opeke, posluživanje stroja radnim materijalom, istovar kutija iz kontejnera i odlaganje na transportnu traku.		Primjeri: držanje i obrada metalnog predmeta na samostojećoj brusilici, rad sa ručnom brusilicom, rad sa kosilicom.		Primjeri: prenošenje namještaja, dostavljanje dijelova skele na gradilište.	

Efektivna težina tereta ¹⁾ za muškarce	Vrijednost u bodovima (T2)	Efektivna težina tereta ¹⁾ za žene	Vrijednost u bodovima (T2)
< 10 kg	1	< 5 kg	1
10 do < 20 kg	2	5 do < 10 kg	2
20 do < 30 kg	4	10 do < 15 kg	4
30 do < 40 kg	7	15 do < 25 kg	7
≥ 40 kg	25	≥ 25 kg	25
¹⁾ »Efektivna težina tereta« podrazumijeva stvarnu silu djelovanja koja je potrebna za pomicanje tereta. Sila djelovanja ne podudara se uvijek sa težinom tereta. Pri naginjaju tereta, samo će 50% težine tereta imati utjecaj na radnika.			

Položaj tijela, pozicija tereta ²⁾	Položaj tijela, pozicija tereta	Vrijednost u bodovima (T3)
	- gornji dio tijela je uspravan, bez zakretanja - pri podizanju, držanju, prenošenju i spuštanju teret je uz tijelo	1
	- gornji dio tijela je lagano nagnut prema naprijed ili je lagano zakrenut - pri podizanju, držanju, prenošenju i spuštanju teret je uz tijelo ili malo odmaknut	2
	- nisko saginjanje ili jako nagnjanje prema naprijed - lagano nagnjanje prema naprijed sa istovremenim zakretanjem trupa - teret daleko od tijela ili iznad visine ramena	4
	- jako nagnjanje prema naprijed sa istovremenim zakretanjem trupa - teret daleko od tijela - ograničena stabilnost položaja tijela prilikom stajanja - čućanje ili klećanje	8

²⁾ Za određivanje bodova opterećenja zbog položaja tijela koriste se tipični položaji tijela pri ručnom rukovanju teretom. Kad postoji više različitih položaja tijela, u izračun se uzima srednja vrijednost bodova za položaje tijela svake pojedinačne aktivnosti koja se ocjenjuje, a ne povremene ekstremne vrijednosti.

Radni uvjeti	Vrijednost u bodovima (T4)
Dobri radni uvjeti su primjerice dovoljno prostora za kretanje, nema fizičkih prepreka na mjestu rada, podovi su čvrsti i u istoj razini, dobra rasvjeta, dobri uvjeti za zahvaćanje tereta.	0
Ograničen prostor za kretanje i nepovoljni ergonomski uvjeti je primjerice prostor za kretanje ograničen malom visinom ili površinom manjom od 1,5 m ² , gdje je stabilnost položaja tijela narušena zbog nejednake razine poda ili mekog tla.	1
Jako ograničen prostor za kretanje i/ili nestabilnost težišta tereta je primjerice kod premještanja pacijenata.	2
Aktivnosti koje nisu navedene u tablici mogu se poistovjetiti. Ocjenjuju se radni uvjeti koji prevladavaju u vrijeme provedbe ocjenjivanja.	

Ukupno opterećenje muškarci = (T2 + T3 + T4) × T1

Razina rizika	Ukupno opterećenje muškarci	Obrazloženje utvrđenih vrijednosti
1	< 10	Nisko opterećenje: ne postoji rizik od fizičkog preopterećenja.
2	10 do < 25	Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni ¹⁾ , za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada ¹⁾ .
3	25 do < 50	Veliko opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod svih radnika, preporuča se preoblikovanje mjesta rada ¹⁾ .
4	> 50	Vrlo veliko opterećenje: velika mogućnost nastanka prekomjernog opterećenja, nužno je preoblikovanje mjesta rada ²⁾ .

¹⁾ Manje otpornim radnicima u ovom kontekstu podrazumijevaju se osobe starije od 40 ili mlađe od 21 godine, radnici koji su tek započeli s radom (neiskusni radnici) ili osobe koje boluju od neke bolesti.

²⁾ Zahtjevi za preoblikovanjem mogu se odrediti na temelju vrijednosti iz tablice. Prekomjerno opterećenje se može izbjeći smanjenjem težine tereta, poboljšanjem radnih uvjeta ili skraćivanjem vremena u kojem su radnici pod opterećenjem.

Procjena rizika kod guranja i povlačenja tereta

Povlačenje i guranje na kratkim udaljenostima ili sa čestim stajanjima (pojedina udaljenost do 5 metara)		Povlačenje i guranje na dužim udaljenostima (pojedina udaljenost duža od 5 metara)	
Broj ponavljanja tijekom radnog dana	Vrijednost u bodovima (T1)	Ukupna udaljenost tijekom radnog dana	Vrijednost u bodovima (T1)
<10	1	< 300 m	1
10 do < 40	2	300 m do < 1 km	2
40 do < 200	4	1 km do < 4 km	4
200 do < 500	6	4 km do < 8 km	6
500 do < 1000	8	8 km do < 16 km	8
≥ 1000	10	≥ 16 km	10
Primjeri: radovi sa manipulatorom tereta, montaža stroja, raznošenje obroka u bolnici.		Primjeri: sakupljanje otpada, transport namještaja na kolicima, utovar i istovar kontejnera.	

Masa koju treba premjestiti (težina tereta)	Industrijski spremnici, pomoćna transportna sredstva				
	Bez pomagala, teret se kotrlja	Ručna kolica	Spremnici, platforme za palete, kolica (s upravljivim kotačima)	Spremnici na vodicama, ručni viličar, kolica sa vučom, kolica sa fiksnim kotačima	Manipulatori teretom, balansno uže
Kotrljanje/ premještanje					
< 50 kg	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
50 do < 100 kg	1	1	1	1	1
100 do < 200 kg	1,5	2	2	1,5	2
200 do < 300 kg	2	4	3	2	4
300 do < 400 kg	3		4	3	
400 do < 600 kg	4		5	4	
600 do < 1000 kg	5			5	
≥ 1000 kg					
Povlačenje/klizanje			Siva polja: Kritična su zato što transport spremnika/tereta velikim dijelom ovisi o vještini i fizičkoj snazi radnika.		
< 10 kg	1				
10 to < 25 kg	2		Bijela polja bez brojeva: U pravilu ih treba izbjegavati zato što sila koja je potrebna može vrlo lako prekoračiti maksimalnu fizičku snagu.		
25 to < 50 kg	4				
> 50 kg					

Preciznost pri pozicioniranju	Brzina kretanja	
	sporo (< 0,8 m/s)	brzo (0,8 do 1,3 m/s)
Niska – udaljenost na koju se transportira nije specificirana – teret se prilikom valjanja ili transporta može zaustaviti.	1	2
Visoka – teret treba biti precizno pozicioniran i zaustavljen – potrebno se precizno pridržavati pozicije na koju se teret postavlja – česte promjene smjera.	2	4
Napomena: prosječna brzina hoda je približno 1 m/s.		

Položaj tijela ¹⁾		
	Gornji dio tijela je uspravan, nema zakretanja.	1
	Gornji dio tijela je lagano nagnut prema naprijed ili je lagano zakrenut (povlačenje u stranu).	2
	Tijelo je nagnuto nisko u smjeru kretanja. Čučanje, klečanje, saginjanje.	4
	Istovremeno naginjanje i zakretanje.	8
¹⁾ Za određivanje vrijednosti bodova položaja tijela koriste se tipični položaji tijela pri ručnom rukovanju teretom. Jače zakretanje gornjeg dijela tijela do kojeg dolazi pri pokretanju, kočenju ili skretanju može se zanemariti pod uvjetom da se rijetko pojavljuje.		

Radni uvjeti	
Dobri: – podovi ili druge površine su jednake razine, čvrsti, suhi – nema kosina i prepreka na mjestu rada – valjci ili kotači se lako pokreću, istrošenost ležaja kotača nije vidljiva.	0
Otežani: – prljavi podovi, manje neravnine, meka podloga, – manje kosine nagiba do 2°, prisutnost prepreka koje je potrebno zaobilaziti – valjci ili kotači obloženi prljavštinom, pokreću se otežano, ležajevi kotača istrošeni.	2
Teški: – nepopločen ili grubo popločen transportni put, s rupama, jako zaprljan – kosine nagiba od 2° do 5°, potreban veliki razmak između transportnih sredstava pri pokretanju – valjci/kotači obloženi prljavštinom i teško se pokreću.	4
Komplicirani: – stepeništa, kosine nagiba > 5° – kombinacija značajki otežanih i teških uvjeta rada.	8
Aktivnosti koje nisu navedene u tablici mogu se poistovjetiti.	

Ukupno opterećenje muškarci = (T2 + T3 + T4 + T5) × T1

Razina rizika	Ukupno opterećenje	Obrazloženje utvrđenih vrijednosti
1	< 10	Nisko opterećenje: ne postoji rizik od fizičkog preopterećenja.
2	10 do < 25	Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni ¹⁾ . Za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada. ²⁾
3	25 do < 50	Veliko opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod svih radnika. Za tu skupinu radnika preporuča se preoblikovanje mjesta rada. ²⁾
4	> 50	Vrlo veliko opterećenje: velika mogućnost nastanka prekomjernog opterećenja. Za tu skupinu radnika nužno je preoblikovanje mjesta rada. ²⁾
¹⁾ Manje otpornim radnicima u ovom kontekstu se podrazumijevaju osobe starije od 40 ili mlađe od 21 godine, radnici koji su tek započeli s radom (neiskusni radnici) ili osobe koje boluju od neke bolesti. ²⁾ Zahtjevi za preoblikovanjem mogu se odrediti na temelju vrijednosti iz tablice. Smanjenjem težine tereta. Prekomjerno se opterećenje može izbjeći poboljšanjem radnih uvjeta ili skraćivanjem vremena u kojem su radnici pod opterećenjem.		

Ukupno opterećenje žena = (T2 + T3 + T4 + T5) × T1 x 1,3

Razina rizika	Ukupno opterećenje	Obrazloženje utvrđenih vrijednosti
1	< 10	Nisko opterećenje: ne postoji rizik od fizičkog preopterećenja.
2	10 do < 25	Povećano opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod radnika koji su manje otporni ¹⁾ . Za tu skupinu radnika bilo bi korisno preoblikovati mjesto rada. ²⁾
3	25 do < 50	Veliko opterećenje: prekomjerno opterećenje je moguće kod svih radnika. Za tu skupinu radnika preporuča se preoblikovanje mjesta rada. ²⁾
4	> 50	Vrlo veliko opterećenje: velika mogućnost nastanka prekomjernog opterećenja. Za tu skupinu radnika nužno je preoblikovanje mjesta rada. ²⁾
¹⁾ Manje otpornim radnicima u ovom kontekstu se podrazumijevaju osobe starije od 40 ili mlađe od 21 godine, radnici koji su tek započeli s radom (neiskusni radnici) ili osobe koje boluju od neke bolesti. ²⁾ Zahtjevi za preoblikovanjem mogu se odrediti na temelju vrijednosti iz tablice. Smanjenjem težine tereta. Prekomjerno se opterećenje može izbjeći poboljšanjem radnih uvjeta ili skraćivanjem vremena u kojem su radnici pod opterećenjem.		

PROCJENA RIZIKA ZA SIGURNOST I ZDRAVLJE RADNIKA PRI OBAVLJANJU PONAVLJAJUĆIH ZADATAKA

Procjena razine rizika provodi se zasebno za svaki radni zadatak pri kojem su prisutni ponavljajući zadaci.

Također, procjena se provodi odvojeno za desnu i lijevu ruku, ako zbog procesa rada postoji razlika u broju pokreta svake ruke.

Vrijeme trajanja radnog zadatka (ukupno vrijeme u jednom radnom danu, tijekom kojeg radnik izvodi ponavljajuće pokrete)	Vrijednost u bodovima (T1)
do 60 minuta	1
od 61 minute do 120 minuta	2
od 121 minuta do 240 minuta	4
≥ 241 minuta	5

Broj ponavljajućih pokreta tijekom jedne radne smjene	Vrijednost u bodovima (T2)	Snaga potrebna tijekom rada	Vrijednost u bodovima (T3)
do 1000	1	Mala	1
1001 do 4800	2	Umjerena	2
4801 -10000 pokreta	3	Prilično velika	3
10 001- 12 000	4	Velika	4
više od 12 000	5	Jako velika	5

Položaj tijela			Vrijednost u bodovima (T4)
a	Glava i vrat	glava i vrat nisu savijeni ili nakrivljeni tijekom rada	0
		glava i vrat savijeni ili nakrivljeni do 50 % radnog vremena	0,5
		glava i vrat savijeni ili nakrivljeni više od 50 % radnog vremena	1
b	Leđa	leđa nisu nagnuta naprijed, u stranu ili izvijena tijekom rada	0
		leđa nagnuta naprijed, u stranu ili izvijena do 50 % radnog vremena	0,5
		leđa nagnuta naprijed, u stranu ili izvijena više od 50 % radnog vremena	1
c	Rame	ruke ne prelaze razinu ramena tijekom rada	0
		ruke podignute iznad razine ramena do 50 % radnog vremena	1
		ruke podignute iznad razine ramena više od 50 % radnog vremena	2
d	Lakat	lakat nije udaljen od tijela tijekom rada	0
		lakat daleko od tijela do 50 % radnog vremena	1
		lakat daleko od tijela više od 50 % radnog vremena	2
e	Ručni zglob	ručni zglob nije nakrenut do krajnje moguće granice tijekom rada	0
		ručni zglob zakrenut do krajnje moguće granice zgloba do 50 % radnog vremena	0,5
		ručni zglob zakrenut do krajnje moguće granice zgloba više od 50 % radnog vremena	1
f	Prsti	držanje predmeta tijekom rada ne obavlja se samo s dva prsta ili širokim obuhvatom	0

		držanje predmeta samo s dva prsta ili u širokom obuhvatu do 50 % radnog vremena	0,5
		držanje predmeta samo s dva prsta ili u širokom obuhvatu više od 50 % radnog vremena	1
Ukupna vrijednost bodovanja za sve dijelove tijela: $T4 = a + b + c + d + e + f$			

Ukupno opterećenje = $(T2 + T3 + T4) \times T1$

Razina rizika	Ukupno opterećenje	Obrazloženje utvrđenih vrijednosti opterećenja
1	manje od 20	Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.
2	20 do 44	Povećana razina rizika: postoji mogućnost od preopterećenja manje otpornih radnika (stariji od 40, mlađi od 21 godinu, neiskusni, bolesni).
3	45 do 65	Visoka razina rizika: postoji opasnost od preopterećenja svih radnika uz vjerojatan nastanak ozljeda i bolesti sustava za kretanje. Preporuča se preoblikovanje mjesta rada.
4	više od 65	Vrlo visoka razina rizika: postoji značajna opasnost od preopterećenja radnika i ozbiljan rizik od nastanka ozljeda i bolesti, nužno je preoblikovanje mjesta rada uz korištenje odgovarajuće opreme te promjene metoda i organizacije rada kako bi se smanjilo opterećenje.

UPUTE ZA RUČNO RUKOVANJE TERETIMA


Podizanje, držanje i prenošenje

Prije izvođenja zadatka treba:

- isplanirati i organizirati podizanje / prenošenje tereta,
- predvidjeti korištenje pomagala, ako je moguće,
- pripremiti mjesto - ukloniti prepreke iz radnog prostora i puta nošenja. Put bi trebao biti dovoljno širok i bez prepreka, tako da se aktivnost može obavljati u uspravnom položaju, bez potrebe za savijanjem ili izvijanjem tijela,
- pripremiti ručke ili hvataljke u slučaju kada će se prenositi glomazni teret,
- provjeriti ima li teret oštih rubova ili zamašćenih dijelova koje treba izbjeći kod nošenja,
- prilagoditi odjeću i obuću zadatku, izbjegavati usku odjeću ili neprikladnu obuću, što može učiniti rad teškim,
- izbjegavati podizanje tereta na razinu iznad glave i izvođenje takvih zadataka planirati uz uporabu odgovarajuće pomoćne opreme.

Tijekom zadatka treba:

- zauzeti stabilan stav radi dobrog održavanja ravnoteže: stopala bi trebala biti razdvojena, s jednom nogom malo naprijed,



- izvoditi podizanje u pravilnom položaju: za cijelo vrijeme podizanja držati leđa u što uspravnijem položaju i izbjegavati zakretanje trupa, ako je teret nisko postavljen podizanje tereta započeti iz čučućeg položaja i postupak izvoditi ustajanjem iz čučućeg položaja uz što uspravnije položen trup,
- držati ramena izravnata i okrenuta u istom smjeru kao i kukovi,
- kada je riječ o zadacima koji se mogu izvoditi u mjestu, teret prenašati pomicanjem cijelog tijela, a ne stajati u mjestu i zakretati samo trup,
- nakon što je teret sigurno primljen, glavu podići i gledati prema naprijed, a ne dolje na teret,
- prilikom podizanja, držanja i prenošenja teret držati tik do struka i uz tijelo što je dulje moguće, najtežu stranu tereta držati čim bliže do tijela, a ako to nije moguće, uključiti još radnika u izvršenje zadatka,
- za vrijeme podizanja, držanja i prenošenja izbjegavati nagle kretnje.

Guranje i povlačenje

Prije izvođenja zadatka treba:

- pripremiti uređaje za rukovanje koji moraju biti dobro održavani, s kotačima koji se lako pokreću,
- koristiti kolica i druga pomagala koja imaju ručke u visini između ramena i struka radnika,
- prije korištenja uređaja za rukovanje teretom provjeriti kvalitetu poda i površine za kretanje,
- osigurati da guranje i povlačenje teških tereta izvodi više radnika,
- izbjegavati različite razine podnih površina po kojima se izvodi guranje i povlačenje tereta.

Tijekom zadatka treba:

- izvoditi guranje i povlačenje tereta brzinom normalnog hoda,
- ako je moguće, za guranje tereta koristiti vlastitu tjelesnu težinu i iskoristiti moment tereta, npr. inerciju kod guranja kolica,
- leđa držati ravno i ruke što bliže središnjoj točki tijela, kad god je to moguće.

Zadatci s ponavljajućim pokretima

Prije izvođenja zadatka treba:

- izbjeci radne operacije s ponavljajućim pokretima, kad god je to moguće,
- organizirati obavljanje zadatka u udobnom položaju, bez potrebe da se tijelo savija ili zakreće,
- radne operacije rotirati kako bi se izbjegla monotonost zadatka te velik i jednoličan napor radnika,
- izbjegavati usku odjeću ili neprikladnu obuću, koja može učiniti rad neugodnim i teškim.

Tijekom zadatka treba:

- izbjegavati savijanje ili bočno zakretanje trupa,
- ramena pozicionirati u istoj ravnini i u istom smjeru s kukovima,
- pri premještanju tereta sa jednog na drugo mjesto, kretati cijelo tijelo uz pomicanje stopala, a ne zakretati trup
- raditi redovite pauze i izbjegavati prisilan tempo rada.

Tijekom zadatka treba:


- koordinirati timsko podizanje tereta, da bi se spriječile situacije u kojima jedan član tima nosi veći dio težine tereta,
- osigurati dobru komunikaciju među radnicima, što znači da svi radnici uključeni u zadatak mogu čuti operativca kako broji „jedan, dva, tri” prije podizanja. Na taj se način osigurava timsko podizanje tereta uz istodobno učestvovanje svih članova tima pri podizanju ili drugom rukovanju teretom.

Zadatci pri kojima dva ili više radnika rukuju teretom

Prije izvođenja zadatka treba:

- dogovoriti koordinaciju radnika uključenih u timsko obavljanje zadatka

U sljedećoj tablici prikazani su neki primjeri nepravilnih i ispravnih postupaka prilikom ručnog rukovanja teretima.

Primjeri postupaka prilikom ručnog rukovanja teretom	NE	DA
!Zbog težine i oblika tereta radnik zauzima nepravilan izvijen položaj tijela prilikom nošenja tereta. ✓Ako je potrebno prenositi duge i teške terete, zadatak trebaju obaviti dva radnika i tako smanjiti fizički napor.		
!Za cijelo vrijeme nošenja tereta radnik drži glavu sagnutu. ✓Nakon što je teret sigurno primljen, glavu treba podići i gledati prema naprijed, a ne dolje na teret.		
!Teret je težak i nije ga lako primiti u ruke. Zbog toga je tijelo u nepovoljnom položaju prilikom rukovanja teretom. ✓Ako je moguće, jedan teži i veći teret treba podijeliti u dva manja. Tako će prenošenje biti lakše, a tijelo u ispravnom položaju.		
!Teret je daleko od tijela i zbog toga je povećano opterećenje kralježnice. ✓Prilikom podizanja, držanja i prenošenja teret treba držati tik do struka i uz tijelo što je dulje moguće.		
!Prilikom rukovanja teretom radnik stoji na mjestu, a teret premješta samo uz zakretanje trupa. ✓Kada je riječ o zadacima koji se izvode u mjestu, teret treba prenašati pomicanjem cijelog tijela, odnosno hodom u mjestu, tako da su ramena i kukovi uvijek pozicionirani u istom smjeru.		
!Teret se ručno podiže na razinu iznad glave. ✓Podizanje tereta na razinu iznad glave treba izbjegavati, a ako to nije moguće tada takve zadatke treba izvoditi uz uporabu odgovarajuće pomoćne opreme.		

5.7. METODOLOGIJA ANALIZE I PROCJENE RIZIKA PRI RADU S RAČUNALOM

UVOD

Mjesto rada s računalom obuhvaća:

- računalo sa zaslonom
- tipkovnicu ili napravu za unošenje i programsku opremu koja predstavlja vezu između uređaja i radnika
- vanjske jedinice za pohranu podataka
- radni stol ili radnu površinu
- držač za predloške
- radni stolac
- okruženje koje ima neposredni utjecaj na mjesto rada i radne zadatke s radnicima
- dodatnu opremu

Radnik na računalu je osoba koja pri obavljanju poslova koristi računalo sa zaslonom ukupno četiri ili više sati tijekom radnog dana

Procjena rizika za mjesta rada s računalom ne primjenjuju se na:

- vozačke kabine i kabine iz kojih se upravlja vozilima ili strojevima
- računalne sustave u prijevoznim sredstvima
- računalne sustave koji su namijenjeni javnoj uporabi
- prijenosna računala koja nisu predviđena za stalni rad na mjestu rada
- računske strojeve, blagajne i opremu s malim zaslonom, koji prikazuju podatke ili rezultate mjerenja i koji su pomoćno sredstvo za određene radne operacije
- pisaće strojeve tradicionalnog dizajna s malim zaslonom.

Poslodavac je obavezan procjenjivati razinu rizika za sve poslove koji se obavljaju s računalom i drugom opremom, uzimajući u obzir rizik od narušavanja zdravlja radnika zbog vidnog, statodinamičkog i psihofiziološkog napora u skladu s Pravilnikom o izradi procjene rizika.

Poslodavac nema obvezu dokumentiranja procjene rizika za poslove iz stavka 1. ovoga članka koje radnik povremeno obavlja na izdvojenom mjestu rada, za koje je u skladu s odredbama Pravilnika o izradi procjene rizika prethodno procijenjen i dokumentiran mali rizik i koje radnik redovito obavlja u prostoru poslodavca.

Poslodavac je obavezan osigurati da su ispunjeni minimalni zahtjev iz Priloga IV. Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu.

Kako bi se smanjilo opterećenje pri radu sa zaslonom, poslodavac je obavezan planirati aktivnosti radnika na takav način da se rad sa zaslonom periodički izmjenjuje s drugim aktivnostima.

Ako ne postoji mogućnost promjene aktivnosti radnika, odnosno radnik nema spontanih prekida tijekom rada, poslodavac mu je, ovisno o težini radnih zadataka i posljedičnog vidnog i statodinamičkog napora, tijekom svakog sata rada mora osigurati odmore u trajanju od najmanje pet minuta i organizirati vježbe rasterećenja.

Način provedbe odmora i vježbi mora biti primjeren stručnim doktrinama sukladno preporukama specijalista medicine rada/medicine rada i sporta.

Poslodavac je obavezan kroz osposobljavanje radnika za rad na siguran način upoznati radnike sa svim okolnostima i zahtjevima u pogledu sigurnosti i zaštite zdravlja pri radu s računalom.

Poslodavac je obavezan radnicima ili njihovim predstavnicima osigurati sve potrebne informacije o sigurnosti i zdravlju pri radu s računalom, uključujući i važnost promjene aktivnosti odnosno korištenja odmora tijekom radnog vremena.

Poslodavac je obavezan putem nadležnog specijaliste medicine rada/medicine rada i sporta osigurati:

- obavješćivanje radnika o rizicima za zdravlje pri radu s računalom, važnosti provođenja vježbi i korištenja odmora
- izradu programa vježbi za rasterećivanje opterećenih skupina mišića.

Poslodavac je obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:

- prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom
- svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika
- na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.

Radnici imaju pravo na pregled vida kod specijaliste oftalmologije/oftalmologije i optometrije ako se pri pregledu utvrdi da je specijalistički pregled potreban.

Potrebna financijska sredstva za provedbu mjera ne smiju ići na teret radnika.

OPREMA

Oprema mjesta rada ne smije biti izvor opasnosti od ozljede ili oštećenja zdravlja radnika.

a) Zaslون

1. Udaljenost zaslona od očiju radnika ne smije biti manja od 500 mm, ali opet ne tolika da bi radniku stvarala teškoće pri čitanju podataka sa zaslona. Slika na zaslonu treba biti stabilna, bez treperenja ili drugih nestabilnosti. Postojanje zaslona mora biti pomično i odvojeno od stola.
2. Znakovi na zaslonu moraju biti dovoljno veliki, oštri i tako oblikovani da ih se može razlikovati. Znakovi, razmaci između znakova i redova moraju biti dovoljno veliki, da ih je moguće razlikovati bez napora, ali ne preveliki kako bi tekst bio pregledan.
3. Osvjetljenost i kontrast na zaslonu moraju biti podesivi, tako da ih radnik bez teškoća može prilagođavati stanju u radnoj okolini.
4. Zaslون mora biti pomičan, tako da radnik njegov smjer i nagib može prilagoditi ergonomskim zahtjevima rada. Potrebno je osigurati mogućnost prilagođavanja visine zaslona visini očiju radnika, tako da oči radnika budu u visini gornjeg ruba zaslona, pravac gledanja u istoj ravnini ili ukošen prema dolje do 20°.
5. Na zaslonu ne smije biti odsjaja, jer on smanjuje čitljivost znakova i uzrokuje zamor očiju. Zaslون mora biti čist, kako bi slika na zaslonu bila jasna, a tekst čitljiv.

b) Tipkovnica

1. Srednja visina tipkovnice ne smije prelaziti 30 mm, kosina joj ne smije biti veća od 15°, a ako je njezin donji rub viši od 15 mm potreban je produžetak koji služi kao oslonac za šaku. Tipkovnica mora biti slobodno pokretna po cijeloj radnoj površini, tako da omogućuje radniku prirodno držanje tijela i ruku. Mogućnost pomicanja i prilagođavanja tipkovnice ne smije biti ograničena sredstvima za priključivanje ili dužinom kabela.
2. Na radnom stolu ili radnoj površini ispred tipaka mora biti najmanje 100 mm slobodne površine za smještaj ruku radnika.
3. Tipkovnica ne smije imati sjajnu površinu.
4. Razmještaj tipki na tipkovnici i karakteristike tipki moraju odgovarati ergonomskim zahtjevima.
5. Tipke i simboli na tipkama moraju biti jasno označeni i moraju biti lako raspoznavljivi i čitljivi.

c) Radni stol ili radna površina

1. Površina stola ili radna površina ne smiju blještati i moraju biti dovoljno prostrani da bude moguć primjeren razmještaj zaslona, tipkovnice, pisanih podloga i ostale opreme, te da ima dovoljno prostora za rukovanje mišem.
2. Ispod stola mora biti dovoljno slobodnog prostora za udobno sjedenje.
3. Radni stol ili radna površina moraju biti stabilni i, ako je to moguće, podesivi po visini.
4. Držalo za predloške mora biti stabilno i podesivo te izvedeno i postavljeno tako da ne opterećuje dodatno oči, vrat i/ili glavu.

d) Radni stolac

1. Radni stolac mora biti stabilan te mora radniku omogućiti udoban položaj i neometano pomicanje.
2. Visina sjedala radnog stolca mora biti podesiva.
3. Naslon mora biti oslonac za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini.
4. Oslonac za noge mora biti osiguran svakom radniku koji to želi. Oslonac za noge mora biti dovoljno visok i stabilan, mora omogućiti udoban položaj stopala i nagib nogu i ne smije imati sklisku površinu.

RADNI OKOLIŠ**a) Zahtjevi vezani za prostor**

1. Zahtjevi vezani za radne prostorije utvrđuju se prema posebnom propisu.
2. Mjesto rada mora biti oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju.
3. Na mjestu rada mora biti dovoljno slobodnog prostora da radnik može lako mijenjati svoj položaj i neometano obavljati potrebne pokrete pri radu.

b) Osvjetljenje

1. Prirodna ili umjetna rasvjeta mora osiguravati zadovoljavajuću osvjetljenost prema vrsti rada u skladu s normom HRN EN 12464-1:2012.
2. Ometajuće blještanje i odsjaje na zaslonu potrebno je spriječiti odgovarajućim postavljanjem elemenata radnog mjesta u odnosu na razmještaj i tehničke karakteristike izvora svjetla.
3. Zaslon mora biti namješten i nagnut tako da ne dolazi do zrcaljenja svjetiljke na zaslonu. Svjetiljke u radnoj prostoriji moraju imati takve svjetlosne tehničke karakteristike da ne uzrokuju zrcaljenja na zaslonu.

c) Blještanje i odsjaji

1. Mjesto rada mora biti tako oblikovano i postavljeno da izvori svjetlosti, prozori, drugi otvori ili svijetle površine ne uzrokuju neposredno blještanje ili ometajuće zrcaljenje na zaslonu.
2. Prozori moraju imati odgovarajuće zastore (kapke) za sprječavanje ulaza sunčeve svjetlosti na mjesto rada (ili u prostor tako, da ne ometaju rad).
3. Zaslon ne smije biti okrenut prema izvoru ili od izvora svjetla, a u protivnom su potrebne posebne mjere protiv blještanja i zrcaljenja.

d) Buka

Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne smije ometati rad ili komunikaciju.

e) Mikroklimatski uvjeti

1. Mikroklimatski uvjeti moraju odgovarati zahtjevima za toplinsku udobnost pri radu bez fizičkog naprezanja u skladu s posebnim propisom koji uređuje zaštitu na radu za mjesto rada.
2. Ukoliko se koristi klima-uređaj, vlažnost i brzina strujanja zraka moraju biti primjereni, a u toplom razdoblju temperatura prostorije može biti najviše 7° C niža od vanjske temperature.
3. Mjesto rada mora biti oblikovano i postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika.